

Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál

Časť č. 1: Jednodverový parný sterilizátor

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 <small>(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)</small>	POZNÁMKA <small>(napr. dopĺňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)</small>
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"			
Položka predmetu zákazky - Jednodverový parný sterilizátor požadovaný počet: 1 ks						
P. č.	Parameter/časť položky <small>(požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks jednodverového parného sterilizátora)</small>	Dopĺňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
1	Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (121 - 134)°C.	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu			
2	Objem komory min. 70 L.		uvedte hodnotu			
3	Vlastný vyvíjač pary.		áno / nie			
4	Posun dverí vertikálny.		áno / nie			
5	Integrovaná úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicínálnej pary.		áno / nie			
6	Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore.		áno / nie			
7	Bezpečnostný systém s elektrickým zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí.		áno / nie			
8	Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99%.		uvedte hodnotu			
9	Program "FLASH" na sterilizovanie nebalených materiálov.		áno / nie			
10	Celkový čas procesu sterilizovania programom "FLASH" max. 15 minút.		uvedte hodnotu			
11	Program na sterilizovanie balených materiálov min. zo skla, z gumy a z umelých hmôt.		áno / nie			
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:			
12	Záruka min. 24 mesiacov.		áno / nie			
13	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.		áno / nie			

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: _____
Dňa: _____
Pečiatka a podpis