

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uviede: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky			Uchádzač do stĺpcu č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpcu č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1		POZNÁMKA	
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)	
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks nízkoteplotného sterilizátora)	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.		
1	Nízkoteplotný sterilizátor využívajúci plyný peroxid vodíka		áno / nie					
2	Využitelný objem komory nízkoteplotného sterilizátora min. 100 L		uvedte hodnotu					
3	Predprogramované sterilizačné procesy pre rôzne zavážky - všeobecné kovové zdravotnícke pomôcky		áno / nie					
4	Predprogramované sterilizačné procesy pre rôzne zavážky: flexibilné endoskopy s dutinami,		áno / nie					
5	Predprogramované sterilizačné procesy pre rôzne zavážky: rigidné endoskopy s dutinami		áno / nie					
6	Farebný dotykový displej umožňujúci užívateľovi vstupy pre ovládanie		áno / nie					
7	Zobrazované informácie na displeji min. o alarmoch, odpočítavanie času procesu		áno / nie					
8	Automatický mechanizmus uzamykania dverí, ktorý udržiava komoru uzatvorenú počas celého sterilizačného procesu. Po ukončení procesu sa dvere automaticky odomknú.		áno / nie					
9	Blokovanie dverí počas prevádzky sterilizátora. V stand by režime žiadne obmedzenia v otváraní dverí.		áno / nie					
10	Tlačiareň pre záznam alfanumerických parametrov procesu je umiestnená na prednej strane sterilizátora.		áno / nie					
11	Pre prevádzku iba elektrické pripojenie.		áno / nie					
12	Inštalácia zariadenia nevyžaduje žiadne vodoinštalatérske, alebo vzduchotechnické pripojenia.		áno / nie					
13	Dodávka peroxidu vodíka je realizovaná cez bezpečne uzavretý systém		áno / nie					
14	Použitie viacnásobne použiteľných kaziet.		áno / nie					
15	Kazety peroxidu vodíka sú likvidované v bežnom komunálnom odpade.		áno / nie					
16	Kapacita kazety min. 5 procesov		uvedte hodnotu					
17	Automatické sledovanie množstva použitého sterilantu a dátum jeho expirácie.		áno / nie					
18	Vizuálna notifikácia na displeji potrebnej výmeny kazety so sterilantom.		áno / nie					
19	Sterilizačné kazety s kódom pre zaistenie, že je používaná v sterilizátore správna kazeta a že obsah kazety so sterilantom nie je expirovaný – bez potreby zadávania akéhokoľvek údaju / kódu, alebo iných informácií, ktoré by mali byť zadávané užívateľom.		áno / nie					
20	Sterilizátor má nominálnu pracovnú teplotu max. 60 ° C		uvedte hodnotu					
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:					
21	Záruka min. 24 mesiacov.		áno / nie					
22	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.		áno / nie					

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:
Dňa:

Pečiatka a podpis