

Názov predmetu zákazky:
Výbavenie operačných sál
Časť č. 6. Operačné lampy

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplia ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ prijíma predložené elektronické výkazy so zaokrúhlením v stĺpci 3 v každom z 27 súdnych podielov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu: predmetu zákazky			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1		POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			TU UVEĎTE ponúkané parametre		TU UVEĎTE ponúkané parametre		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom v pozn.)
P.č.	Parameter/časť položky <small>(podrobnosť špecifikácia platí pre 1 ks operačnej lampy)</small>	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.	3.	
1	Hlavné svetidlo so satelitným svetidlom		áno / nie				
2	Stropné uchytenie		áno / nie				
3	LED technológia		áno/ nie				
4	Životnosť LED diód min. 45 000 hod.		áno/ nie				
5	Hĺbka osvetlenia (rovnomerná min. (800 -1200) mm		áno/ nie				
6	Svetivosť hlavného svetidla min. 160 000 LUX	veľší rozsah je prijateľný	áno/ nie				
7	Svetivosť satelitného svetidla min. 130 000 LUX		áno/ nie				
8	Teplota chromatickosti v rozsahu od 3700 do 4800 K		áno/ nie				
9	Ra index min. 93 CRI		áno/ nie				
10	Endo móď		áno / nie				
11	Ovládanie lampy chirurgom (regulácia intenzity v rozsahu) min.(30 - 100) %		áno/ nie				
12	Sterilizovateľnosť rúčky	veľší rozsah je prijateľný	áno / nie				
13	360° otáčanie ramena		áno/ nie				
14	Kompatibilita s laminárnym prúdením		áno / nie				
15	Základný zdroj		áno / nie				
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:				
16	Záručná min. 24 mesiacov.		áno / nie				
17	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a začlenenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.		áno / nie				

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplia ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ prijíma predložené elektronické výkazy so zaokrúhlením v stĺpci 3 v každom z 27 súdnych podielov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značky / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu: predmetu zákazky		Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1		POZNÁMKA
TU UVEDTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		TU UVEDTE ponúkané parametre		TU UVEDTE ponúkané parametre		
Položka predmetu zákazky - Stropná operačná lampa typ 1 požadovaný počet: 1 ks		Položkový formát ponúkaných parametrov		Položkový formát ponúkaných parametrov		
P.č.	Parameter/časť položky (podrobnosť špecifikácia platí pre 1 ks stropnej operačnej lampy typ 1.)	Doplňujúce informácie		1.	2.	3.
1	Hlavné svetidlo so satelitným svetidlom.			áno / nie		
2	Stropné uchytenie.			áno / nie		
3	Operačná lampa (hlavné svetidlo so satelitným svetidlom+monitor vrátane nástennej ovládacej skrinky) so stropným uchytením.			áno / nie		
4	LED technológia.			áno / nie		
5	Životnosť LED diód min. 50 000 hod.			áno/ nie		
6	Hĺbka osvetlenia rovnomerná min. (800 - 1100) mm.	veľší rozsah je prijateľný		áno/ nie		
7	Svetivosť hlavného svetidla min. 160 000 LUX.			áno/ nie		
8	Svetivosť satelitného svetidla min. 120 000 LUX.			áno/ nie		
9	Teplota chromatickosti v rozsahu min. (3800 - 4500) K.			áno/ nie		
10	Ra index min. 93 CRI.			áno/ nie		
11	Endo móď.			áno / nie		
12	Ovládanie lampy chirurgom (regulácia intenzity v rozsahu) min.(30 - 100)%.	veľší rozsah je prijateľný		áno/ nie		
13	Požaduje sa dodanie min. 5 ks sterilizovateľných rúčok/lampa.			áno/ nie		
14	Otáčanie ramena 360° stupňov.			áno/ nie		
15	Kompatibilita s laminárnym prúdením.			áno / nie		
16	Kamera v lampe IP Kamera, Full HD, min. 4x zoom.			áno/ nie		
17	Ovládacia skrinka na stene.			áno / nie		
18	Full HD monitor s uhlopriečkou min. 42 palcov s možnosťou jeho montáže na stenu. Súčasťou dodávky musí byť kompletne príslušenstvo potrebné k montáži.			áno/ nie		
19	Základný rámec.			áno / nie		
Osobitné požiadavky na plnenie:		Osobitné požiadavky na plnenie:				
20	Žáruvzd. min. 24 mesiacov.			áno / nie		
21	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a začlenenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.			áno / nie		

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplia ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ prijíma predložené elektronické výkazy so zaokrúhlením v stĺpci 3 v každom z 27 súdnych podielov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu: predmetu zákazky		Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1		POZNÁMKA
TU UVEDTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu		TU UVEDTE ponúkané parametre		TU UVEDTE ponúkané parametre		
Položka predmetu zákazky - Stropná operačná lampa typ 2		Položkový formát ponúkaných parametrov		Položkový formát ponúkaných parametrov		3.
požadovaný počet: 1 ks		1.		2.		
P.č.	Parameter/časť položky (podrobnosť špecifikácia platí pre 1 ks stropnej operačnej lampy typ 2.)	Doplňujúce informácie				3. (napr. doplňujúce informácie v uvedených parametroch a pod.)
1	Hlavné svetidlo so satelitným svetidlom.			áno / nie		
2	Stropné uchytenie.			áno / nie		
3	Operačná lampa (hlavné svetidlo so satelitným svetidlom+monitor vrátane nástennej ovládacej skrinky) so stropným uchytením.			áno / nie		
4	LED technológia.			áno / nie		
5	Životnosť LED diód min. 50 000 hod.			áno/ nie		
6	Hĺbka osvetlenia rovnomerná min. (800 - 1100) mm.	veľší rozsah je prijateľný		áno/ nie		
7	Svetivosť hlavného svetidla min. 160 000 LUX.			áno/ nie		
8	Svetivosť satelitného svetidla min. 120 000 LUX.			áno/ nie		
9	Teplota chromatickosti v rozsahu min. (3800 - 4500) K.			áno/ nie		
10	Ra index min. 93 CRI.			áno/ nie		
11	Endo móď.			áno / nie		
12	Ovládanie lampy chirurgom (regulácia intenzity v rozsahu) min.(30 - 100)%.	veľší rozsah je prijateľný		áno/ nie		
13	Požaduje sa dodanie min. 5 ks sterilizovateľných rúčok/lampa.			áno/ nie		
14	Otáčanie ramena 360° stupňov.			áno/ nie		
15	Kompatibilita s laminárnym prúdením.			áno / nie		
16	Kamera v lampe IP Kamera, Full HD, min. 4x zoom.			áno/ nie		
17	Ovládacia skrinka na stene.			áno / nie		
18	Full HD monitor s uhlopriečkou min. 24 palcov s možnosťou jeho montáže na stenu. Súčasťou dodávky musí byť kompletne príslušenstvo potrebné k montáži.			áno/ nie		
19	Základný zdroj.			áno / nie		
Osobitné požiadavky na plnenie:		Osobitné požiadavky na plnenie:				
20. Zákruka min. 24 mesiacov.				áno / nie		
21. Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a začlenenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky				áno / nie		

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V,
Dňa:

.....
Pečiatka a podpis