

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 17.5.2019

VECVysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“

Verejný obstarávateľ týmto informuje uchádzačov o úprave podkladov k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 3.4. 2019 pod č. 2019/S 066 – 153653 a vo vestníku UVO č. 67/2019 zo dňa 4.4.2019 pod č. MST- 6502.

Verejný obstarávateľ vzhľadom na aktuálne známe potreby a vykonávané úkony na operačných sálach overil techn. požiadavky na zakupované operačné lampy. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti zistil potrebu zosúladenia techn. požiadaviek so svojimi potrebami, a preto upravuje opis predmetu zákazky pre **časť č. 6 Operačné lampy** v nasledovnom rozsahu:

Položka predmetu zákazky: **Operačná lampa**

P.č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačnej lampy)	Doplňujúce informácie
4	Životnosť LED diód min. 50 000 hod.	
5	Hĺbka osvetlenia rovnomerná min. (800-1100) mm	väčší rozsah je prípustný
7	Svietivosť satelitného svietidla min. 120 000 LUX	
8	Teplota chromatickosti v rozpätí od 3800 do 4500 K	
11	Ovládanie lampy chirurgom (regulácia intenzity v rozsahu) min.(30 - 100) %	väčší rozsah je prípustný
12	požaduje sa dodanie min. 5 ks sterilizovateľných rúčok/lampa.	

Položka predmetu zákazky: **Stropná operačná lampa typ 2**

P.č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks stropnej operačnej lampy typ 2)	Doplňujúce informácie
18	Full HD monitor s uhlopriečkou min. 24 palcov na ramene operačnej lampy. Súčasťou dodávky musí byť kompletne príslušenstvo potrebné k montáži.	

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre časť 6 Operačné lampy samostatne zverejnená v časti Dokumenty v systéme JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ vykonáva uvedenú zmenu včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania