

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 5.6.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“

Verejný obstarávateľ týmto informuje uchádzačov o úprave podkladov k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 3.4. 2019 pod č. 2019/S 066 – 153653 a vo vestníku UVO č. 67/2019 zo dňa 4.4.2019 pod č. MST- 6502.

Otázka č. 1

... verejný obstarávateľ uviedol dňa 14.5. 2019 vo vysvetlení podkladov, že v tech. špecifikácii k časti 1 - Jednodverový parný sterilizátor, bude požadovať otváranie dverí horizontálne, nakoľko priestorové možnosti umiestnenia neumožňujú vertikálne otváranie dverí. Vo zverejnenej tech. špecifikácii sa stále nachádza pôvodná a teda chybná požiadavka na vertikálne otváranie dverí. Prosíme o úpravu technickej špecifikácie.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ overil odpoveď uverejnenú vo Vysvetlení zverejnených podkladov – II. kolo zo dňa 14.5.2019 a to najmä v kontexte zverejnenej záväznej technickej špecifikácie jednodverového parného sterilizátora.

Verejný obstarávateľ zistil, že vo Vysvetlení zverejnených podkladov – II. kolo zo dňa 14.5.2019 nesprávne uviedol vertikálne a horizontálne otváranie dverí. Verejný obstarávateľ preto opravuje odpoveď na otázku č. 2 zodpovedanú v predmetom vysvetlení nasledovne:

„Verejný obstarávateľ overil priestorové možnosti umiestnenia sterilizátora **a trvá na vertikálnom otváraní dverí sterilizátora tak, ako je to uvedené v zverejnenej technickej špecifikácii**, pretože priestorové možnosti umiestnenia neumožňujú horizontálne otváranie dverí.“

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ neupravoval zverejnenú záväznú technickú špecifikáciu.

Verejný obstarávateľ sa ospravedlňuje nepresnosť, nápravu vykonáva dostatočne včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania