

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 14.6.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 3.4. 2019 pod č. 2019/S 066 – 153653 a vo vestníku UVO č. 67/2019 zo dňa 4.4.2019 pod č. MST- 6502.

PRE ČASŤ 5 OPERAČNÝ STÔL BARIATRISTICKÝ

Otázka č. 1

K bodu č. 5: Verejný obstarávateľ požaduje min. 7 segmentov - prosím o doplnenie o aké konkrétne segmenty ide.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 5 k 12.6.2019“ v bode č. 4 nasledovne:

„Počet segmentov min. 7 ks (hlava, predĺžovací chrbtový segment, chrbát, sedací, delený diel nožný 4 časti) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 24) popísanými funkciami.“

Otázka č. 2

K bodu č. 6 a 7: Bude verejný obstarávateľ tolerovať rozmedzie nastavenia výšky 715-1165 mm?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 5 k 12.6.2019“ v bodoch č. 6, č. 7 a č. 8 nasledovne:

Bod č. 6 „Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm.“ Bod č. 7 „Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm.“ Bod č. 8 „Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať rozmedzie nastavenia výšky 715-1165 mm.

Otázka č. 3

K bodu č. 12: Bude verejný obstarávateľ tolerovať hornú hranicu nastavenia nožnej časti na +20°?

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 5 k 12.6.2019“ v bode č. 12 nasledovne:

„Nožná doska zložená zo 4 častí, z ktorej sa dá vyskladať dvojdielna, rozťahovacia do strán. Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať hornú hranicu nastavenia nožnej časti na +20°.

Otázka č. 4

K bodu č. 16 Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené - bude verejný obstarávateľ akceptovať jeden bezdrôtový ovládač a zdvojenie pomocou ovládania na nohe operačného stola?

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 5 k 12.6.2019“ v bode č. 16 nasledovne:

„Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať jeden bezdrôtový ovládač a zdvojenie pomocou ovládania na nohe operačného stola.

Otázka č. 5

K bodu č. 27: Držiaky nôh pre gyn. polohu - chce verejný obstarávateľ gyn. "šauty" alebo podkolenné opierky nôh? Alebo iné príslušenstvo?

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 5 k 12.6.2019“ v bode č. 22 nasledovne:

„6. držiaky nôh pre gynek. polohu nastaviteľné min. 2 ks“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude bližšie špecifikovať typ držiakov nôh, tento výber necháva na posúdení uchádzača. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj tzv. šauty aj podkolenné opierky.

PRE ČASŤ 4 OPERAČNÉ STOLY S PRÍSLUŠENSTVOM

Položka: Operačný stôl mobilný OUCH

Otázka č. 6

K bodu č. 7: Bude verejný obstarávateľ tolerovať rozmedzie nastavenia výšky 715-1165 mm?

Odpoveď č. 6

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 4 k 12.6.2019“ v bodoch č. 6, č. 7 a č. 8 nasledovne:

Bod č. 6 „Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm.“ Bod č. 7 „Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm.“ Bod č. 8 „Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať rozmedzie nastavenia výšky 715-1165 mm.

Otázka č. 7

Ako si verejný obstarávateľ predstavuje v bode č. 13 pozdĺžny posun s elektronickou brzdou? Bude verejný obstarávateľ akceptovať elektro-hydraulický motor ovládaný jedným tlačidlom - pri stlačení sa odblokuje a po uvoľnení tlačidla sa uzamkne?

Odpoveď č. 7

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 4 k 12.6.2019“ v bode č. 13 nasledovne:

„Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel)“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ bude akceptovať aj elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel).

Otázka č. 8

K bodu č. 16 Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené - bude verejný obstarávateľ akceptovať jeden bezdrôtový ovládač a zdvojenie pomocou ovládania na nohe op. stola?

Odpoveď č. 8

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 4 k 12.6.2019“ v bode č. 16 nasledovne:

„Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať jeden bezdrôtový ovládač a zdvojenie pomocou ovládania na nohe operačného stola.

Položka: Operačný stôl mobilný zákrokový

Otázka č. 9

K bodu č. 2: Môže verejný obstarávateľ konkrétne definovať aké elektricky ovládané pohyby dosky stola chce?

Odpoveď č. 9

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 4 k 12.6.2019“ v bode č. 2 nasledovne:

„Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický. Elektr. pohon min.: pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty.“

Otázka č. 10

K bodu č. 5: Bude verejný obstarávateľ tolerovať šírku stola 500 mm? 540 mm je značne neštandardný rozmer až diskriminačný.

Odpoveď č. 10

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 4 k 12.6.2019“ v bode č. 5 nasledovne:

„Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíšt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať šírku stola 500 mm.

Otázka č. 11

K bodu č. 6: Bude verejný obstarávateľ tolerovať rozmedzie nastavenia výšky 715-1165 mm?

Odpoveď č. 11

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 4 k 12.6.2019“ v bode č. 6 nasledovne:

„Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. Rozsah výškového nastavenia min. 370 mm“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať rozmedzie nastavenia výšky 715-1165 mm.

Otázka č. 12

K bodu č. 15: Ako si verejný obstarávateľ predstavuje veľkosť priestoru pre kyslíkovú fľašu a odsávací systém? Aké konkrétne zariadenie má na mysli?

Odpoveď č. 12

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakúpanému operačnému stolu vykonávané upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 4 k 12.6.2019“ v bode č. 13 nasledovne:

„3. Držiak na kyslíkovú fľašu (s objemom max. 5L) uchytiteľný na eurolištu min. 2 ks“.

PRE ČASŤ 6 OPERAČNÉ LAMPY**Otázka č. 13**

..... bude verejný obstarávateľ akceptovať u operačných lúčných lamp reguláciu intenzity osvetlenia 0-100 %, ktorá však nebude môcť byť sterilne ovládaná?

Odpoveď č. 13

Verejný obstarávateľ vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakúpeným operačným lampám vykonávané, nebude tolerovať požiadavku nesterilného ovládania operačnej lampy.

Otázka č. 14

....otázka k stropnej operačnej lampe typ 1, kde je uvedené: Full HD monitor s uhlopriečkou min. 42 palcov s možnosťou jeho montáže na stenu. Bude verejný obstarávateľ akceptovať Full HD monitor s uhlopriečkou 24 palcov?

Odpoveď č. 14

Verejný obstarávateľ vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakúpeným operačným lampám vykonávané, nebude tolerovať Full HD monitor s uhlopriečkou 24 palcov. Veľkosť monitora s uhlopriečkou min. 42 palcov pri stropnej operačnej lampe typ 1 verejný obstarávateľ považuje za štandardné HW vybavenie, ktoré umožňuje personálu lepšiu prehľadnosť, vizualizáciu a samotný komfort počas operačných zákrokov.

V kontexte upravených špecifikácií verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk, ktorá je dostatočná ku dňu zverejnenia tohto vysvetlenia.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania