

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 17.6.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Vybavenie operačných sál“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Vybavenie operačných sál, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 6.6. 2019 pod č. 2019/S 0108 – 262711 a vo vestníku UVO č. 113/2019 zo dňa 7.6.2019 pod č. MST- 14145.

PRE ČASŤ 1 STERILIZÁTORY

Otázka č. 1

.... bude akceptovaný parameter pre časť 1 Sterilizátory otváranie dverí horizontálne (ako u klasických dverí) , namiesto vertikálneho > zásuvného otvárania pri zachovaní požadovanej veľkosti komory min. 70l?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ overil priestorové možnosti umiestnenia sterilizátora a trvá na vertikálnom otváraní dverí sterilizátora, tak ako je uvedené v zverejnenej technickej špecifikácii.

Otázka 2:

.....bude verejný obstarávateľ v Časti č. 1 - Sterilizátory, v technickej špecifikácii vyžadovať jedine posun dverí vertikálny, alebo je možné predložiť ponuku na sterilizátor s horizontálnym posunom dverí (otváranie ako pri klasických dverách sprava doľava).

Odpoveď 2:

Verejný obstarávateľ overil priestorové možnosti umiestnenia sterilizátora a trvá na vertikálnom otváraní dverí sterilizátora, tak ako je uvedené v zverejnenej technickej špecifikácii

S úctou

V. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania