

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 4.7.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Vybavenie operačných sál“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Vybavenie operačných sál, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 6.6. 2019 pod č. 2019/S 0108 – 262711 a vo vestníku UVO č. 113/2019 zo dňa 7.6.2019 pod č. MST- 14145.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmet zákazky pre časť 1 požaduje dodať podľa technickej špecifikácie jednodverový parný sterilizátor s integrovanou úpravou vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicínálnej pary.

Nakoľko teplo generované vo vnútri sterilizátora pri jeho činnosti môže negatívne vplývať na integrovanú úpravu vody (reverznú osmózu), navrhujeme ako riešenie použiť externú úpravu vody pre výrobu medicínálnej pary. Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj takéto riešenie?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k potrebám nemocnice trvá na integrovanej úprave vody pre výrobu medicínálnej pary, tak ako je uvedené v zverejnenej technickej špecifikácii. Po rekonštrukcii oddelenia nebude umiestnenie sterilizátora poskytovať možnosť externej úpravy vody.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania