

KÚPNA ZMLUVA Č. EU20TVOSsP117

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

na dodanie „**Vybavenia operačných sál – časť č. 3 Operačné stoly s príslušenstvom**“¹

Predávajúci

Obchodné meno: **NIMAG, spol. s r.o.**
So sídlom: **Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava**
Zastúpený: **Ing. Ľubomír MAGULA, konateľ spoločnosti**
IČO: **31 337 775**
IČ DPH: **SK2020343391**
DIČ: **2020343391**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK72 0900 0000 0051 3124 3320**
Zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,**
Oddiel: sro, vložka č. 3951/B

(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúci

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**
So sídlom: **Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov**
Zastúpený: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valaška, ACCA, podpredseda predstavenstva
IČO: **36 597 376**
DIČ: **2022058830**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK12 1100 0000 0029 4304 2950**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,**
Oddiel: Sa, vložka č.: 1350/V

(ďalej ako „kupujúci“)

Predávajúci a kupujúci ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejnej súťaže zrealizovanej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom sú „Vybavenie operačných sál“.
- 1.2. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu /plneniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR, a kupujúcim, a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
- 1.3. Nákup tovaru, definovaného v Čl. 2 tejto zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu na základe vystavenej objednávky **Vybavenie operačných sál – časť č. 3 Operačné stoly s príslušenstvom**² (ďalej spolu ako „prístroj“ alebo „tovar“) podľa bodu 2.4. zmluvy a poskytnúť služby podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto prístroju a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom poskytnúť súčinnosť,

¹ Do tohto bodu predávajúci uvedie číslo a názov časti predmetu zákazky, pre ktorú je kúpna zmluva predložená (v prípade ak predávajúci predkladá kúpnu zmluvu na viacero častí predmetu zákazky, musí predložiť na každú časť predmetu zákazky samostatnú kúpnu zmluvu vrátane príloh).

² Do tohto bodu predávajúci uvedie číslo a názov časti predmetu zákazky, pre ktorú je kúpna zmluva predložená (v prípade ak predávajúci predkladá kúpnu zmluvu na viacero častí predmetu zákazky, musí predložiť na každú časť predmetu zákazky samostatnú kúpnu zmluvu vrátane príloh).

prístroj podľa bodu 2.4. zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu dohodnutú touto zmluvou. Predávajúci sa zaväzuje, že jeho ponuka bude platná osemnásť (18) mesiacov od podpisu zmluvy; kupujúci sa zaväzuje, že tovar do tejto lehoty objedná.

- 2.2. V prípade neschválenia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok kupujúceho, je kupujúci oprávnený splniť si povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (najmä prevziať tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu) aj prostredníctvom vlastných alebo iných zdrojov. V takomto prípade je kupujúci oprávnený v záväznej objednávke uviesť predmet zmluvy len v rozsahu podľa jeho aktuálnych potrieb a finančných možností. Predávajúci je povinný dodať tovar v rozsahu uvedenom v záväznej objednávke.
- 2.3. Predávajúci prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že k dátumu fakturácie bude vlastníkom prístroja a bude oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.
- 2.4. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje k dodaniu prístroja podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 – *Špecifikácia predmetu zákazky*, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dodaný prístroj musí byť v súlade s príslušnými predpismi riadne označené údajmi o výrobcovi a tovare, pričom jeho dodávka sa zrealizuje v obale, ktorý zabezpečí jeho bezpečnú prepravu.
- 2.5. Dodávka prístroja predávajúcim podľa tejto zmluvy zahŕňa aj :
- 2.5.1. **služby spojené s dodaním tovaru**, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta dodania, jeho vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidáciu obalov,
 - 2.5.2. **montáž a inštaláciu prístroja**,
 - 2.5.3. **vykonanie skúšok, skúšobná prevádzka a uvedenie prístroja do prevádzky**,
 - 2.5.4. **zaškolenie zamestnancov kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného prístroja**.
- 2.6. Súčasťou záväzku predávajúceho je **poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na požadovaný účel**, a to najmä, no nie len výlučne:
- (i) Návod na použitie/obsahu tovaru v slovenskom resp. v českom jazyku, Záručný list,
 - (ii) neoverené kópie všetkých dokladov a dokumentov preukazujúce splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré neboli obsahom kupujúcim prijatej ponuky predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.
- 2.7. V prípade, ak predávajúci nepredloží do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy všetky doklady a dokumenty požadované v zmysle bodu 2.6, písm. (ii) toho Článku, kupujúci písomne vyzve predávajúceho na predloženie požadovaných dokladov a poskytne mu dodatočnú lehotu päť (5) pracovných dní. Nepredloženie požadovaných dokladov ani v dodatočne poskytnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle Článku 8 zmluvy.
- 2.8. Predávajúci sa ďalej zaväzuje vypracovať a po podpise oboch zmluvných strán odovzdať kupujúcemu minimálne v dvoch (2) vyhotoveniach:
- Preberací protokol,
 - Inštalačný protokol a
 - Protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho týkajúcej sa obsluhy prístroja (ďalej len „Protokol o zaškolení“)
- 2.9. Pre odstránenie pochybností, **súčasťou dodávky prístroja podľa tejto zmluvy nie sú stavebné úpravy potrebné pre dodávku / inštaláciu prístroja**, ktoré je povinný zabezpečiť kupujúci. Kupujúci sa rovnako zaväzuje poskytnúť predávajúcemu súčinnosť v rozsahu potrebnom pre riadne a včasné splnenie dodávky predávajúceho podľa tejto zmluvy a k vykonaniu inštalácie a uvedenia prístroja do prevádzky.
- 2.10. Predmetom tejto zmluvy je ďalej záväzok predávajúceho **poskytovať služby v súlade s Čl. 5, bodom 5.3 a 5.5 zmluvy k dodanému prístroju počas záručnej doby v trvaní dvoch (2) rokov odo dňa uvedenia prístrojov do prevádzky a podpísania Inštalačného protokolu**. Bližšia špecifikácia služieb v rámci záručnej doby je uvedená v Článku 5 tejto zmluvy.
- 2.11. Nakoľko dodávka predávajúceho podľa tejto zmluvy zahŕňa aj **dodávku softvéru**, platí, že predávajúci dňom podpisu Preberacieho protokolu udeľuje kupujúcemu nevýhradnú licenciu na jeho použitie, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora a na účel, na ktorý bol softvér vytvorený. Predávajúci súhlasí, aby kupujúci udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená na základe tejto zmluvy kupujúcemu. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom odmena za jej poskytnutie ako aj odmena za udelenie súhlasu na udelenie licencie je už zahrnutá v kúpnej cene podľa tejto zmluvy. Udelená licencia a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením tejto zmluvy dotknuté. Uvedené sa nevzťahuje na štandardný softvér tretích strán (OEM, krabicový, predinštalovaný na tovare). Pre štandardný softvér platia licenčné podmienky výrobcu softvéru.
- 2.12. Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby poskytované podľa tejto zmluvy budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite spĺňajúce najvyššie nároky najvyššej techniky tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy. Predávajúci podpisom zmluvy prehlasuje, že si je plne vedomý účelu kúpy a charakteru potrieb používania prístroja kupujúcim.

- 2.13 Kupujúci si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy požadovať od osôb, vykonávajúcich inštaláciu, servisné zásahy alebo iné odborné služby vo vzťahu k prístroju, preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti a potrebnej kvalifikácie na realizované úkony. Predávajúci je povinný preukázať túto povinnosť najneskôr pred začatím inštalácie a ak dôjde k zmene, oznámiť zmenu bezodkladne, najneskôr do najbližšieho nástupu na výkon opravy. Kupujúci má právo overiť túto skutočnosť v prípade odôvodnenej pochybnosti porušenia tejto povinnosti aj dodatočne, počas celého trvania záruky.
- 2.14 V prípade, ak predávajúci, v súlade s príslušnou dokumentáciou, preukázal dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov tovaru a kupujúci pri následných kontrolných meraniach tovaru preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté predávajúcim uvedené a platnými právnymi a alebo technickými predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných tovarov pre daný účel, je predávajúci povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany kupujúceho, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúceho tovaru za tovar spĺňajúci požadované hodnoty (normy). Ak predávajúci takýmto konaním spôsobí kupujúcemu škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.
- 2.15 Predávajúci sa zaväzuje akékoľvek zmeny týkajúce sa dodávky tovaru (a to najmä, nie však výlučne ukončenie výroby tovaru) oznámiť kupujúcemu najneskôr do piatich (5) pracovných dní, od kedy sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel, a to e-mailom s následným písomným doručením oznámenia kupujúcemu. V prípade, ak predávajúci oznámi kupujúcemu ukončenie výroby tovaru, súčasťou oznámenia bude písomné potvrdenie výrobcu tovaru o ukončení výroby tovaru. V takomto prípade sa kupujúci zaväzuje vystaviť objednávku na dodávku tovaru bezodkladne po doručení písomného oznámenia predávajúceho v zmysle tohto bodu.

Článok 3 Podmienky dodania a prevzatia prístroja

- 3.1. Predávajúci sa zaväzuje **dodať tovar** kupujúcemu v lehote uvedenej v Prílohe č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Lehota na dodanie tovaru uvedená v Prílohe č. 4 sa počíta od doručenia záväznej objednávky predávajúcemu; dodávka tovaru sa uskutoční v čase od 07,00 hod. do 14,00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom čase.

- 3.2 Objednávku tovaru je kupujúci povinný uskutočňovať písomne, s presným určením požadovanej dodávky tovaru (druh, množstvo, miesto a čas dodávky).

Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej päť (5) pracovných dní vopred, aby mohol kupujúci poskytnúť súčinnosť, a to kontaktnej osobe kupujúceho:

Ing. Jozef Bugata, manažér prevádzky
tel.: 0905242914, e-mail: jozef.bugata@svetzdravia.com

kontaktnou osobou predávajúceho je: Ing. Ľubomír MAGULA, konateľ spoločnosti,
tel.: 02 / 555 68 102, -103 fax: 02 / 555 68 104 e-mail: nimag@nimag.sk

- 3.3. Miestom dodania tovaru je: **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov** (ďalej len „miesto dodania“).
- 3.4. Kupujúci za účelom prevzatia tovaru zabezpečí v mieste dodania prístroja prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja. Dopravu prístroja na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.
- 3.5. Predávajúci je povinný **tovar nainštalovať a uviesť do bezporuchovej prevádzky bezodkladne po jeho dodaní, najneskôr však do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa jeho dodania** kupujúcemu do miesta dodania, a to na vlastné náklady. V prípade, že priestory inštalácie prístroja nie sú pripravené v zmysle technologického projektu prístroja, lehota inštalácie sa môže adekvátne predĺžiť a predávajúci tak nie je v omeškaní. Technologický projekt zabezpečí na vlastné náklady kupujúci.
- 3.6. Predávajúci je oprávnený vykonať inštaláciu tovaru v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci si vzhľadom na neprerušnú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované predávajúcim.
- 3.7. Predávajúci je povinný zabezpečiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony potrebné k riadnemu dodaniu tovaru. Dodanie tovaru do miesta plnenia zahŕňa aj nasledovné povinnosti predávajúceho:

- vykládku tovaru
- presun tovaru v rámci nemocnice podľa pokynov oprávnenej osoby kupujúceho
- rozbalenie tovaru a likvidáciu obalového materiálu.

Riadne dodanie tovaru potvrdí kupujúci písomne podpísaním Preberacieho protokolu. V Preberacom protokole sa potvrdzuje najmä druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa dohodnutej technickej špecifikácie.

Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a reklamovať zjavnú vadu tovaru bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru.

- 3.8. Zistenie väd tovaru podľa bodu 3.7. zmluvy, kupujúci oznámi kontaktnej osobe predávajúceho písomne (t.j. reklamácia tovaru).
- kontaktná osoba za predávajúceho je: Ing. Ľubomír MAGULA, konateľ spoločnosti,
tel.: 02 / 555 68 102, -103 fax: 02 / 555 68 104 e-mail: nimag@nimag.sk
- kontaktná osoba za kupujúceho je: Ing. Jozef Bugata, manažér prevádzky
tel.: 0905242914 e-mail: jozef.bugata@svetzdavia.com
- 3.9. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a úžitkové parametre dodaného tovaru nezodpovedajú dohodnutej technickej špecifikácii tovaru podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Technická špecifikácia tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.3. zmluvy.
- 3.10. O inštalácii a uvedení tovaru do bezporuchovej prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalačný protokol. Inštalácia tovaru zahŕňa aj vykonanie zaškolenia zamestnancov kupujúceho týkajúce sa obsluhy, údržby, ošetrovania dodaného tovaru a predloženia príslušnej dokumentácie podľa bodu 2.5 a 2.6 (okrem technologického projektu) tejto zmluvy.
- 3.11. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho týkajúce sa obsluhy tovaru je predávajúci povinný realizovať najneskôr pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania, resp. inštalácie. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení.
- 3.12. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom, kedy došlo k dodaniu tovaru podľa bodu 3.7. zmluvy.

Článok 4 **Kúpna cena a platobné podmienky**

- 4.1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na tovar podľa tejto zmluvy.
- 4.2. Kúpna cena tovaru, vrátane rozpisu jednotlivých položiek tovaru (v prípade, ak je to relevantné), je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená v Prílohe č. 2 – Kalkulácia ceny, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.3. Kúpna cena podľa tohto článku zmluvy je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez akýchkoľvek právnych a faktických väd. V kúpnej cene je zahrnuté:
- kompletne dodanie tovaru do miesta plnenia a služby s tým spojené v zmysle bodu 2.5.1. zmluvy,
 - inštaláciu a montáž tovaru,
 - vykonanie skúšok, skúšobnú prevádzku a uvedenie tovaru do bezporuchovej prevádzky,
 - zaškolenie zamestnancov kupujúceho,
 - predloženie príslušnej dokumentácie k tovaru v zmysle Článku 2, bodu 2.6 zmluvy,
 - komplexné zabezpečenie služieb počas trvania záručnej doby,
 - pravidelné odborné profylaktické prehliadky v intervale 1x ročne, počas trvania záručnej doby
 - odmena za licencie a ďalšie náklady predávajúceho v súvislosti s dodaním tovaru resp. poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy.
- 4.4. **Celková cena za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške: 260.416,67 EUR bez DPH³, slovom: dvestošesťdesiat tisíc štyristošesťnásť EUR a šesťdesiatšedem centov bez DPH, t.j. 312.500,00 EUR s DPH, slovom: tristodvanásť tisíc päťsto EUR s DPH.** Takto stanovená celková cena za tovar je maximálna a záväzná počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
- 4.5. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym dodaním tovaru kupujúcemu podľa bodu 3.7. zmluvy a jeho uvedením do bezporuchovej prevádzky na základe podpísaného Inštalačného protokolu.
- 4.6. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní tovaru a jeho uvedení do bezporuchovej prevádzky v zmysle bodu 3.10. zmluvy.
- 4.7. Splatnosť faktúry je v zmysle ust. § 340b ods.5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
- 4.8. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 4.9. Peňažný záväzok kupujúceho platený prostredníctvom banky je splnený odoslaním fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 4.10. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a tejto zmluvy vrátane informácií súvisiacich so spolufinancovaním podľa bodu 1.3. zmluvy. Kupujúci najneskôr v čase prevzatia prístroja oznámi Predávajúcemu konkrétne znenie tejto informácie. Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť Preberací protokol, Inštalačný protokol a Protokol o zaškolení. V prípade, že

³ Do tohto bodu uchádzač uvedie údaje v súlade s údajmi uvedenými v Prílohe č. 2 – Kalkulácia ceny

doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu, pričom lehota splatnosti začne plynúť až od doručenia riadne vystavenej faktúry kupujúcemu.

- 4.11 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme predávajúceho, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt kupujúceho pre účely fakturácie: fakturacia.TV@svetzdravia.com.
- 4.12 Pokiaľ predávajúci, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na kupujúceho na korešpondenčnú adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Košice.
- 4.13 Predávajúci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že výsledná kúpna cena za tovar je v súlade s aktuálne obvyklou trhovou cenou tovaru (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk).

Článok 5

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.
- 5.2. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov a, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.3. Predávajúci poskytuje na tovar a všetky jeho súčasti **komplexnú záruku, ktorá bola stanovená predávajúcim v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpísania inštaláčného protokolu.**
- 5.4. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bezodkladne v záručnej dobe, inak zanikajú.
- 5.5. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Opatreniami sa rozumie najmä nie však výlučne :
- 5.5.1. oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
- 5.5.2. vykonanie štandardných vylepšení prístroja podľa rozhodnutia predávajúceho vrátane vykonania aktualizácií, t.j. update softvérového vybavenia prístroja;
- 5.5.3. dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
- 5.5.4. vykonanie validácií a kalibrácií prístroja, resp. jeho relevantných častí;
- 5.5.5. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok prístroja vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 5.7. zmluvy;
- 5.5.6. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
- 5.5.7. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu;
- 5.5.8. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia riadnej bezporuchovej prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy.
- 5.6. Záručná doba podľa bodu 5.3. zmluvy sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
- 5.7. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa nevzťahuje tiež na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
- 5.8. V oznámení, resp. reklamácií vady prístroja podľa tejto zmluvy, je kupujúci povinný každú jednotlivú vadu, resp. nedostatok špecifikovať (označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje).
- 5.9. Predávajúci je povinný počas záručnej doby **odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:**
- 5.9.1. oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 48 hodín;
- 5.9.2. oprava vady s dodávkou náhradného dielu uloženého na sklade do 72 hodín s výnimkou prípadov, pri ktorých je preukázateľná potreba objednať náhradný diel.

- 5.10. Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia vady v pracovný deň medzi 7,00 hod. a 16,00 hod., resp. do 12,00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16,00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
- 5.11. V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie prístroja, je predávajúci oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 12 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7,00 hod. a 16,00 hod., resp. do 12,00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16,00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
- 5.12. Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom kontaktnej osoby predávajúceho: **p. Jozef MANDRÁK, servisný technik tel.č.: 02 / 555 68 102, -103 fax: 02/555 68 104 alebo e-mailom na adrese: servis@nimag.sk**
- 5.13. V prípade ak komunikačným kanálom kontaktnej osoby predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom kontaktnej osoby predávajúceho je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom kontaktnej osoby predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
- 5.14. V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí kupujúci, je predávajúci povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením kupujúceho o nedostupnosti tejto linky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a predávajúci túto skutočnosť preukáže kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu predávajúceho.
- 5.15. Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bezporuchovej prevádzky v lehotách uvedených v bode 5.9. zmluvy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
- 5.15.1. nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu podľa bodov 5.10. alebo 5.11. zmluvy: 100 eur za každú začatú hodinu omeškania,
- 5.15.2. nedodržanie lehoty na odstránenie vady 5.9.1. alebo 5.9.2. zmluvy: 150 eur za každú začatú hodinu omeškania.
- 5.16. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný zabezpečiť minimálnu dostupnosť prevádzky ním dodaného prístroja podľa tejto zmluvy na úrovni aspoň D = 95%.
- 5.17. Výpočet parametra D – dostupnosti prevádzky prístroja je nasledovná:
- $$D = ((T - V) / T) \times 100$$
- v ktorom
- D - dostupnosť prevádzky zariadenia v percentách
- T – počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho roka prevádzky predmetu zákazky, počítané ako počet kalendárnych dní v roku * 24 hodín
- V – výpadok prevádzky prístroja v hodinách počas sledovaného obdobia jedného kalendárneho roka prevádzky prístroja, pričom výpadkom prevádzky prístroja sa rozumie taký prevádzkový stav prístroja, kedy v dôsledku výskytu vady na prístroji je nedostupná alebo chybná funkčnosť jednej alebo viacerých funkcionálít prístroja nevyhnutných na jeho používanie dohodnutým spôsobom popísaným v dodanej prevádzkovej dokumentácii, pričom chybná alebo nedostupná funkcionálita má negatívne dopady na činnosť kupujúceho a prístroj nie je možné použiť vôbec alebo v požadovanej kvalite.
- 5.18. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania minimálnej dostupnosti prevádzky prístroja uvedenej v bode 5.16. tejto zmluvy, má kupujúci právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého príjmu v tomto rozsahu: ak D je v danom kalendárnom roku menej ako 95 % vzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody a ušlého príjmu vypočítaného dosadením hodnôt do nasledovného vzorca:
- $$N = (DD - DV) \times PV \times PP$$
- v ktorom
- N - výška nároku na náhradu škody a náhradu ušlého príjmu v eurách,
- DD je 95 % počtu dní, počas ktorých má byť zariadenie v kalendárnom roku dostupné, podľa opisu z bodu 10 tejto časti,
- DV - počet kalendárnych dní v kalendárnom roku, počas ktorých bola dostupná prevádzka zariadenia,
- PV - priemerný denný počet výkonov, ktorý sa určí ako počet výkonov, ktoré boli na prístroji urobené a vyúčtované za čas trvania prevádzky prístroja počas príslušného kalendárneho roka,
- PP - priemerná platba za 1 výkon urobený na prístroji v eurách prijatá kupujúcim, ktorá sa určí ako podiel počtu výkonov urobených na prístroji v príslušnom kalendárnom roku a súčtu sumy prijatých platieb za všetky výkony urobené na prístroji v príslušnom kalendárnom roku.
- 5.19. Uplatnenie nároku na náhradu škody a ušlého príjmu sa uplatňuje na základe vyhodnotenia dostupnosti prevádzky prístroja vždy za predchádzajúci kalendárny rok trvania zmluvy. Prvým obdobím, za ktoré sa vyhodnocuje dostupnosť prevádzky prístroja je obdobie začínajúce kalendárnym dňom nasledujúcim po dni

uvedenia prístroja do prevádzky a končiace 31. decembrom kalendárneho roka, v ktorom bol prístroj uvedený do prevádzky. Nasledujúce obdobia vždy začínajú 1. januárom daného kalendárneho roka platnosti zmluvy a končia 31. decembrom daného kalendárneho roka alebo dňom ukončenia platnosti kúpnej zmluvy, ak zmluva skončí platnosť pred 31. decembrom daného kalendárneho roka.

- 5.20. Pri vyhodnocovaní nedostupnosti prevádzky prístroja sa do nedostupnosti prístroja nebude počítať doba, počas ktorej je nedostupnosť spôsobená:
- 5.20.1. nezabezpečením požadovanej súčinnosti a vhodných prevádzkových podmienok zo strany kupujúceho (výpadok elektrickej energie, teroristický útok, vyššia moc, nesprístupnenie prístroja bez zbytočného odkladu po príchode servisného technika dodávateľa a pod.);
 - 5.20.2. vandalizmom, neoprávneným používaním prístroja, jeho používaním v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu, v dôsledku vyššej moci,
 - 5.20.3. čiastkovým výpadkom prístroja alebo jeho úplným odstavením spôsobeným konaním zo strany kupujúceho alebo akejkoľvek tretej osoby,
 - 5.20.4. odstavením prístroja z dôvodu vopred plánovanej prehliadky, údržby alebo profylaktiky, ak túto skutočnosť oznámil predávajúci kupujúcemu minimálne 10 kalendárnych dní vopred, pričom do doby nedostupnosti prístroja sa započíta v tomto prípade len doba nevyhnutná na výkon takejto prehliadky, údržby alebo profylaktiky, maximálne však v dĺžke akú predávajúci oznámil kupujúcemu pri oznamovaní potreby vykonania takejto prehliadky, údržby alebo profylaktiky a, ak takúto dobu predávajúci neoznámil kupujúcemu vopred, tak maximálne doba v dĺžke 5 hodín.
- 5.21. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania záručnej doby, v lehotách stanovených právnym predpisom, a/alebo technickou normou a/alebo technickými podmienkami výrobcu vyplývajúcimi zo sprievodnej dokumentácie vzťahujúcej sa k tovaru vykonať bezodplatne odbornú profylaktickú prehliadku tovaru, ktorou:
- preverí prevádzkový stav tovaru
 - vykoná celkovú bezpečnostnú kontrolu tovaru vrátane elektrickej bezpečnosti, kontrolu prevádzkových parametrov a nastavenie prístroja, a to vrátane bezodplatnej výmeny a opravy vadných a poškodených dielov tovaru nevyhnutných pre spoľahlivú prevádzku.
- Konkrétny termín jednotlivých odborných profylaktických prehliadok bude stanovený v Inštalačnom protokole a upresnený dohodou predávajúceho a kupujúceho.
- 5.22. Predávajúci podpisom tejto zmluvy garantuje kupujúcemu dostupnosť všetkých náhradných dielov k prístroju počas celej životnosti prístroja.

Článok 6

Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu

- 6.1. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny nedodaného tovaru bez DPH, s ktorým je predávajúci v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.2. V prípade omeškania predávajúceho s termími plnenia služieb počas záručnej doby, má kupujúci nárok na zmluvné pokuty vo výške a za podmienok podľa Článku 5 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.3. V prípade, ak sa počas životnosti prístroja zistí porušenie povinnosti uvedenej v bode 3.9. tejto zmluvy a kupujúci si uplatní právo odstúpiť od zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z kúpnej ceny prístroja bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.
- 6.5. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená zmluvná strana dorúčením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
- 6.6. Uplatnením majetkových sankcií nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 6.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na jej plnenie.
- 6.8. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
- 6.9. V prípade, ak predávajúci nepredloží doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v zmysle Článku 2, bodu 2.6., odsek (ii) zmluvy a kupujúci si uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle Článku 8, bodu 8.3., písm. b) zmluvy, má kupujúci nárok na náhradu škody, ktorá kupujúcemu preukázateľne vznikla z dôvodu zmarenia účelu vyplývajúceho z tejto zmluvy zo strany predávajúceho.
- 6.10. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie do pôvodného stavu nie je možné.
- 6.11. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne

z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. Pre účely tejto zmluvy sa za okolností vylučujúcich zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.

- 6.12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie prvej vety bodu 6.11. zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto okolnostiach a o predpokladanej dobe ich trvania postihnutou stranou, bezodkladne ako sa o nich dozvedela.
- 6.13. V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 6.14. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia; ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek strana právo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 6.15. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Článok 7 Platnosť zmluvy

- 7.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do splnenia dodávky tovaru, okrem ustanovení zmluvy, z obsahu ktorých vyplýva iná doba platnosti a účinnosti.
- 7.3. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť pred uplynutím doby uvedenej v bode 7.2:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a na úhradu zmluvnej pokuty, na ktorej vznikol nárok pred odstúpením od zmluvy,
 - c) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Článok 8 Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté niečo iné.
- 8.2. Opakované omeškanie predávajúceho s plnením povinností podľa tejto zmluvy tohto článku znamená podstatné porušenie zmluvy, pričom kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.
- 8.3. Zmluvné strany označujú za podstatné porušenie zmluvy najmä porušenie nasledujúcich zmluvných povinností:
 - a) nedodanie tovaru predávajúcim v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok o viac ako 30 dní,
 - b) nedodanie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v zmysle Článku 2, bodu 2.6., odsek (ii) zmluvy ani v dodatočnej lehote, stanovenej kupujúcim v zmysle Článku 2, bodu 2.7. zmluvy,
 - c) neodstránenie väd tovaru predávajúcim za podmienok uvedených v tejto zmluve ani v nato poskytnutej dodatočnej lehote.

Článok 9 Subdodávky

- 9.1. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám. Predávajúci je oprávnený dodat, inštalovať, uviesť do bezporuchovej prevádzky a fakturovať len tie časti tovaru, ku ktorým nadobudol vlastnícke právo. Predávajúci je oprávnený zabezpečovať časť plnenia prostredníctvom len tých subdodávateľov, ktorí boli schválení kupujúcim a sú uvedení v zozname známych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 9.2. Kupujúci za subdodávateľa považuje osobu podľa § 2 ods. 5 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní a osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Kupujúci vyžaduje od subdodávateľov, aby najneskôr v čase oznámenia preukázali oprávnenosť realizovať dané plnenie predmetu zmluvy.

- 9.3. Predávajúci je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť kupujúcemu zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba, (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie predávajúceho, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.4. Predávajúci je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe kupujúceho a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba kupujúceho na základe predávajúcim predložených informácií / dokladov.
- 9.5. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je predávajúci povinný predložiť oprávnenej osobe kupujúceho do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 9.6. Predávajúci je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba kupujúceho rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Kupujúci oznámi predávajúcemu svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Predávajúci v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.
- 9.7. Kupujúci bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov predávajúceho v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú kupujúci poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov predávajúceho) v jeho mene: Mgr. Katarína Stráňovská, Junior pre VO, +421 915 322 245
- 9.8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje predávajúci využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť primerane odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a predávajúci berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.
- 9.9. V prípade, že sa na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou (napr. subdodávateľom), Predávajúci si je povinný uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady sám, pričom nedomáha sa k obmedzeniu jeho výlučnej zodpovednosti voči kupujúcemu. Uplynutie záručnej doby poskytnutej touto treťou osobou nemá vplyv na trvanie záručnej doby poskytnutej predávajúcim kupujúcemu podľa zmluvy.
- 9.10. Nedodržanie povinností stanovených predávajúcemu týmto článkom zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok predávajúcim a zakladá právo kupujúceho odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s článkom 7 bod 7.3. písm. b) tejto zmluvy. Predávajúci je zároveň povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla kupujúcemu porušením tejto povinnosti; za škodu sa v takom prípade považuje najmä výška sumy, ktorú bude kupujúci povinný z poskytnutého grantu vrátiť.
- 9.11. Ak sú k tomu splnené zákonom stanovené predpoklady, predávajúci a jeho subdodávateľia známi v čase podpisu tejto zmluvy musia byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov VS“). Ak si predávajúci tieto povinnosti nespĺní, resp. poskytne kupujúcemu nepravdivé alebo neaktuálne doklady o

ich splnení, zodpovedá kupujúcemu za všetky škody, ktoré mu tým spôsobí a kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť; za škodu sa v takom prípade považuje najmä výška sumy, ktorú bude kupujúci povinný z poskytnutého grantu vrátiť.

Článok 10 **Osobitné ustanovenia**

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom akékoľvek zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, a to najmä údajov uvedených v úvode tejto zmluvy.
- 10.2. Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy predávajúci nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské práva na predmet zmluvy, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávateľa alebo odstúpiť inému dodávateľovi.
- 10.3. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe.
- 10.4. Predávajúci sa zaväzuje, že:
 - a) nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihladnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto zmluvy,
 - b) informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto zmluvy.
- 10.5. Kupujúci je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním a zadaním danej zákazky a s dodaním tovaru v lehotách podľa platných predpisov.
- 10.6. Predávajúci je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 10.7. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie,
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
- 10.8. V prípade, ak predávajúci pri realizácii predmetu zmluvy príde do styku s osobnými údajmi, je povinný v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") pred začatím spracovania osobných údajov poučiť svojich zamestnancov o právach a povinnostiach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov, o zodpovednosti za porušenie zákonom ustanovených povinností, a najmä o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch v zmysle § 22 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť v súlade s § 22 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov trvá aj po ukončení platnosti zmluvy bez časového obmedzenia. Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho preukázať hodnoverným spôsobom poučenie svojich zamestnancov. Porušenie týchto povinností bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúceho. V prípade, ak v dôsledku tohto porušenia príslušný orgán štátnej správy uloží kupujúcemu sankciu, predávajúci sa zaväzuje uloženú sankciu titulom náhrady škody uhradiť kupujúcemu v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania predávajúcemu.

Článok 11 **Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, štyri originálne vyhotovenia pre Kupujúceho a dve

originálneho vyhotovenia pre Predávajúceho.

- 11.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- a) Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky ⁴
 - b) Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk ⁵
 - c) Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov,
 - d) Príloha č. 4 - Lehoty dodania tovaru
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.
- 11.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 11.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, pričom je dostatočne určitá a zrozumiteľná, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluvy porozumeli v celom rozsahu.
- 11.8 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej prílohách a dodatkoch, a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa príslušných všeobecno-závazných právnych predpisov. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.

V *Košerach*, dňa **19-08-2020**

V Bratislave, dňa 27.07.2020

Za kupujúceho :
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Za predávajúceho :
NIMAG, spol. s r.o.

.....
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ľubomír
konateľ
APL

100: 3
10

.....
Ing. Tomáš Valáška, ACCA
podpredseda predstavenstva

⁴ Uchádzač vyplní v Prílohe SP uvedenú Špecifikáciu predmetu zákazky pre príslušnú časť predmetu zákazky

⁵ Uchádzač vyplní v Prílohe SP uvedenú Kalkuláciu ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre príslušnú časť predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu záležitosti ku dňu 12.6.2019

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplnia ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
 (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu záležitosti		
TRUMPF Medical/MARS2.03		
Položka č. 1 - Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu		
P. č.	Parametre / časť položky (podľa špecifikácie platí pre 1 ks operačného stola mobilného bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu)	Doplňujúca informácia
1	Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický.	
2	Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty	
3	Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolišťami pre uchytienie príslušenstva a matracami s (v položke č. 22) popísanými funkciami.	
4	Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov.	
5	Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm.	všetci rozsah je prípustný
6	Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25°) stupňov	všetci rozsah je prípustný
7	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
8	Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
9	Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90°), rozťahnutie min. 85", dĺžka min. 730 mm	všetci rozsah je prípustný
10	Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v pilieri (nohe) operačného stola.	
11	Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutá (okrem reverznej polohy) min. 240 kg, v reverznej polohe min. 180 kg.	
12	Hlavičková doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
13	Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.	
14	Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolišť min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm.	všetci rozsah je prípustný
15	Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné.	
16	Príslušenstvo: 1. držiak ruky s kĺbom, otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks 2. anesteziologický stojan, výškovo a dĺžkovo nastaviteľný min. 1 ks 3. Infúzy stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolišť min. 1 ks 4. pás na pripúšťanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks 5. drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks 6. držiaky nôh pre gynek. polohu nastaviteľné min. 2 ks 7. radiálny kĺb na eurolišť pre uchytienie príslušenstva min. 3 ks 8. matrac pod krk min. 1 ks 9. gélková podložka pod hlavu min. 1 ks	
17	Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel).	
18	Pojazdné kolesá dvojité antistatické, 360° otočné.	
19	Pojazdné kolesá s priemerom min. 125 mm.	
20	Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérií v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.	
21	Aretácia stola na požadované miesto pomocou 4 elektrických alebo elektrohydraulických výškových nožičiek, umožňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola.	
22	Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termolizovanými vlastnosťami, s bezvňovým polstrovávaním.	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
23	Záruka min. 24 mesiacov	
24	Doprava predmetu záležitosti na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.	

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predložaného dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predložaného dokladu)	POZNÁMKA (napr. doplňujúca informácia k uvedeným parametrom a pod.)
1.	2.	3.
áno / nie	elektromechanický	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno/5	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	700-1120/420mm	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	+/-25°	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	+35°/-30°	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	+80/-40°	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	+/-90°/90°/740mm	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	450kg/270kg/270kg	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	+/-55°	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	535x2217	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu
ku každému príslušenstvu uviesť: áno/nie + uvedte hodnotu	1. áno/2ks 2. áno/1ks 3. áno/1ks 4. áno/2ks 5. áno/1ks 6. áno/2ks 7. áno/3ks 8. áno/1ks 9. áno/1ks	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	áno/270mm	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu
uvedte hodnotu	150	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uvedte hodnotu	90	prospekt/príloha k prospektu
Osobitné požiadavky na plnenie:		
áno / nie	áno	
áno / nie	áno	

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplnia ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
 (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2 predmetu záležitosti

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predložaného dokladu	POZNÁMKA
---	---	----------

24

TRUMPF Medical/MARS2.03		
Položka č. 2 - Operačný stôl mobilný OUCH		
požadovaný počet: 1 ks		
P. č.	Parameter/časť položky (požadované špecifikácie platí pre 1 ks operačného stola mobilného OUCH)	Doplňujúce informácie
1	Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérií v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.	
2	Pohyb stola elektromechanicky alebo elektrohydraulicky.	
3	Elektr. pohon min.: pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty.	
4	Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolistami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 17) popísanými funkciami.	
5	Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov.	
6	Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm.	
7	Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm.	
8	Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm.	
9	Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
10	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
11	Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
12	Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90°), rozťahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm.	všetci rozsah je prípustný
13	Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanicky resp. elektrohydraulicky pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel).	
14	Pojazdné kolesá dvojité antistatické, 360° otočné.	
15	Pojazdné kolesá s priemerom min. 125 mm.	
16	Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v pilieri (nohe) operačného stola.	
17	Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termolizovanými vlastnosťami, s bezvýmym polstrovaním.	
18	Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg, v reverznej polohe min. 180 kg.	
19	Hlavná doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
20	Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.	
21	Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolist min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm.	všetci rozmery dosky stola sú prípustné
22	Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné.	
23	Aretácia stola na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umožňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola.	
24	Radiálny kĺb na eurolistu pre uchytenie príslušenstva min. 4 ks	
25	Samostatný chrbtový diel z minimálne 3 častí pre ortopedické zákroky na ramene (tzv. beach chair position) s odnímateľnými krajnými časťami, pre ľahší prístup k rôznym oblastiam ramena počas operácie a adaptérom pre uchytenie hlavy – helmu s fixáciou o čelo. Chrbtový diel obojstranne pripojiteľný k hlavnej doske stola.	
26	Pripojená trakcie pre artroskopickú operáciu ramena, členku, zápästia.	
27	Pripojená nádstavca na držiak hlavy min. 1 komplet + helma s fixáciou o čelo min. 1 ks	
28	Držiak vrecka na moč min. 1 ks	
29	Gélová podložka pod hlavu min. 1 ks	
30	Matrac pod krk min. 1 ks	
31	Trakčné zariadenie na DK, extenzný agregát na obidve nohy bez podporných tyčí na zem napr. z dôvodu voľného prístupu C ramena min. 1 pár	
32	Manipulačný vozík na odňatie a pripojenie extenzného agregátu min. 1 ks	
33	Weinbergerove trakčné zariadenie na ruku min. 1 ks	
34	Pozíčný držiak pre ramennú kosť min. 1 ks	
35	Pripojiteľný stôl na eurolistu k operácii ruky, RTG transparentný min. 1 ks	
36	Polohovacie zariadenie na fixáciu stehna a kolena min. 1 ks	
37	3D Polohovacie zariadenie na fixáciu ramena (ovládané jednou rukou) min. 1 ks	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
38	Záruka min. 24 mesiacov	

(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so súčasným "Požadovaným formát ponúkaných parametrov"		dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predložitého dokladu)	(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	elektromechanicky		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/5		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	1120		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	700		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	420mm		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	+/- 25°		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	+35°/ 30°		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	+80/-40°		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	+90/ 90°/ 90°/740mm		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu			
	áno/270		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	150		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie			
	áno		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	270		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	450kg/270kg/270kg		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	+/- 55°		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie			
	áno		prospekt/príloha k prospektu
uveďte hodnotu	áno		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie	90		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie			
	áno		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/4		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu			
	áno/8		prospekt/príloha k prospektu
	áno		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1komplet		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1ks		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1ks		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1ks		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1komplet		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1ks		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1ks		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1ks		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1ks		prospekt/príloha k prospektu
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/1ks		prospekt/príloha k prospektu
Osobitné požiadavky na plnenie:			
áno / nie	áno		

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač zveďie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k poločke č. 3 predmetu zákazky		
TRUMPF Medical/MARS2.03		
Poločka č. 3 - Operačný stôl gynekológia		
požadovaný počet: 1 ks		
P.Č.	Parameter/čísť položky (požadované špecifikácie platí pre 1 ks operačného stola gynekologického)	Doplňujúce informácie
1	Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický.	
2	Elektr. pohon min.: pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty	
3	Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s najbližšou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteneho na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteneho) v pilieri (nohe) operačného stola.	
4	Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérií v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.	
5	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30°) stupňov.	všetk rozsah je prípustný
6	Bočné opierky pre prípad laterálneho naklápania	
7	Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25°) stupňov.	všetk rozsah je prípustný
8	Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40°) stupňov.	všetk rozsah je prípustný
9	Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90°), roztláhuť min. 85°, dĺžka min. 730 mm	všetk rozsah je prípustný
10	Pozdĺžny posun (longitudálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel).	
11	Príslušenstvo: 1. držiak nôh na polohovanie pre gynekologické výkony - Goeppel s kĺbami min. 1 pár 2. polohovateľné držiaky rúk s fixáciou min. 2 ks 3. opierky ramien pre LSK výkony min. 1 pár 4. držiak na infúzne roztoky min. 1 ks 5. misa nerezová s odtokom, zasuvateľná pod dosku stola min. 1 ks 6. držiak na zbernú mšu min. 1 ks 7. anestetologická hýra – žibenica min. 1 ks 8. matrac pod krk min. 1 ks 9. gélová podložka pod hlavu min. 1 ks 10. podkolené opierky – 3D polohovanie ako asistancia zdvíhu, (polohovanie za pomoci jednej ruky, jedným tlačítkom), min. nosnosť 220 kg (t. j. maximálna nosnosť pacienta) min. 1 pár 11. radiálny kĺb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 3 ks	
12	Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v poločke č. 25) popísanými funkciami.	
13	Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40°) stupňov.	
14	Snímateľná nožná a hlavová časť.	
15	Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov.	
16	Pojazdné kolesá dvojité antistatické, 360° otočné.	
17	Pojazdné kolesá s priemerom min. 125 mm.	
18	Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.	
19	Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolišt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm.	
20	Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm.	
21	Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg, v reverznej polohe min. 180 kg.	
22	Operačná doska stola a všetky segmenty operačného stola musia byť RTG transparentné.	
23	Arétácia stola na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umožňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Arétácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie arétácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odobliokovania zabudovaného stola.	
24	Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovačného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termozolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním.	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
25	Záruka min. 24 mesiacov	
26	Oprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.	

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predložaného dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1		POZNÁMKA
(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		[napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kolpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predložaného dokladu]		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.	3.	
áno / nie	elektromechanický	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	+35/-30°	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	+/-25°	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	+80/-40°	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	+/-90°/90°/740mm	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	áno/270mm	prospekt/príloha k prospektu		
ku každému prístroju uviesť áno/nie + uvedte hodnotu	1.áno/par 2.áno/2ks 3.áno/par 4.áno/1ks 5.áno/1ks 6.áno/1ks 7.áno/1ks 8.áno/1ks 9.áno/1ks 10.áno/par 11.áno/3ks	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/5	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	+/-55°	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	150	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	535x2217	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/1120x700/420mm	prospekt/príloha k prospektu		
uvedte hodnotu	450/270/270kg	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie + uvedte hodnotu	90	prospekt/príloha k prospektu		
Osobitné požiadavky na plnenie:				
áno / nie	áno			
áno / nie	áno			

128

Uchádzať je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPŔCHAť všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 4 predmetu zákazky		
TRUMPF Medical/MARS2.0		
Položka č. 4 - Operačný stôl ORL požadovaný počet: 1 ks		
P. č.	Parameter/časť položky (podľa špecifikácie plánu pre 1 ks operačného stola ORL)	Doplňujúca informácia
1	Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický.	
2	Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický. Elektr. pohon min.: pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty	
3	Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delení diel nožný) vybavené bočnými eurolístami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 11) popísanými funkciami.	
4	Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Vydĺž integrovaných batérií v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.	
5	Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. Rozsah výškového nastavenia min. 350 mm.	všetci rozsah je prístupný
6	Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25°) stupňov.	všetci rozsah je prístupný
7	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30°) stupňov.	všetci rozsah je prístupný
8	Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40°) stupňov.	všetci rozsah je prístupný
9	Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90°), roztláchnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm.	všetci rozsah je prístupný
10	Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v pilieri (nohe) operačného stola.	
11	Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termotolačnými vlastnosťami, s bežiovým polstrovaním.	
12	Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu min. 240 kg.	
13	Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40°) stupňov.	všetci rozsah je prístupný
14	Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.	
15	Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíst min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm.	všetce rozmery dosky stola sú prístupné
16	Aretácia stola (zabrzdenie stola) na požadované miesto pomocou 4 mechanicky výsuvných nožičiek, pomocou nožnej páky. Páka musí umožňovať zabrzdenie stola a pomocou výsuvných nožičiek vyrovnanie nerovnosti podlahy a zablokovanie dvoch koliesok pre priamočiari pohyb alebo aretácia stola (zabrzdenie stola) na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umožňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola.	
17	Pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné, s priemerom min. 125 mm.	
18	Držiak ruky s klbom, otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks	
19	Anesteziologický stojan, výškovo a dĺžkovo nastaviteľný min. 1 ks	
20	Infúzy stojan, nastaviteľný, uchytiťelný na eurolíst min. 1 ks	
21	Pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks	
22	Radiálny klb na eurolístu pre uchytenie príslušenstva min. 3 ks	
23	Matrac pod kŕk min. 1 ks	
24	Gélová podložka pod hlavu min. 1 ks	
Operačné kreslo		
25	Operačné kreslo s opierkou chrbta	
26	Nastaviteľná výška sedadla pomocou nožného ovládača.	
27	Výškovo nastaviteľné opierky rúk s možnosťou odklopenia pre ľahký prístup	
28	Sedák a všetky opierky musia byť čalúnené koženou s povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného, antistatického materiálu.	
29	Podstavec s min. 3 kolieskami, pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné, s priemerom min. 50 mm.	
30	Nosnosť min. 120 kg.	
31	Výška sedadla (od podlahy) min. 500 mm.	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
32	Záruka min. 24 mesiacov	
33	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.	

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženeho dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženeho dokladu)	POZNÁMKA (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
áno / nie	elektromechanický	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	áno/5	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	700-1120/420mm	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+/-25°	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+35°/-30°	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+80/-40°	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+/- 90°/90°/740mm	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	90	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	450/270kg	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+/-55°	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	590x2217	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/150mm	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/2ks	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/1 ks	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/1 ks	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/1 ks	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/3ks	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/1 ks	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/1 ks	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/1 ks	prospekt/príloha k prospektu	
Operačné kreslo			
áno / nie	áno		
áno / nie	áno		
áno / nie	áno		
áno / nie	áno		
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/4kolieska/50mm		
uvedte hodnotu	120kg		
uvedte hodnotu	500-800mm		
Osobitné požiadavky na plnenie:			
áno / nie	áno		
áno / nie	áno		
áno / nie	áno		

Uchádzať je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPŔCHAť všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 5 predmetu zákazky
--

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženeho dokladu,	POZNÁMKA
---	--	----------

TRUMPF MEDICAL/MARS2.03		
Položka č. 5 - Chirurgický operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky		
požadovaný počet: 1 ks		
P. č.	Parameter/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks chirurgického operačného stola mobilného bez vymeniteľnej dosky)	Dopĺňajúca informácia
1	Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický.	
2	Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty.	
3	Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolístami pre uchytienie príslušenstva a matracami s (v položke č. 22) popísanými funkciami.	
4	Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov	
5	Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm.	všetci rozsah je prípustný
6	Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
7	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
8	Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
9	Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+/- 90°), roztiahnutie min. 85", dĺžka min. 730 mm	všetci rozsah je prípustný
10	Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v pilieri (nohe) operačného stola.	
11	Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe skľakokov naklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg, v reverznej polohe min. 180 kg.	
12	Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40°) stupňov.	všetci rozsah je prípustný
13	Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.	
14	Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíst min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm.	všetci rozmery dosky stola sú prípustné
15	Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné.	
16	Príslušenstvo: 1. držiak ruky s klbom, otočný, výškovovo nastaviteľný min. 2 ks 2. anesteziologický stojan, výškovovo a dĺžkovovo nastaviteľný min. 1 ks 3. infúzný stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolistu min. 1 ks 4. pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 1 ks 5. drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks 6. držiaky nôh pre gynec. polohu nastaviteľné min. 2 ks 7. radiálny klb na eurolistu pre uchytienie príslušenstva min. 3 ks	
17	Posúvny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Posúvny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický posúvny posun dosky (ovládanie posúvneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel)	
18	Pojazdné koleska dvojité antistatické, 360° otočné.	
19	Pojazdné koleska s priemerom min. 125 mm.	
20	Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérií v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.	
21	Aretácia stola na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umožňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabráneného stola.	
22	Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termolizolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním.	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
23	Záruka min. 24 mesiacov	
24	Doprava predmetu záskazy na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.	

(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so štípkom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v štípe č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženia dokladu)		(napr. dopĺňajúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.	3.	
áno / nie	elektromechanický	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uveďte hodnotu	áno/5		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	700-1120/420mm		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	+/- 25°		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	+35°/-30°		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	+80/-40°		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	+/- 90°/90°/740mm		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	450/270/270		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	+/- 55°		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	535x2217		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uveďte hodnotu	1.áno/2ks 2.áno/1ks 3.áno/1ks 4.áno/2ks 5.áno/1ks 6.áno/2ks 7.áno/3ks		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu				
áno / nie	áno/270mm		prospekt/príloha k prospektu	
uveďte hodnotu	150		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uveďte hodnotu	90		prospekt/príloha k prospektu	
Osobitné požiadavky na plnenie:				
áno / nie	áno			
áno / nie	áno			

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v štípkoch č. 1 a č. 2, údaje v štípe č. 3 vyplývajú ako je relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPŮŤAť všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 6 predmetu záskazy		
TRUMPF Medical/TS3000		
Položka č. 6 - Operačný zákrkový stôl - mobilný		
požadovaný počet: 1 ks		
P. č.	Parameter/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného zákrkového stola - mobilného)	Dopĺňajúca informácia
1	Transportný operačný stôl s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania)	
2	Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický. Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty	

Uchádzač do štípa č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do štípa č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v štípe č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženia dokladu)		POZNÁMKA
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1.	2.	3.	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu		
áno / nie	áno		prospekt/príloha k prospektu	

13

Príloha 2 - 1.5D /Začf 2 3 P71

3	Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termolizovateľnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním	
4	Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolišti min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm	
5	Nastavenie chrbtvej časti min. (+80/-40)° stupňov	všetci rozsah je prípustný
6	Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm Rozsah výškového nastavenia min. 370 mm	všetci rozsah je prípustný
7	Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné	
8	Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/-40)° stupňov	všetci rozsah je prípustný
9	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+/-30)° stupňov	všetci rozsah je prípustný
10	Bočné (laterálne) sklápánie min. (+/-25)° stupňov	všetci rozsah je prípustný
11	Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+70/-90)°, rozťahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm	všetci rozsah je prípustný
12	Pojazdné kolesá dvojité antistatické, 360° otočné, s priemerom min. 100 mm	
13	Príslušenstvo 1. Odnímateľné zábrany v počte 1 ks/1 strana alebo odnímateľné bočné opletky po obidvoch stranách stola v min. počte zabezpečujúcim bezpečný transport pacienta 2. Infúzy stojan, nastaviteľný, uchytiťelný na eurolištu min. 1 ks 3. Držiak na kyslíkovú fľašu (s objemom max. 5l) uchytiťelný na eurolištu min. 2 ks 4. Držiak ruky s kĺmom, otočný, výškovú nastaviteľný min. 2 5. Anesteziologický stojan, výškovú a dĺžkovú nastaviteľný min. 1 ks	
14	Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v pilieri (nohe) operačného stola.	
15	Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel	
16	Nosnosť operačného zákrakového stola min. 250 kg	
17	Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolišťami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 3) popísanými funkciami	
18	Integrovaná nabíjacia a napájacia jednotka. Výdrž integrovaných batérií v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie	
19	Aretácia stola (zabrzdenie stola) na požadované miesto pomocou 4 elektrických alebo elektrohydraulických výsuvných nožičiek, umožňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola.	
20	Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel)	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
21	Záruka min. 24 mesiacov	
22	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky	

áno / nie + uvedte hodnotu	90	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	2197x550	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+80/-60°	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	660-1030x370mm	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+55/-90°	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+/-30	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+/-25°	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	+80/-92°/90°/800mm	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	100/360°	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	1. áno/par 2. áno/1ks 3. áno/2ks 4. áno/2ks 5. áno/1ks	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	270	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie + uvedte hodnotu	áno/5	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
áno / nie	áno	prospekt/príloha k prospektu	
uvedte hodnotu	340mm	prospekt/príloha k prospektu	
Osobitné požiadavky na plnenie:			
áno / nie	áno		
áno / nie	áno		

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Ing. Ľubomír MAGULA, konateľ spoločnosti

V: Bratislava
Dňa: 27.07.2020ME
Apoli
IČO: 31
IČ: 1

Príloha č. 2 - Aktualizovaný rozpočet-Súhrnná cenová ponuka

Vybavenie operačných sál - Operačné stoly s príslušenstvom

AKTUALIZOVANÝ ROZPOČET- Súhrnná cenová ponuka

Pol. č.	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Požad. počet MJ	Obchodný názov ponúkaného produktu	Názov výrobcu ponúkaného produktu	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	Jednotková cena za MJ v EUR s DPH	Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH	Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1.	Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky na chir. OS	ks	1	MARS 2.03	TRUMPF Medical	37 937,50 €	20%	7 587,50 €	45 525,00 €	37 937,50 €	45 525,00 €
2.	Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky - OUCH	ks	1	MARS 2.03	TRUMPF Medical	77 855,31 €	20%	15 571,06 €	93 426,37 €	77 855,31 €	93 426,37 €
3.	Operačný stôl gynekológia	ks	1	MARS 2.03	TRUMPF Medical	44 242,48 €	20%	8 848,50 €	53 090,98 €	44 242,48 €	53 090,98 €
4.	Operačný stôl ORL	ks	1	MARS 2.01	TRUMPF Medical	36 373,41 €	20%	7 274,68 €	43 648,09 €	36 373,41 €	43 648,09 €
5.	Chirurgický operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky	ks	1	MARS 2.03	TRUMPF Medical	37 410,45 €	20%	7 482,09 €	44 892,54 €	37 410,45 €	44 892,54 €
6.	Operačný zákrovový stôl	ks	1	TS3000	TRUMPF Medical	26 597,52 €	20%	5 319,50 €	31 917,02 €	26 597,52 €	31 917,02 €
Za ponúknuté produkty spolu										260 416,67 €	312 500,00 €

Identifikácia dodávateľa

Obchodný názov: NIMAG spol.s.r.o.
 Adresa sídla: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
 IČO: 31337775
 Kontaktná osoba: Lubomír Magula
 Mobil kontaktnej osoby: +421905702805
 E-mail kontaktnej osoby: nimag@nimag.sk

V Bratislave
 Dňa: 27.07.2020

UPOZORNENIE

☐ - povinné údaje, ktoré vyplní dodávateľ

103: 3
 AB

Príloha zmluvy č. 3

Zoznam známych subdodávateľov / BEZ SUBDODÁVATEĽOV[illegible]

Príloha č. 4

Lehoty dodania tovaru

Časť predmetu zákazky číslo – Názov tovaru	Maximálna lehota dodania počítaná v kalendárnych dňoch odo dňa doručenia záväznej objednávky
Časť č. 3 – Operačné stoly s príslušenstvom	60 KD