

Endoskopy

Otázka 1.

Časť 2: Intubačný bronchoskop/2 ks

Verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii uvádza požadované parametre:

Intubačný prenosný fibrobronchoskop - prístroj určený na minimálne invazívne endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest, na použitie fibroskopickej intubácie a zabezpečenia dýchacích ciest pri zložitom airway, môže byť použitý na odobratie bioptických vzoriek, toaletu bronchiálneho stromu, na diagnostické laváže ako aj na extrakciu cudzích telies z dolných dýchacích ciest.				
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
prenosné prevedenie endoskopu s baterkovým LED zdrojom svetla	áno			
Technické vlastnosti	jednotky	min	max	presná hodnota
Svetlovodný kábel	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
na prepojenie endoskopu a externého zdroja svetla	áno			
Technické vlastnosti	jednotky	min	max	presná hodnota
LED zdroj svetla	ks			2
výkon	W	30		
životnosť LED	hod	40 000		
Technické vlastnosti	jednotky	min	max	presná hodnota
USB kamera	ks			2
rozlíšenie	pixel	752x582		
Dĺžka kábla	m	3		
programovateľné tlačítka	ks	2		
USB výstup	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
softvér umožňuje nahrávanie videozáznamu a fotodokumentácie	áno			
softvér obsahuje databázu pacientov a nástroje pre editáciu záznamu	áno			
Predmet zákazky musí byť schválený pre použitie v medicínskom prostredí	áno			

Žiadame verejného obstarávateľa upresniť:

- či požaduje oba uvedené parametre (oba zdroje svetla) alebo stačí jeden z uvedených zdrojov svetla a
- či požaduje externú kameru alebo bude akceptovať aj prístroj s vlastnou kamerou (softvérom), ktorý umožňuje nahrávanie videozáznamu a fotodokumentáciu

Odpoveď 1.

Verejný obstarávateľ upravil z dôvodu súťažné podklady nasledovne:

Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika
prenosné prevedenie endoskopu a) s integrovaným batériovým/akumulátorovým ¹⁾ LED zdrojom svetla a s integrovanou kamerou alebo b) s externým LED zdrojom svetla a s externou kamerou	áno

Zmeny sú zverejnené v časti Dokumenty zákazky Endoskopy ID 3174.

Otázka 2.**Časť 3: Ultratenký bronchoskop/1 ks**

Verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii uvádza požadované parametre:

Ultratenký bronchoskop s integrovaným LCD displejom - určený na minimálne invazívne endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest, na použitie fibroskopickej intubácie a zabezpečenia dýchacích ciest pri zložitom airway, môže byť použitý na odobratie bioptických vzoriek, toaletu bronchiálneho stromu, na diagnostické laváže ako aj na extrakciu cudzích telies z dolných dýchacích ciest.				
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
prenosné prevedenie endoskopu s baterkovým LED zdrojom svetla	áno			
Technické vlastnosti	jednotky	min	max	presná hodnota
LED zdroj svetla	ks			1
výkon	W	30		
životnosť LED	hod	40 000		
Technické vlastnosti	jednotky	min	max	presná hodnota
USB kamera	ks			1
rozlíšenie	pixel	752x582		
Dĺžka kábla	m	3		
programovateľné tlačítka	ks	2		
USB výstup	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
softvér umožňuje nahrávanie videozáznamu a fotodokumentácie	áno			
softvér obsahuje databázu pacientov a nástroje pre editáciu záznamu	áno			
Predmet zákazky musí byť schválený pre použitie v medicínskom prostredí	áno			

Žiadame verejného obstarávateľa upresniť:

- či požaduje oba uvedené parametre (oba zdroje svetla) alebo stačí jeden z uvedených zdrojov svetla a
- či požaduje externú kameru alebo bude akceptovať aj prístroj s vlastnou kamerou (softvérom), ktorý umožňuje nahrávanie videozáznamu a fotodokumentáciu

Odpoveď 2.

Verejný obstarávateľ upravil z dôvodu súťažné podklady nasledovne:

Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika
prenosné prevedenie endoskopu a) s integrovaným batériovým/akumulátorovým ¹⁾ LED zdrojom svetla a s integrovanou kamerou alebo b) s externým LED zdrojom svetla a s externou kamerou	áno

Zmeny sú zverejnené v časti Dokumenty zákazky Endoskopy ID 3174.

Otázka 3.**Časť 4: Flexibilný videolaryngoskop/1ks**

Verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii uvádza požadovaný parameter:

Flexibilný videolaryngoskop – určený na zobrazenie a hodnotenie funkcie hrtana, hlasiviek a centrálnych častí dolných dýchacích ciest (trahea, hlavné bronchy), používa aj pri problémoch so zaistením priechodnosti dýchacích ciest - intubáciou pacienta pri operáciách a resuscitácii
--

Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika
Dvojitý nožný spínač na ovládanie funkcií svetlo	áno

Nami navrhovaný prístroj je ovládaný pomocou dotykového displeja, preto nožný spínač na obsluhu nie je potrebný.

Odpoveď 3.

Uchádzač alternatívny spôsob ovládania funkcií prístroja uvedie v ponuke. Plnenie požiadaviek na predmet zákazky posúdi odborná komisia.