



V Trenčíne, dňa 15.11.2022

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2

### Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Nemocničné lôžka vrátane záručného servisu</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	§ 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

#### Otázka 2-1

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch nadlimitnej zákazky „Nemocničné lôžka vrátane záručného servisu“ v časti 1. - Nemocničné elektrické lôžko v opise požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky uvedených v prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis a Cena predmetu zákazky/zmluvy (technická špecifikácia) požaduje v bode č. 6 (por.č) : „Na každej strane lôžka dve sklopné delené bočnice kovové alebo dve sklopné bočnice plastové, v dĺžke cca  $\frac{3}{4}$  ložnej plochy (t.j. nereštriktívne); bočnice v oblasti hlavy sa pohybujú spolu s chrbtovým dielom“.

Otázka:

Nebude obstarávateľ akceptovať dve sklopné bočnice plastové, v celej dĺžke ložnej plochy, ktoré z hľadiska bezpečnosti (zamedzenie nechceného pádu z lôžka) predstavujú cca o 70 % bezpečnejšiu alternatívu než  $\frac{3}{4}$  bočnice?

Nereštriktívnosť takéhoto prevedenia bočníc sa dá jednoducho zabezpečiť sklopením bočníc pri nožných dieloch ložnej plochy a zároveň pôsobia estetickéjšie (kompaktnosť, farebné dekory a pod) Naviac, obstarávateľ požaduje v bode č. 7:“ Doplnkový diel bočníc do lýtkovej časti, k 50 ks lôžok“, zvážením alternatívy prevedenia sklopných plastových bočnice v celej dĺžke ložnej plochy by sa zabezpečila univerzálnosť využívania lôžok v rámci nemocničného zariadenia, a podstatne by sa zjednodušila manipulácia personálu pri príprave lôžok (presúvanie prídavných dielov medzi lôžkami, skladovanie nevyužitých dielov na oddeleniach a podobne).

#### Odpoveď 2-1:

K bodu č. 6: Verejný obstarávateľ v súťažnej špecifikácii požaduje na každej strane dve delené bočnice v dĺžke  $\frac{3}{4}$  ložnej plochy z dôvodu nereštriktívnosti takéhoto riešenia. Predmetné lôžka sú určené k hospitalizácii pacientov, ktorí sú vo väčšine prípadov mobilní, delené bočnice umožňujú lepšiu mobilitu pacienta a väčšiu samostatnosť bez nutnej asistencie zdravotníckeho personálu. Pacient je vďaka 2 bočniciam na každej strane chránený pred prípadným pádom, zároveň má možnosť opustiť v prípade potreby lôžko. Daným riešením disponuje viacero výrobcov. Povinnosťou verejného obstarávateľa nie je vyhovieť technickému riešeniu každého uchádzača/výrobcu. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom zadaní.

K bodu č. 7: Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke doplnkového dielu bočníc k 50 ks lôžok. Doplnkový diel bočníc do lýtkovej časti bude používaný operatívne iba v prípadoch, kedy si stav pacienta vyžaduje zvýšenú ochranu pred pádom / opustením lôžka /



pri presune medzi pracoviskami, preto chce mať verejný obstarávateľ možnosť použitia doplnkového dielu bočníc na každom z obstarávaných 297 ks nemocničných elektrických lôžok, podľa potreby, ktorá vyplynie z reálnej praxe.

S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa