



**Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky
podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov**

Verejný obstarávateľ:	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Predmet zákazky:	Jednorovinový angiografický systém
Postup verejného obstarávania:	Zadávanie nadlimitnej zákazky postupom reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Publikačný úrad EÚ 2019/S 070-164391 zo dňa 09.04.2019 a Vestník verejného obstarávania č. 71/2019 zo dňa 10.04.2019 pod označením 7064 - MST
Predpokladaná hodnota zákazky:	645 667,00 EUR bez DPH

Verejný obstarávateľ napriek skutočnosti, že v predmetnom verejnom obstarávaní bola predložená iba jedna ponuka, nezrušil verejné obstarávanie z nasledovných dôvodov:

- predmet zákazky bol vyšpecifikovaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek vyplývajúcich z potrieb verejného obstarávateľa vzhľadom na jeho postavenie,
- predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená objektívne na základe prípravnej trhovej konzultácie a schválená MZ SR,
- v procese PTK sa informovali, kontaktovali a poskytli ponuku 3 rôzne firmy (3 značky RTG angiografov),
- verejný obstarávateľ na základe uvedených skutočností konštatuje, že pri zadávaní predmetnej zákazky nebol porušený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp proporcionality a princíp transparentnosti a teda nemal dôvod zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 zákona o VO,
- v použítom postupe zadávania zákazky neboli uplatnené revízne postupy,
- obstarávaný predmet zákazky bude slúžiť pre vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov obsahujúci najnovšie dostupné technológie na redukciiu radiačnej záťaže pacienta a personál pri zachovaní kvality zobrazených štruktúr, ale aj na výkony, ktoré sa v našom zariadení doposiaľ nevykonávali – pri akútnej neurointervenčnej trombektómie – mozgových porážok z nedokrvnia - STROKE. Prístroj nahradzuje aktuálne využívaný (12 ročný) prístroj, na ktorom riešenie STROKE už vzhľadom na funkčný a technický stav nie je možné realizovať.
- vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ mal už od 1.apríla 2019 zabezpečovať nepretržitú mechanickú trombektómiu v akútnom STROKE programe podporovanom MZ SR &a realizácia STROKE programu je plánovaná na tomto angiografickom prístroji, je vhodné obstarávanie nezrušiť,
- na základe vyššie uvedených skutočností sa verejný obstarávateľ rozhodol nadlimitnú zákazku zadávanú postupom verejnej súťaže nezrušiť a ponuku jediného uchádzača, ktorý splnil podmienky stanovené verejným obstarávateľom na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, a ponúkol cenu nižšiu ako bola predpokladaná hodnoty zákazky prijať.