

## Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti č. 1

**Predmet zákazky:** Rehabilitačné liečebné prístroje  
**Druh postupu:** Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO  
**Označenie vo VVO:** 222/2022 pod číslom 43469-WNT dňa 13. 10. 2022  
(ďalej len „verejné obstarávanie“)

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky poskytuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre vyššie uvedený predmet zákazky:

### Otázka č. 1:

Dobrý deň, mohla by som dostať ešte bližšie vysvetlenie k opisu Diatermia - Možnosť ošetrenia dvoch rôznych miest alebo dvoch pacientov, čo je tým myslené presnejšie, lebo diatermia má dve ramená ktoré su uložené oproti sebe - na dvoch miestach, ale pri dvoch pacientoch mi to nie je jasné. Ďakujem

### Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ tým má na mysli, aby každé rameno bolo pripojené na samostatný kanál, ktorý sa dá nezávisle programovať.

### Otázka č. 2:

Dobrý deň, obraciam sa Vás s požiadavkou o preverenie potreby jednotlivých aplikátorov k prístrojom na základe cien, ktoré nie sú schodné s PHZ. V našom prípade disponujeme všetkými prístrojmi, ktoré spĺňajú špecifikáciu avšak ceny samotných prístrojov a prístrojov s kompletnými aplikátormi znásobujú cenu samotného vybavenia v jednotlivých prípadoch aj o 100 - 200%.

### Odpoveď č. 2:

Ak máte na mysli aplikátory vymenované v časti 2 v položkách *Kombinovaný prístroj 2 kanálová elektroterapia, 2 kanálová magnetoterapia* (výber aplikátorov: solenoid 30-35cm, solenoid 60cm, lineárny, disk, doubledisk, multidisk, magnetoterapeutické lehátko s integrovaným solenoidom 70-75cm) a *Kombinovaný prístroj laseroterapia a magnetoterapia* (výber aplikátorov: solenoid 30-35cm, solenoid 60cm, lineárny, disk, doubledisk, multidisk, magnetoterapeutické lehátko s integrovaným solenoidom 70-75cm), verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky v časti 2 pre obe položky v tomto bode nasledovne:

- výber aplikátorov: solenoid 30-35cm, lineárny, magnetoterapeutické lehátko s integrovaným solenoidom 70-75cm

### Otázka č. 3:

Druhá otázka znie, či je možné alternovať prístroje v prípade č. 7 o rozdiel v materiáli konštrukcie (nie hliník, ale oceľ) tým klesne cena pokúkaného produktu o cca 20%.

V prípade konkrétneho prístroja žiadam o úpravu špecifikácie o bezdrôtovom ovládači na drôtový, kde z legislatívneho hladiska došlo k zmene a je potrebné mať drôtový ovládač.

### Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj oceľovú konštrukciu. V zmysle uvedeného verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky v časti 7 v prvej odrážke nasledovne:

- hliníková alebo oceľová konštrukcia

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj drôtový ovládač. V zmysle uvedeného verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky v časti 7 v štvrtej odrážke nasledovne:

- diaľkový ovládač

**Otázka č. 4:**

Dobrý deň, poprosím Vás o upresnenie požiadavky na výťah na zdvíhanie pacientov. Máme v ponuke dva typy, jeden s lehátkom a druhý so sedákom. O aký typ by ste mali záujem.

**Odpoveď č. 4:**

Verejný obstarávateľ požaduje výťah na zdvíhanie pacientov so sedákom. V zmysle uvedeného verejný obstarávateľ dopĺňa opis predmetu zákazky v časti 7 o nasledovnú odrážku:

- typ so sedákom

Na základe vyššie uvedených odpovedí verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky a zverejňuje ho ako prílohu tohto vysvetlenia formou sledovania zmien.

Zároveň v súvislosti s vykonanými úpravami verejný obstarávateľ týmto oznamuje, že **predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 07.11.2022 do 15:00 hod.**