

- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 004-09 / 2018

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk


Bratislava
07. 03. 2018

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 004-02 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 028-060539 z 09. 02. 2017 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 30/2018 z 12. 02. 2018 pod zn. 2289-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky: „**LAPAROSKOPY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

Časť I. – bod. 22 – Optiky a svetelné káble:

Pôvodná hodnota: Optika s tyčinkovými šošovkami, priemer 10 mm, s možnosťou zmeny smeru pohľadu v rozmedzí min. 0 - 120° min v 6 krokoch, min. 32 cm, s prstencom pre nastavenie požadovaného smeru pohľadu, zorné pole sférické až do 300°, autoklavovateľná - 1 ks

Optika popísaná v zadaní verejnej súťaže je podľa opisu jednoznačne diskriminačná a opisuje len jeden dostupný produkt jedného výrobcu na trhu. Je možné ponúknuť laparoskopickú optiku s rigidným smerom pohľadu 0,30 a 70°? Pre laparoskopickú operatívu ekvivalent splní rovnaký medicínsky účel.

Odpoveď:

Ekvivalentné riešenie je prípustné, pri zabezpečení všetkých kvalitatívnych a funkčných požiadaviek kladených na predmet zákazky, s dôrazom na zabezpečenie kompatibility s externým záznamovým zariadením, výbavou a laparoskopickým príslušenstvom Karl Storz na pracovisku pre, ktoré je zariadenie určené.

Rigidný smer pohľadu ale zrejme ekvivalenciu požadovanej zmeny smeru pohľadu nespĺňa.

Je len na uchádzačovi, aby ponúkanou ekvivalenciou riešenia konkrétnej požiadavky, zároveň preukázal, že ním navrhované riešenie je ekvivalentným alebo výhodnejším riešením ako je požadovaná špecifikácia, pri splnení všetkých kvalitatívnych a funkčných požiadaviek a požiadaviek na kompatibilitu so stávajúcim zariadením.

Otázka č. 2:

Časť I. – bod. 52 - Gynekologický morcelátor

Pôvodná hodnota: Max. otáčky motorovej jednotky 40.000 ot./min.

Daný parameter je diskriminačný a opisuje produkt konkrétne jedného výrobcu. Navyše pre medicínsky účel a ani použitie v chirurgii nie je reálne použiť otáčky 40.000 za minútu. Vzhľadom na požadovanú hodnotu otáčok morcelátora 150 – 1000, navrhujeme znížiť alebo vypustiť parameter č. 52. Maximálne otáčky motorovej jednotky nemajú vplyv na medicínsky výkon, na ten vplývajú otáčky rúčky presne ako je definované v bode č. 53. Je možné preto predložiť ponuku na konzolu s maximálnymi otáčkami 8.000 ot./min?

Odpoveď:


Podľa bodu 52 sú stanovené maximálne otáčky motorovej jednotky. Nižšie otáčky, pri zabezpečení požiadavky uvedenej v bode 53, je možné považovať za plnenie požiadavky.

Otáčka č. 3:

Časť I. – bod. 77 - Kamerová jednotka

Pôvodná hodnota: možnosť použitia, rozšírenia pre 1, 3 čipovú kamerovú hlavu, videoendoskopy, rigidnú, flexibilnú, 4K, 3D endoskopiou, technológiu sledovania kontrastnej látky, 2D/3D exoskop

V opise zákazky nie sú definované endoskopy ani príslušenstvo pre 3D endoskopiou, sledovanie kontrastnej látky a ani 2D/3D exoskop. Daná konštrukčná kombinácia je opäť len parametrom jediného výrobcu a diskriminuje ostatných uchádzačov. Rozumieme požadovanej kompatibilitate na 1 alebo 3 čipové kamerové hlavy, fullHD alebo 4K kamerové hlavy, ale ďalšia požadovaná kompatibilita je nerelevantná vzhľadom na nepožadované príslušenstvo. Navyše pre kompatibilitu príslušenstva pre použitie kontrastnej látky nie sú zvolené ani svetelný zdroj ani endoskopy.



Vzhľadom na vážny diskriminačný charakter parametra navrhujeme tento parameter vypustiť. Je možné predložiť ponuku na prístrojové vybavenie, ktoré bude spĺňať požiadavky a kompatibilitu v popise - kompatibilita na 1 alebo 3 čipové kamerové hlavy, fullHD alebo 4K kamerové hlavy?

Odpoveď:

Pre vysvetlenie uvádzame odkaz na požiadavku v úvode technicko-medicínskej špecifikácie, keď predmetom dodávky je Laproskopická veža s UHD rozlíšením určená pre miniinvazívne operácie / laproskopické operačné výkony na gynekológii s dôrazom na endoskopiu (laproskopické a hysteroskopické operácie), plne kompatibilná s externým záznamovým zariadením, stávajúcou výbavou a laproskopickým príslušenstvom Karl Storz na pracovisku.

Otázka č. 3:

Časť I. – bod. 117 - Pumpa s odsávačkou

Pôvodná hodnota: maximálne parametre pre LAP a HYS mód musia byť nastavené automaticky pri pripojení príslušného hadicového setu

Daný parameter v žiadnom prípade neovplyvňuje funkčnosť prístroja a jeho použitie. Jedná sa o parameter, ktorý nemá vplyv na reálne používanie. V tejto podobe parameter zbytočne diskriminuje ostatných uchádzačov. Štandardné nastavenie pri pripojení príslušenstva je nastavenie univerzálnych hodnôt štandardizovaných podľa guidelinov. Vzhľadom na fakt, že máme laproskopickú pumpu s maximálnym prietokom 3.0 lit/min a hysteroskopickú pumpu 1.0 lit/min je možné predložiť ponuku aj za predpokladu, že máme prednastavený prietok ktorý spĺňa požadovanú hodnotu v zadaní, ale nejedná sa o maximálnu hodnotu pumpy?

Odpoveď:

Áno je možné, za predpokladu plnenia všetkých požiadaviek kladených na predmet zákazky (pumpa s odsávačkou) a plnenia kvalitatívnych a funkčných požiadaviek kladených na zariadenie.

Otázka č. 4:

Časť II. – bod. 43 - Laproskopická Full HD kamera

Pôvodná hodnota: možnosť použitia, rozšírenia pre 1, 3 čipovú kamerovú hlavu, videoendoskopy, rigidnú, flexibilnú, 4K, 3D endoskopiu, technológiu sledovania kontrastnej látky, 2D/3D exoskop

V opise zákazky nie sú definované endoskopy ani príslušenstvo pre 3D endoskopiu, sledovanie kontrastnej látky a ani 2D/3D exoskop. Daná konštrukčná kombinácia je opäť len parametrom jediného výrobcu a diskriminuje ostatných uchádzačov. Rozumieme požadovanej kompatibilite na 1 alebo 3 čipové kamerové hlavy, fullHD alebo 4K kamerové hlavy, ale ďalšia požadovaná kompatibilita je nerelevantná vzhľadom na nepožadované príslušenstvo. Navyše pre kompatibilitu príslušenstva pre použitie kontrastnej látky nie sú zvolené ani svetelný zdroj ani endoskopy. Vzhľadom na vážny diskriminačný charakter parametra navrhujeme tento parameter vypustiť. Je možné predložiť ponuku na prístrojové vybavenie, ktoré bude spĺňať požiadavky a kompatibilitu v popise - kompatibilita na 1 alebo 3 čipové kamerové hlavy, fullHD alebo 4K kamerové hlavy?

Odpoveď:

V uvedenom prípade ide o požiadavku na laproskopickú kameru univerzálnej platformy, ktorá v prípade potreby umožní použitie, resp. rozšírenie jej funkcií - pre budúce rozšírenie softvéru alebo príslušenstva.