



všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
GR-1477/OVO-493/19/Ja

v Martine, dňa:
2.5.2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov jedného zo záujemcov k zákazke č.4 „**Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu pre UNM (Štandard)**“, Vám podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky nasledovne:

Možnosť vzájomného fyzického uchytania púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva: áno

Pri manipulácii s viacerými pumpami personálu na ich vzájomné uchytanie slúži dokovacia stanica, pri použití ktorej je daný parameter neopodstatnený. Súčasťou nákupu sú okrem púmp aj dokovacie stanice. Na základe uvedeného navrhujeme daný parameter hodnotiť ako „bez preferencie“.

Predmetný dotaz sa týka lineárnych a volumetrických púmp v kategóriách ARO a STANDARD.

Odpoveď č.1:

Verejný obstarávateľ nebude vyžadovať plnenie tohto parametra. Odpoveď sa týka aj lineárnych aj volumetrických púmp.

S pozdravom

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM

.....
Ing. Stanislav Škorňa
ekonomický riaditeľ UNM