

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Zápisnica z otvárania ponúk dňa
06.05.2019 o 13:50:06 hod.

predložených uchádzačmi prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE vo verejnom obstarávaní Zákazka v DNS s názvom:

„Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava MR“,

vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v rámci DNS DNS#S11662018-OZZ Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu, ID 3328 číslo spisu 9/FNTT

Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2019 10:00:00.

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 760,00 EUR bez DPH

A) Zoznam členov komisie:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Martin Smatana, MSc. | - člen komisie |
| 2. Mgr. Emília Jamrichová | - členka komisie |
| 3. PhDr. Danka Lančaričová | - členka komisie |
| 4. Ing. Aneta Raciková | - členka komisie |

B) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

Poradové číslo obálky: 1

Obchodné meno: UNOTECH, spol. s r.o.

Adresa: Zlatovská 2211, 91101, Trenčín

IČO: 31424562

Názov časti (pokial' je zákazka rozdelená na časti): -

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) **Množstvo položky:** 3 **Jednotka položky:** ks **Mena:** v

EUR **DPH:** s DPH **Cena položky:** 1 015,20 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) **Množstvo položky:** 1 **Jednotka položky:** ks

Mena: v EUR **DPH:** s DPH **Cena položky:** 1 197,60 EUR

Cena celkom: 4 243,20 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - režim viacnásobná dávka **Hodnota**

necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa TOM (Take over mode) **Hodnota necenového kritéria:** nie

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - automatické uchytenie striekačky pri vkladaní **Hodnota necenového kritéria:** nie

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - režim nábeh a pokles **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - režim viacnásobná dávka **Hodnota**

necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - programovateľný režim **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - podávanie enterálnej výživy aj so setom **Hodnota necenového kritéria:** nie

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - výstražný alarm rozpojenia linky **Hodnota necenového kritéria:** áno

Poradové číslo obálky: 2

Obchodné meno: B. Braun Medical s.r.o.

Adresa: Hlučínska 3, 831 03, Bratislava

IČO: 31350780

Názov časti (pokiaľ je zákazka rozdelená na časti): -

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) **Množstvo položky:** 3 **Jednotka položky:** ks **Mena:** v EUR **DPH:** s DPH **Cena položky:** 1 440,00 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) **Množstvo položky:** 1 **Jednotka položky:** ks **Mena:** v EUR **DPH:** s DPH **Cena položky:** 1 620,00 EUR

Cena celkom: 5 940,00 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - režim viacnásobná dávka **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa TOM (Take over mode) **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - automatické uchytanie striekačky pri vkladaní **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - režim nábeh a pokles **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - režim viacnásobná dávka **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - programovateľný režim **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - podávanie enterálnej výživy aj so setom **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - výstražný alarm rozpojenia linky **Hodnota necenového kritéria:** nie

C) Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné.

Otváranie ponúk sa uskutočnilo elektronicky prostredníctvom sw Josephine dňa 6. 5. 2019 vo Fakultnej nemocnici Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava .

Elektronické otváranie ponúk sa uskutočnilo 6. 5. 2019 o 13:50:06 h. Otvárania sa zúčastnila menovaná komisia. Následne komisia elektronicky otvárala ponuky v poradí, v akom boli uchádzačmi doručené verejnému obstarávateľovi

Členovia komisie per rollam prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE schvaľujú a prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou z otvárania ponúk.

Martin Smatana, MSc,
Mgr. Emília Jamrichová
PhDr. Danka Lančaričová
Ing. Aneta Raciková

.....
.....
.....
.....

Zapísal: Ing. Aneta Raciková
V Trnava dňa: 06.05.2019