

Špecifikácia predmetu zákazky:

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
LIN JIS	Infúzia				
LIN JIS	Rýchlosť prietoku	0,1 - min 999 ml/h			ÁNO
LIN JIS	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Presnosť rýchlosťi prietoku prístroja so striekačkou	max +- 3%			ÁNO
LIN JIS	Objemy používateľných striekačiek	min 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml			NIE
LIN JIS	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu	min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius			ÁNO
LIN JIS	Režimy infúzie				
LIN JIS	Kontinuálny režim	áno			ÁNO
LIN JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno			ÁNO
LIN JIS	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Programovateľný režim	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno			ÁNO
LIN JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	bez preferencie			NIE
LIN JIS	TIVA	bez preferencie			NIE
LIN JIS	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie			NIE
LIN JIS	TOM (Take over mode)	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TOM	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku				
LIN JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno			ÁNO
LIN JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq	áno (okrem IU a mEq)			ÁNO
LIN JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas	bez preferencie			NIE
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml			ÁNO
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 0:01 - hodina			ÁNO
LIN JIS	Bolus	min 50 - 1 200 ml/h			ÁNO

LIN JIS	Objem bolusu	ÁNO
LIN JIS	Manuálny bolus	ÁNO
LIN JIS	Automatický bolus	ÁNO
KVO		
LIN JIS	Záznam udalostí s dátumom a časom	
LIN JIS	Grafická história (objem/dávka, tlak, prietok)	
LIN JIS	Nastavenie osvetlenia displeja	ÁNO
LIN JIS	Nastavenie osvetlenia tlaciadiel	NIE
LIN JIS	Dlhá pauza - Standby	ÁNO
LIN JIS	Knižnica liekov	bez preferencie
LIN JIS	- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	min počet 1000
LIN JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	bez preferencie
LIN JIS	Počet liekov v knižnici liekov	bez preferencie
LIN JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	min 1 min - 24 hodiny
LIN JIS	Možnosť použitia čiarového kódu	bez preferencie
LIN JIS	Riadenie tlaku	áno
LIN JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	ÁNO
LIN JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	ÁNO
LIN JIS	Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	NIE
LIN JIS	System dynamického tlaku	ÁNO
LIN JIS	Bezpečnostné prvky	
LIN JIS	Automatické uchytanie striekačky pri vkladani	
LIN JIS	Manuálne uchytanie striekačky pri vkladani	bez preferencie
LIN JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložená striekačka	min. manuálne (ak nemá automatické)
LIN JIS	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	bez preferencie
LIN JIS	Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu	áno
LIN JIS	Alarms a predalarms	áno
LIN JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	ÁNO
LIN JIS	Textová identifikácia alarmu	ÁNO
LIN JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	ÁNO
LIN JIS	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	ÁNO
LIN JIS	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	ÁNO
LIN JIS	Alarm konca striekačky	ÁNO

LIN JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno
LIN JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno
LIN JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno
LIN JIS	Alarm vybitej batérie	áno
LIN JIS	Porucha prístroja	áno
LIN JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	bez preferencie
LIN JIS	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	bez preferencie
LIN JIS	Predalarm konca striekačky	áno
LIN JIS	Predalarm vybitia batérie	áno
LIN JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno
LIN JIS	Technické špecifikácie	
LIN JIS	Jednofarebný LCD displej	bez preferencie
LIN JIS	Ovládanie bez dotykovovača displeja	bez preferencie
LIN JIS	Farebný LCD displej	bez preferencie
LIN JIS	Veľkosť displeja	bez preferencie
LIN JIS	Rozlíšenie displeja	bez preferencie
LIN JIS	Rozmery (v/š/h)	bez preferencie
LIN JIS	Hmotnosť	bez preferencie
LIN JIS	Druh batérie	bez preferencie
LIN JIS	Výdrž batérie pri 5ml/h	min 9 h
LIN JIS	Výdrž batérie pri 20-25 ml/h	bez preferencie
LIN JIS	Doba nabijania batérie	max 9 h
LIN JIS	Odolnosť proti vode	Min IP 22
LIN JIS	WIFI (na samostatnej pumpe)	bez preferencie
LIN JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva	bez preferencie
LIN JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky
LIN JIS	Možnosť použitia v prostredí MRL s príslušným príslušenstvom výrobcu	bez preferencie
LIN JIS	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	NIE
LIN JIS	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno
LIN JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno
LIN JIS	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno

LIN JIS	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorojkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno
LIN JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
LIN JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	áno
LIN JIS	Otočný ovládaci prvok, Ktorým sa nastavujú všetky premenné veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	NIE


ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
Vol JIS	Volumetrická pumpa				
Vol JIS	Rýchlosť prietoku				
Vol JIS	Presnosť rýchlosť prietoku so setom				
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTB)				
Vol JIS	Režim infúzie				
Vol JIS	Kontinuálny režim	áno			
Vol JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno			
Vol JIS	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti pretrúšenia terapie	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Programovateľný režim	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Režim sekundárnej infúzie PIGGY	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	TIVA	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie enterálnej výživy aj so setom	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krvi	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie transfúzie - červených krviničiek	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krvných doštíčiek	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie transfúzie - plazmy	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie transfúzie - albumína	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie onkologických liečív bezpečnostnými setmi	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO

Vol JIS	Automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy	áno
Vol JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA	bez preferencie
Vol JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku	áno okrem IU
Vol JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno
Vol JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq, kcal	áno (okrem IU a mEq)
Vol JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas	bez preferencie
Vol JIS	Počet režimov dávky	min 20
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 1 min - 99 hodín
Vol JIS	Možnosť oneskoreného štartu	bez preferencie
Vol JIS	Manuálne plnenie	áno
Vol JIS	Plnenie s použitím odzvdušňovacej/plniacej funkcie pumpy	áno
Vol JIS	Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	bez preferencie
Vol JIS	Rýchlosť podania bolusu	body za áno
Vol JIS	Objem bolusu	2,5
Vol JIS	Manuálny bolus	áno
Vol JIS	Automatický bolus	áno
Vol JIS	KVO	bez preferencie
Vol JIS	Záznam udalostí s dátumom a časom	min 1000
Vol JIS	Grafické znázornenie história prietoku	bez preferencie
Vol JIS	Nastavenie osvetlenia displeja	bez preferencie
Vol JIS	Nastavenie osvetlenia tlačidiel	bez preferencie
Vol JIS	Dlhá pauza - Standby	min 1 hodina
Vol JIS	Knižnica liekov	áno
Vol JIS	- možnosť vzdialeneho nastavovania knižnice liekov	bez preferencie
Vol JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno
Vol JIS	Počet liekov v knižnici liekov	min 256
Vol JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť použitia čiarového kódu	bez preferencie
Vol JIS	Tlak	áno

Vol JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	ÁNO
Vol JIS	Antibolusový systém	ÁNO
Vol JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	ÁNO
Vol JIS	Grafické znázornenie histórie tlaku	NIE
Vol JIS	Bezpečnostné prvky - Alarmsy a predalaromy	ÁNO
Vol JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	ÁNO
Vol JIS	Textová identifikácia alarmu	ÁNO
Vol JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	ÁNO
Vol JIS	Kontrola správnej inštalácie setu	ÁNO
Vol JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set	NIE
Vol JIS	Súprava s bezpečnostnou svorkou voči vohnému prietoku	ÁNO
Vol JIS	Alarm hornej oklúzie	ÁNO
Vol JIS	Alarm dolnej oklúzie	ÁNO
Vol JIS	Alarm zle zatvorených dverok	ÁNO
Vol JIS	Výstražny alarm rozpojenia linky	bez preferencie
Vol JIS	Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch	ÁNO
Vol JIS	Možnosť nastaviť citlosť senzora na vzduchový alarm	ÁNO
Vol JIS	Alarm pri nepovolenej odchylike prietoku oproti nastaveniu	ÁNO
Vol JIS	Kvapkový alarm ak je k pumpie pripojený kvapkový senzor	ÁNO
Vol JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	ÁNO
Vol JIS	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	ÁNO
Vol JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	ÁNO
Vol JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	ÁNO
Vol JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	bez preferencie
Vol JIS	Alarm vybitej batérie	ÁNO
Vol JIS	Porucha prístroja	ÁNO
Vol JIS	Predalarm vybitia batérie	ÁNO
Vol JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	ÁNO
Vol JIS	Kontrola chýby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)	ÁNO
Vol JIS	Varovanie o nutnosti preventívnej udržby	ÁNO
Vol JIS	Technické špecifikácie	bez preferencie
Vol JIS	Rozmery (v/š/h)	160 x 190 x 130 mm
Vol JIS	Hmotnosť	1,78 kg
Vol JIS	Ovládanie bez dotykového displeja	ÁNO

ID	Technické špecifikácie	Parametre
VolJIS	LCD displej	ÁNO
VolJIS	Farebný LCD displej	NIE
VolJIS	LED displej	NIE
VolJIS	OLED displej	NIE
VolJIS	Velkosť displeja	98.4 x 26.2 mm, 240 x 64 pixel
VolJIS	Rozlišenie displeja	
VolJIS	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	bez preferencie
VolJIS	Druh batérie	bez preferencie
VolJIS	Výdrž batérie pri 25 ml/h	bez preferencie
VolJIS	Výdrž batérie pri 80-90 ml/h	min 5 hodín
VolJIS	Doba nabíjania batérie	bez preferencie
VolJIS	WiFi	max 9 hodín
VolJIS	Odolnosť proti vode	bez preferencie
VolJIS	Možnosť výjomného fyzického uchytia až troch prúmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	Min IP 22
VolJIS	bez použitia prídavného príslušenstva	bez preferencie
VolJIS	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslučným príslušenstvom výrobca	NIE
VolJIS	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	bez preferencie
VolJIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	áno
VolJIS	Možnosť uchytia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	max 2 roky
VolJIS	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	áno
VolJIS	Súčasťou prúmpy rúčka na prenášanie	áno
VolJIS	Súčasťou prúmpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno
VolJIS	Súčasťou prúmpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno
VolJIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
VolJIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	bez preferencie
VolJIS	Otočný ovládaci prvok, Ktorým sa nastavujú všetky premenné veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	NIE

Dokina	Počet zapojiteľných púmp min	4	ÁNO
Dokina	Počet zapojiteľných púmp max	6	ÁNO
Dokina	Minimálny počet púmp integrovateľný do jedného systému na jeden napájací kábel a IP adresu	4	ÁNO
Dokina	Centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.	áno	ÁNO
Dokina	Odnímateľný džízak s možnosťou uchytenia na infúzny stojan, eurolištu, vodorovnú tyč.	áno	ÁNO
Dokina	Možnosť použiť ktorúkoľvek voľnú pozíciu v dokovacej stanici pre obidva druhy prístrojov.	bez preferencie	ÁNO
Dokina	Dátové rozhranie pre napojenie na LAN	bez preferencie	ÁNO
Dokina	Dátové rozhranie pre napojenie na WiFi	bez preferencie	ÁNO



 Nitra, spol. s r. o.
 Pri Dohrade 1
 949 01 Nitra
 ČČ: 3x 52 77, BČ: 2020148152
 IC DPH: SK2020148152