



Č. R1-9 / 008-42 / 2018

Odôvodnenie

nezrušenia postupu zadávania zákazky alebo jeho časti

(v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákon"/)

Vo verejnej súťaži vyhlásenej verejným obstarávateľom – Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod zn. 2018/S 036-078037 z 21. 02. 2017 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 38/2018 z 22. 02. 2018 pod zn. 2743-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG prístroje a C-ramená**“, pre zdravotnícke zariadenia UNB, bola pre:

Časť VII. rozdeleného predmetu zákazky - **C-ramena3V: mobilný digitálny s C-ramenom - 30 detektor, väčší výkon - intervenčná rádiológia a kardiológia,**

predložená len jedna ponuka.

Verejný obstarávateľ vyhlásený postup zadávania zákazky nezrušil a výsledkom verejného obstarávania je uzavretie Kúpnej zmluvy na dodanie predmetného prístroja. Kúpna cena vyplývajúca z eAukcie je vyššia ako stanovená predpokladaná hodnota zákazky, ale napriek tejto skutočnosti odpovedá priemeru obchodovaných cien v zmysle databázy zmlúv vedených MZ SR a zmlúv uzavretých v EKS a je nižšia ako kúpna cena za rovnaký prístroj obchodovaná v poslednom období v Českej republike..

Podľa § 57 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ nezrušenie postupu zadávania zákazky odôvodní a zverejní v profile.

Odôvodnenie:

UNB ako verejný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre vykonávanie komplikovaných, život ohrozujúcich stavov v gynekológii a pôrodnictve, brušnej chirurgii, urológii atď., ktoré sa riešia na operačných sálach s spolupráci gynekológa, resp. príslušného chirurga a intervenčného rádiológa musí predovšetkým disponovať príslušnou rtg technikou – digitálnym C-ramenom s 30" detektorom s funkciou digitálnej subtrakčnej angiografie, roadmappingom a vyšším výkonom.

Stávajúca situácia vo vybavení touto technikou je kritická, vyplývajúca z akútneho nedostatku techniky, resp. z morálnej a technickej opotrebovanosti a technického stavu nezodpovedajúcemu súčasným vysokým nárokom na rtg techniku.

Uvedené C rameno je potrebné obzvlášť pri prevencii fatálnych pôrodných krvácaní pri placenta previa a/alebo accreta, kde masívne pôrodné krvácanie ohrozuje život pacientky. Požadované C rameno spĺňa potrebné parametre na embolizačný výkon uterinných tepien alebo ich dočasný uzáver balónikovými katétami. Pri takomto výkone je potrebné pod skiaskopickou kontrolou dobre vidieť detaily tepenného riečiska v panve a pre anatomické pomery v panvovej oblasti (veľká maternica, veľké brucho) je vyšší výkon C ramena nutnosťou.

Uvedené C rameno bude umiestnené v Nemocnici Ružinov, kde je jeho potreba najakútnejšia. Uzavretím zmluvy a dodaním predmetného C-ramena sa výrazne zvýši úroveň poskytovania zdravotníckej starostlivosti pri využívaní rádiológie, ktorá je predovšetkým v prospech pacientov a v konečnom dôsledku aj výrazným príspevkom k zlepšeniu hospodárskych výsledkov nemocnice.

V Bratislave 09. 05. 2018

Vybavuje: Ing. Ján Mlynarčík, v.r

Odporúča / Neodporúča:

Ing. Jana Valušiová, MHA, v.r.
vedúca oddelenia verejného obstarávania

Schvaľuje / Neschvaľuje:

v.r.

.....
Rada riaditeľov