

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č.2:

Prosíme Verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu nasledovnej požiadavky:

„V1, V2, V3, V4, V5, V6, s možnosťou rozšírenia o V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9“

Verejný obstarávateľ uvádza v „Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, návrh na plnenie kritéria a štruktúrovaný rozpočet ceny“, že predmetom zákazky má byť EKG prístroj 12-zvodový s LCD monitorom pre zobrazenie ekg kriviek, štandardná verzia pre sieťové pripojenie, s akumulátorom.

Štandardné 12-zvodové EKG zachytáva len signály z anteriórnej, septálnej a laterálnej steny - t.j. V1, V2, V3, V4, V5, V6 a nezachytáva signály z posteriórnej a pravej prekordálnej steny V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9. Preto 12 – zvodové EKG nemá veľmi informatívny význam pre hodnotenie napr. posteriórneho infarktu myokardu (nemerajú sa V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9).

Na hodnotenie pravej prekordálnej a posteriórnej steny sa používa 18/15 – zvodové EKG, ktoré poskytuje viac informácií o presnom mieste infarktu myokardu alebo ischémii a tým sa môže aplikovať správna liečba alebo prevencia možných komplikácií.

Preto prosíme o bližšiu informáciu, či požadujete 12 – zvodové EKG (V1, V2, V3, V4, V5, V6) alebo 18/15 zvodové EKG (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9), resp. či požadujete meranie V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9?

Odpoveď č. 2

Možnosť rozšírenia o V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9 nie je potrebné. Žiadame 12-zvodové EKG.