

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 3:

Prosíme Verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu parametra full-disclosure záznam na 12-zvodovom EKG, nakoľko nie je so špecifikácie jasné aké parametre požaduje Verejný obstarávateľ aby boli súčasťou full-disclosure záznamu.

"full-disclosure záznam - max. 5 minút 12-zvodového EKG"

Odpoveď č. 3:

Full-disclosure záznam na 12-zvodovom EKG verejný obstarávateľ bližšie špecifikuje nasledovne: [možnosť dohľadania \(prehratia\) záznamov za posledných aspoň 48 hodín.](#)