

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje v technickej špecifikácii: displej: veľký farebný LCD, zobrazujúci krivky v reálnom čase, odolný

Otázka: Čo si verejný obstarávateľ predstavuje po slovom veľký?

Displej môže byť: 7", 8", 12,1" atď. , dotykový, s vysokým rozlíšením.

Akú veľkosť displeja požaduje verejný obstarávateľ?

Má byť displej s dotykovým ovládaním? (Touch screen)

Odpoveď č. 1:

Veľký farebný LCD display znamená minimálne 8"

Touch screen nie je naša podmienka.

Nakoľko potrebujeme prístroje pre "väčšiu záťaž", teda pre "high- load" typ pracoviska (príjmová a ÚPS ambulancia- ekvivalent CPO, JIS...), ovládanie prístroja nemusí byť bezpodmienečne cez dotyk obrazovky, pokojne môžu byť odolné ovládacie tlačidlá prístroja, ktoré by mali tiež vydržať vysokú záťaž (aby sa nepretlačili po zhotovení pár EKG záznamov...).