



Č. p. : PHZ-OPK2-2022/003039-3

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Adresa: Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>

Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrea Bernátová

Telefón: +421 2 4859 3430

E-mail: andrea.bernatova@minv.sk

URL zverejnenej zákazky: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35006/summary>

II. OPIS

Názov zákazky: ***nosidlá do terénu***

Druh zákazky: tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33192160-1 Nosidlá

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti

Hlavné miesto poskytovania služieb: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

Termín splnenia zákazky: 6 mesiacov od vystavenia objednávky

Opis predmetu zákazky:

Predmetom tejto zákazky sú nosidlá pre vykonávanie záchranných prác v ťažko dostupnom teréne. Nosidlá sú určené na záchranu a transport zranených osôb z ťažko dostupného terénu.

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1.

Počet kusov: 20 ks

Termín plnenia: 6 mesiacov od vystavenia objednávky

Miesto plnenia: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

Cena počas trvania zákazky musí byť pevná a konečná, v cene tovaru musia byť uvedené všetky náklady, ktoré sú spojené s plnením zákazky (napr. doprava a pod.)
Cena musí byť uvedená ako cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena s DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

Hodnota celej zákazky **83 792 € bez DPH.**

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.proebiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systému <https://josephine.proebiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.

Použije sa elektronická aukcia: nie

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.12.2022, do 15:00 h

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.

V. PODMIENKY ÚČASTI

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať službu podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.

Čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením.

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Ponuky sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky nevystaviť objednávku, resp. neuzavrieť zmluvu.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bratislave, dňa 24.11.2022

plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Nosidlá do terénu – 20 ks

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom tejto zákazky sú nosidlá pre vykonávanie záchranných prác v ťažko dostupnom teréne.

Parametre predmetu zákazky: Nosidlá sú určené na záchranu a transport zranených osôb z ťažko dostupného terénu.

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i>
Nosidlá do terénu	1. Nosidlá do terénu 1.1. Nosidlá musia byť určené na transport zranených osôb z ťažko dostupného terénu. 1.2. Nosidlá musia byť použiteľné aj do podvesu vrtuľníka. 1.3. Konštrukcia musí byť kovová a rozložiteľná, ktorú následne po rozložení bude možné umiestniť do transportného batohu. 1.4. Nosidlá musia zo spodnej časti obsahovať pevnostný bod pre uchytenie kolesa. 1.5. Nosidlá sa musia dať skompletizovať jedným záchranárom. 1.6. Transport pacienta pomocou nosidiel za účasti dvoch a viacerých záchranárov. 1.7. Nosidlá musia obsahovať ergonomické rukoväte, ktoré slúžia na prevesenie cez ramená pre lepší transport pacienta v ťažko dostupnom teréne. 1.8. Rukoväte musia byť prispôsobené pre použitie na ramená a musia obsahovať polstrovanie zabezpečujúce komfort a bezpečnosť záchranárov pri transporte pacienta. 1.9. Rukoväte sa musia dať umiestniť z prednej aj zo zadnej strany nosidiel. 1.10. Súčasťou nosidiel musí byť vak, do ktorého sa umiestni zranená osoba. 1.11. Vak pre zranenú osobu musí byť výraznej farby. 1.12. Na vaku pre zranenú osobu z vrchnej časti po oboch stranách musí byť zips pre otvorenie vaku, ktorý umožňuje pripravenie osoby na transport, umiestnenie a kontrolu osoby počas transportu. 1.13. Dodatočný zips musí byť aj na úrovni chodidiel pre kontrolu dolných končatín transportovanej osoby. 1.14. Na úrovni hlavy a tváre pacienta musí byť na vaku umiestnený číry priezor.	

	1.15. Zo spodnej časti vaku sa musia nachádzať priečne a pozdĺžne pásy, ktoré slúžia na zabezpečenie nosidiel proti rozpojeniu a na fixáciu konštrukcie nosidiel. 1.16. Pásy na konštrukcii nosidiel sa musia dať zatiahnuť tak, aby nosidlá boli pevné a bezpečné. 1.17. Vo vnútornej časti vaku musia byť umiestnené farebne odlišné pásy pre zabezpečenie transportovanej osoby. 1.18. Zabezpečovacie pásy musia byť umiestnené v časti hrudníka, v bedrovej časti a v časti chodidiel. 1.19. Tieto pásy musia byť farebne odlišné a rozopínateľné pomocou klipsne. 1.20. Vak musí byť vyrobený z materiálu odolného voči roztrhnutiu a prerezaniu. 1.21. Vak musí obsahovať v úrovni hlavy podložku (opierku) pre stabilizáciu hlavy a lepší komfort transportovanej osoby. 1.22. Konštrukcia musí umožniť prepravu zachraňovanej osoby spúšťaním alebo vyťahovaním pomocou lezeckej techniky. 1.23. Systém musí obsahovať aspoň štyri vonkajšie upínacie pásy, ktoré sú rozmiestnené po dĺžke nosidiel zabezpečujúce fixáciu osoby z vonkajšej strany. 1.24. Nosidlá musia obsahovať pevnostné body na inštaláciu závesných systémov. 1.25. Povrchová úprava kovových komponentov nosidiel musí byť odolná voči oxidácii kovu vzdušným kyslíkom. 1.26. Maximálna váha systému bez prepravného batohu 17 kg. 1.27. Maximálna váha systému s prepravným batohom 19,5 kg. 1.28. Dĺžka bez rukovätí maximálne 200 cm. 1.29. Dĺžka s aplikovanými rukoväťami maximálne 315 cm. 1.30. Nosnosť nosidiel až do 200 kg. 1.31. Kompletná dodávka (spolu s príslušenstvom) musí vyhovovať nižšie uvedeným technickým normám: • EN ISO 14971: 2019 • EN 62366-1: 2015 + A1: 2020 • EN ISO 15223-1: 2021 • EN ISO 20417: 2021 • EN ISO 10993-1: 2020 • EN ISO 10993-5: 2009 • EN ISO 10993-23: 2021 • EN 597-1: 2015 • EN ISO 846:2019	
--	---	--

	• EN 1865-1: 2010 + A1: 2015 • EN 13718-1: 2014 + A1: 2020 • EN ISO 13485: 2016 1.32. Rok výroby celého systému nesmie byť skorší ako rok 2022. 1.33. Výrobok musí mať individuálne produktové číslo.	
Príslušenstvo	2. Príslušenstvo k nosidlám 2.1. Prídavné koleso: • svojou konštrukciou umožní bezpečné pripojenie na nosidlá zo spodnej časti, • koleso je vybavené pneumatikou, • koleso musí byť výškovo nastaviteľné, • priemer kolesa minimálne 40 cm a maximálne 50 cm, • váha kolesa maximálne 5 kg. 2.2. Vysoko pevnostný pás: • vysoko pevnostný pás slúži na pripojenie k lanu a následné spevnenie nosidiel pri spúšťaní alebo vyťahovaní v teréne so strmým sklonom, • na každej strane musia byť k dispozícii vysokopevnostné oká. 2.3. Závesný systém č.1 (nosidlá sú vo vodorovnej polohe): • tento systém umožní spúšťanie a vyťahovanie nosidiel pomocou lezeckej techniky, • nosidlá pomocou tohto systému budú vo vodorovnej polohe, • systém musí byť zložený zo slučiek a karabín s použiteľnou a bezpečnou nosnosťou, • slučky (Ramená) musia mať farebne odlišné konce pre lepšiu orientáciu prednej a zadnej časti, • dĺžka závesných ramien maximálne 40 cm, • ramená musia byť spojené závesným okom, • dĺžka medzi okami maximálne 135 cm, • komponenty závesného systému musia mať individuálne produktové číslo. 2.4. Závesný systém č.2 (aj podves vrtuľníka) • vhodné na použitie v kombinácii s lezeckou technikou, • závesný systém musí byť vhodný na použitie do podvesu vrtuľníka, • systém sa musí skladať z ramien, karabín a kotviacej dosky, • ramená musia mať farebne odlišné konce pre lepšiu orientáciu prednej a zadnej časti, • pre lepšiu kontrolu a komunikáciu s pacientom musia mať ramená rôznu dĺžku čo zabezpečuje zdvihnutie vrchnej časti smerom k záchranárovi,	

	• predné ramená závesného systému musia mať dĺžku maximálne 98 cm a zadné ramená závesného systému maximálne 75cm, • komponenty závesného systému musia mať individuálne produktové číslo. 2.5. Rukoväte použité pri aplikácii prídavného kolesa: • rukoväte sa musia dať pripevniť na nosidlá pomocou rýchlopínacieho systému, • rukoväte sa musia dať umiestniť z prednej a zo zadnej časti nosidiel, • rukoväte musia byť dostatočne odolné voči poškodeniu pri Transporte pacienta, • dané rukoväte sa používajú najmä s použitím prídavného kolesa.	
--	--	--

Iné požiadavky:
Dodanie výrobkov musí byť do šiestich mesiacov od vystavenia objednávky/ podpisu zmluvy.
Predmetom zákazky sa dodávateľ zaväzuje obstarávateľovi pred vystavením objednávky/ podpísaním zmluvy poskytnúť vzorku daného typu nosidiel aj s príslušenstvom. Pokiaľ bude vzorka spĺňať podmienky dané vo výzve, bude mu následne jeden kus odpočítaný z celkového počtu požadovaného tovaru.
Pri dodaní vzorky objednávateľ požaduje predložiť kompletnú dokumentáciu výrobku ohľadne spôsobu skladovania, používania, čistenia, údržby, nastavovania a dezinfekcii; vhodných prostriedkov na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčané výrobcom a nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Potrebné dokumenty musia byť v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním, dopravou predmetu zákazky a vyložením na mieste plnenia.
Tovar bude dodaný jednorazovo.
Výrobok musí byť dodaný kompletne vrátane príslušenstva opísaného v tejto technickej špecifikácii.
Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov.
Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim, pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k dodávke predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.
Dodať nový, doteraz nepoužívaný tovar.
Miesto plnenia: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
Pred dodaním musí dodávateľ kontaktovať určenú osobu min. 3 pracovné dni vopred.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Výrobok musí disponovať označením CE, potvrdzujúcim že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie. Dodávateľ dodá príslušný certifikát.

Objednávateľ bude požadovať predloženie certifikátu výrobku v súlade s Nariadením EÚ o zdravotníckych pomôckach č. 2017/745 alebo ekvivalent vydaný akreditovaným orgánom, ktorý vydáva osvedčenie alebo certifikát o posudzovaní zhody výrobkov podľa zákona č. 56/2018 z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávateľ upozorňuje dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32. ods. 1 zákona.