

Defibrilátory vyššej a strednej triedy

Otázka 1.

Časť 1

Hmotnosť funkčného celku vrátane batérie a pádiel	kg		Max 7
---	----	--	-------

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s hmotnosťou 7,9 kg? Nejedná sa o medicínsky parameter a rozdiel vo váhe nie je taký markantný.

Odpoveď 1.

Nie. Hmotnosť 7,9 kg presahuje požadovanú maximálnu hmotnosť o viac ako 12,8 %.

Otázka 2.

Časť 1

Rozsah merania počtu pulzov	pulzov/min	15	200
-----------------------------	------------	----	-----

Meranie počtu pulzov v rozsahu 20 – 200 pulzov/min	áno
--	-----

Bude verejný obstarávateľ akceptovať hodnotu 30-200?

Odpoveď 2.

Nie. Verejný obstarávateľ bude akceptovať hodnotu 20-200 pulzov/min.

Otázka 3

Časť 1

Interné pádla (intraoperačné) min 3 rôznych veľkostí, bez aj s ovládaním na pádlach	áno, pre komplexy operačných sál
--	----------------------------------

Žiadame Verejného obstarávateľa o odstránenie daného parametra nakoľko sa jedná o diskriminačný parameter s cieľom vylúčiť potencionálnych uchádzačov

Odpoveď 3.

Verejný obstarávateľ nevylučuje možnosť použitia prístroja aj pri priamej defibrilácii srdca na operačných sálach a z uvedeného dôvodu považuje daný parameter za opodstatnený.

Otázka 4

Časť 2

Hmotnosť funkčného celku vrátane batérie a pádiel	kg		Max 7
---	----	--	-------

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s hmotnosťou 7,9 kg? Nejedná sa o medicínsky parameter a rozdiel vo váhe nie je taký markantný.

Odpoveď 4.

Nie. Hmotnosť 7,9 kg presahuje požadovanú maximálnu hmotnosť o viac ako 12,8 %.

Otázka 5
Časť 2

Meranie počtu pulzov v rozsahu 20 – 200 pulzov/min

áno

Bude verejný obstarávateľ akceptovať Hodnotu 30-210?

Odpoveď 5.

Nie. Verejný obstarávateľ bude akceptovať hodnotu 20-200 pulzov/min.

Otázka 6
Časť 2

Interné pádla (intraoperačné) min 3 rôznych veľkostí, bez aj s ovládaním na pádlách

áno, pre komplexy operačných sál

Žiadame Verejného obstarávateľa o odstránenie daného parametra nakoľko sa jedná o diskriminačný parameter s cieľom vylúčiť potencionálnych uchádzačov

Odpoveď 6.

Verejný obstarávateľ nevylučuje možnosť použitia prístroja aj pri priamej defibrilácii srdca na operačných sálach a z uvedeného dôvodu považuje daný parameter za opodstatnený