



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

V Bratislave , dňa 14.12.2021

Zápisnica

z otvárania ponúk uchádzačov pri zadávaní podlimitnej zákazky na predmet obstarávania
(podľa § 52 ods. 3 zákona č. 25/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení)

Defibrilátory vyššej a strednej triedy

(Výzva na predkladanie ponúk, Vestník č. 254/2022 zo dňa 30.11.2022, 48998-WYT)

- Miesto a čas otvárania ponúk:** UNB, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, 2 poschodie, miestnosť 300
14.12.2022 10:00 hod
- Lehota na predkladanie ponúk:** 14.12.2022 o 9,00 hod.
- Kritériá hodnotenia:** najlepší pomer ceny a kvality.
- Ponuky predložené uchádzačmi elektronicky v systéme JOSEPHINE v lehote do:** 14.12.2022
09:00:00 hod.
- On-line otváranie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa otvárania ponúk nezúčastnili.

Časť č. 1 Defibrilátory vyššej triedy

Počet predložených ponúk: 2

Dátum a čas predloženia ponuky: Uchádzač č. 1 14.12.2022 02:32:40 hod.
Uchádzač č. 2 14.12.2022 08:11:22 hod.

Návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom

Kritérium		Uchádzač č. 1	Uchádzač č. 2
Celková cena (EUR bez DPH)		47 400,00	49 000,00
Kvalitatívne kritériá	Veľkosť farebného LCD displeja /palec/	6,5	8,4
	Maximálny defibrilačný výboj /J/	270	360
	Kroky neinvazívnej kardiostimulácie /mA/	nastavenie po 1 mA	nastavenie po 1, 2 alebo 5 mA
	Rozsah prevádzkových teplôt /°C/	-5 až + 45	0 až +45

Časť č. 2 Defibrilátory strednej triedy

Počet predložených ponúk: 2

Dátum a čas predloženia ponuky: Uchádzač č. 1 14.12.2022 02:32:40
Uchádzač č. 2 14.12.2022 08:11:22

Návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom

Kritérium		Uchádzač č. 1	Uchádzač č. 2
Celková cena (EUR bez DPH)		127 200,00	132 000,00
Kvalitatívne kritériá	Veľkosť farebného LCD displeja /palec/	6,5	8,4
	Maximálny defibrilačný výboj /J/	270	360
	Kroky neinvazívnej kardiostimulácie /mA/	nastavenie po 1 mA	nastavenie po 1, 2 alebo 5 mA
	Rozsah prevádzkových teplôt /°C/	-5 až + 45	0 až +45

Prílohy: 1 Prezenčná listina - komisia

Pozn.:

Zápisnica obsahuje údaje, ktoré sa zverejňujú (počet predložených ponúk, návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú).

Kroky neinvazívnej kardiostimulácie /mA/ znamenajú zvyšovanie stimulačného prúdu po 1 mA, 2 mA, 5 mA, resp. po viac mA, t.j. citlivosť nastavenia stimulačného prúdu. Uchádzač č. 2 uviedol rozsah neinvazívnej kardiostimulácie (0 – 200 mA). Na základe žiadosti o vysvetlenie ponuky vo vysvetlení doručenom v stanovenej lehote dňa 15.12.2022 bola v zápisnici uvedená hodnota „nastavenie po 1, 2 alebo 5 mA“.