



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO: 31 813 861

Č5: R5-2.1 / 001-15 / 2023

Z Á P I S N I C A

z vyhodnotenia ponúk (pred eAukciou)

(podľa § 40 a § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ďalej len "zákon"/)

Predložených v lehote na predkladanie ponúk (t.j. do 17.01.2023 do 10:00 hod. miestneho času)
do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom – Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len
„UNB“)

Názov zákazky: KOMPLEXNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM PRE SPONDYLOCHIRURGIU

Identifikácia zákazky:

Finančný limit: 8 206.440,98 EUR bez DPH

Postup: nadlimitná zákazka, verejná súťaž podľa § 66 ZVO

Oznámenie: Úradný vestník EÚ č. 2022/S 241-694357 zo 14.12.2022

VVO č. 265/2022 z 15.12.2022 pod zn. 50299-MST

Názov projektu: *Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov
krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.*

Číslo projektu: 302021AYY1

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

A) ZOZNAM ČLENOV KOMISIE

Komisia na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1) zriadená verejným obstarávateľom, rozhodnutím
riaditeľa UNB zo dňa 04.01.2023 v zložení:

S právom vyhodnocovať ponuky

Predseda komisie: **MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH**, prednosta I. ortopedicko-tramatologickej
kliniky LF UK, SZU a UNB Nemocnice Ružinov

Tajomník komisie: **Ing. Ján Mlynarčík**, zamestnanec oddelenia verejného obstarávania Univerzitnej
nemocnice Bratislava

Člen komisie: **MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.**, zástupca prednostu I. ortopedicko-
tramatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB Nemocnice Ružinov

MUDr. Martin Žabka, PhD., sekundárny lekár I. ortopedicko-tramatologickej
kliniky LF UK, SZU a UNB Nemocnice Ružinov

Mgr. Alexander Kanóc, vedúci oddelenia verejného obstarávania Univerzitnej
nemocnice Bratislava

Ing. Pavol Kalivoda, vedúci odboru stratégie, investícií a zdravotníckej
Univerzitnej nemocnice Bratislava.

B) ZOZNAM VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKU V LEHOTE NA PREDKLADANIE PONÚK A ICH NAVRHY NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA HODNOTENIE PONÚK

Por.č. Názov a sídlo uchádzača:

1. **Uchádzač č. 1**

(TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175)

2. Uchádzač č. 2

(MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)

Návrh/y uchádzačov na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, vo forme vyžadovanej v časti "F. *Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk*" súťažných podkladov verejnej súťaže, sú uvedené v Zápisnici z otvárania ponúk č. R5-2.1/091-13/2023, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zápisnice ako jej neoddeliteľná súčasť.

Verejný obstarávateľ rozhodol a uvedenú skutočnosť oznámil v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, že konečné poradie ponúk bude stanovené na základe automatizovaného spôsobu vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii (ďalej len „eAukcia“), realizovanej pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť, ktorá sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

Pred začatím elektronickej aukcie je verejný obstarávateľ povinný vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6.

V súlade s § 54 ods. 6 zákona pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám podľa § 53 ods. 8 zákona.

C) ZÁZNAM O POSÚDENÍ SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 40 ZÁKONA

Komisia (každý prítomný člen komisie samostatne) posúdila splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „oznámenie“) a súťažnými podkladmi verejnej súťaže, pričom postupovala výhradne podľa § 40 zákona.

Pre všetky časti rozdeleného predmetu zákazky spoločne.

Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175), plnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona preukázal zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač je zapísaný pod R.č. 2020/02-PO-D2613, platnosť zápisu do 15.02.2023.

Komisia verifikovala údaje o hospodárskom subjekte predložené uchádzačom podľa údajov o hospodárskom subjekte vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie, Zoznamu hospodárskych subjektov (<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/732?ext=0&ico=00602175&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1®istracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=a9d143bc3853bd3c70b81845cb7bb7a3>), Registri osôb so zákazom (<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom?ico=00607223&nazov=&obec=&sort=nazov&sort-dir=ASC>).

Uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (Zákon č. 315/2016 Z.z.) pod č. vložky: 6089 (<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/6089>).

Komisia pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačom vzala do úvahy osobitne ustanovenie § 32 ods. 3 a 4 zákona v spojení s § 152 zákona.

Plnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona sa nevyžadovalo.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti komisia konštatuje, že uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175) splnenie podmienok účasti preukázal a s poukazom na § 157 zákona podmienkam účasti **vyhovel**.

Uchádzač č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), plnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona preukázal zapísaním do

Zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač je zapísaný pod R.č. 2020/1-PO-B1894, platnosť zápisu do 24.01.2023.

Komisia verifikovala údaje o hospodárskom subjekte predložené uchádzačom podľa údajov o hospodárskom subjekte vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie, Zoznamu hospodárskych subjektov (<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/281?ext=0&ico=17312001&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1®istracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=6cf468a70a4d7fee3f01a4a23df0ce89>), Registri osôb so zákazom (<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom?ico=17312001&nazov=&obec=&sort=nazov&sort-dir=ASC>).

Uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (Zákon č. 315/2016 Z.z.) pod č. vložky: 10241 (<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10241>).

Komisia pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačom vzala do úvahy osobitne ustanovenie § 32 ods. 3 a 4 zákona v spojení s § 152 zákona.

Plnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona sa nevyžadovalo.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti komisia konštatuje, že uchádzač č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001) splnenie podmienok účasti preukázal a s poukazom na § 157 zákona podmienkam účasti **vyhovel**.

D) ZÁZNAM O POSÚDENÍ SPLNENIA POŽIADAVIEK KLADENÝCH NA PREDMET ZÁKAZKY PODĽA § 53 ZÁKONA

Verejný obstarávateľ rozhodol, že poradie ponúk bude zostavené automatizovaným vyhodnotením ponúk v elektronickej aukcii (ďalej len eAukcia) podľa § 54 zákona. Túto skutočnosť uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.

Komisia posúdila ponuky uchádzačov z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na vyžadovaný predmet zákazky (pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť), uvedených v súťažných podkladoch použitého postupu zadávania zákazky, pričom postupovala podľa § 53 zákona.

Komisia pokračovala v hodnotení ponúk individuálne. Podľa § 53 ods. 1 zákona bolo vyhodnocovanie ponúk neverejné.

Ponuky sa vyhodnocovali pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť:

Časť č. 1 Spinálny zobrazovací, navádzací a operačný systém

Predpoklad. hodnota časti predmetu zákazky: 4 618.780,00 EUR bez DPH

Predmet zákazky Časť č. 1 Spinálny zobrazovací, navádzací a operačný systém		Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o.)	Uchádzač č. 2 (MEDITRADE s.r.o.)
1.1	Mobilné CT	1 365.000,00	xxx
1.2	Chirurgický robotický spinálny navádzací systém s príslušenstvom so správou videesignálov	1 670.000,00	xxx
1.3	Digitálny chirurgický mikroskop na spinálne výkony	457.680,00	xxx
1.4	RTG C rameno s 3D zobrazením	273.100,00	xxx
1.5	Ultrazvuková odsávačka pre spinálnu chirurgiu s kostným skalpelom	168.000,00	xxx
1.6	Komplexná endoskopická zostava pre spinálnu endoskopiю	625.000,00	xxx
1.7	Rádiolucenčný operačný stôl	60.000,00	xxx
Spolu		4.618.780,00	xxx

Vyhodnocovala sa jedna ponuka.

Na **časť 1. Spinálny zobrazovací, navádzací a operačný systém** rozdeleného predmetu zákazky predložil ponuku **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175).

Uchádzač č. 1 zložil zábezpeku formou pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške (100.000 EUR) v prospech účtu verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky boli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 17.01.2023 (podľa predloženého výpisu z účtu).

Uchádzač č. 1 predložil hodnotiaci formulár a vlastnú ponuku s uvedením s uvedením továrenskej značky a ponúkaného typu prístrojov, vrátane úplnej medicínsko-technickej špecifikácie, jednotkovej ceny za dodávaný tovar v EUR bez DPH, výšky DPH a ceny v EUR s DPH.

Zároveň je súčasťou ponuky návrh podpísanej kúpnej zmluvy, vrátane príloh s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky a zoznamom subdodávateľov a subdodávok (uchádzač nebude mať subdodávateľov).

Položka **1.1 Mobilné CT** – ponúkaný prístroj NL4000 Body Tom, výrobcu Neurologica / Samsung Electronics Co. Ltd.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

helical Sken Pitch 0,4 - 1,6, ako plnenie uvádzate: „Áno, viď 1.1 PROSPEKT Body Tom“

V priloženom doklade 1.1 PROSPEKT Body Tom sa uvádza Helical scan pitch: 0,4, 0,8

Pracovná - ovládacia stanica a

Zobrazovací software - jednotlivé samostatné moduly SW, nie je možné návrh uchádzača na ich plnenie verifikovať, nakoľko v označenom dokumente ich verejný obstarávateľ neidentifikoval.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu (06.02.2023). Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Ako vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uvádza:

helical Sken Pitch 0,4 - 1,6. V priloženom doklade sa uvádza Helical scan pitch: 0,4, 0,8

„Požiadavka Helical Sken Pitch 0,4-1,6 predstavuje požiadavku na hodnotu parametra v danom rozsahu.

Novšia verzia prístroja poskytuje teraz 2 hodnoty tohto parametra v požadovanom rozsahu a to 0,4 a 0,8.

Tým dáva možnosť voľby pre presnejšie alebo rýchlejšie a tým – aj lepšie zobrazenie – rozlíšenie. V

prospekte Body Tom sa aj preto uvádza Helical Sken Pitch v týchto dvoch rozsahoch: 0,4 a 0,8, kde obe hodnoty spĺňajú zadávateľom požadovaný rozsah parametra Sken Pitch.“

Pracovná - ovládacia stanica a

Zobrazovací software - jednotlivé samostatné moduly SW.

„Toto je zdokumentované na strane 75 oddiel 15 – prezeranie Viewing – informácia k 2D software, multiplanar MPR software, strana 76 – 3D, strana 61 pojednáva o RAW dátach ale je to uvedené formou:

12. Následná rekonštrukcia – Post Reconstruction

Systém umožňuje po dokončení vyšetrenia vykonať rekonštrukciu série. **Systém**


ukladá viacpočetné série daného pacienta, čo umožní vykonať následnú

rekonštrukciu aj niekoľko hodín až niekoľko dní po dokončení vyšetrenia pacienta

Čím sa myslia " Surové RAW data, je možné robiť vždy nové úpravy podľa potreby a nedôjde k znehodnoteniu dát prevedenou úpravou a je vždy možné sa vrátiť späť.

CT angio strana 76 je uvedené nastavenie CT angio a tiež aj na strane 80

4. Nástroje



Na prospekte (viď prospekt – zobrazovacia stanica) je zobrazená pracovná stanica, vrátane olovnatého skla, ktorá slúži ako ochranný štít obsluhy. Konfigurácia stanice je vždy po určitú dobu rovnaká a následne zmenená na vyššiu konfiguráciu, podľa vývoja počítačov a prvkov, z ktorých sú zložené ako : pamäť, procesory, grafické karty...

Výrobca si ponecháva právo na možnosť zmeny, vždy je to ale vyššia a lepšia konfigurácia. Pracovnú stanicu nemožno považovať za samostatné PC, nakoľko je to ovládajúca a riadiaca súčasť celého zariadenia. Znamená to, že výrobca môže používať rok-dva zhodnú otestovanú konfiguráciu, čo je aj z hľadiska certifikácie a následne aj nevyhnutnosti držať pre dané PC náhradné diely na určitú dobu. Preto je takéto PC vždy považované za súčasť modifikovateľných parametrov, nie len ako samotné PC sledujúce moderné trendy.

Po doručení vysvetlenia komisia pokračovala v hodnotení ponúk, vzala do úvahy doručené vysvetlenie a v súlade s predloženým vysvetlením komisia návrh uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko - technických požiadaviek, na základe predložených dokladov verifikovala.

Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka **1.2 Chirurgický robotický spinálny navádzací systém s príslušenstvom so správou videosignálov** – ponúkaný prístroj Mazor X Systém + navigovaná súprava, napájacia konzola EC300, adaptér, optický lokalizačný systém a navigácia, chrbticový modul, obrazový navádzací modul a

lokalizovanie anatomických štruktúr Stealth Station S8, výrobcu Medtronic International Trading Švajčiarsko, endoskop AIDA C WD310 výrobcu Karl Storz Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Plánovacia stanica a

Samostatná spinálna navigácia, nie je možné návrh uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko – technických požiadaviek verifikovať, nakoľko v označenom dokumente 1.2 NÁVOD Mazor X System, 1.2 Surgical Technic Guide Mazor X System, 1.2 PROSPEKT StealthStation S8, 1.2 Vrecková príručka StealthStation S8 Spine s CT, resp. Spine s O-arm, ich verejný obstarávateľ neidentifikoval.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu (06.02.2023). Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Ako vysvetlenie svojej ponuky uchádzač doplnil svoj návrh na plnenie minimálnych medicínsko – technických požiadaviek, označením dokumentu s uvedením čísla strany/strán kde je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať.

Po doručení vysvetlenia komisia pokračovala v hodnotení ponúk, vzala do úvahy doručené vysvetlenie a v súlade s predloženým vysvetlením komisia návrh uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko - technických požiadaviek, na základe predložených dokladov verifikovala..

Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 1.3 Digitálny chirurgický mikroskop na spinálne výkony – ponúkaný prístroj Aesculap Aeos, výrobcu Aesculap AG Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

systém vybavený záložným zdrojom – UPS, ako plnenie uvádzate: „Áno, viď 1.3 NÁVOD Aesculap Aeos“.

Návrh uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko – technických požiadaviek nie je možné verifikovať, nakoľko v označenom dokumente 1.3 NÁVOD Aesculap Aeos, ich verejný obstarávateľ neidentifikoval.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Ako vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol, že plnenie vyššie uvedenej požiadavky je možné verifikovať na strane 617 (rep. 619 návodu Vyššie uvedené môžete nájsť na strane 617 v dokumente 1.3 NÁVOD Aesculap Aeos.

Po doručení vysvetlenia komisia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 1.4 RTG C rameno s 3D zobrazením – ponúkaný prístroj Ziehm Vision RFD 3D, výrobcu Ziehm Imaging GmbH Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 1.5 Ultrazvuková odsávačka pre spinálnu chirurgiu s kostným skalpelom – ponúkaný prístroj Ultrazvuková odsávačka Misonix Sonostar FS 1000-RF, ultrazvukový kostný skalpel Misonix BoneScalpel BCM-SY výrobcu, Misonix Incorporated, USA.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 1.6 Komplexná endoskopická zostava pre spinálnu endoskopiю – ponúkaný prístroj – Vertebis a kompletná zostava (softwarový modul, riadiaca jednotka, rádioablátor, motor a riadiaca jednotka motora, inštrumentárium, a ostatné výrobcu Richard Wolf GmbH Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Motorový systém – inštrumentárium, Spinálna sacio-irigačná pumpa - Pracovné inštrumentárium, Sterilizačné sito (4 ks), Sterilizačný kontajner (4 ks), Set na plne endoskopickú operáciu stenóz spinálneho kanála, Svetlovodivý kábel (2 ks), Dilatátor (2 ks) a Inštrumentárium, nie je možné návrh uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko – technických požiadaviek verifikovať, nakoľko v označených dokumentoch 1.6 PROSPEKT Vertebis Lumbar, 1.6 PROSPEKT AS Asipco, resp. 1.6 PROSPEKT Vertebis Stenosis, ich verejný obstarávateľ neidentifikoval.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Ako vysvetlenie svojej ponuky uchádzač doplnil svoj návrh na plnenie minimálnych medicínsko – technických požiadaviek, označením dokumentu s uvedením čísla strany/strán kde je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať, vrátane Návodu k použitiu Sady svetlovodov s optickými vláknami GA-A287, Návodu k použitiu Naklápacej kostnej frézy kpl. GA-B247, prospekt-Zobrazovacia stanica k mobilnému CZ(1) a prospekt 1.2 správa videosignálov – držiak na monitor (1)..

U väčšiny požadovaných nástroj a inštrumentov, chýbajú v priložených dokumentoch rozmery (veľkosti). Nakoľko ide o katalógové nástroje veľkého množstva rozmerových modifikácií, je plne postačujúce uvedenie typu nástroja a jeho prezentácia, vrátane uvedenia ponúkaných rozmerov, čo je pre preukázanie plnenia plne postačujúce, pretože uvedené konkrétne rozmery nástroja sú len rozmerovou modifikáciou ponúkaného nástroja.

Po doručení vysvetlenia komisia pokračovala v hodnotení ponúk, vzala do úvahy doručené vysvetlenie a v súlade s predloženým vysvetlením komisia návrh uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko - technických požiadaviek, na základe predložených dokladov verifikovala..

Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka **1.7 Rádiolucenčný operačný stôl** – ponúkaný prístroj VACB-3006B, výrobcu Mizuho Corporation Japonsko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Tabuľka s vyhodnotením splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Súčasťou ponuky je prospektový materiál, návody na obsluhu a používateľské príručky v slovenskom alebo českom jazyku, resp. v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského jazyka.

Zároveň súčasťou ponuky je CE certifikát systému riadenia kvality a Vyhlásenia o zhode všetkých ponúkaných prístrojov v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského jazyka.

Poradie ponúk uchádzačov pred eAukciou:

1. **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175)
2. nebolo určené bola predložená jedna ponuka
3. nebolo určené bola predložená jedna ponuka

Časť č. 2 Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu

Predpoklad. hodnota časti predmetu zákazky: 190.561,00 EUR bez DPH

Predmet zákazky Časť č. 2 Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu		Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o.)	Uchádzač č. 2 (MEDITRADE s.r.o.)
2.1	Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu a výkony na C, Th, L a sakrálnej chrbtici sakrálnej chrbtici typ „Jackson table“	190.560,00	xxx
Spolu		190.560,00	xxx

Vyhodnocovala sa jedna ponuka.

Na časť 2 Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu rozdeleného predmetu zákazky predložil ponuku Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175).

Uchádzač č. 1 zložil zábezpeku formou pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške (5.000 EUR v prospech účtu verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky boli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 17.01.2023 (podľa predloženého výpisu z účtu).

Uchádzač č. 1 predložil hodnotiaci formulár a vlastnú ponuku s uvedením s uvedením továrnskej značky a ponúkaného typu prístrojov, vrátane úplnej medicínsko-technickej špecifikácie, jednotkovej ceny za dodávaný tovar v EUR bez DPH, výšky DPH a ceny v EUR s DPH.

Zároveň je súčasťou ponuky návrh podpísanej kúpnej zmluvy, vrátane príloh s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky a zoznamom subdodávateľov a subdodávok (uchádzač nebude mať subdodávateľov).

Položka 2.1 Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu a výkony na C, Th, L a sakrálnej chrbtici sakrálnej chrbtici typ „Jackson table“ – ponúkaný prístroj operačný stôl Mizuho Trios výrobcu Mizuho OSI USA.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Tabuľka s vyhodnotením splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Súčasťou ponuky je prospektový materiál v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského jazyka.

Zároveň súčasťou ponuky je Vyhlásenie o zhode ponúkaného prístroja v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do českého jazyka.

Poradie ponúk uchádzačov pred eAukciou:

1. Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175)
2. nebolo určené bola predložená jedna ponuka
3. nebolo určené bola predložená jedna ponuka

Časť č. 3 Prístrojové vybavenie na rádiovfrekvenčnú abláciu

Predpoklad. hodnota časti predmetu zákazky: 178.500,00 EUR bez DPH

Predmet zákazky Časť č. 3 Prístrojové vybavenie na rádiovfrekvenčnú abláciu		Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o.)	Uchádzač č. 2 (MEDITRADE s.r.o.)
3.1	Prístrojové vybavenie na rádiovfrekvenčnú abláciu tumorov v stavcoch a následnú augmentáciu	94.500,00	xxx
3.2	Mikrovlnový ablačný systém	84.000,00	xxx
Spolu		178.500,00	xxx

Vyhodnocovala sa jedna ponuka.

Na **časť 3 Prístrojové vybavenie na rádiovfrekvenčnú abláciu** rozdeleného predmetu zákazky predložil ponuku **Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175)**.

Uchádzač č. 1 zložil zábezpeku formou pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške (5.000 EUR) v prospech účtu verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky boli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 17.01.2023 (podľa predloženého výpisu z účtu).

Uchádzač č. 1 predložil hodnotiaci formulár a vlastnú ponuku s uvedením s uvedením továrenskej značky a ponúkaného typu prístrojov, vrátane úplnej medicínsko-technickej špecifikácie, jednotkovej ceny za dodávaný tovar v EUR bez DPH, výšky DPH a ceny v EUR s DPH.

Zároveň je súčasťou ponuky návrh podpísanej kúpnej zmluvy, vrátane príloh s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky a zoznamom subdodávateľov a subdodávok (uchádzač nebude mať subdodávateľov).

Položka 3.1 Prístrojové vybavenie na rádiovfrekvenčnú abláciu tumorov v stavcoch a následnú augmentáciu – ponúkaný prístroj - systém na abláciu nádorov MetaSTAR s ovládačom MultiPlex II, výrobcu Merit Medical Systems, Inc USA.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 3.2 Mikrovlnný ablačný systém – ponúkaný mikrovlnný ablačný systém EMPRINT HP, výrobcu Medtronic.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Tabuľka s vyhodnotením splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Súčasťou ponuky je prospektový materiál a návody na obsluhu v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského alebo českého jazyka.

Zároveň súčasťou ponuky je Osvedčenie ES systém úplného zabezpečenia kvality, Európske vyhlásenie o zhode, resp. Európske vyhlásenie o zhode podľa smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach,

ponúkaných prístrojov v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského alebo českého jazyka.

Poradie ponúk uchádzačov pred eAukciou:

1. **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175)
2. nebolo určené bola predložená jedna ponuka
3. nebolo určené bola predložená jedna ponuka

Časť č. 4 Hybridný zobrazovací, navádzací a operačný systém

Predpoklad. hodnota časti predmetu zákazky: 1 900.219,98 EUR bez DPH

Predmet zákazky Časť č. 4 Hybridný zobrazovací, navádzací a operačný systém		Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o.)	Uchádzač č. 2 (MEDITRADE s.r.o.)
4.1	Operačná navigácia so softwarom	xxx	334.255,00
4.2	Robotická mechanická ruka	xxx	304.132,00
4.3	Integrácia operačných sál (operačnej sály)	xxx	170.892,00
4.4	Mobilný zobrazovací robot	xxx	680.069,00
4.5	Vŕtací systém pre spinálnu chirurgiu s príslušenstvom	xxx	60.847,00
4.6	Vŕtačka / píla malá	xxx	29.535,00
4.7	Vŕtací systém pre traumatológiu	xxx	45.388,98
4.8	Intraoperatívny monitoring	xxx	77.146,00
4.9	Operačný stôl pre traumatológiu s extenzným zariadením	xxx	197.955,00
Spolu		xxx	1 900.219,98

Vyhodnocovala sa jedna ponuka.

Na časť 4 Hybridný zobrazovací, navádzací a operačný systém rozdeleného predmetu zákazky predložil ponuku Uchádzač č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001).

Uchádzač č. 2 zložil zábezpeku formou pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške (30.000 EUR) v prospech účtu verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky boli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 12.01.2023 (podľa predloženého výpisu z účtu).

Uchádzač č. 2 predložil hodnotiaci formulár a vlastnú ponuku s uvedením s uvedením továrenskej značky a ponúkaného typu prístrojov, vrátane úplnej medicínsko-technickej špecifikácie, jednotkovej ceny za dodávaný tovar v EUR bez DPH, výšky DPH a ceny v EUR s DPH.

Zároveň je súčasťou ponuky návrh podpísanej kúpnej zmluvy, vrátane príloh s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky a zoznamom subdodávateľov a subdodávok (podiel plnenia zo strany subdodávateľa je 1,5 % celkového objemu plnenia).

Položka **4.1 Operačná navigácia so softwarom** - ponúkaný prístroj navigácia Curve 2.0, výrobcu Brainlab AG, Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

32" antireflexný dotykový monitor s rozlíšením 4K a DICOM kalibráciou, ako plnenie uvádzate „áno“

V priloženom doklade 4.1 produktový list _Curve, 4.1, sa uvádza Dotykový display, Veľkosť panelu: 31,5". V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu (06.02.2023). Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

Veľkosť uhlopriečky monitoru operačnej navigácie Curve 2, výrobcu Brainlab A.G., Nemecko, je reálne v rozmedzí 31,5" a 32". Aj priamo výrobca Brainlab A.G. v niektorých podkladoch uvádza 31,5" (produktový technický list, užívateľský manuál) a v iných dokladoch zaokrúhlený rozmer 32" (technická konfigurácia, web stránka a iné). Jedná sa zaokrúhlenie smerom nahor. Výrobca Brainlab A.G. v tomto

nemá jednotný postup a obidve veľkosti považujú za správne. V súťažných podkladoch je požadovaný parameter veľkosť uhlopriečky 32“ a tento parameter považujeme zo strany výrobcu a nás ako dodávateľa za splnený. Príkladáme aj originálnu technickú konfiguráciu spoločnosti Brainlab v anglickom jazyku, kde uvádzajú hodnotu 32“ - **Príloha č. 1**

Nižšie printscreen z webovej stránky výrobcu, kde uvádza veľkosť uhlopriečky monitoru 32“, kde je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať.

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a konštatuje splnenie uvedenej požiadavky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

balíček nástrojov pre navigované traumatologické a spinálne operácie, ako plnenie uvádzate: „áno“

V priloženom doklade 4.1 produktový list _Curve, 4.1 nie je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať, nakoľko ich verejný obstarávateľ neidentifikoval.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (02.02.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu (06.02.2023). Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

*V prílohe sa nachádza prehlásenie výrobcu Brainlab so zoznamom nástrojov pre navigované traumatologické a spinálne operácie, ktoré sú súčasťou dodávky Operačnej navigácie CURVE 2.0 (viď **Príloha č. 10** vysvetlenia).*

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 4.2 Robotická mechanická ruka – ponúkaný prístroj mechanická ruka Cirq, výrobcu Brainlab AG, Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 4.3 Integrácia operačných sál – ponúkaný prístroj platforma na zobrazovanie, výmenu a interakciu dát BUZZ s počítačom mimo operačnej sály, výrobcu Brainlab AG, Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

integrácia prehrávača hudby do reproduktoru v monitore alebo externých reproduktorov na operačnom sále, ako plnenie uvádzate: „áno“

V priloženom doklade 4.3 Tech.špec_BUZZ_4.3 nie je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať, nakoľko uvedené údaje sme nenašli

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (02.02.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

Prehrávač hudby je inštalovaný priamo v PC, ktorý je súčasťou monitoru, ako štandardná súčasť operačného systému Microsoft Windows 10 64-bit pomocou driveru Realtek-audio, viď. strana 14 - Systémová a technická používateľská príručka Rev. 1.4 Buzz Ver. 2.0 (Príloha č. 11). Nami ponúkaná integrácia operačnej sály Buzz má priamo v každom monitore integrovaný reproduktor, viď obrázok nižšie, resp. stranu 47- Systémová a technická používateľská príručka Rev. 1.4 Buzz Ver. 2.0. (Príloha č. 11). Alternatívne je možné hudbu prehrávať na externých reproduktoroch pomocou káblového prepojenia cez Audio In (Vstup zvuku), resp. Audio Out (Výstup zvuku) porty v PC, viď stranu 49 - Systémová a technická používateľská príručka Rev. 1.4 Buzz Ver. 2.0. (Príloha č. 11).

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky..

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 4.4 Mobilný zobrazovací robot – ponúkaný prístroj mobilný zobrazovací robot Loop-X, výrobcu medPhoton GmbH Nemeco.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 4.5 Vŕtací systém pre spinálnu chirurgiu s príslušenstvom – ponúkaný prístroj kompaktná pohonná jednotka so špecifickými nastavcami Elektrick Pen Drive, výrobcu DePuy Synthes GmbH Švajčiarsko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Nastaviteľná regulácia otáčok za minútu v rozsahu minimálne 57 000 ot./min. až 63 000 ot./min., ako plnenie uvádzate: „áno“. V priloženom doklade 4.5 EPD_manual_SK_4.5 sa uvádza Pohonná jednotka, Kontinuálne nastaviteľná rýchlosť: 0 - 60 000 ot./min..

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

Nami ponúknutý vŕtací systém EPD spĺňa požadovaný parameter minimálne 57 000 ot./min. až 63 000

ot./min. Tento parameter chápeme tak, že **maximálne** otáčky za minútu sa majú pohybovať v rozmedzí 57 000 až 63 000, pričom náš vrtací systém s maximálnymi otáčkami 60 000 ot/min túto požiadavku spĺňa (nie je menej ako 57 000 ani viac ako 63 000 ot/min).

V návode na použitie je niekoľko krát potvrdený tento údaj - **Príloha č. 2 - 4.5 EPD_manual_SK_4.5**

Konkrétne na stranách: 10, 13, 16, 25, 48, 58.

Telo vrtacieho systému EPD má otáčky od 0 do 60 000 ot./min., ktoré sa menia na základe rôznych okolností:

- rýchlosť otáčok si ovláda operátor ručným alebo nožným spínačom,
- nesterilný obsluhujúci personál na požiadanie operátora / inštrumentárky vie upraviť rýchlosť otáčok priamo na konzole - strany: 9 a 11,
- počet otáčok závisí od typu násadca a inštrumentu (vrták / fréza / pilový list, perforátor, kraniotóm ..),
- pri frézach, vrtákoch závisí od veľkostí. Pri menších priemeroch sú vyššie otáčky za minútu ako pri väčších priemeroch,
- výkyvy elektrického napätia môžu viesť k menším rozdielom v počte otáčok, viď strana 48 v návode na použitie EPD (screenshot nižšie).

Tento parameter je potrebné chápať tak, ako to uvádzač – musí byť nastaviteľná regulácia otáčok od 0 ot/min. do maximálnych ot/min., keď maximálne otáčky musia byť v rozmedzí od 57 000 ot./min. do 63 000 ot./min..

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a konštatuje splnenie uvedenej požiadavky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Počet oscilácií za minútu pri pílení v rozmedzí od 0 do 21 000,

Kraniotóm minimálne 48 000 ot/min až po maximálne 58 000 ot/min a

Perforátor minimálne 8500 ot /min až po maximálne 9 500 ot/min, ako plnenie uvádzate: „áno“

V priloženom doklade 4.5 EPD_manual_SK_4.5 nie je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať, nakoľko uvedené údaje sme nenašli.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (02.02.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

Elektrický vrtací / frézovací/ píliaci systém EPD má rozmedzie otáčok od 0 do 60 000 ot./min., ktoré sa menia od rôznych okolností - Príloha č. 2- 4.5. EPD_manual_SK_4.5:

- I. rýchlosť otáčok si ovláda operátor ručným alebo nožným spínačom. - str.13 EPD_manual_SK_4.5 - Príloha č. 2- 4.5 EPD_manual_SK_4.5
- II. nesterilný obsluhujúci personál na požiadanie operátora /inštrumentárky vie upraviť rýchlosť otáčok priamo na konzole - strany: 9, 11 EPD_manual_SK_4.5
- III. počet otáčok závisí od typu násadca a inštrumentu (vrták / fréza / pilový list, perforátor, kraniotóm ...) V celom manuály + str. 48 menšie písmo vľavo dole EPD_manual_SK_4.5
- IV. pri frézach, vrtákoch závisí od veľkostí. Pri menších priemeroch sú vyššie otáčky za minútu ako pri väčších priemeroch.
- V. výkyvy elektrického napätia môžu viesť k menším rozdielom v počte otáčok, str. 48 menšie písmo vľavo dole EPD_manual_SK_4.5

Bližšie vysvetlenie:

A; **Počet oscilácií za minútu pri pílení v rozmedzí od 0 do 21 000 = áno, spĺňame.** Podľa predchádzajúceho vysvetlenia bod II. + bod III +bod IV., t.j . nesterilný obsluhujúci personál na požiadanie operátora / inštrumentárky vie upraviť rýchlosť otáčok priamo na konzole, počet otáčok závisí od typu násadca a inštrumentu (vrták / fréza / pilový list, perforátor, kraniotóm), pri frézach, vrtákoch závisí od veľkostí. Pri menších priemeroch sú vyššie otáčky za minútu ako pri väčších priemeroch.

Sagitálny násadec (klasický) či excentrický (= vyosené uchytenie pilového listu od stredu) Obe dva násadce dosahujú pri maximálnej oscilácii približne 22 000 kmitov za minútu.

Vid' údaj pod násadcami str. 22 EPD_manual_JSK_4.5

Na tej istej strane sú ešte ďalšie pílové násadce, ktoré majú iné rýchlostné prevody:

- sagitálny násadec 90°, alebo sagitálny (krescentický) násadec na krescentické pílenie (krescentické = kosákovité / oblúkové pílové listy pracujú do max. 16 000 kmitov /min.) str. 22, 23 EPD_manual_SK_4.5

Recipročný pílový násadec = predozadné kmitanie má max. 18 000 kmitov /min. str. 23 EPD_manual_SK_4.5

B; Kraniotóm minimálne 48 000 ot/min až po maximálne 58 000 ot/min = áno, spĺňame. Podľa predchádzajúceho vysvetlenia bod II. + bod IV., t.j. nesterilný obsluhujúci personál na požiadanie operátora / inštrumentárky vie upraviť rýchlosť otáčok priamo na konzole, pri frézach, vrtákoch záleží od veľkosti. Pri menších priemeroch sú vyššie otáčky za minútu ako pri väčších priemeroch.

Kraniotóm str. 29 EPD_manual_SK_4.5

Podľa kvality kosti a lokácie na kosti sa nastaví konzola, aby kraniotóm mal požadovaný výkon. str. 9, 11 C; Perforátor minimálne 8500 ot /min. až po maximálne 9 500 ot/min. = áno, spĺňame. Podľa predchádzajúceho vysvetlenia bod II. + bod IV., t.j. nesterilný obsluhujúci personál na požiadanie operátora / inštrumentárky vie upraviť rýchlosť otáčok priamo na konzole, pri frézach, vrtákoch záleží od veľkosti. Pri menších priemeroch sú vyššie otáčky za minútu ako pri väčších priemeroch.

Perforátor str. 27, 28 EPD_manual_SK_4.5

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 4.6 Vŕtačka / pilka malá - ponúkaný prístroj univerzálna pohonná jednotka s nadstavcami Colibri II, výrobcu DePuy Synthes GmbH Švajčiarsko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 4.7 Vŕtací systém pre traumatológiu – ponúkaný prístroj batériový vŕtací systém Trauma Recon System (TRS), výrobcu DePuy Synthes GmbH Švajčiarsko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 4.8 Intraoperatívny monitoring – ponúkaný prístroj ISIS Xpert kompakt systém, výrobcu Inomed Medizintechnik GmbH Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych

medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Košík na príslušenstvo,

Mute senzor na potlačenie vysokofrekvenčného hluku, úroveň stlmenia nastaviteľná na vozíku systému,

Možnosť zavedenia referenčného a diferenčného predzosilňovača,

Rozsah zobrazenia 0,005 uV / DIV - 10 V / DIV,

Vstupná impedancia zosilňovača > 70 MΩ

Čas zaslepenia - programovateľné 1ms - 5ms,

možnosť anonymizácie patientskych údajov,

možnosť tlače záznamu operácie vo formáte PDF,

export dát aj vo formáte HL7,

automatické ukladanie dát po skončení operácie do pamäti a následné prezeranie celého záznamu,

modulový systém pre možnosť budúceho rozšírenia bez ďalšej inštalácie,

ako plnenie uvádzate: „áno“.

V priloženom doklade 4.8 Technická špecifikácia ISIS Xpert_4.8 nie je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať, nakoľko uvedené údaje sme nenašli.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (02.02.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

Prílohou tohto vysvetlenia je Návod na použitie ISIS Xpert - Príloha č. 12. Informácie k požadovaným položkám sa nachádzajú na strane:

Košík na príslušenstvo - str. 24,

Mute senzor na potlačenie vysokofrekvenčného hluku, úroveň stlmenia nastaviteľná na vozíku systému - str. 64,

Možnosť zavedenia referenčného a diferenčného predzosilňovača - str. 26-27,

Rozsah zobrazenia 0,005 uV / DIV - 10 V / DIV - Vyhlásenie výrobcu - Príloha č. 13,

Vstupná impedancia zosilňovača > 70 MO - Vyhlásenie výrobcu - Príloha č. 13,

Čas zaslepenia - programovateľné 1ms - 5ms - Vyhlásenie výrobcu - Príloha č. 13,

možnosť anonymizácie patientskych údajov - str. 41,

možnosť tlače záznamu operácie vo formáte PDF - str. 146

export dát aj vo formáte HL7 - prospekt ISIS Xpert_Rev1,0_SVK_HL7 - Príloha č. 14

automatické ukladanie dát po skončení operácie do pamäti a následné prezeranie celého záznamu - Vyhlásenie výrobcu - Príloha č. 13

modulový systém pre možnosť budúceho rozšírenia bez ďalšej inštalácie - str. 24 -33.

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Položka 4.9 Operačný stôl pre traumatológiu s extenčným zariadením – ponúkaný prístroj mobilný operačný stôl Maguet Yuno II, výrobcu MAQUET GmbH Nemecko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych

medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

U väčšiny minimálnych medicínsko – technických požiadaviek, zvlášť zostavy operačného stola, nie je možné návrh uchádzača na ich plnenie verifikovať, nakoľko nie je doložený, resp. doklad preukazujúci plnenie verejný obstarávateľ neidentifikoval.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

Pre doplnenie informácii prikladáme k vysvetleniu prílohy:

Príloha č. 3 - Návod na použitie YUNOII

Príloha č. 4- Obrazové materiály z video prezentácii - ovládanie jednou osobou

Príloha č. 5- Návod na používanie - extenzná karbónová tyč

Príloha č. 6- Čestné vyhlásenie o dodaní komponentov

Príloha č. 7 - Prospekt matrace

Nižšie uvádzame niektoré doplňujúce informácie, ktoré sa nachádzajú aj v priložených dokladoch (v návode na použitie....)

Doplňujúce údaje k operačnému stolu YUNO II a k jeho príslušenstvu:

Počet pamäťových miest pre užívateľom zadané prednastavené polohy dosky stola: 10_Strana 57, bod.4.7.7 Menu (Polohy uloženia) - návodu na použitie YUNO II

4.7.7 Menu [Polohy uloženia]

v menu [Polohy uloženia] sa dá uložiť a vyvolať 10 rôznych polôh uloženia. Na lepšie rozlíšenie sa môže každá poloha uloženia uložiť pod voľne zvoleným názvom. Uložené polohy uloženia sa dajú vybrať zo zoznamu.

Extenzné karbónové tyče vybavené samostatným ťahovým aparátom s rotačným kĺbom pre prispôsobeniu sa polohe nohy pacienta. Ovládanie polohovania nohy musí byť jednoduché a musí ho zvládnuť jedna osoba. Ťahový aparát s jednoduchým rotačným prvkom pre ťah a fixačným prvkom pre blokovanie proti pohybu. Operačný stôl s prípojnými konektormi identickými na sedacej aj chrbtovej časti pre pripojenie ďalšieho príslušenstva - nožné diely, chrbtový diel, karbónový chrbtový diel pre ortopedické výkony na ramenách pacienta a pod.

Str. 81 a 82, z návodu na použitie YUNOII, uchytenie segmentov na obe rozhrania (platí pre všetky segmenty, nakoľko sa musia uchytiť k základni operačného stola).

Operačný stôl s automatickou identifikáciou pripojených dielov (segmentov) k hlavnej doske stola so zabudovaným antikolíznym systémom, systém určený pre predchádzanie kolízií (napr. s podlahou pri extrémnom polohovaní).

Str. 76 z návodu na použitie YUNO II

Všetky komponenty operačného stola, ktoré prichádzajú do kontaktu s telom pacienta majú mäkké polstrovanie. Hlavné diely stola (hlava, chrbát, sedací diel, nožný diel a podpery končatín musia mať polstre s pamäťovou penou s termoizolačným a paropriepustným poťahom - Príloha č. 7- Prospekt matrace.

Texty sú doplnené obrázkami z priloženej dokumentácie.

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a konštatuje splnenie uvedenej požiadavky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek, zvlášť:

Počet pamäťových miest pre užívateľom zadané prednastavené polohy dosky stola: 10,

Operačný stôl s automatickou identifikáciou pripojených dielov (segmentov) k hlavnej doske stola so zabudovaným antikolíznym systémom, systém určený pre predchádzanie kolízií (napr. s podlahou pri extrémnom polohovaní),

Zostava operačného stola:

- Chrbtový karbónový diel s odoberateľnými očnými časťami 1 ks
- Adaptér ku karbónovému chrbtovému dielu pre uchytenie držiaka hlavy 1 ks
- Držiak hlavy - Helma - s mäkkou oporou aj o bradu pacienta 1 ks
- Sterilný set (poťah) pre rameno 1 sada
- 3 bodec (Doro-Mayfield) vrátane sady pinov 1 zostava a
- Dvojdielna tvarovaná veľká penová podložka s umývateľným a dezinfikovateľným povrchom pod telo pacienta v pronačnej polohe (cca 500x200x250 a 500x200x340) 1 sada, ako plnenie uvádzate: „áno“

V priloženom doklade 4.9 Prospekt VUNO II_4.9 nie je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať, nakoľko ich plnenie verejný obstarávateľ neidentifikoval

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (02.02.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

Počet pamäťových miest pre užívateľom zadané prednastavené polohy dosky stola: 10 -

V priloženom Návide na použitie stola YUNO II - Príloha č. 3 - sa uvedené informácie nachádzajú na strane 57.

Operačný stôl s automatickou identifikáciou pripojených dielov (segmentov) k hlavnej doske stola so zabudovaným antikolízny systémom, systém určený pre predchádzanie kolízií (napr. s podlahou pri extrémnom polohovaní) - V priloženom Návide na použitie stola YUNO II - Príloha č. 3 sa uvedené informácie nachádzajú na strane 76:

Zostava operačného stola:

- Chrbtový karbónový diel s odoberateľnými bočnými časťami 1 ks
- Adaptér ku karbónovému chrbtovému dielu pre uchytenie držiaka hlavy 1 ks
- Držiak hlavy - Helma - s mäkkou oporou aj o bradu pacienta 1 ks
- Sterilný set (poťah) pre rameno 1 sada
- 3 bodec (Doro-Mayfield) vrátane sady pinov 1 zostava a
- Dvojdielna tvarovaná veľká penová podložka s umývateľným a dezinfikovateľným povrchom pod telo pacienta v pronačnej polohe (cca 500x200x250 a 500x200x340) 1 sada

Ako vysvetlenie uvádzame obrazovú dokumentáciu k vyššie uvedeným komponentom, ktoré sú súčasťou zostavy operačného stola YUNO II:

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže neidentifikuje iné nezrovnalosti v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Vyhodnotenie splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Súčasťou ponuky je prospektový materiál, návod na použitie, resp. technický popis v slovenskom jazyku, resp. v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského alebo českého jazyka.

Zároveň súčasťou ponuky je EÚ vyhlásenie o zhode, ES Certifikát o systéme riadenia kvality, Osvedčenie ES systém úplného zabezpečenia kvality ponúkaných prístrojov v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského alebo českého jazyka.

Poradie ponúk uchádzačov pred eAukciou:

1. Uchádzač č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)
2. nebolo určené bola predložená jedna ponuka
3. nebolo určené bola predložená jedna ponuka

Časť č. 5 Operačná lampá so štyrmi ramenami – možnosť pohybu po koľajnici na strope

Predpoklad. hodnota časti predmetu zákazky: 122.550,00 EUR bez DPH

Predmet zákazky Časť č. 5 Operačná lampá so štyrmi ramenami – možnosť pohybu po koľajnici na strope		Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o.)	Uchádzač č. 2 (MEDITRADE s.r.o.)
5.1	Operačná lampá so štyrmi ramenami – možnosť pohybu po koľajnici na strope	xxx	122.550,00
Spolu		xxx	122.550,00

Vyhodnocovala sa jedna ponuka.

Na časť 5. rozdeleného predmetu zákazky predložil ponuku **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001).

Uchádzač č. 2 zložil zábezpeku formou pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške (3.000 EUR) v prospech účtu verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky boli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 12.01.2023 (podľa predloženého výpisu z účtu).

Uchádzač č. 2 predložil hodnotiaci formulár a vlastnú ponuku s uvedením s uvedením továrenskej značky a ponúkaného typu prístrojov, vrátane úplnej medicínsko-technickej špecifikácie, jednotkovej ceny za dodávaný tovar v EUR bez DPH, výšky DPH a ceny v EUR s DPH.

Zároveň je súčasťou ponuky návrh podpísanej kúpnej zmluvy, vrátane príloh s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky a zoznamom subdodávateľov a subdodávok (podiel plnenia zo strany subdodávateľa je 9 % celkového objemu plnenia).

Položka **5.1 Operačná lampá so štyrmi ramenami** – možnosť pohybu po koľajnici na strope – ponúkaný prístroj chirurgické svetlo Maquet Volista, výrobcu MAQUET SAS Francúzsko.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 20% Ec: min. 110 cm, ako plnenie uvádzate: „áno, 110 cm“. V priloženom doklade VOLISTA–brochure SK sa uvádza Hĺbka iluminácie L1+L2 pri 20% 105 cm / 41,3 inches.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

V prílohe zasielame Vyhlásenie výrobcu o hĺbke osvetlenie, ktoré dosahuje operačná lampá Volista StandOP, a to 115 cm. Uvedený parameter 105 cm v doklade VOLISTA-brochure SK má toleranciu 10 % a je najmenšie dosiahnutý údaj z vykonaných meraní. Štandardne sa dosahovala hodnota 110 cm a maximálne 115,5 cm.

Príloha č. 8- Vyhlásenie výrobcu Volista, ktorý uvedené údaje potvrdzuje.

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentami preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Vyhodnotenie splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky je neoddeľiteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Súčasťou ponuky je prospektory materiál s popisom technických vlastností v slovenskom jazyku.

Zároveň súčasťou ponuky je EÚ vyhlásenie o zhode v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského jazyka.

Poradie ponúk uchádzačov pred eAukciou:

1. **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)
2. nebolo určené bola predložená jedna ponuka
3. nebolo určené bola predložená jedna ponuka

Časť č. 6 Operačný robot na totálnu endoprotézu kolena

Predpoklad. hodnota časti predmetu zákazky: 1 096.382,00 EUR bez DPH

Predmet zákazky Časť č. 6 Operačný robot na totálnu endoprotézu kolena		Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o.)	Uchádzač č. 2 (MEDITRADE s.r.o.)
6.1	Operačný robot na totálnu endoprotézu kolena	xxx	1 086.382,00
Spolu		xxx	1 086.382,00

Vyhodnocovala sa jedna ponuka.

Na časť 6. rozdeleného predmetu zákazky predložil ponuku **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001).

Uchádzač č. 2 zložil zábezpeku formou pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške (20.000 EUR) v prospech účtu verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky boli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 12.01.2023 (podľa predloženého výpisu z účtu).

Uchádzač č. 2 predložil hodnotiaci formulár a vlastnú ponuku s uvedením s uvedením továrnskej značky a ponúkaného typu prístrojov, vrátane úplnej medicínsko-technickej špecifikácie, jednotkovej ceny za dodávaný tovar v EUR bez DPH, výšky DPH a ceny v EUR s DPH.

Zároveň je súčasťou ponuky návrh podpísanej kúpnej zmluvy, vrátane príloh s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky a zoznamom subdodávateľov a subdodávok (podiel plnenia zo strany subdodávateľa je 18,92 % celkového objemu plnenia).

Položka 6.1 Operačný robot na totálnu endoprotézu kolena – ponúkaný prístroj robotická platforma ROSA Knee, výrobcu Zimmer CAS Kanada.

Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Štyri brzdené kolieska na oboch prístrojoch,

Možnosť zachytenia snímku kedykoľvek počas operácie a

sterilné návleky na obrazovku, sterilné návleky na robotické rameno, registračný pointer, univerzálny validačný nástroj, referenčný rám, inštrument na vedenie rezu, patientské referenčné inštrumenty pre tibiú, femur, ako plnenie uvádzate: „áno“.

V priložených dokladoch ROSA Data Sheet, ROSA Knee System Offering a ROSA Knee_brozura nie je možné návrh uchádzača na plnenie verifikovať, nakoľko ich plnenie verejný obstarávateľ neidentifikoval.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (02.02.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

Na verifikáciu údajov prikladáme Používateľskú príručku ROSA Knee - Príloha č. 15.

Štyri brzdené kolieska na oboch prístrojoch, viď obrázok nižšie, strana 12 a 15 Používateľskej príručky ROSA Knee.

Možnosť zachytenia snímku kedykoľvek počas operácie, viď obrázok strana 32 Používateľskej príručky ROSA Knee.

5.2.2.3 Snímky obrazovky

Tlačidlo momentky umožňuje zachytenie obrazovky. Tlačidlo momentky je prístupné kedykoľvek počas zákroku. Momentky sa dajú stiahnuť so správou chirurga.

Sterilné návleky na obrazovku a sterilné návleky na robotické rameno - viď obrázok strana 17 Používateľskej príručky ROSA Knee

Registračný pointer, v preklade „ukazovateľ“, viď obrázok strana 18 Používateľskej príručky ROSA Knee.

3.3.3.5 Registračný ukazovateľ ROSA

Registračný ukazovateľ ROSA umožňuje digitalizáciu anatomických orientačných bodov, od ktorých závisia konečné výsledky a presnosť. Tento diel sa musí pred každým použitím sterilizovať.

Univerzálny validačný nástroj - viď obrázok strana 23 Používateľskej príručky ROSA Knee

Referenčný rám - viď obrázok strana 24 Používateľskej príručky ROSA Knee

3.5.1 Inštalácia reflexných zariadení na sledovanie (NavitrackER) (pokr.)

Zariadenia NavitrackER sa musia nainštalovať na všetky používané nástroje na optické sledovanie pomocou klieští NavitrackER. Zatláčajte značku na montážne čapy tak, aby bola úplne usadená. Je dôležité overiť, či sú zariadenia NavitrackER počas celej operácie čisté.

Inštrument na vedenie rezu - viď obrázky strana 60 a strana 16 Používateľskej príručky ROSA Knee

3.3.3.3 Šablóna rezu ROSATKA

Šablóna rezu ROSATKA je pripevnená k prístrojovému rozhraniu ramena ROSA pomocou dvoch skrutiek s roznitovaným koncom. Pre každú značku implantátu (Persona, NexGen, Vanguard) existujú dva nástroje:

- A: Keď sú robotická jednotka a chirurg na ľavej strane pacienta bez ohľadu na operované koleno.
- B: Keď sú robotická jednotka a chirurg na pravej strane pacienta bez ohľadu na operované koleno.

3.3.3.4 Registračný ukazovateľ ROSA

Registračný ukazovateľ ROSA umožňuje digitalizáciu anatomických orientačných bodov, od ktorých závisia konečné výsledky a presnosť. Tento diel sa musí pred každým použitím sterilizovať

Sterilné návleky - počty ks - 20 ks v balení.

Texty sú doplnené obrázkami z priloženej dokumentácie.

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Vyhodnotenie splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Súčasťou ponuky je prospektový materiál a návody na obsluhu v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského alebo českého jazyka.

Zároveň súčasťou ponuky je Certifikát ES systém úplného zabezpečenia kvality, Vyhlásenia výrobcu o zhode na dodávané príslušenstvo ponúkaných prístrojov v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského jazyka.

Poradie ponúk uchádzačov pred eAukciou:

1. Uchádzač č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)
2. nebolo určené bola predložená jedna ponuka
3. nebolo určené bola predložená jedna ponuka

Časť č. 7 Systém na výrobu autológneho fibrínového lepidla

Predpoklad. hodnota časti predmetu zákazky: 52.115,00 EUR bez DPH

Predmet zákazky Časť č. 7 Systém na výrobu autológneho fibrínového lepidla		Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o.)	Uchádzač č. 2 (MEDITRADE s.r.o.)
7.1	Systém na výrobu autológneho fibrínového lepidla	xxx	52.115,00
Spolu		xxx	52.115,00

Vyhodnocovala sa jedna ponuka.

Na časť 7. rozdeleného predmetu zákazky predložil ponuku **Uchádzač č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)**.

Uchádzač č. 2 zložil zábezpeku formou pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške (1.000 EUR) v prospech účtu verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky boli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 12.01.2023 (podľa predloženého výpisu z účtu).

Uchádzač č. 2 predložil hodnotiaci formulár a vlastnú ponuku s uvedením s uvedením továrenskej značky a ponúkaného typu prístrojov, vrátane úplnej medicínsko-technickej špecifikácie, jednotkovej ceny za dodávaný tovar v EUR bez DPH, výšky DPH a ceny v EUR s DPH.

Zároveň je súčasťou ponuky návrh podpísanej kúpnej zmluvy, vrátane príloh s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky a zoznamom subdodávateľov a subdodávok (uchádzač nebude mať subdodávateľov).

Položka **7.1 Systém na výrobu autológneho fibrínového lepidla** – ponúkaný prístroj systém Vivostat PRF s procesorovou jednotkou PRO 800 a jednotkou aplikátora APL séria 404, výrobcu Vivostat A/S Dánsko. Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **neidentifikovala nezrovnalosti**, ktoré by sa týkali preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek a konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Vyhodnotenie splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Súčasťou ponuky je prospektový materiál a návody na obsluhu v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského alebo českého jazyka.

Zároveň súčasťou ponuky je Vyhlásenie o zhode a Európske vyhlásenie o zhode podľa smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, ponúkaných prístrojov v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského jazyka.

Poradie ponúk uchádzačov pred eAukciou:

1. **Uchádzač č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)**
2. nebolo určené bola predložená jedna ponuka
3. nebolo určené bola predložená jedna ponuka

Časť č. 8 Elektromechanický držiak končatín

Predpoklad. hodnota časti predmetu zákazky: 57.333,00 EUR bez DPH

Predmet zákazky Časť č. 8 Elektromechanický držiak končatín		Uchádzač č. 1 (TIMED s.r.o.)	Uchádzač č. 2 (MEDITRADE s.r.o.)
8.1	Elektromechanický držiak končatín	xxx	57.333,00
Spolu		xxx	57.333,00

Vyhodnocovala sa jedna ponuka.

Na časť 8. rozdeleného predmetu zákazky predložil ponuku **Uchádzač č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)**.

Uchádzač č. 2 zložil zábezpeku formou pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške (1.000 EUR) v prospech účtu verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky boli pripísané na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk 12.01.2023 (podľa predloženého výpisu z účtu).

Uchádzač č. 2 predložil hodnotiaci formulár a vlastnú ponuku s uvedením s uvedením továrenskej značky a ponúkaného typu prístrojov, vrátane úplnej medicínsko-technickej špecifikácie, jednotkovej ceny za dodávaný tovar v EUR bez DPH, výšky DPH a ceny v EUR s DPH.

Zároveň je súčasťou ponuky návrh podpísanej kúpnej zmluvy, vrátane príloh s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky a zoznamom subdodávateľov a subdodávok (podiel plnenia zo strany subdodávateľa je 10,4 % celkového objemu plnenia).

Položka **8.1 Elektromechanický držiak končatín** – ponúkaný prístroj polohovač končatín SPIDER 2, výrobcu Smith&Nephew Inc. Nemecko. Členovia komisie posudzovali splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to Splnil – ÁNO / Nesplnil – NIE, v zmysle návrhu uchádzača na plnenie minimálnych medicínsko-technických požiadaviek a predložených dokladov a dokumentov, ktorými uchádzač preukazuje ich plnenie, konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Maximálna nosnosť zariadenia 23 kíl, ako plnenie uvádzate: „áno“. V priloženom produktovom liste Spider 2 sa uvádza Maximálna nosnosť zariadenia 13,6 kg.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (31.01.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisii. Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

V predloženom produktovom liste bola omylom zamenená maximálna nosnosť zariadenia s hmotnosťou zariadenia.

V predloženom produktovom liste bola omylom zamenená maximálna nosnosť zariadenia s hmotnosťou zariadenia. Prikladáme strany z Návodu na použitie Spider2, kde sú tieto údaje správne uvedené (str. 3 a str. 6).

Zaťaženie pomôcky SPIDER2 nesmie presiahnuť 23 kg (50 libier).

Váha: 13,6 kg [30 lbs] (s nainštalovanou batériou)

Príloha č. 9a a 9b- strana 3a 6 Návodu na použitie Spider2

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a konštatuje splnenie uvedenej požiadavky.

V ponuke uchádzača komisia **identifikovala nezrovnalosti**, ktoré sa týkajú preukazovania minimálnych medicínsko – technických požiadaviek:

Textová časť pod tabuľkou s minimálnymi medicínsko – technickými požiadavkami.

„Ide o elektromechanické zariadenie na polohovanie **hornej, alebo dolnej končatiny**. Využíva sa najmä pri video asistovaných operáciách, ale aj pri zlomeninách, **alebo endoprotetike**.“

V priloženom produktovom liste Spider 2 nie je možné uvedené tvrdenie verifikovať, nakoľko uvedené údaje sme nenašli

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a vyššie uvedených skutočností, vyzvala komisia uchádzača na poskytnutie vysvetlenia k vyššie uvedeným zisteniam (02.02.2023), pre odstránenie všetkých pochybností o relevantnom plnení minimálnych medicínsko – technických požiadaviek kladených na rozdelenú časť predmetu zákazky.

Uchádzač vysvetlenie predložil v lehote stanovenej komisiu (06.02.2023). Žiadosť o vysvetlenie ponuky aj Vysvetlenie je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.

Pre vysvetlenie svojej ponuky uchádzač uviedol:

*Prikladáme stranu č. 6 z Návodu na použitie Spider2 - **Príloha č. 16**, kde sú vymenované stabilizačné súpravy pre rameno, lakeť, zápästie, členok, nohu, z čoho vyplýva, že zariadenie sa používa na polohovanie hornej aj dolnej končatiny*

Stabilizačné súpravy:

SPIDER2 Stabilizačná súprava pre rameno

Stabilizačná súprava pre rameno

Stabilizačná súprava pre lakeť

Stabilizačná súprava pre zápästie - malá

Stabilizačná súprava pre zápästie - stredná

Stabilizačná súprava pre zápästie - veľká

Stabilizačná súprava pre členok

Stabilizačná súprava pre nohu

Fólia pedálu

Po doručení vysvetlenia pokračovala v hodnotení ponúk a vzala do úvahy doručené vysvetlenie. Komisia vysvetlenie uchádzača akceptovala a keďže **neidentifikuje iné nezrovnalosti** v ponuke uchádzača, konštatuje, že ponúkané zariadenie/prístroj spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.

Uchádzač priloženými dokladmi a dokumentmi preukázal, že prístroj podľa ponuky uchádzača spĺňa minimálne požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu, všetky požiadavky označila za splnené a neidentifikovala žiadne nezrovnalosti.

Vyhodnotenie splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Súčasťou ponuky je produktový list v slovenskom jazyku.

Zároveň súčasťou ponuky je Certifikát ES systém úplného zabezpečenia kvality, Vyhlásenie o zhode pre ponúkané pomôcky v pôvodnom jazyku, vrátane úradného prekladu do slovenského jazyka.

Poradie ponúk uchádzačov pred eAukciou:

1. **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)
2. nebolo určené bola predložená jedna ponuka
3. nebolo určené bola predložená jedna ponuka

E) ZOZNAM VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV

Nebol vylúčený žiaden uchádzač.

F) ZOZNAM VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKU A KTORÝCH PONUKA NEBOLA VYLÚČENÁ A ICH NAVRHY NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK

Por.č. Názov a sídlo uchádzača:

1. Uchádzač č. 1

(MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)

2. Uchádzač č. 2

(TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175)

V nasledovnej tabuľke je prehľad predloženými ponukami (pred eAukciou):

Predmet zákazky (časť rozdeleného predmetu zákazky)	Cena v EUR bez DPH	
	Uchádzač č. 1	Uchádzač č. 2
Časť č. 1 Spinálny zobrazovací, navádzací a operačný systém	4 618.780,00	xxx
Časť č. 2 Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu	190.560,00	xxx
Časť č. 3 Prístrojové vybavenie na rádiofrekvenčnú abláciu	178.500,00	xxx
Časť č. 4 Hybridný zobrazovací, navádzací a operačný systém	xxx	1 900.219,98
Časť č. 5 Oper.lampa so štyrmi ramenami – možnosť ...	xxx	122.550,00
Časť č. 6 Operačný robot na totálnu endoprotézu kolena	xxx	1 086.382,00
Časť č. 7 Systém na výrobu autológneho fibrínového lepidla	xxx	52.115,00
Časť č. 8 Elektromechanický držiak končatín	xxx	57.333,00

G) ZÁVER

Komisia vyhodnocovala ponuky, ktoré neboli vylúčené. Do vyhodnotenia ponúk komisiou boli zaradené ponuky uchádzačov: **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175) a **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001).

Vyhodnocovali sa dve ponuky.

Na každú časť rozdeleného predmetu zákazky bola predložená len jedna ponuka.

Na základe vykonaného hodnotenia ponúk komisia pre vyhodnotenie ponúk

konštatuje:

- uchádzači **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175) a **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001) vyhovelí podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s § 40 zákona; nebol vylúčený žiaden uchádzač,
- pre **Časť č. 1 Spinálny zobrazovací, navádzací a operačný systém** pri predpokladanej hodnote časti predmetu zákazky: 4 618.780,00 EUR bez DPH, sa na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk, v poradí úspešnosti ponúk, umiestnil na:
 1. mieste: **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175), ktorý zložil zábezpeku a splnil všetky minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na túto časť rozdeleného predmetu zákazky.
Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:
 2. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

3. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

➤ pre Časť č. 2 **Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu**

pri predpokladanej hodnote časti predmetu zákazky: 190.561,00 EUR bez DPH, sa na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk, v poradí úspešnosti ponúk, umiestnil na:

1. mieste: **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175), ktorý zložil zábezpeku a splnil všetky minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na túto časť rozdeleného predmetu zákazky.

Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:

2. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

3. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

➤ pre Časť č. 3 **Prístrojové vybavenie na rádiový frekvenčný abláciu**

pri predpokladanej hodnote časti predmetu zákazky: 178.500,00 EUR bez DPH, sa na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk, v poradí úspešnosti ponúk, umiestnil na:

1. mieste: **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175), ktorý zložil zábezpeku a splnil všetky minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na túto časť rozdeleného predmetu zákazky.

Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:

2. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

3. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka.

➤ pre Časť č. 4 **Hybridný zobrazovací, navigačný a operačný systém**

pri predpokladanej hodnote časti predmetu zákazky: 1 900.219,98 EUR bez DPH, sa na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk, v poradí úspešnosti ponúk, umiestnil na:

1. mieste: **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), ktorý zložil zábezpeku a splnil všetky minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na túto časť rozdeleného predmetu zákazky.

Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:

2. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

3. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka.

➤ pre Časť č. 5 **Operačná lampa so štyrmi ramenami – možnosť pohybu po koľajnici na strope**

pri predpokladanej hodnote časti predmetu zákazky: 122.550,00 EUR bez DPH, sa na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk, v poradí úspešnosti ponúk, umiestnil na:

1. mieste: **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), ktorý zložil zábezpeku a splnil všetky minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na túto časť rozdeleného predmetu zákazky.

Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:

2. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

3. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka.

➤ pre Časť č. 6 **Operačný robot na totálnu endoprotézu kolena**

pri predpokladanej hodnote časti predmetu zákazky: 1 096.382,00 EUR bez DPH, sa na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk, v poradí úspešnosti ponúk, umiestnil na:

1. mieste: **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), ktorý zložil zábezpeku a splnil všetky minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na túto časť rozdeleného predmetu zákazky.

Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:

2. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

3. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka.

➤ pre Časť č. 7 **Systém na výrobu autológneho fibrínového lepidla**

pri predpokladanej hodnote časti predmetu zákazky: 52.115,00 EUR bez DPH, sa na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk, v poradí úspešnosti ponúk, umiestnil na:

1. mieste: **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), ktorý zložil zábezpeku a splnil všetky minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na túto časť rozdeleného predmetu zákazky.

Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:

2. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

3. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka.

➤ pre Časť č. 8 **Elektromechanický držiak končatin**

pri predpokladanej hodnote časti predmetu zákazky: 57.333,00 EUR bez DPH, sa na základe výsledkov vyhodnocovania ponúk, v poradí úspešnosti ponúk, umiestnil na:

1. mieste: **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), ktorý zložil zábezpeku a splnil všetky minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na túto časť rozdeleného predmetu zákazky.

Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:

2. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka

3. mieste: nebolo určené bola predložená jedna ponuka.

Na nižšie uvedenom hodnotení sa všetci členovia komisie zhodli a je ich spoločným stanoviskom.

Na základe vyššie uvedených skutočností komisia

odporúča:

- vziať na vedomie výsledok vyhodnotenie ponúk,
- úspešnému uchádzačovi **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175), ktorý vyhovel podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 40 zákona, zložil zábezpeku a splnil minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na príslušnú časť rozdeleného predmetu zákazky v súlade s § 53 zákona oznámiť, že pre:
 - **Časť č. 1 Spinálny zobrazovací, navádzací a operačný systém,**
 - **Časť č. 2 Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu a**
 - **Časť č. 3 Prístrojové vybavenie na rádiofrekvenčnú abláciu,**sa jeho ponuka na základe vyhodnotenia ponúk pred eAukciou umiestnila na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk,
- úspešnému uchádzačovi **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), ktorý vyhovel podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 40 zákona, zložil zábezpeku a splnil minimálne medicínsko-technické požiadavky kladené na príslušnú časť rozdeleného predmetu zákazky v súlade s § 53 zákona oznámiť, že pre:
 - **Časť č. 4 Hybridný zobrazovací, navádzací a operačný systém,**
 - **Časť č. 5 Operačná lampa so štyrmi ramenami – možnosť pohybu po koľajnici na strope,**
 - **Časť č. 6 Operačný robot na totálnu endoprotézu kolena,**
 - **Časť č. 7 Systém na výrobu autológneho fibrínového lepidla a**
 - **Časť č. 8 Elektromechanický držiak končatin,**sa jeho ponuka na základe vyhodnotenia ponúk pred eAukciou umiestnila na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk,
- verejný obstarávateľ nie je povinný v súlade s § 54 ods. 15 zákona použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač,
- nakoľko by sa elektronickej aukcie pre časť č. 1, časť č. 2 a časť č. 3 rozdeleného predmetu zákazky zúčastnil len jeden uchádzač
 - **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175), ktorý sa v predmetnej časti rozdeleného predmetu zákazky umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk, **v súťaži uspel,**
- nakoľko by sa elektronickej aukcie pre časť č. 4, časť č. 5, časť č. 6, časť č. 7 a časť č. 8 rozdeleného predmetu zákazky zúčastnil len jeden uchádzač
 - **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), ktorý sa v predmetnej časti rozdeleného predmetu zákazky umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk, **v súťaži uspel,**
- v súlade s § 52 ods. 2 zákona bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov; úspešným uchádzačom - **Uchádzač č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175) a **Uchádzač č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001) oznámiť, že ich ponuka

sa pre konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky umiestnila na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk, vo verejnej súťaži uspela, ich ponuka sa prijíma a bude s nimi uzavretá zmluva,

- vyzvať úspešných uchádzačov k radnej súčinnosti pri uzavieraní zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzavretá najneskoršie do desiatich dní od vykonania následnej ex ante kontroly pred uzavretím zmluvy a zároveň v súlade s § 56 ods. 8 zákona ich vyzvať na rokovanie týkajúce sa výhradne zníženia zmluvnej ceny;
- po doručení súhlasného stanoviska na základe vykonania následnej ex ante kontroly, v súlade s § 56 zákona a výsledkom rokovania o znížení kúpnej ceny, **uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom č. 1** (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175), ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk, vyhovet podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní a v súťaži uspel, pre časť rozdeleného predmetu zákazky:
 - **Časť č. 1 Spinálny zobrazovací, navádzací a operačný systém,**
 - **Časť č. 2 Špecifický operačný stôl pre spondylochirurgiu a**
 - **Časť č. 3 Prístrojové vybavenie na rádiofrekvenčnú abláciu.**
- po doručení súhlasného stanoviska na základe vykonania následnej ex ante kontroly, v súlade s § 56 zákona **uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom č. 2** (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001), ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk, vyhovet podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní a v súťaži uspel, pre časť rozdeleného predmetu zákazky:
 - **Časť č. 4 Hybridný zobrazovací, navádzací a operačný systém,**
 - **Časť č. 5 Operačná lampa so štyrmi ramenami – možnosť pohybu po koľajnici na strope,**
 - **Časť č. 6 Operačný robot na totálnu endoprotézu kolena,**
 - **Časť č. 7 Systém na výrobu autológneho fibrínového lepidla a**
 - **Časť č. 8 Elektromechanický držiak končatín.**
- V súlade s výsledkom následnej ex ante kontroly, uzavrieť zmluvu s úspešnými uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk, ak nebola podaná žiadosť o nápravu podľa § 164 alebo ak neboli podané námietky podľa § 170 zákona,
- Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov zverejniť v profile.

Súčasťou tejto zápisnice je podpisová dohoda ako jej neoddeliteľná súčasť.

Zapísal: Ing. Ján Mlynarčík, tajomník kr

V Bratislave 17.01.2023 - 10.02.2023

Príloha k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk (pred eAukciou)**č. R5-2.1 / 001-15 / 2023**

podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ten „zákon“)

Verejný obstarávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Názov zákazky: KOMPLEXNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM PRE SPONDYLOCHIRURGIU
Identifikácia zákazky:
Finančný limit: 8 206.440,98 EUR bez DPH
Postup: nadlimitná zákazka, verejná súťaž podľa § 66 ZVO
Oznámenie: Úradný vestník EÚ č. 2022/S 241-694357 zo 14.12.2022
VVO č. 265/2022 z 15.12.2022 pod zn. 50299-MST

Hodnotenie ponúk: 17.01.2023 – 18.02.2023

Názov projektu: *Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.*

Číslo projektu: 302021AYY1

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Por.č. Názov a sídlo uchádzača:

- Uchádzač č. 1**
(TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175)
- Uchádzač č. 2**
(MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001)

Osobitne ku konfliktu záujmov

Nakoľko sa verejný obstarávateľ musí počas celého procesu verejného obstarávania zaoberať možným konfliktom záujmov, pričom je povinný náležitým spôsobom preskúmať a posúdiť, či v konkrétnom verejnom obstarávaní nedošlo k zvýhodneniu určitého uchádzača oproti iným uchádzačom, po otvorení a vyhodnotení ponúk administrátor súťaže požiadal členov komisie, aby po preskúmaní zápisu spoločnosti uchádzača č. 1 (TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112/1, 821 01 Bratislava, SK, IČO: 00602175) v obchodnom registri, na stránke OBCHODNÝ REGISTER NA INTERNETE: <https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2673&SID=2&P=1>, podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 239/B, štatutárny orgán uchádzača – konatelia Ing. Mária Kylianová, Dvořákovo nábrežie 10/D, Bratislava 811 02, Vznik funkcie: 02.11.1994, Ing. Pavel Farkaš, Macharova 11, Bratislava 851 01, Vznik funkcie: 12.04.2002, Ing. Jana Adamcová, Bajkalská 9/A, Bratislava 831 04, Vznik funkcie: 12.04.2002, Mgr. Richard Kylian, Strážna 9/F, Bratislava 831 01, Vznik funkcie: 29.10.2010, k dátumu 25.01.2023 a uchádzača č. 2 (MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava, SK, IČO: 17312001) v obchodnom registri, na stránke OBCHODNÝ REGISTER NA INTERNETE: <https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3248&SID=2&P=1>, podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 868/B, štatutárny orgán uchádzača – konateľ Ing. Pavel Bohdal, Novosvetská 1228/42, Bratislava 811 04, Vznik funkcie: 13.05.1991, prokúra Ing. Katarína Bohdalová, Novosvetská 1228/42, Bratislava 811 04, Vznik funkcie: 25.08.1998, k dátumu 25.01.2023.

Po verifikovaní vyššie uvedených skutočností, komisia (členovia komisie) opätovne potvrdzujú svojim podpisom, že nie sú v konflikte záujmov s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi.

**Podpisová doložka k zápisnici z vyhodnotenia ponúk (pred eAukciou)
č. R5-2.1 / 001-15 / 2023**

Za správnosť: Ing. Ján Mlynarčík, tajomník
V Bratislave 17.01.2023 - 10.02. 2023

Podpisy členov komisie:

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

Ing. Ján Mlynarčík

MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.

MUDr. Martin Žabka, PhD.

Mgr. Alexander Kanóc

Ing. Pavol Kalivoda

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1. Menovanie členov komisie pre vyhodnotenie ponúk č. R5-2.1 / 001-09 / 2023
- Príloha č. 2. Prezenčná listina z otvárania ponúk č. R5-2.1 / 001-11 / 2023
- Príloha č. 3. Čestné vyhlásenie členov komisie a konateľa č. R5-2.1 / 001-12 / 2023
- Príloha č. 4. Ponuky uchádzačov a návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
- Príloha č. 5. Vyhodnotenie splnenia minimálnych požiadaviek kladených na konkrétnu časť rozdeleného predmetu zákazky.