



V Považskej Bystrici dňa 23.1.2023

**VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia pôrodnej sály – Zdravotnícka technológia“ – Vybavenie nábytkom a zdravotníckym zariadením

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 262/2022 pod značkou 49964-MST dňa 12.12.2022 a v európskom vestníku VO 2022/S 238-687751 dňa 05.12.2022. Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

*Znenie žiadosti:*

Verejný obstarávateľ v častiach Nábytok nerezový/kovový, Nábytok drevený a Podporné zariadenia uviedol parametre požadovaných produktov, ktoré nie sú určené intervalovou formou. Požaduje Verejný obstarávateľ striktné dodržať uvedené parametre z dôvodu priestorových dispozícií?

**Odpoveď verejného obstarávateľa**

Otázku verejný obstarávateľ pochopil tak, že chcete vedieť, či trváme na rozmeroch pracovných liniek a ostatného nábytku.

Aby bolo možné jednotlivé priestory pôrodného sálu zariadiť podľa projektovej dokumentácie je potrebné, aby rozmery navrhnuté v projektoch boli dodržané. Inak sa jednotlivé priestory nebudú dať zariadiť podľa projektu, čo má samozrejme aj vplyv na pripojenie elektrických zariadení používaných v týchto priestoroch.

Prílohou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia – Pôdorys 5.N.P – Nový stav – Rekonštrukcia pôrodného sálu – Zdravotnícka technológia

V Súťažných podkladoch a technickej špecifikácii predmetu zákazky (Príloha č.1a) je uvedené, že pri nákupe zariadení je možné použiť projektantom navrhované zariadenia, alebo použiť alternatívnu náhradu za navrhované zariadenia pri dodržaní technických parametrov.

V prípade predloženia ekvivalentu verejný obstarávateľ požaduje, aby ich uchádzač uviedol samostatne do ním spracovanej nacenenej tabuľky s ekvivalentom/mi a predložil spolu s dokumentáciou preukázateľne potvrdzujúcou, že rovnocenným spôsobom vyhovujú požadovaným technickým parametrom a špecifikáciou v rovnakom alebo vyššom rozsahu.

Verejný obstarávateľ umožňuje v tých častiach predmetu zákazky, v ktorých v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.



Pri navrhovaní ekvivalentných zariadení musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom požadovaný účel a plnú funkčnosť.

Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.