

Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky a špecifikácia ponúkaného zariadenia

Špecifikácia	Požadovaná hodnota			Hodnota ponúkaného zariadenia
	Jednotka	Parameter		
		minimum	maximum	
Ochodný názov typ ponúkaného zariadenia				
Irigačno odsávacie zariadenie pre laparoskopiu a hysteroskopiu	1 ks			
Ovládanie dotykovým displejom so zobrazením hodnôt prietoku a tlaku počas celého výkonu	áno			
Maximálne parametre pre jednotlivé endoskopické módy	áno			
Možnosť použitia jednorázových a sterilizovateľných setov	áno			
Rolerový systém pre irigáciu, podtlakový systém pre odsávanie j jednom zariadení	áno			
Automatický samodiagnostický test pri zapnutí prístroja	áno			
Tlak pre HYS mód	mmHg	15	200	
Prietok pre HYS mód	ml/min	300	900	
Tlak pre LAP mód	mmHg		500	
Prietok pre LAP mód	ml/min	1200	1800	
Podlak pre LAP aj HYS	bar		0,8	
Vrátane irigačných hadicový setov pre HYS - resterilizovateľné	ks	10		
Vrátane irigačných hadicový setov pre LAPS - resterilizovateľné	ks	10		
Vrátane odsávacích hadicových setov - resterilizovateľné	ks	10		

uchádzač vyplňa žltó označené polia