

Všetkým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Košice

22.12.2022

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ vyhlásil v Európskom vestníku č. 2022/S 236-680992 zo dňa 07.12.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 260/2022 zo dňa 08.12.2022 pod označením 49783-MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú

„Digitálny RTG prístroj so stropným závesom“.

Verejnému obstarávateľovi bola od jedného zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď.

1.

V čl. III ods. 5 Kúpnej zmluvy sa uvádza:

„Predávajúci je povinný prístroj nainštalovať a uviesť do prevádzky bezodkladne po dodaní spolu s integráciou do systému PACS a vykonaním potrebných skúšok uvedených v článku 2 bod 6 tejto zmluvy, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania, a to na vlastné náklady.“

Spoločnosť XY ako dodávateľ zdravotníckych zobrazovacích zariadení s početnou inštalovanou bázou na území Slovenskej republiky má bohaté skúsenosti v súvislosti s dodávkou takýchto typov zariadení. Z ohľadom na praxou získané vedomosti a zručnosti a tiež vzhľadom na skutočnosť, že predmetom dodávky je zariadenie, ktorého komplexná inštalácia a vykonanie skúšok vyžadujem podstatne dlhší čas než sú 3 pracovné dni. Vzhľadom na to navrhujeme verejnému obstarávateľovi preformulovať túto požiadavku nasledovne:

„Predávajúci je povinný prístroj nainštalovať a uviesť do prevádzky bezodkladne po dodaní spolu s integráciou do systému PACS a vykonaním potrebných skúšok uvedených v článku 2 bod 6 tejto zmluvy, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania, a to na vlastné náklady.“

Otázka č. 1: Bude verejný obstarávateľ súhlasiť s úpravou tohto parametra?

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ návrh záujemcu akceptuje a znenie ods. 5, v čl. 3. Kúpnej zmluvy upravuje nasledovne:
„Predávajúci je povinný prístroj nainštalovať a uviesť do prevádzky bezodkladne po dodaní spolu s integráciou do systému PACS a vykonaním potrebných skúšok uvedených v článku 2 bod 6 tejto zmluvy, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania, a to na vlastné náklady.“

2.

V prílohe č.5 súťažných podkladov Špecifikácia predmetu zákazky sa v bode 1.10 sa uvádza:

„Systém sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni“

Otázka č. 2: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či sa týmto rozumie 3D kamera pripojená ku kolimátoru, ktorá prenáša živé obrazy stola alebo vertigrafu?

Odpoveď na otázku č. 2

V špecifikácii predmetu zákazky v bode 1.10 má verejný obstarávateľ za to, že sa jedná o kameru pripojenú ku kolimátoru, ktorá prenáša živé obrazy stola alebo vertigrafu.

3.

Príloha č. 5 - ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Parameter v bode 5.4

5.4 Nosnosť stola min. 300 kg

Nami ponúkané digitálne RTG prístroje disponujú nosnosťou stola 295 kg, ktorá je o 1,6% nižšia oproti požadovanej hodnote a nemá žiaden vplyv na možnosti výkonu vyšetrení aj ťažších pacientov.

Otázka č. 3:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nosnosť rozdielnu o 5 kg, nakoľko tento minimálny rozdiel nemá žiaden vplyv na možnosti výkonu vyšetrení aj ťažších pacientov?

Odpoveď na otázku č. 3

Verejný obstarávateľ ponecháva požiadavku č. 5.4 v pôvodnom znení

4.

Príloha č. 5 - ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Parameter v bode 6.

6.2 Zabudovaný, alebo vyberateľný detektor s rozmerom aktívnej plochy min. 420 mm x 420 mm

Nami ponúkané digitálne RTG prístroje disponujú detektormi s rozmerom aktívnej plochy detektora v matici 426 x 415 mm a s oveľa vyšším rozlíšením ako je požadované. Maticu tak tvorí plocha 176790 mm², čo je väčšia plocha ako je požadovaná verejným obstarávateľom.

Otázka č. 4:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať detektor s rozmerom aktívnej plochy 426 do 415 mm pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností? Uvedený malý rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia.

Odpoveď na otázku č. 4

Verejný obstarávateľ ponecháva požiadavku č. 6.2 v pôvodnom znení.