

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_GA\_LO\_02Vybavuje / linka  
Mikušček / 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Bratislava / 11.06.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 2**

**Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**, so sídlom Hodská 373/38, 942 22 Galanta (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S85 zo dňa 02.05.2019 pod značkou 2019/S 085-203321 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 86/2019 z 03.05.2019 pod zn. 10632 – MST oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Lôžka**“.

**V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.**

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

**Otázka č. 8:**

V zadávací dokumentaci v Technické specifikaci - Příloha 1. - je u Položky č. 4 - Lůžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integ. váhami, later. náklon - uveden bod 45 - Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. IV stupnica Norton a zároveň bod 47 - Vonkajšie rozmery: Výška matraca min. 20 cm. Naše spoločnosť zastupuje svetového výrobcu Antidekubitných matrací, ktorý nabízí matraci, jež výrazně převyšuje ostatní požadované parametry - nosnost 250kg místo 180kg, širší škále přednastavených programů, alarmů a resistenčních parametrů. Tento výrobce však vyrábí tuto matraci s výškou 16cm - důvodem je nižší hmotnost, snažší manipulovatelnost a lepší rozložení tlakových sil. Výška matrace při splnění a převýšení všech ostatních parametrů v tomto nedává smysl z hlediska funkčnosti ani z hlediska zdravotnického.

Bude zadavateľ akceptovať toto riešenie matrace s výškou 16cm za predpokladu splnení všetkých technologických, funkčných i zdravotníckych parametrov?

**Odpoveď č. 8:**

Verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku uchádzača, zadaný parameter požadujeme ponechať. Pôvodná výška matraca 20cm zabezpečí lepší komfort pre kriticky chorého pacienta, vytvára optimálnu oporu pre časti tela, má lepšie rozloženie hmotnosti tela. Z funkčného hľadiska poskytuje lepšiu antidekubitárnu ochranu, ventiláciu a odvod vlhkosti, lepšie izolačné vlastnosti a v neposlednom rade dlhšiu životnosť matrace.

S pozdravom

v.r.

**Daniel Mikušček**

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie