

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_GA_LO_03Vybavuje / linka
Mikuščák / 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Bratislava / 12.06.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 3**

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., so sídlom Hodská 373/38, 942 22 Galanta (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S85 zo dňa 02.05.2019 pod značkou 2019/S 085-203321 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 86/2019 z 03.05.2019 pod zn. 10632 – MST oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Lôžka**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

Otázka č. 9:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 : Špecifikácia predmetu zákazky pre položku č. 1 - Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť, pre položku č. 2 - Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integ. váhami, later. náklon a pre položku č. 3 - Lôžko elektricky polohovateľné požaduje parameter p.č. 4 - "Ložná plocha: Dĺžka min. 200 cm". Bude verejný obstarávateľ akceptovať lôžko s vnútornou dĺžkou 200 cm pri ložnej ploche 192,5 cm a celkovou vonkajšou dĺžkou 230 cm?

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku uchádzača, zadaný parameter požadujeme ponechať v pôvodnej podobe. Vyžadujeme min. dĺžku ložnej plochy 200 cm s celkovou max. dĺžkou lôžka 230 cm.

Otázka č. 10:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 : Špecifikácia predmetu zákazky pre položku č. 1 - Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť požaduje parameter p.č. 29 "Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov) ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach", pre položku č. 2 - Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integ. váhami, later. náklon parameter p.č. 30 "Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov, laterálny náklon) ručný ovládač alebo ovládacie panel (bližšie špecifikovaný v položke 37) určené pre personál" a pre položku č. 3 - Lôžko elektricky polohovateľné parameter p.č. 28 "Ovládacie možnosti na

polohovanie výšky lôžka, ložných dielov ak je elektrický ovládateľný ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach."

Bude verejný obstarávateľ akceptovať elektricky ovládateľný ručný ovládač pripojený káblom k lôžku?

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ akceptuje taktiež elektricky ručný ovládač pripojený káblom k lôžku.

Otázka č. 11:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 : Špecifikácia predmetu zákazky pre položku č. 1 - Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť požaduje parameter p.č. 38, pre položku č. 2 -Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integ. váhami, later. náklon parameter p.č. 44 a pre položku č. 3 - Lôžko elektricky polohovateľné parameter č. 34 "Držiak infúzných púmp".

Mohol by verejný obstarávateľ špecifikovať druh infúznej pumpy resp. typ držiaka, ktorý požaduje? Bude verejný obstarávateľ akceptovať držiak umiestnený na tyči, ktorá bude súčasťou postele?

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ požaduje tyčový držiak infúzných púmp, ktorý je súčasťou postele. Držiak infúzných púmp je samostatná tyč, ktorá je namontovaná resp. zastrčená na posteľ. Jedným ťahom sa dá odstrániť, alebo jednoducho odmontovať z postele. Tyč nemôže vyčnievať mimo pôdorysu, nebrániť transportu a polohovaniu pacienta.

Otázka č. 12:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 : Špecifikácia predmetu zákazky pre položku č. 1 - Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť požaduje parameter p.č. 33 a pre položku č. 2 -Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integ. váhami, later. náklon parameter p.č. 38 "Nožný ovládač pre polohovanie min. výšky ložnej plochy a aretáciu (brzdenie) koliesok postele".

Bude postačujúce, ak lôžko bude mať ovládanie na bočnom paneli a ručný ovládač pripojený káblom k lôžku, bez nožného ovládača?

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ požaduje nožný ovládač. Pri starostlivosti o kritického pacienta je potrebná možnosť čiastočného ovládania postele bez rúk, pretože ošetrojúci personál je sterilne upravený (okrem nôh).

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščík

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie