

Verejný obstarávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Predmet zákazky:

RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

(podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(TOVARY)

VEREJNÁ SÚŤAŽ

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

V Bratislave január 2023

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk**HODNOTIACI FORMULÁR****Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk**

Názov uchádzača :		
Adresa uchádzača :		
IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Zapísaný v		
Tel:	Fax :	
e.mail :	www :	
Bankové spojenie :		
Č. účtu		

Časť 1 RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg)	MJ	Váha kritéria	Hodnota v EUR bez DPH
Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH		68 %	
RTG dig. mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg); Veľký detektor	4 ks		
Malý detektor	2 ks		
Cena spolu za RTG dig. mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg), (4 ks veľký detektor + 2 ks malý detektor) v EUR bez DPH / 4 ks	4 ks	68 %	
Kvalita		32 %	
Rozlíšenie (veľkosť pixelu detektora max. 200 µm) v µm		5 %	
Plošná zaťažiteľnosť detektora (minimálne 150 kg) v kg		2 %	
Výstupný výkon generátora (minimálne 30 kW) v kW		8 %	
Počet otáčok anódy (minimálne 2.700 ot./min.) v ot./min.		5 %	
Veľkosť najväčšieho ohniska (maximálne 1,3 mm) v mm		5 %	
Tepelná kapacita anódy (minimálne 120 KHU)		5 %	
Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní (minimálne 180 cm) v cm		2 %	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je podrobný položkový rozpočet dodávaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg))

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk**HODNOTIACI FORMULÁR****Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk**

Názov uchádzača :		
Adresa uchádzača :		
IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Zapísaný v		
Tel:	Fax :	
e.mail :	www :	
Bankové spojenie :		
Č. účtu		

Časť 2 RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 600 kg)	MJ	Váha kritéria	Hodnota v EUR bez DPH
Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH		68 %	Hodnota
RTG dig. mobilný – SKIAGRAFIA (do 600 kg); Veľký detektor	6 ks		
Malý detektor	4 ks		
Cena spolu za RTG dig. mobilný – SKIAGRAFIA (do 600 kg), (6 ks veľký detektor + 4 ks malý detektor) v EUR bez DPH / 6 ks)	6 ks	68 %	
Kvalita		32 %	Hodnota
Rozlíšenie (veľkosť pixelu detektora max. 200 µm) v µm		5 %	
Plošná zaťažiteľnosť detektora (minimálne 150 kg) v kg		2 %	
Výstupný výkon generátora (minimálne 30 kW) v kW		8 %	
Počet otáčok anódy (minimálne 2.700 ot./min.) v ot./min.		5 %	
Veľkosť najväčšieho ohniska (maximálne 1,3 mm) v mm		5 %	
Tepelná kapacita anódy (minimálne 120 KHU)		5 %	
Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní (minimálne 180 cm) v cm		2 %	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je podrobný položkový rozpočet dodávaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 600 kg))

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk**HODNOTIACI FORMULÁR****Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk**

Názov uchádzača :		
Adresa uchádzača :		
IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Zapísaný v		
Tel:	Fax :	
e.mail :	www :	
Bankové spojenie :		
Č. účtu		

Časť 3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor)	MJ	Váha kritéria	Hodnota v EUR bez DPH
Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH		67 %	Hodnota
RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor)	1 ks		
Cena spolu za RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor) v EUR bez DPH / 3 ks	3 ks	67 %	
Kvalita		33 %	Hodnota
Typ detektora, Csl alebo aSi s Csl scintilátorom alebo CMOS (CMOS áno=15 bodov; CMOS nie = 0 bodov)		15 %	
Rozlíšenie (veľkosť pixelu detektora max. 200 µm) v µm		5 %	
Výstupný výkon generátora (minimálne 15 kW) v kW		8 %	
Hĺbka C-ramena (minimálne 60 cm) v cm.		3 %	
Bezdrôtový, nožný spínač (áno=2 body / nie=0 bodov)		2 %	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je podrobný položkový rozpočet dodávaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov ((RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor))

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk**HODNOTIACI FORMULÁR****Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk**

Názov uchádzača :		
Adresa uchádzača :		
IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Zapísaný v		
Tel:	Fax :	
e.mail :	www :	
Bankové spojenie :		
Č. účtu		

Časť 3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor)	MJ	Váha kritéria	Hodnota v EUR bez DPH
Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH		64 %	Hodnota
RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor)	1 ks		
Cena spolu za RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor) v EUR bez DPH / 2 ks	2 ks	64 %	
Kvalita		36 %	Hodnota
Typ detektora, Csl alebo aSi s Csl scintilátorom alebo CMOS (CMOS áno=15 bodov; CMOS nie = 0 bodov)		15 %	
Rozmer aktívnej plochy detektora (minimálne 26x26 cm, t.j. 676 cm ²)		3 %	
Rozlíšenie (veľkosť pixelu detektora max. 200 µm) v µm		5 %	
Výstupný výkon generátora (minimálne 15 kW) v kW		8 %	
Hĺbka C-ramena (minimálne 60 cm) v cm.		3 %	
Bezdrôtový, nožný spínač (áno=2 body / nie=0 bodov)		2 %	

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je podrobný položkový rozpočet dodávaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov ((RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor))

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača