

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v 01-02/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky " RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom " za účelom prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných tovaroch (prístrojov)

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom

1.2 CPV:

33111000-1 - Röntgenové prístroje  
50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadení  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Mobilný, digitálny, skiaskopický RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti.

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom	ks	1

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodne požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	FUJIFILM Slovakia s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava IČO:53987331					NRSYS s.r.o. Akademická 12, 949 01 Nitra IČO:30977763	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava IČO:17312001	UNIQUE Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/7, Bratislava IČO:46729429	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava IČO:48146676	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky				
	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru					
Položka č. 1 RTG prístroj	parametre				Ponúkaný tovar: FDX Visionary C (A.T.S. applicazione tecnologie specialis r.l.)	Ponúkaný tovar: GENORAY - prime OSCAR 23x23cm, 4.5kW	Ponúkaný tovar: GE HealthCare, OEC Elite CFD Vascular 21cm Ergo C VAS MTS	Ponúkaný tovar: TECHNIX TCA-7	Ponúkaný tovar: Cios Flow Siemens Healthcare GmbH	Položka č. 1 RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom	parametre			
	MJ	min.	max.	presne							MJ	min.	max.	presne
	Mechanické a dizajnové vlastnosti C-ramena:				Mechanické a dizajnové vlastnosti C-ramena:									
1.	C-rameno:				C-rameno:									
1.1	Motorizované nastavenie výšky	cm	40		spĺňa	spĺňa/50	spĺňa/46cm	spĺňa	spĺňa/42cm	1.1	Motorizované nastavenie výšky	cm	40	
1.2	Manuálny horizontálny pohyb	cm	20		spĺňa	spĺňa/20	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.2	Manuálny horizontálny pohyb	cm	20	
1.3	Manuálny orbitálny pohyb	°	150°		spĺňa	spĺňa/180°(+90°, -90°)	spĺňa 152° (97°/-55°)	spĺňa	110°/-90°	1.3	Manuálny orbitálny pohyb	°	150°	
1.4	Manuálna rotácia	°	± 220°		spĺňa	spĺňa/460 (± 230°)	nespĺňa/(180°/-180°)	spĺňa	spĺňa/± 225°	1.4	Manuálna rotácia	°	± 220°	
1.5	Manuálny výkyv	°	±12°		spĺňa	spĺňa/25°(± 12,5°)	nespĺňa/ 20°(10°/-10°)	spĺňa	spĺňa /± 12°	1.5	Manuálny výkyv	°	±12°	
1.6	Vertikálny voľný priestor oblúku	cm	78		spĺňa	spĺňa/80	spĺňa/79cm	spĺňa	spĺňa/80cm	1.6	Vertikálny voľný priestor oblúku	cm	78	
1.7	Hĺbka ramena	cm	66		spĺňa	spĺňa/72	spĺňa/66cm	spĺňa	spĺňa /73 cm	1.7	Hĺbka ramena	cm	66	
1.8	Farebné označenie aretácie pohybov	áno			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	1.8	Farebné označenie aretácie pohybov	áno		
2.	Generátor:				Generátor:									
2.1	HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči	kV	40	110	spĺňa	40-120	40-120kV	spĺňa	spĺňa 40-110 KV	2.1	HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči	kV	40	

2.2.	Rozsah skiaskopie min. 3 – 24 mA	mA				spĺňa	spĺňa/0,2-40	spĺňa/ 0,2-28mA normal (0,2-40 mA HLF)	spĺňa	spĺňa 3 – 24 mA	2.2.	Rozsah skiaskopie min. 3 – 24 mA	mA				
2.3.	Rozsah digitálnej rádiografie min. 20 mA	mA	20			spĺňa	spĺňa/40	spĺňa/ do 150mA	spĺňa	spĺňa 3 – 24 mA	2.3.	Rozsah digitálnej rádiografie min. 20 mA	mA	20			
2.4.	Počet pulzov 1,2,4,8,12,5, 25 p/s	áno				spĺňa	nespĺňa/1,2,4,8,15,30	pulzová skiaskopia vo formáte 1,5K-4,8 15, 30,	spĺňa	0,5-30 p/s	2.4.	Počet pulzov 1-25 p/s (vyšší rozsah prípustný)					
2.5.	výkon min. 2,2 kW	kW	2,2			spĺňa/5kW	spĺňa/4,5	spĺňa/15kW	spĺňa	spĺňa 2,3kW	2.5.	výkon min. 2,2 kW	kW	2,2			
3.	<u>Rentgenka:</u>										3.	<u>Rentgenka:</u>					
3.1.	Stacionárna / rotačná anóda	áno				spĺňa	spĺňa/stacionárna	spĺňa/rotačná	spĺňa	spĺňa/stacionárna	3.1.	Stacionárna / rotačná anóda	áno				
3.2.	veľkosť malého ohniska	mm	0,1	0,6		spĺňa	spĺňa/0,5	0,3/0,6mm	spĺňa	spĺňa 0,6	3.2.	veľkosť malého ohniska (vyšší rozsah prípustný)	mm	0,1	0,6		
3.3.	Indikácia teploty bloku rentgenky	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	3.3.	Indikácia teploty bloku rentgenky	áno				
3.4.	Monitorovanie záťaže rentgenky	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	3.4.	Monitorovanie záťaže rentgenky	áno				
3.5.	Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia)	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	3.5.	Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia)	áno				
3.6.	Tepelná kapacita anódy	kHU	60			spĺňa	spĺňa/67,50	spĺňa/300kHU	spĺňa	spĺňa/61,1	3.6.	Tepelná kapacita anódy	kHU	60			
4.	<u>Flat-Panel:</u>										4.	<u>Flat-Panel:</u>					
4.1.	Typ detektora: CMOS alebo aSi	áno				spĺňa/CMOS	spĺňa/aSi	spĺňa/CMOS	spĺňa/CMOS	spĺňa/CMOS	4.1.	Typ detektora: CMOS	áno				
4.2.	Typ scintilátora: CsI	áno				spĺňa	spĺňa/CsI	spĺňa/CsI	spĺňa	spĺňa/CsI	4.2.	Typ scintilátora: CsI	áno				
4.3.	Veľkosť pola		20x20cm	21x21cm		spĺňa 20x20cm	nespĺňa/ 22,9x22,9 cm	20,8x20,2	spĺňa	spĺňa 20x20	4.3.	Veľkosť pola		20x20cm	23x23		
4.4.	Rozlíšenie matrice: min. 1 k <sup>2</sup>	áno				spĺňa	spĺňa/1208x1280	1,5Kx1,5K	spĺňa	áno/1360x1360	4.4.	Rozlíšenie matrice: min. 1 k <sup>2</sup>	áno				
4.5.	Rozlíšenie -veľkosť pixelov	µm		155		spĺňa	nespĺňa/ 179	spĺňa/ 135,3	spĺňa	spĺňa/152	4.5.	Rozlíšenie -veľkosť pixelov	µm		155		
4.6.	Magnifkácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne	áno				spĺňa/2úrovne	spĺňa/3 úrovne	spĺňa/3 úrovne	spĺňa	spĺňa/2úrovne	4.6.	Magnifkácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne	áno				
4.7.	Hĺbka zobrazenia 16 bitov	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno/16bit	4.7.	Hĺbka zobrazenia min.16 bitov	áno				
4.8.	Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno zelený alebo červený	4.8.	Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore	áno				
5.	<u>Zobrazenie:</u>										5.	<u>Zobrazenie:</u>					
5.1.	Monitorový vozík s dvoma monitormi veľkosti min. 19" s vysokým rozlíšením alebo s jedným monitorom veľkosti min. 22"	áno				spĺňa/monitorový vozík s dvoma monitormi	spĺňa/jeden monitor s veľkosťou 34"	spĺňa/ monitorový vozík s 1 ks 4K 32" UHD Color Monitor (obrazovka rozdelená na 2x20")	spĺňa	spĺňa/2x19"	5.1.	Monitorový vozík s dvoma monitormi veľkosti min. 19" s vysokým rozlíšením alebo s jedným monitorom veľkosti min. 22"	áno				
5.2.	Možnosť synchronného ovládania na monitorovom vozíku a monitore C ramena	áno				spĺňa	nie je jasné čo ovládať	spĺňa/32" monitor s 15,6" OEC Touch Control Panel	spĺňa	áno	5.2.	Možnosť synchronného ovládania na monitorovom vozíku a monitore C ramena	áno				
5.3.	Kvalitný obraz s dokonalým rozlíšením a vysokou ostrosťou	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa/15,6" OEC Touch Control Panel s rozlíšením 1366x768 pix., 32" monitor s rozlíšením 3840x2160 pix., jas 600 cd/m2	spĺňa	áno	5.3.	Kvalitný obraz s dokonalým rozlíšením a vysokou ostrosťou	áno				
5.4.	Max. rozlíšenie zobrazovacieho systému	lp/mm	2,5			spĺňa	spĺňa/2,8	spĺňa/3,7 lp/mm pri maximálnom zväčšení (3,5 lp/mm pri maximálnom zväčšení (3,5 lp/mm bez zväčšenia)	spĺňa	spĺňa/3,4	5.4.	Max. rozlíšenie zobrazovacieho systému	lp/mm	2,5			
5.5.	min.150 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH-pamäť posledného obrazu	áno				spĺňa	spĺňa/300 000, HDD 2TB	nespĺňa/ 40 000 obrz., LIH	spĺňa	spĺňa/300 000	5.5.	min.150 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH-pamäť posledného obrazu (vyšší rozsah prípustný)					
5.6.	Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	5.6.	Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia	áno				
5.7.	Ručný spínač pre ovládanie expozícií	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	5.7.	Ručný spínač pre ovládanie expozícií	áno				
5.8.	Dvojité nožné spínače	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	5.8.	Dvojité nožné spínače	áno				
5.9.	Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz)	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	5.9.	Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz)	áno				
5.10.	Výstupný obraz štvorcového formátu	áno				spĺňa	spĺňa	nespĺňa/v tvare squire (zrezaný štvorec-tvar medzi štvorcem a kruhom)	spĺňa	áno	5.10.	Výstupný obraz štvorcového formátu	áno				
5.11.	Asymetrický kolimátor	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa/ Irisový kolimátor PreView, rotačný wolframcový, kolimátor s 2 listami PreView)	spĺňa	áno	5.11.	Asymetrický kolimátor	áno				
5.12.	Režimy skiaskopie s možnosťou voľby anatomického režimu	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.12.	Režimy skiaskopie s možnosťou voľby anatomického režimu	áno				
5.13.	Kostné: končatiny, chrbtica	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.13.	Kostné: končatiny, chrbtica	áno				

5.14.	Metal – eliminácia vkladanych kovových predmetov	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.14.	Metal – eliminácia vkladanych kovových predmetov	áno			
5.15.	URO – soft, pre zobrazenie mäkkých tkanív	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.15.	URO – soft, pre zobrazenie mäkkých tkanív	áno			
5.16.	Cine loop slučka 1-15 obr./s	áno				spĺňa	spĺňa	nesplňa 15,30 obr./s	spĺňa	nesplňa/0,5-30 obr./s	5.16.	Cine loop slučka 1-15 obr./s (vyšší rozsah prípuštný)	áno			
5.17.	Automatický záznam obrazu a sekvencie	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.17.	Automatický záznam obrazu a sekvencie	áno			
	<b>DAP meter a uloženie nameranej hodnoty k aktívnemu obrazu</b>					spĺňa	spĺňa			spĺňa		<b>DAP meter a uloženie nameranej hodnoty k aktívnemu obrazu</b>				
6.	<u>Výstupné rozhranie:</u>										6.	<u>Výstupné rozhranie:</u>				
6.1.	Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.1.	Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS	áno			
6.2.	DICOM 3.0	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.2.	DICOM 3.0	áno			
6.3.	Dicom Storage, Send	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.3.	Dicom Storage, Send	áno			
6.4.	Worklist s MPPS	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.4.	Worklist s MPPS	áno			
6.6.	Query	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.6.	Query	áno			
6.7.	Retrieve	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.7.	Retrieve	áno			
6.8.	Zápis patientských dát k aktívnemu obrazu , archivácia	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.8.	Zápis patientských dát k aktívnemu obrazu , archivácia	áno			
6.9.	Samostatný AV a digitálny výstup obrazu	áno				spĺňa		načo je starý analógový AV (audio/video) výstup na digitálnom prístroji	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.9.	Samostatný AV a digitálny výstup obrazu			
6.10.	Výstup obrazu na USB ( formát DICOM, JPG)	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa/DICOM, JPG, BMP	spĺňa	spĺňa/DICOM, TIFF a AVI	6.10.	Výstup obrazu na USB ( formát DICOM, JPG)	áno			
6.11.	Protokol o dávkach	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.11.	Protokol o dávkach	áno			
6.12.	Video výstup min. 2x DVI-D, alebo HDMI alebo DP	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa/2xDP	spĺňa	spĺňa	6.12.	Video výstup min. 2x DVI-D, alebo HDMI alebo DP	áno			
7.	<u>Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:</u>										7.	<u>Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:</u>				
7.1.	Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa/Gigabit Ethernet	spĺňa	spĺňa	7.1.	Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet	áno			
7.2.	Rozhranie – konektor RJ-45, prepájovací kábel UTP cat. 5e medzi zariadením a pripojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.2.	Rozhranie – konektor RJ-45, prepájovací kábel UTP cat. 5e medzi zariadením a pripojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke	áno			
7.3.	Protokol – sieťový chod výhradne prostredníctvom TCP/IP	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.3.	Protokol – sieťový chod výhradne prostredníctvom TCP/IP	áno			
7.4.	Povinné nastavenie sieťovej adresy – na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT)	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.4.	Povinné nastavenie sieťovej adresy – na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT)	áno			
7.5.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.5.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/	áno			

**5. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY**

Pôvodne požadované:		FUJIFILM Slovakia s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava IČO:53987331	NRSYS s.r.o. Akademická 12, 949 01 Nitra IČO:30977763	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava IČO:17312001	UNIQUE Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/7, Bratislava IČO:46729429	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava IČO:48146676	Definitívne požadované:
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1. Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie tovaru (ďalej len "zariadenia"):						2. Požaduje sa dodanie tovaru (ďalej len "zariadenia"):
2.1	do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.	akceptujem	neakceptujem/45 dní	neakceptujem/120 kalendárnych dní	akceptujem	neakceptujem/90 dní	2.1 do 90 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.2 v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.3 v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4 do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázaní upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5 po predchádzajúcom preukázaní upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,

2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udat).  V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udat).  V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.1	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2	záručný list,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.2	záručný list,
5.3	preberací (akceptačný) protokol,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.3	preberací (akceptačný) protokol,
5.4	inštaláčny protokol,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.4	inštaláčny protokol,
5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1	oprava vad a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.1	oprava vad a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
8.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,

8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
8.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	neakceptujem/elektronické , osobné 7x16hodín	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem/Obstarávateľ zabezpečí vzdialený prístup pri oprave a vyškolený pracovník obsluhy obstarávateľa bude spolupracovať pri oprave	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do šesťdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do šesťdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	11.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12.	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podorne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podorne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	15.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
17.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
18.	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.
19.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcu zariadenia.

20.	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.
21.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
22.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
23.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	23.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
24.	Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný vlastných finančných prostriedkov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	24.	Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný vlastných finančných prostriedkov.
25.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutára.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	25.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutára.