



V Považskej Bystrici dňa 30.1.2023

VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia pôrodnej sály – Zdravotnícka technológia“ – Vybavenie lôžkami a operačnou technikou

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 11/2023 pod značkou 1328-MST dňa 17.01.2023 a v európskom vestníku VO 2023/S 011-026842 dňa 16.01.2023.

Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Znenie žiadosti:

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov časť 2. Operačné lampy a operačné stoly.

1. Verejný obstarávateľ v prílohe č. 2 SP požaduje v bode 1. Stropná operačná lampa LED so satelitom, a v bode 2. stropná operačná lampa LED jednoramenná

- Rozsah regulácie svietivosti min.30-100%

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozsah regulácie svietivosti 40-100%?

Odôvodnenie: Uvedený parameter nie rozhodujúci pri posudzovaní kvality operačnej lampy.

Ľudské oko nie je schopné zaregistrovať zmenu medzi 30% a 40%.

Odpoveď

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať rozsah regulácie svietivosti 40-100%.

Verejný obstarávateľ požaduje rozsah regulácie svietivosti min.30-100%.

2. Verejný obstarávateľ požaduje v bode 3. Pojazdné vyšetrovacie svetlo - Priemer osvetleného poľa min. 150mm

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať priemer osvetleného poľa min: 120mm?

Odpoveď

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať priemer osvetleného poľa min: 120mm.

Verejný obstarávateľ požaduje priemer osvetleného poľa min. 150mm.

3. Verejný obstarávateľ v bode 4. Operačný stôl mobilný elektrický, gynekologický požaduje - Pojazdné kolieska otočné 360° s priemerom min. 125mm

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať priemer pojazdových koliesok 100mm ?

Odôvodnenie: Priemer koliesok je parameter, ktorý zabezpečí chirurgovi pohodlne zasunúť nohy pod



základňu, aby mohol stáť vzpriamene a nenamáhal si chrbát , čo je možné aj pri kolieskach s priemerom 100mm. Kolieska s priemerom 100mm sú dostatočné aj na presun stola. Dôležité je aby boli zdvojené.

Odpoveď

Verejný obstarávateľ prehodnotil svoju požiadavku na parameter – „Pojazdné kolieska otočné 360° s priemerom min. 125mm“ a mení pôvodné znenie na „Pojazdné kolieska otočné 360° s priemerom min. 60 mm.

Nové znenie parametra bude upravené aj v Prílohe č.1 Technická špecifikácia – Operačné lampy a operačné stoly Súťažných podkladov.