

Príloha č. 1 k Zápisnici č. 1 z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

o posúdení , určených podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti :

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

K bodu 2.1: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO : Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakých alebo podobných charakteru ako je predmet zákazky – časť zákazky na ktorú predkladá ponuku za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období dodal pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu zákaziek rovnakého alebo typovo podobného charakteru, ako je časť rozdeleného predmetu zákazky, na ktorý uchádzač predkladá ponuku za obdobie predchádzajúcich troch rokov SPOLU ku dňu vyhlásenia verejnej súťaže (posledné 3 (tri) roky, t. j. 3x365 dní, ktoré sa počítajú spätne od dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže). Rovnakým alebo typovo podobným charakterom sa rozumie dezinfekčný prostriedok rovnakého alebo podobného typu ako požadovaný dezinfekčný prostriedok za danú časť zákazky definovaného v prílohe č. 1 Zmluvy „Technické požiadavky na predmet zákazky“ s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami ako sú požadované vlastnosti v tejto Prílohe č. 1 zmluvy (Ak obsahuje časť zákazky rôzne požadované dez. prostriedky, nie je potrebné preukázať referenciami všetky položky danej časti zákazky)

Pre časť 1 CHLÓR tbl: v celkovej hodnote min.: 90 000,- EUR bez DPH

Pre časť 2 KAZ: v celkovej hodnote min.: 65 000,- EUR bez DPH

Pre časť 3 Malé plochy ALKOHOL: v celkovej hodnote min.: 60 000,- EUR bez DPH

Pre časť 4 Veľké plochy AK : v celkovej hodnote min.: 25 000,- EUR bez DPH

(Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie viacerých referencií v celkovej hodnote požadovanej minimálnej úrovne v sume Eur bez DPH za obdobie 3 rokov (3x365dní) spätne odo dňa vyhlásenia verejnej súťaže za danú časť)

Uchádzač predloží ku každej časti zvlášť, na ktorú predkladá ponuku:

a) **Zoznam dodaných tovarov** bude obsahovať nasledovné údaje:

- **názov/obchodné meno a sídlo odberateľa**
- predmet dodaných tovarov aj **Názvy dodaných dezinfekčných prostriedkov** (na preukázanie min. požadovanej úrovne podmienky účasti - preukázanie dodania konkrétnych dezinfekčných prostriedkov rovnakého alebo podobného typu. Rovnakým alebo typovo podobným charakterom sa rozumie dezinfekčný prostriedok rovnakého alebo podobného typu ako požadovaný dezinfekčný prostriedok v opise predmetu zákazky za danú časť v prílohe č. 1 Zmluvy „Technické požiadavky na predmet zákazky“ s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami ako sú požadované vlastnosti v Prílohe č. 1 Zmluvy :“Technické požiadavky na predmet zákazky“)
- **miesto dodania**
- **lehota dodania** (od – do, mesiac, rok),

- cena celkom v Eur bez DPH ,
- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje

Zoznam dodaných tovarov bude podpísaný uchádzačom – oprávnenou osobou za uchádzača alebo osobou splnomocnenou

b) dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

Obchodné meno uchádzača	záznam o splnení / dôvod vylúčenia	Poznámka
Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka.	splnil	<p>Časť 1 : uchádzač predložil Zoznam dodávok s uvedením:</p> <p>1) Odberateľ: FNŠP Nové Zámky (ktorým je verejný obstarávateľ, ktorý vyhlásil VO) - predmet dodávok: Chloramix DT: od 03/2020 do 01/2021 : 6 484,08 EUR bez DPH a Schulke Wipes od 03/2020 do 01/2023: 32 228,25 EUR bez DPH</p> <p>2) Odberateľ: Nemocnica AGEL Zvolen a.s. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Chloramix DT: od 01/2021 do 12/2022 : 18 458,06 EUR bez DPH</p> <p>3) Odberateľ: Nemocnica AGEL Levice s.r.o. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Chloramix DT: od 01/2021 do 12/2022: 11 730,00 EUR bez DPH a Schulke Wipes od 01/2021 do 12/2022 : 13 943,55 EUR bez DPH</p> <p>4) Odberateľ: Nemocnica AGEL Levoča, a.s.. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Chloramix DT: od 01/2021 do 12/2022: 9 262,20 EUR bez DPH a Schulke Wipes od 01/2021 do 12/2022 : 25 696,60 EUR bez DPH</p> <p>5) Odberateľ: Nemocnica AGEL Komárno, s.r.o. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Chloramix DT: od 01/2021 do 12/2022: 18 467,94 EUR bez DPH</p> <p>6) Odberateľ: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Chloramix DT: od 01/2021 do 12/2022: 12 331,35 EUR bez DPH</p> <p>7) Odberateľ: Nemocnica AGEL Krompachy spol. s r.o. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Chloramix DT: od 01/2021 do 12/2022: 6 897,07 EUR bez DPH</p> <p>8) Odberateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Chloramix DT: od 01/2021 do 01/2023: 11 017,00 EUR bez DPH</p> <p><u>SPOLU za časť 1: 166 516,10 EUR bez DPH</u></p> <p>Časť 2: uchádzač predložil Zoznam dodávok s uvedením:</p> <p>1) Odberateľ: FNŠP Nové Zámky (ktorým je verejný obstarávateľ, ktorý vyhlásil VO) - predmet dodávok: Mikrozid Sensitive Wipes: od 01/2021 do 12/2022 : 2 757,40 EUR bez DPH; Mikrozid Universal Wipes premium od 03/2020 do 12/2020: 5 495,84 EUR bez DPH a Desam Effekt+ od 01/2022 do 12/2022: 15 406,73 EUR bez DPH</p>

	<p>2) Odberateľ: Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. - predmet dodávok: Desam Effekt+ od 06/2020 do 12/2022: 9 179,44 EUR bez DPH + Potvrdená referencia - Hodnotenie : uspokojivé za vyššie uvedené dodávky DP</p> <p>3) Odberateľ: Kysucká nemocnica Čadca - predmet dodávok: Desprej Sensitive: od 01/2021 do 12/2021 : 4 127,85 EUR bez DPH; Desam Effekt+ od 01/2021 do 12/2022: 4 322,75 EUR bez DPH a Mikrozid Universal Wipes premium od 01/2022 do 01/2023: 1 491,45 EUR bez DPH + Potvrdená referencia - Hodnotenie : uspokojivé za vyššie uvedené dodávky DP</p> <p>4) Odberateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. - predmet dodávok: Desprej Sensitive: od 03/2020 do 11/2021 : 2 624,77 EUR bez DPH; Desam Effekt+ od 03/2020 do 11/2021: 3 565,57 EUR bez DPH + referencia vedená na UVO - Hodnotenie : uspokojivé - Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy č. Z20201730_Z, uzavretá 31.01.2020. Dodávateľ dodržal všetky dohodnuté zmluvné povinnosti. Identifikácia plnenia: Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie. Cena: 22 449,00 EUR bez DPH. Lehota dodania: 697 dní (overené verejným obstarávateľom na CRZ)</p> <p>5) Odberateľ: Záchranná služba Košice - predmet dodávok: Mikrozid Universal Wipes premium od 03/2020 do 11/2022: 15 995,01 EUR bez DPH + referencia vedená na UVO - Hodnotenie : uspokojivé - Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa RZ č. 11/2019, uzavretá 28.05.2019. Identifikácia plnenia: Predmetom plnenia rámcovej dohody bolo dodanie rôznych DP. Cena: 31 000,00 EUR bez DPH. (overené verejným obstarávateľom na CRZ)</p> <p>6) Odberateľ: Nemocnica Agel Zvolen a.s. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Mikrozid Universal Wipes premium: od 09/2020 do 12/2022 : 3 655,40 EUR bez DPH; Desprej Sensitive Wipes od 10/2020 do 12/2022: 224,70 EUR bez DPH a Desprej Sensitive od 01/2021 do 12/2022: 461,15 EUR bez DPH</p> <p>7) Odberateľ: Nemocnica Agel Levoča a.s. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Mikrozid Universal Wipes premium: od 11/2020 do 12/2022 : 2 508,80 EUR bez DPH; Desprej Sensitive Wipes od 10/2020 do 12/2022: 536,73 EUR bez DPH a</p> <p>8) Odberateľ: Nemocnica Agel Košice-Šaca, a.s. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Desprej Sensitive Wipes od 03/2020 do 12/2022: 5 759,30 EUR bez DPH SPOLU za časť 2: 78 112,89 EUR bez DPH</p> <p>Časť 4: uchádzač predložil Zoznam dodávok s uvedením:</p> <p>1) Odberateľ: FNSP NZ (ktorým je verejný obstarávateľ, ktorý vyhlásil VO) - predmet dodávok: Desam OX: od 08/2021 do 12/2022 : 18 564,54 EUR bez DPH</p> <p>2) Odberateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. (nie je verejným obstarávateľom ZVO) - predmet dodávok: Desam OX: od 01/2021 do 01/2023 : 4 485,50 EUR bez DPH</p> <p>3) Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR</p>
--	--

		<p>- predmet dodávok: Desam OX: od 09/2021 : 14 040,00 EUR bez DPH + referencia vedená na UVO - Hodnotenie : uspokojivé - Predmet zmluvy bol dodaný včas, v rozsahu a kvalite v súlade so zmluvou SE-VO2-2021/002511-22 uzavretej 10.08.2021. Identifikácia plnenia: Dodávka tovaru – dezinfekčných prostriedkov, vrátane dodania na miesto plnenia. Cena: 90 648,00 EUR bez DPH. Lehota dodania: 39 dní (overené verejným obstarávateľom na CRZ) SPOLU za časť 4: 37 090,04 EUR bez DPH</p>
VIDRA a spol. s.r.o	Požiadaný o vysvetlenie podľa § 40 ods. 4 ZVO	<p>Časť 3 uchádzač predložil Zoznam dodávok s uvedením:</p> <p>1) Odberateľ: FNŠP NZ (ktorým je verejný obstarávateľ, ktorý vyhlásil VO) - predmet dodávok: 2021: 7 199,95 EUR bez DPH, 2022: 2848,96, spolu 10 048,91 EUR bez DPH (za produkty Bactacid AF a Utierky Bactacid AF Wipes)</p> <p>2) FMC-dialyzačné služby, s.r.o. Piešťany (nie je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2021: 5 584,80 EUR bez DPH, 2022: 9 540,52 EUR bez DPH, spolu 15 125,32 EUR bez DPH (za produkty Bactacid AF a Utierky Bactacid AF Wipes)</p> <p>3) Logman a.s. Bratislava (nie je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2022: 2 468,76 EUR bez DPH (za produkty Bactacid AF a Utierky Bactacid AF Wipes)</p> <p>4) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2021: 1 228,00 EUR bez DPH, 2022: 1 951,50 EUR bez DPH, spolu 3 179,50 EUR bez DPH (za produkty Bactacid AF)</p> <p>5) Všeobecná nemocnica s poliklinikou, J.A.Reimana Prešov (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2021: 1 140,48 EUR bez DPH, (za produkty Bactacid AF)</p> <p>6) Hospitale, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Šahy (nie je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2021: 1 920,40 EUR bez DPH, 2022: 1092,20 EUR bez DPH, spolu: 3 012,60 EUR bez DH (za produkty Bactacid AF a utierky Bactacid AF Wipes)</p> <p>7) Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2021: 1 886,00 EUR bez DPH, 2022: 1 321,20 EUR bez DPH, spolu: 3 207,20 EUR bez DPH (za produkty Bactacid AF a utierky Bactacid AF Wipes)</p> <p>8) Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o. (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2022: 1 684,80 EUR bez DPH (za produkty utierky Bactacid AF Wipes)</p> <p>9) Univerzitná nemocnica Bratislava (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2022: 4 855,05 EUR bez DPH (za produkty utierky Bactacid AF) –</p> <p>10) Národná transfúzna služba SR Bratislava (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2021: 6 159,98 EUR bez DPH, 2022: 2 703,14 EUR bez DPH, spolu: 8 863,12 (za produkty Bactacid AF)</p> <p>11) Nemocnica s poliklinikou Ilava (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2022: 6 135,80 EUR bez DPH, (za produkty Desprej new)</p> <p>12) Ľubovnianska nemocnica, n.o.. Stará Ľubovňa (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2021: 1 871,20 EUR bez DPH, (za produkty Bactacid AF)</p>

		<p>13) Gynpor s.r.o., Sliač (nie je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2022: 1 332,98 EUR bez DPH, (za produkty Bactacid AF a utierky Bactacid AF Wipes)</p> <p>14) Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie (je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO) - predmet dodávok: 2022: 1 357,70 EUR bez DPH, (za produkty Bactacid AF) SPOLU: 64 283,42 EUR bez DPH</p> <p>Uchádzač bude v zmysle § 40 ods. 4 ZVO požiadaný o vysvetlenie / predloženie referencií u odberateľov ktorí sú verejnými obstarávateľmi – vid'. vyššie farebne vyznačených. V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) „zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ uzná aj iný dôkaz u uspokojivom plnení, ako napr. ak odberateľ potvrdí zoznam s uvedením uspokojivého / neuspokojivého dodania/plnenia alebo iný dôkaz o plnení. Verejný obstarávateľ si je vedomý, že referenciu v zmysle ZVO vyhotovujú len odberatelia povinne pri podlimitných a nadlimitných zákazkách a z tohto dôvodu verejnému obstarávateľovi postačuje preukázanie plnenia aj iným spôsobom, inou formou referencie, avšak v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní je to potrebné predložiť, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ !</p>
--	--	---

K bodu 2.2: podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO

2.2.1

Uchádzač predloží:

1) **vzorky pre každú položku časti zákazky**, na ktorú uchádzač predkladá ponuku **v najmenších možných** baleniach ktoré má uchádzač k dispozícii aj keď nacenil väčšie balenia vo verejnej súťaži, (**netýka sa** dezinfekčných prostriedkov vo veľkých baleniach na dolievanie malých fliaš :, položka 1.1 v časti 3 – Malé plochy ALKOHOL a netýka sa položky 1.1 v časti 2 KAZ ak je produkt v položke 1.1 a 1.3 **rovnaký**; ak **nie je rovnaký** je potrebné predložiť vzorku aj za položku 1.1 a za položku 1.3 v najmenšom možnom balení)) do sídla verejného obstarávateľa (v prípade osobného doručenia v čase od 07:00 do 14:45 hod v prac. dňoch do podateľne verejného obstarávateľa) v lehote na predkladanie ponúk.

Je potrebné predložiť aj vzorky vedier, utierok. Verejný obstarávateľ vráti (neotvorené) vzorky uchádzačom po vyhodnotení verejnej súťaži t.j. po oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhotoví fotodokumentáciu predložených vzoriek pre potrebu kontroly verejného obstarávania kontrolnými orgánmi. V prípade potreby použitia / odskúšania dezinfekčného prostriedku odbornou komisiou pri vyhodnocovaní predmetu zákazky, uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí s bezplatným využitím vzorky na potreby vyhodnotenia ponuky.

Adresa verejného obstarávateľa:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Ing. Vladimír Lipovský

Slovenská ulica 11 A

940 34 Nové Zámky

Označenie balíka: „Vzorky dezinfekčných prostriedkov – plochy - súťaž“

2 súpis predkladaných vzoriek s uvedením pre ktoré časti zákazky sú určené - bude slúžiť ako kontrola pre uchádzača ako aj pre uľahčenie vyhodnocovania podmienky účasti pre verejného obstarávateľa.

Uchádzač je povinný doručiť vzorky v lehote na predkladanie ponúk **a do hodiny určenej v lehote na predkladanie ponúk** (v časti IV.2.2 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania), v opačnom prípade bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak využije služby kuriérskej spoločnosti alebo iného spôsobu doručenia, aby počítali s lehotou dodania danej kuriérskej alebo inej dopravy.

Pri položkách pri ktorých sa vyžaduje odnímateľný rozprašovač (či už súčasťou balenia alebo zvlášť balený rozprašovač k dezinfekčnému prostriedku), **je potrebné taktiež predložiť na preukázanie splnenia danej podmienky účasti.**

Vzorky musia byť riadne označené.

Uchádzač môže aj vzorky nahradiť „JED“ – om, vyplnením časti Časť IV : Podmienky účasti C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ – bod 11.

Verejný obstarávateľ však **upozorňuje**, že v prípade, ak uchádzač na 1. mieste v poradí v danej časti zákazky využije „JED“ verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na predloženie vzoriek v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní. Z tohto dôvodu je potrebné aby uchádzač mal k dispozícii tieto vzorky. Ďalšie informácie o predkladaní „JED“-u uvedené v tejto časti SP - Spoločné pre podmienky účasti podľa § 32 a 34 ZVO

Obchodné meno uchádzača	záznam o splnení / dôvod vylúčenia	Poznámka
Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka.	Splnil	Časť 1 : uchádzač predložil - Súpis / Zoznam predkladaných vzoriek Chloramix DT 1 kg (300 tabliet), Schulke wipes – obrúsky (100 ks), Schulke wipes - zásobník - Samotné vzorky Časť 2 : uchádzač predložil - Súpis / Zoznam predkladaných vzoriek Desam Effekt 1 l, Mikrozid sensitive Wipis jumbo dóza 200 ks, Desprej sensitive 500 ml s rozprašovačom - Samotné vzorky Časť 4 : uchádzač predložil

		- Súpis / Zoznam predkladaných vzoriek Desam OX 1 I - Samotné vzorky
VIDRA a spol. s.r.o	Splnil	Časť 3: uchádzač predložil - Súpis / Zoznam predkladaných vzoriek Bactacid AF 1 s rozprašovačom, Utiery Bactacid AF Wipes / 200 ks - Samotné vzorky

2.2.2

Doklady na preukázanie noriem – výsledky z testovania z akreditovaných laboratórií (preukazuje sa len pre požadované normy verejným obstarávateľom. V prípade, ak uchádzač ponúka väčšie spektrum účinnosti pri danom dezinf. prostriedku, takéto normy k týmto navyše spektrám účinnosti uchádzač **nepreukazuje** verejnému obstarávateľovi)

V prípade predkladania dokladov uvedených v tomto bode - Doklady na preukázanie noriem - verejný obstarávateľ - **nepožaduje úradný úplný preklad všetkých strán** tzn. v prípade veľkého počtu strán **bude postačovať aj úradný preklad výberu toho podstatného z dokladu/dokumentu** tzn. je potrebné predložiť úradne preložené len tie strany dokladu / dokumentu, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek – noriem uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy : „Technické požiadavky na predmet zákazky“. Avšak zároveň platí, že scan originálu alebo úradne overenej fotokópie dokumentu alebo obvyčajnej fotokópie dokumentu **v pôvodnom jazyku predkladá uchádzač celý**. Doklady / dokumenty **vyhotovené v českom jazyku** sa úradne neprekladajú.

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť neúradný preklad dokladov, nakoľko v zmysle § 20 ods. 20 a 21 ZVO bude povinný na účel výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa ZVO zabezpečiť úradný preklad dokumentácie sám verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ neprípúšťa možnosť predloženia tzv. „výpisu“ noriem v tabuľkovej forme potvrdené výrobcom / uchádzačom.

Verejný obstarávateľ neposkytne doklady uvedené v tomto bode 2.2.2 tretím osobám s výnimkou kontrolných orgánov (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný orgán SR a pod) a to iba so súhlasom uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude doklady na preukázanie noriem z akreditovaných laboratórií **zverejňovať** vo svojom profile verejného obstarávania a verejný obstarávateľ - zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť, z čoho bude vyhotovené čestné vyhlásenie členov komisie.

Uchádzač môže aj výsledky z testovania z akreditovaných laboratórií nahradiť „JED“ – om, vyplnením časti Časť IV : Podmienky účasti C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ – bod 12.

Verejný obstarávateľ však **upozorňuje**, že v prípade, ak uchádzač na 1. mieste v poradí v danej časti zákazky využije „JED“ verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní. Z tohto dôvodu je potrebné aby uchádzač mal k dispozícii tieto doklady. Ďalšie informácie o predkladaní „JED“-u uvedené v tejto časti SP - Spoločné pre podmienky účasti podľa § 32 a 34 ZVO

Obchodné meno uchádzača	záznam o splnení / dôvod vylúčenia	Poznámka
Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka	Splnil	<p>Časť 1 : <u>NORMY:</u> <u>Chloramix DT: EN13727; EN13697</u> (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve) poprípadе EN 17387,; EN13624 príp. EN13624 REV; EN 16615; EN14476: preukázané: Protokol o skúške [REDACTED]</p> <p>Časť 2: <u>NORMY:</u> <u>Dessam Effect+ : EN 13727; EN1 3697</u> (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve) poprípadе EN 17387; EN 13624 príp. EN13624 REV; EN 16615; EN 14476: preukázané: Protokol o výsledku laboratorných skúšok z: Státní zdravotní ústav, Praha,.; Protokol o skúške z: Zdravotní ústav, Ostrava <u>Desprej sensitive</u> EN 13727; EN 13697 (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve) poprípadе EN 17387; EN 13624 príp. EN13624 REV; EN 16615; EN14476: preukázané Protokol o výsledku [REDACTED]</p> <p>Časť 4: <u>NORMY:</u> <u>Desam OX: EN 13727; EN 13697</u> (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve), poprípadе EN 17387, EN 16615; EN 14476; EN 14348; EN 13624 poprípadе EN 13624 rev : preukázané: Protokol o výsledku laboratorných skúšok z [REDACTED]</p>
VIDRA a spol. s.r.o	Splnil	<p>Časť 3 Normy: <u>Bactacid AF</u> EN 13727: EN 13697 (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve), poprípadе EN17387; EN 13624 poprípadе EN 13624 REV; EN 16615; EN 14476; EN 14348; EN 16777(pri DP áno, pri utierkach nie): <u>Preukázané,</u></p>

		<p>Protokol o skúške [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p><u>Utierky Bactacid</u></p> <p>EN 13727, EN13697 (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve), poprípade EN17387; EN13624 poprípade EN 13624 REV; EN 16615; EN 14476; EN 14348; EN 16777 (pri DP áno, pri utierkach nie)</p> <p>Protokol o skúške z [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] týmto potvrdzuje, že obrúsky Bactacid Af Wipes sú produkt, ktorý je impregnovaný prípravkom Bactacid Af. Vzhľadom na túto skutočnosť sú oba produkty obsahovo totožné a majú rovnaké biocídne a mikrobiologické vlastnosti. Všetky vykonané skúšky sa vzťahujú na oba produkty.</p>
--	--	---