



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka  
Matej Sliška  
+421 2 509 44311

Bratislava  
5. 5. 2023

Vec

Verejná súťaž na predmet zákazky „**Nákup ručných analyzátorov dychu, doplnkového príslušenstva a poskytovanie servisných služieb**“ – Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Nákup ručných analyzátorov dychu, doplnkového príslušenstva a poskytovanie servisných služieb“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2023 zo 04.04.2023 pod značkou 13202 - MST (identifikátor JOSEPHINE 36627) bola verejnému obstarávateľovi doručená otázka k technickej špecifikácii predmetu zákazky:

**Otázka č. 2.1:**

Vo vysvetlení č. 1 zo dňa 28. 4. 2023 v odpovedi na otázky č. 1.1 uviedol "Verejný obstarávateľ si pod tým predstavuje Stolný nabíjací modul na nabíjanie zo siete 230V. Tzn. Modul pripojený do 230V siete, do ktorého sa vloží analyzátor dychu, pričom analyzátor dychu takto vložený do modulu sa začne nabíjať."

Žiadame VO upraviť túto požiadavku v tom zmysle, aby bol akceptovaný aj iný spôsob nabíjania zo siete 230V ako napr. pomocou USB, alebo iného konektora. V SR disponujú platným Certifikátom typu meradla analyzátoru dychu iba 3 výrobcovia pričom spomínaný stolný nabíjací modul, spĺňa iba jeden konkrétny model od jedného výrobcu na trhu. Túto požiadavku VO považujeme za diskriminačnú, keďže touto požiadavkou disponuje iba jeden výrobca a ostatných výrobcov diskriminuje. Spôsob nabíjania analyzátorov nemá žiadny vplyv na ich funkčnosť a spôsob použitia na účel na ktorý sú určené.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ má za to, že požiadavky na predmet zákazky spĺňa viac produktov. Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke na Stolný nabíjací modul.

S pozdravom

.....  
Mgr. Matej Sliška  
odbor verejného obstarávania