



TATRA TENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 13.08.2019

Vec: Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 16.07.2019 pod zn. 2019/S 135-331406 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 142/2019 zo dňa 17.07.2019 pod značkou 17677 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „Oznámenie“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Zdravotnícka prístrojová technika I.“ (ďalej len „Verejná súťaž“).

Dňa 08.08.2019 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov (ďalej len „Žiadateľ“) doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch podľa § 164 ods. 1 písm. b) Zákona (ďalej len „Žiadosť“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou, Vám týmto v súlade s ustanovením § 165 ods. 3 písm. a) Zákona oznamuje výsledok vybavenia žiadosti o nápravu.

Vo svojej Žiadosti Žiadateľ uvádza nasledovné skutočnosti a návrh na vybavenie (cit.):

„Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č. 5 SP - „Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia“ v uvedenej časti zákazky nasledovné:

Časť zákazky	P.č. v špecifikácii PZ	Verejným obstarávateľom požadovaný technický parameter	Uchádzačom predložený technický parameter
ČASŤ 3: Mamograf	p. č. 10	Rozsah kV pri 1 kV krokoch min. 23 kV až 40 kV	20 kV - 39 kV

Uvedený malý rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia. Touto cestou Vás žiadame o úpravu technickej špecifikácie požadovaného zariadenia na parameter 23 kv - 39 kv pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností.

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:




TATRA TENDER

Verejný obstarávateľ vyššie uvedenému návrhu Žiadateľa vyhovuje. Verejný obstarávateľ upraví požadovaný technický parameter „Rozsah kV pri 1 kV krokoch“ Položky č. 1 Mamograf v Časti III. predmetu zákazky nasledovne:

„Rozsah kV pri 1kV krokoch min. 22 kV až 39 kV pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností vrátane prípadných upgrade prístroja o tomosyntézu, biopsiu alebo kontrastnú mamografiu“

Uvedený parameter bude Verejným obstarávateľom bezodkladne upravený formou oznámenia o zmene súťažných podkladov.

S pozdravom,


TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava
Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.