



TATRA TENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 13.08.2019

Vec: Zmena súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 16.07.2019 pod zn. 2019/S 135-331406 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 142/2019 zo dňa 17.07.2019 pod značkou 17677 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „Oznámenie“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Zdravotnícka prístrojová technika I.“ (ďalej len „Verejná súťaž“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou, Vám týmto oznamuje, že Verejný obstarávateľ sa rozhodol vykonať nižšie uvedené zmeny súťažných podkladov, ktoré sú výsledkom vybavenia žiadosti o nápravu zo dňa 13.08.2019.

I. ZMENA

PŮVODNÉ ZNENIE požadovaného technického parametru „*Rozsah kV pri 1 kV krokoch*“ položky č. 1 Mamograf Časti III. predmetu zákazky označeného pod p.č. 10 v tabuľke uvedenej (i) v bode 16.2 Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a (ii) v Prílohe č. 5 súťažných podkladov_Podrobný opis (vzor)_časť III._Mamograf je nasledovné:

P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky	Požadovaná hodnota
I. Technické špecifikácie mamografu		
10	Rozsah kV pri 1 kV krokoch	min. 23 kV až 40 kV
11

PO ZMENE ZNIE požadovaný technický parameter „*Rozsah kV pri 1 kV krokoch*“ položky č. 1 Mamograf Časti III. predmetu zákazky označeného pod p.č. 10 v tabuľke uvedenej (i) v bode 16.2 Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a (ii) v Prílohe č. 5 súťažných podkladov_Podrobný opis (vzor)_časť III._Mamograf nasledovne:

P. č.	Požadovaný parameter/funkcia/časť položky	Požadovaná hodnota
I. Technické špecifikácie mamografu		



TATRA TENDER

10	Rozsah kV pri 1 kV krokoch	min. 22 kV až 39 kV pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností vrátane prípadných upgrade prístroja o tomosyntézu, biopsiu alebo kontrastnú mamografiu
11

2. ZMENA

PŮVODNÝ bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **16.08.2019 o 10:00 hod. miestneho času.**“

PO ZMENE bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie po zmene nasledovne:

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **13.09.2019 o 10:00 hod. miestneho času.**“

3. ZMENA

PŮVODNÝ bod 23.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **16.08.2019 o 12:00 hod. miestneho času na adrese: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.**“

PO ZMENE bod 23.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie po zmene nasledovne:

„23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **13.09.2019 o 12:00 hod. miestneho času na adrese: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.**“

Verejný obstarávateľ v kontexte s vyššie uvedeným vykoná opravu vyššie uvedených lehôt aj v Oznámení formou redakčnej opravy.

Verejný obstarávateľ prikladá i aktualizované znenie súťažných podkladov vrátane Prílohy č. 5 pre Časť III. predmetu zákazky súťažných podkladov, kde sú všetky vyššie uvedené zmeny už zapracované.

Prosím, zoberte na vedomie príslušnú zmenu súťažných podkladov a Oznámenia.

Prílohy:

- 1) Aktualizované znenie súťažných podkladov
- 2) Aktualizovaná Príloha č. 5 súťažných podkladov pre Časť III. predmetu zákazky: Mamograf



TATRA TENDER



TATRA TENDER

Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.

