

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

Verejný obstarávateľ vykonal v 01-02/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky za účelom prehliadku o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných tovaroch (prístrojov) a stanovenia transparentného opisu na predmet zákazky a stanovenia PHZ

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky "Prístrojové vybavenie endoskopického centra" a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

1.2 CPV:

33168000-5 Endoskopia, endochirurgické prístroje
 33124100-6 Diagnostické prístroje
 51410000-9 Inštalácia lekársnych zariadení
 50421000-2 Opravy a údržba lekárských zariadení
 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Endoskopické prístrojové vybavenie pre novozriadované endoskopické centrum, ktoré bude slúžiť na komplexnú diagnostiku a terapeutickú gastrointestinálnu endoskopi u pacientom v rámci východoslovenského kraja. Na pracovisku sa v súčasnosti vykonávajú zákroky: ERCP zákroky, cholangioskopie, enteroskopie. V rámci novozriadaného pracoviska je v pláne rozšíriť zákroky o diagnostické a terapeutické EUS zákroky, podľa potreby aj pod RTG kontrolou v tesnej spojitosti s ERCP výkonomi (tzv. EUS-ERCP koncept). Pri diagnostikcom zobrazovaní je EUS metóda najviac používaná v diferenciálnej diagnostike chorôb pankreasu, žlčových ciest, žalúdka a pažeráka s možnosťou odberu vzoriek tkaniva (tenkožilová aspirácia - EUS-FNA alebo tenkožilová biopsia – EUS-FNB) na cytologické alebo histologické vyšetrenie. EUS-navigovanú terapiu možno rozdeliť na EUS-navigovanú drenáž anastomózu a EUS-navigovanú injekčnú terapiu. EUS-navigovaná drenáž žlčových ciest je možnou alternatívou perkutánnej transhepatickej biliárnej drenáže. Pri neúspešnej ERCP kanylácii žlčovou alebo pankreatickou vývodu je v obidvoch prípadoch efektívnou EUS-navigovaná „rendezvous“ technika.

EUS vyšetrenie je realizované najčastejšie v analgosedácii, niekedy – hlavne v prípade terapeutického zákroku – aj v celkovej anestézii. EUS zákroky sú vykazované podľa miery ich náročnosti (buď ako diagnostický ambulantný endoskopický zákrok, alebo ako ambulantný zákrok v rámci JAS, v prípade invazívnych terapeutických zákrokov je výkon započítaný v rámci nutnej hospitalizácie).

Pre vykonávanie vyššie uvedených zákrokov je nutné zákazku obstarávať ako celok a to endoskopickú zostavu s 2 videoduodenoskopi, lineárny EUS gastroskop vybavený ultrazvukovou lineárnou sondou, ktorý sa zapája do požadovaného USG prístroja a zároveň je zapojený do požadovanej gastroenterologickej veže najvyššej kvality. Pri tomto druhu endoskopickej techniky neexistujú adaptéry pre rôzne systémy, preto verejný obstarávateľ zákazku neudelí na časti a požaduje od uchádzačov ponúknuť ním navrhovaný systém, v ktorom všetky zložky navzájom spolupracujú a komunikujú – endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopi, lineárny EUS gastroskop, USG prístroj umožňujúci použitie lineárneho EUS gastroskopu a abdominálnych sond a endoskopickú zostavu najvyššej kvality.

3. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Nie, uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky, to je na všetky položky (1 až 4)

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky č.1 predmetu zákazky	MJ	Počet
Položka č. 1	Endoskopická zostava najvyššej kvality	celok	1
Rozpis jednotlivých požadovaných súčastí pre položku č. 1			
1.	Videokolonoskop	ks	1
2.	Videogastroskop	ks	1
3.	LCD medicínsky monitor	ks	1
4.	Videoprocessor/ svetelný zdroj	ks	1
5.	APC Polypektomická jednotka	ks	1
6.	Odsávacie zariadenie	ks	1
7.	Oplachovacie zariadenie	ks	1
8.	Pracovná endoskopická stanica	ks	1
9.	Záznamové a streamovacie zariadenie	ks	1
Položka č. 2	Lineárny EUS gastroskop	celok	1
Položka č.3	USG prístroj ku EUS gastroskopu s prislúšenstvom	celok	1
Rozpis jednotlivých požadovaných súčastí pre položku č. 3			
1.	USG prístroj ku EUS gastroskopu	ks	1
2	Konvexná sonda	ks	1
Položka č. 4	Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopi pre ERCP	celok	1
Rozpis jednotlivých požadovaných súčastí pre položku č. 4			
1.	Videoduodenoskop	ks	2
2.	Monitor	ks	1
3.	Videoprocessor /svetelný zdroj	ks	1
4.	Polypektomická jednotka	ks	1
5.	Odsávacie zariadenie	ks	1
6.	Oplachovacie zariadenie	ks	1
7.	Pracovná endoskopická stanica	ks	1
8.	Záznamové a streamovacie zariadenie	ks	1
9.	Endoskopický insuflátor	ks	1

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodne požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty					ASKIN &CO, spol. s r.o. Martinská 31, 821 05 Bratislava IČO:17323100		ULTRAMED s.r.o., Š.Moyseša 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 36638404		BERINGER s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava IČO:35925148		Definitívne požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty						
					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesíľha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru		Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesíľha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru		Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. nesíľha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru								
Položka č. 1 Endoskopická zostava najvyššej kvality					parametre				Položka č. 1 Endoskopická zostava najvyššej kvality					parametre			
					MJ	min.	max.	presne						MJ	min.	max.	presne
1. Videokolonoskop - 1 ks					Ponúkaný tovar: Pentax, EC38-I10L		Ponúkaný tovar: OLYMPUS CF H185L		Ponúkaný tovar: OLYMPUS CF H185L		1. Videokolonoskop - 1 ks						
1.1.	spôsob snímania - farebný HDTV čip			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.1.	spôsob snímania - farebný HDTV čip				áno				
1.2.	veľkosť zorného poľa	°	100,00	140,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.2.	veľkosť zorného poľa	°	100,00	140,00					
1.3.	vonkajší priemer distálneho konca	mm	12,80	14,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.3.	vonkajší priemer distálneho konca	mm	12,80	14,00					
1.4.	priemer pracovného kanála	mm	3,60	3,80	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.4.	priemer pracovného kanála	mm	3,60	3,80					
1.5.	maximálna ohybnosť hore	°	90,00	210,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.5.	maximálna ohybnosť hore	°	90,00	210,00					
1.6.	maximálna ohybnosť dolu	°	90,00	210,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.6.	maximálna ohybnosť dolu	°	90,00	210,00					
1.7.	maximálna ohybnosť vpravo	°	90,00	210,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.7.	maximálna ohybnosť vpravo	°	90,00	210,00					
1.8.	maximálna ohybnosť vľavo	°	90,00	210,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.8.	maximálna ohybnosť vľavo	°	90,00	210,00					
1.9.	pracovná dĺžka	mm	1650,00	1700,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.9.	pracovná dĺžka	mm	1650,00	1700,00					
1.10.	celková dĺžka	mm	1950,00	2050,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.10.	celková dĺžka	mm	1950,00	2050,00					
1.11.	technológia digitálnej chromoendoskopie			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.11.	technológia digitálnej chromoendoskopie				áno				
1.12.	technológia vysokého rozlíšenia obrazu			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.12.	technológia vysokého rozlíšenia obrazu				áno				
2. Videogastroskop - 1 ks					Ponúkaný tovar: Pentax, EG29-I10		Ponúkaný tovar: OLYMPUS GIF H185		Ponúkaný tovar: OLYMPUS GIF H185		2. Videogastroskop - 1 ks						
2.1.	spôsob snímania - farebný HDTV čip			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.1.	spôsob snímania - farebný HDTV čip				áno				
2.2.	veľkosť zorného poľa	°	100,00	140,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.2.	veľkosť zorného poľa	°	100,00	140,00					
2.3.	vonkajší priemer distálneho konca	mm	9,00	10,50	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.3.	vonkajší priemer distálneho konca	mm	9,00	10,50					
2.4.	priemer pracovného kanála	mm	2,80	3,00	nesplňa/3,2mm	spĺňa	spĺňa	2.4.	priemer pracovného kanála	mm	2,80	3,20					
2.5.	ohybnosť hore	°	90,00	210,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.5.	ohybnosť hore	°	90,00	210,00					
2.6.	ohybnosť dolu	°	90,00	210,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.6.	ohybnosť dolu	°	90,00	210,00					
2.7.	ohybnosť vpravo		90,00	210,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.7.	ohybnosť vpravo		90,00	210,00					
2.8.	ohybnosť vľavo		90,00	210,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.8.	ohybnosť vľavo		90,00	210,00					
2.9.	pracovná dĺžka	mm	1000,00	1050,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.9.	pracovná dĺžka	mm	1000,00	1050,00					
2.10.	celková dĺžka	mm	1300,00	1370,00	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.10.	celková dĺžka	mm	1300,00	1370,00					
2.11.	technológia digitálnej chromoendoskopie			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.11.	technológia digitálnej chromoendoskopie				áno				
2.12.	technológia vysokého rozlíšenia obrazu			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.12.	technológia vysokého rozlíšenia obrazu				áno				
3. LCD medicínsky monitor --1ks					Ponúkaný tovar: 32" FSN 4K monitor		Ponúkaný tovar: OLYMPUS OEV321		Ponúkaný tovar: OLYMPUS OEV321H		3. LCD medicínsky monitor --1ks						
3.1.	rozlíšenie monitora:	mm	3840x2160 obrazových prvkov		spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.1.	rozlíšenie monitora:	mm	3840x2160 obrazových prvkov						
3.2.	uhlopriečka s dĺžkou:	"	31,5"		spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.2.	uhlopriečka s dĺžkou:	"	31,5"						
3.3.	pomer kontrastu min.1000:1			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.3.	pomer kontrastu min.1000:1				áno				
4. Videoprocessor/ svetelný zdroj - 1ks					Ponúkaný tovar: Pentax EPK-IT010		Ponúkaný tovar: OLYMPUS CV 1500		Ponúkaný tovar: OLYMPUS CV 1500		4. Videoprocessor/ svetelný zdroj - 1ks						
4.1.	videoprocessor s integrovaným svetelným zdrojom s LED alebo xenón. výbojkou			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.1.	videoprocessor s integrovaným svetelným zdrojom s LED alebo xenón. výbojkou				áno				
4.2.	funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.2.	funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb				áno				
4.3.	automatické nastavenie jasu so zachovaním kontrastu			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.3.	automatické nastavenie jasu so zachovaním kontrastu				áno				
4.4.	funkcia subjektívneho nastavenia kontrastu			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.4.	funkcia subjektívneho nastavenia kontrastu				áno				
4.5.	rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.5.	rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla				áno				
4.6.	funkcia vysokého rozlíšenia obrazu			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.6.	funkcia vysokého rozlíšenia obrazu				áno				
4.7.	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.7.	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium				áno				
4.8.	funkcia digitálnej chromoendoskopie			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.8.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno				
4.9.	možnosť používateľských prednastavení			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.9.	možnosť používateľských prednastavení				áno				
4.10.	filtrácia detailov			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.10.	filtrácia detailov				áno				
4.11.	vzduchová insuflácia			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.11.	vzduchová insuflácia				áno				
5. APC Polypektomická jednotka - 1ks					Ponúkaný tovar: Pentax ENDO ARC a ENDO PLUS		Ponúkaný tovar: OLYMPUS APU 300		Ponúkaný tovar: OLYMPUS APU 300		5. APC Polypektomická jednotka - 1ks						
5.1.	monopolárny rez			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.1.	monopolárny rez				áno				
5.2.	monopolárna koagulácia			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.2.	monopolárna koagulácia				áno				
5.3.	bipolárny rez			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.3.	bipolárny rez				áno				
5.4.	bipolárna koagulácia			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.4.	bipolárna koagulácia				áno				
5.5.	sprejová koagulácia			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.5.	sprejová koagulácia				áno				
5.6.	argón-plazma koagulácia			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.6.	argón-plazma koagulácia				áno				
5.7.	neutrálna jednorázová elektróda	ks	100		spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.7.	neutrálna jednorázová elektróda	ks	100						
5.8.	nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojtyp			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.8.	nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojtyp				áno				
5.9.	vozik			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.9.	vozik				áno				
5.10.	ovládači FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou	"	15		spĺňa	neplňa/ tento parameter je tu asi náhodou, je v riadku 9.16.	ne/dotykový displej s uhlopriečkou 3"	5.10.	Vypúšťa sa								
5.11.	rameno na uchytlenie monitora na pracovnej stanici	áno			spĺňa	nesplňa/nie je potrebné, jednotka je na vozíku	nie/monitor je súčasťou jednotky, nie je potrebné rámano	5.11.	Vypúšťa sa								
6. Odsávacie zariadenie - 1ks					Ponúkaný tovar: Victoria Portable		Ponúkaný tovar: OLYMPUS KV 6		Ponúkaný tovar: OLYMPUS KV 6		6. Odsávacie zariadenie - 1ks						

6.1.	objem sekretnéj nádoby	liter	2			spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.1.	objem sekretnéj nádoby	liter	2			
6.2.	nomínaľné vákum s ukazovateľom vákua	kPa	90			spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.2.	nomínaľné vákum s ukazovateľom vákua	kPa	90			
6.3.	použitie pre opakovateľne použiteľný systém				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.3.	použitie pre opakovateľne použiteľný systém				áno	
6.4.	použitie pre jednorázový systém				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.4.	použitie pre jednorázový systém				áno	
6.5.	počet jednorázových zberných vreciek	ks	30			spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.5.	počet jednorázových zberných vreciek	ks	30			
7.	Oplachovacie zariadenie 1 ks					Ponúkaný tovar: Medvators EGA-500E	Ponúkaný tovar: OLYMPUS OFP2	Ponúkaný tovar: OLYMPUS OFP2	7.	Oplachovacie zariadenie 1 ks					
7.1.	objem zásobovacej nádoby	liter	1			spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.1.	objem zásobovacej nádoby	liter	1			
7.2.	nominálny prietok	ml/min.	0-230			spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.2.	nominálny prietok	ml/min.	0-230			
7.3.	riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.3.	riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom				áno	
7.4.	nožný ovládač				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.4.	nožný ovládač				áno	
8.	Pracovná endoskopická stanica 1ks					Ponúkaný tovar: Pentac ITD Classic Cart	Ponúkaný tovar: OLYMPUS WN NP3	Ponúkaný tovar: OLYMPUS WN NP3	8.	Pracovná endoskopická stanica 1ks					
8.1.	oddeľovací transformátor				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.1.	oddeľovací transformátor				áno	
8.2.	centrálny vypínač				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.2.	centrálny vypínač				áno	
8.3.	rameno pre dva endoskopy	ks	1			spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.3.	rameno pre dva endoskopy	ks	1			
8.4.	rameno pre monitor	ks	1			spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.4.	rameno pre monitor	ks	1			
8.5.	držiak pre klávesnicu	ks	1			spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.5.	držiak pre klávesnicu	ks	1			
8.6.	nastaviteľné police na uloženie prístrojov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.6.	nastaviteľné police na uloženie prístrojov				áno	
8.7.	police na uloženie prístrojov	ks	4			spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.7.	police na uloženie prístrojov	ks	4			
9.	Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks					Ponúkaný tovar: Medirecord M2B	Ponúkaný tovar: M2B	Ponúkaný tovar: MEDIRECORD	9.	Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks					
9.1.	nahrávacie zariadenie, jednokanáľové, FHDTV				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.1.	nahrávacie zariadenie, jednokanáľové, FHDTV				áno	
9.2.	ovládanie z kamerovej hlavy s možnosťou streamovania				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.2.	ovládanie z kamerovej hlavy s možnosťou streamovania				áno	
9.3.	integrovane AV vstupy		1xHDF			spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.3.	integrovane AV vstupy		1xHDF			
9.4.	integrovany HDD: min. 2TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8TB				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.4.	integrovany HDD: min. 2TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8TB				áno	
9.5.	možnosť dátového pripojenia a komunikácia s nemocničným PACVS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.5.	možnosť dátového pripojenia a komunikácia s nemocničným PACVS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/				áno	
9.6.	Funkcia C-Store - stahovanie existujúcich záznamov PACSu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.6.	Funkcia C-Store - stahovanie existujúcich záznamov PACSu				áno	
9.7.	editovaniae videí a snímkov - orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do videa				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.7.	editovaniae videí a snímkov - orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do videa				áno	
9.8.	funkcia Multizáznam, vrátanie IP kamier /súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.8.	funkcia Multizáznam, vrátanie IP kamier /súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky				áno	
9.9.	funkcia Markovanie: označenie dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.9.	funkcia Markovanie: označenie dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname				áno	
9.10.	funkcia Porovnávanie: súčasné porovnanie min. 9 snímkov, ev. videí na displeji užívateľského rozhrania				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.10.	funkcia Porovnávanie: súčasné porovnanie min. 9 snímkov, ev. videí na displeji užívateľského rozhrania				áno	
9.11.	možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok, popisov a a exportu do PDF súboru				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.11.	možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok, popisov a a exportu do PDF súboru				áno	
9.12.	možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlas. Komunikácie, konferenčný hovor s min. dvoma účastníkmi				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.12.	možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlas. Komunikácie, konferenčný hovor s min. dvoma účastníkmi				áno	
9.13.	možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.13.	možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy				áno	
9.14.	možnosť dodatočného rozšíreniaao nahrávanie záznamu v 4K kvalite				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.14.	možnosť dodatočného rozšíreniaao nahrávanie záznamu v 4K kvalite				áno	
9.15.	možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu na spracovanie videí, plne integrovanú do domény nemocnice /LDAP/ADI/				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.15.	možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu na spracovanie videí, plne integrovanú do domény nemocnice /LDAP/ADI/				áno	
9.16.	ovládaci FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.16.	ovládaci FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou				áno	
9.17.	rameno na uchytlenie monitora na pracovnej stanici				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.17.	rameno na uchytlenie monitora na pracovnej stanici				áno	
Položka č. 2 Lineárny EUS gastroskop						parametre				Položka č. 2 Lineárny EUS gastroskop					
						MJ	min.	max.	presne						
1.	Ultrazvukový gastroskop s lineárnym snimaním -1ks					Ponúkaný tovar: Pentax EG38-J10UT	Ponúkaný tovar: OLYMPUS GF-UCT 180	Ponúkaný tovar: OLYMPUS GF-UCT 180	1.	Ultrazvukový gastroskop s lineárnym snimaním -1ks					
1.1.	veľkosť zorného poľa:	°	100			spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.1.	veľkosť zorného poľa:	°	100			
1.2.	vonkajší priemer distálneho zakončenia	mm		15,00		spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.2.	vonkajší priemer distálneho zakončenia	mm		15,00		
1.3.	vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti	mm		13,00		spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.3.	vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti	mm		13,00		
1.4.	maximálna ohybnosť nahor:	°	130			spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.4.	maximálna ohybnosť nahor:	°	130			
1.5.	maximálna ohybnosť nadol	°	90			spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.5.	maximálna ohybnosť nadol	°	90			
1.6.	maximálna ohybnosť vpravo	°	90			spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.6.	maximálna ohybnosť vpravo	°	90			
1.7.	maximálna ohybnosť vľavo:	°	90			spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.7.	maximálna ohybnosť vľavo:	°	90			
1.8.	priemer inštrumentačného kanála	mm	3,70			spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.8.	priemer inštrumentačného kanála	mm	3,70			
1.9.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.9.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno	
1.10.	prevádzkové režimy: B -mode, M-mode, D-mode, Flow- mode, Powerflow mode				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.10.	prevádzkové režimy: B -mode, M-mode, D-mode, Flow- mode, Powerflow mode				áno	
1.11.	funkcia farebný Doppler /Color Doppler				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.11.	funkcia farebný Doppler /Color Doppler				áno	
1.12.	kompatibilné s ponúkanou ERCP zostavou				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.12.	kompatibilné s ponúkanou ERCP zostavou				áno	
1.13.	kompatibilné s ponúkaným ultrazvukovým prístrojom				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.13.	kompatibilné s ponúkaným ultrazvukovým prístrojom				áno	
1.14.	Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.14.	Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)				áno	
Položka č. 3 USG prístroj ku EUS gastroskopu - 1ks						parametre				Položka č. 3 USG prístroj ku EUS gastroskopu - 1ks					
						MJ	min.	max.	presne						
1.	OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením	áno				
2.	Uhlopriečka obrazovky monitora	palce	21"			spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	Uhlopriečka obrazovky monitora	palce	21"			
3.	Rozlíšenie obrazovky monitora	px	1920x1080			spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.	Rozlíšenie obrazovky monitora	px	1920x1080			
4.	Jas obrazovky monitora	cd/m2	300			spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.	Jas obrazovky monitora	cd/m2	300			
5.	Dynamický rozsah	dB	320			spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.	Dynamický rozsah	dB	320			
6.	Nastaviteľný pult stranovo	°	min. +/-30			spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Nastaviteľný pult stranovo	°	min. +/-30			
7.	Frekvenčný rozsah	MHz	1	18		spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Frekvenčný rozsah	MHz	1	18		
8.	Maximálna zobrazovacia hĺbka	mm	400			spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.	Maximálna zobrazovacia hĺbka	mm	400			
9.	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku	mm	0,5	20		spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku	mm	0,5	20		
10.	Interný HDD s kapacitou	GB	500			spĺňa	spĺňa	spĺňa	10.	Interný HDD s kapacitou	GB	500			
11.	Ovládanie pomocou trackballu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	11.	Ovládanie pomocou trackballu				áno	
12.	Ovládanie pomocou dotykového pomocného displeja				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Ovládanie pomocou dotykového pomocného displeja				áno	
13.	USB 3.0 porty		4			spĺňa	spĺňa	spĺňa	13.	USB 3.0 porty		4		áno	
14.	Ether														

55.	Softvér pre automatické meranie karotickej intímy a média /IMT/ a trasovanie cievnej steny v reálnom čase				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	55.	Softvér pre automatické meranie karotickej intímy a média /IMT/ a trasovanie cievnej steny v reálnom čase					áno				
56.	Možnosť shear wave elastografie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	56.	Možnosť shear wave elastografie					áno				
57.	Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	57.	Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát					áno				
58.	ukladanie obrázkov a súčiek vo forme surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	58.	ukladanie obrázkov a súčiek vo forme surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov					áno				
59.	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	59.	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie					áno				
60.	Export obrázkov a súčiek vo formáte "jpg, "bmp,"avi, DICOM 3.0				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	60.	Export obrázkov a súčiek vo formáte "jpg, "bmp,"avi, DICOM 3.0					áno				
61.	Programovateľné kalkulácie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	61.	Programovateľné kalkulácie					áno				
62.	Užívateľsky jednoduchú vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia /presety/				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	62.	Užívateľsky jednoduchú vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia /presety/					áno				
63.	Možnosť pripojenia a komunikácia s nemocničným PACVS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	63.	Možnosť pripojenia a komunikácia s nemocničným PACVS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/					áno				
64.	Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	64.	Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva					áno				
65.	Program pre kontrastné vyšetrenie /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	65.	Program pre kontrastné vyšetrenie /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky					áno				
66.	možnosť pripojiť ultrazukový videogastroskop s lineárnym snimaním				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	66.	možnosť pripojiť ultrazukový videogastroskop s lineárnym snimaním					áno				
67.	softvér pre redukciu ultrazukových spekulov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	67.	softvér pre redukciu ultrazukových spekulov					áno				
68.	modul pre pripojenie gastroskopickej zostavy				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	68.	modul pre pripojenie gastroskopickej zostavy					áno				
69.	presety pre EUS a EBUS vyšetrenie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	69.	presety pre EUS a EBUS vyšetrenie					áno				
70.	softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	70.	softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou					áno				
71.	zobrazovanie cirkulačne atypických tokov nedopplerovskou metódou				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	71.	zobrazovanie cirkulačne atypických tokov nedopplerovskou metódou					áno				
SONDY - technické parametre																			
72.	Konvexná sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s frekvenčným rozsahom 1 - 6 MHz (vyšší rozsah prípustný), s počtom elementov min. 192				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	72.	Konvexná sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s frekvenčným rozsahom 1 - 6 MHz (vyšší rozsah prípustný), s počtom elementov min. 192					áno				
Položka č. 4 Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopií pre ERCP																			
						parametre									parametre				
						MJ	min.	max.	presne							MJ	min.	max.	presne
1.	Videoduodenoskop -2 ks					Ponúkaný tovar: Pentax ED34-110T			Ponúkaný tovar: OLYMPUS TJF-Q190V	Ponúkaný tovar: OLYMPUS TJF-Q190V	1. Videoduodenoskop -2 ks								
1.1.	technológia farebného snímania CCD, čip				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.1.	technológia farebného snímania CCD, čip				áno			
1.2.	veľkosť zorného poľa	*	100°	120°		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.2.	veľkosť zorného poľa	*	100°	120°				
1.3.	vonkajší priemer distálneho zakončenia	mm	13,5	14,5		nespĺňa/13mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.3.	vonkajší priemer distálneho zakončenia	mm	13	14,5				
1.4.	vonkajší priemer flexibilnej závädzacej časti	mm	11	12		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.4.	vonkajší priemer flexibilnej závädzacej časti	mm	11	13				
1.5.	maximálna ohybnosť nahor:	*	90°	120°		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.5.	maximálna ohybnosť nahor:	*	90°	120°				
1.6.	maximálna ohybnosť nadol:	*	90°	120°		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.6.	maximálna ohybnosť nadol:	*	90°	120°				
1.7.	maximálna ohybnosť vpravo:	*	90°	120°		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.7.	maximálna ohybnosť vpravo:	*	90°	120°				
1.8.	maximálna ohybnosť vľavo:	*	90°	120°		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.8.	maximálna ohybnosť vľavo:	*	90°	120°				
1.9.	priemer inštrumentálneho kanála:	mm	4	5		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.9.	priemer inštrumentálneho kanála:	mm	4	5				
1.10.	Albaranov mostík				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.10.	Albaranov mostík					áno		
1.11.	smerník snímania :				bočný	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.11.	smerník snímania :					bočný		
1.12.	pracovná dĺžka	mm	1200	1300		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.12.	pracovná dĺžka	mm	1200	1300				
1.13.	celková dĺžka	mm	1500	1600		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.13.	celková dĺžka	mm	1500	1600				
1.14.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.14.	funkcia digitálnej chromoendoskopie					áno		
1.15.	systém jednorázových distálnych násadov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.15.	systém jednorázových distálnych násadov					áno		
1.16.	vrátane distálnych násadov a klyetik bioptického kanála				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.16.	vrátane distálnych násadov a klyetik bioptického kanála					áno		
2.	Monitor - 1 ks					Ponúkaný tovar: FSN27"			Ponúkaný tovar: OLYMPUS OEV-262H	Ponúkaný tovar: OLYMPUS OEV-262H	2. Monitor - 1 ks								
2.1.	rozišenie monitora		1920 x 1080			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.1.	rozišenie monitora		1920 x 1080					
2.2.	uhlopriečka s dĺžkou	*	26"			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.2.	uhlopriečka s dĺžkou	*	26"					
2.3.	prepínanie úrovne gama				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.3.	prepínanie úrovne gama					áno		
2.4.	prepínanie teploty farieb				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.4.	prepínanie teploty farieb					áno		
2.5.	prepínanie pomeru zobrazenia				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.5.	prepínanie pomeru zobrazenia					áno		
2.6.	funkcia prepínania užívateľských nastavení				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.6.	funkcia prepínania užívateľských nastavení					áno		
3.	Videoprocesor /svetelný zdroj - 1ks					Ponúkaný tovar: Pentax EPK-I7010			Ponúkaný tovar: OLYMPUS CV 190/CLV-190	Ponúkaný tovar: OLYMPUS CV 190/CLV-190	3. Videoprocesor /svetelný zdroj - 1ks								
3.1.	vysoké rozišenie obrazu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.1.	vysoké rozišenie obrazu					áno		
3.2.	funkcia nastavenia kontrastu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.2.	funkcia nastavenia kontrastu					áno		
3.3.	automatické nastavenie jasu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.3.	automatické nastavenie jasu					áno		
3.4.	funkcia vyváženia bielej farby				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.4.	funkcia vyváženia bielej farby					áno		
3.5.	funkcia nastavenia farieb				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.5.	funkcia nastavenia farieb					áno		
3.6.	funkcia nastavenia chromatickosti obrazu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.6.	funkcia nastavenia chromatickosti obrazu					áno		
3.7.	funkcia zmrazenia obrazu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.7.	funkcia zmrazenia obrazu					áno		
3.8.	rozišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.8.	rozišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla					áno		
3.9.	zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.9.	zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov					áno		
3.10.	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.10.	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium					áno		
3.11.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.11.	funkcia digitálnej chromoendoskopie					áno		
3.12.	funkcia elektronického zväčšenia obrazu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.12.	funkcia elektronického zväčšenia obrazu					áno		
3.13.	možnosť používateľských prednastavení				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.13.	možnosť používateľských prednastavení					áno		
3.14.	funkcia irisovej clony				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.14.	funkcia irisovej clony					áno		
3.15.	vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.15.	vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora					áno		
3.16.	životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádz. Hodín				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.16.	životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádz. Hodín					áno		
3.17.	xenónová lampas s výkonom min. 3																		

17.	Požaduje sa aby dodávateľ garantoval dodanie náhradných dielov po dobu 10 rokov na dodané tovary (zariadenia/prístroje)	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Požaduje sa aby dodávateľ garantoval dodanie náhradných dielov po dobu 10 rokov na dodané tovary (zariadenia/prístroje)
18.	Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvoreniu zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvoreniu zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
19.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
20.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
21.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
22.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Pôvodne požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		ASKIN &CO, spol. s r.o. Martinská 31, 821 05 Bratislava IČO:17323100 Uchádzač chádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	ULTRAMED s.r.o., Š.Moyseša 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 36638404 Uchádzač chádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	BERINGER s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava IČO:35925148 Uchádzač chádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Definitívne požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1. Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému tovaru (prístroju/zariadeniu) alebo predloženie čestného vyhlásenia uchádzačom s uvedením presných webových odkazov na ŠÚKL k nim ponúkanému tovaru	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2. Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému tovaru (prístroju/zariadeniu) alebo predloženie čestného vyhlásenia uchádzačom s uvedením presných webových odkazov na ŠÚKL k nim ponúkanému tovaru
3.	Prospektový materiál resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3. Prospektový materiál resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia