



Všetkým záujemcom

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (1)

Dňa 17.03.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zadávania nadlimitnej zákazky uverejnenej v Úradnom vestníku č. 2023/S 040-118145 zo dňa 24.02.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 43/2023 zo dňa 27.02.2023, pod číslom 8601-MST na predmet zákazky:

„Ultrazvukové prístroje“

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):

Otázka záujemcu č.1

Citácia:

„Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku na Zosilnenie slabného signálu v čase (TGC). Požaduje verejný obstarávateľ moderné nastavenie TGC pomocou digitálneho dotykového panela s možnosťou uloženia do predvoľby používateľa alebo akceptuje akékoľvek riešenie nastavenia TGC?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č.1:

Verejný obstarávateľ akceptuje digitálne alebo manuálne nastavenie v rámci zadanej požiadavky „Zosilnenie slabného signálu v čase (TGC)“.

Otázka záujemcu č.2:

Citácia:

„Verejný obstarávateľ uvádza nasledujúcu požiadavku: Podpora matrixovej technológie. Radi by sme Vám ponúkli modernejší prístroj od renomovaného výrobcu UZ prístrojov, ktorý v najnovšej rade UZ prístrojov nahradil staršiu matrixovú technológiu za technológiu single crystal. Bude zadávateľ akceptovať toto ekvivalentné riešenie a upraví požiadavku nasledovne: Podpora matrixovej technológie alebo single-crystal technológia?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č.2:

Verejný obstarávateľ posúdil požiadavku záujemcu uvedenú v otázke č.2 a rozhodol, že upraví technickú špecifikáciu v časti C. Opis predmetu zákazky, bod 5. Technická špecifikácia predmetu zákazky, časť (označenie) 24.20 „Podpora matrixovej technológie“ uvedené v súťažných podkladoch.

Nové znenie vyššie uvedenej požiadavky: „Podpora matrixovej technológie alebo single-crystal technológia“.

V nadväznosti na poskytnuté vysvetlenie verejný obstarávateľ upraví technickú špecifikáciu a zverejní všetky dokumenty, v ktorých vykoná úpravu uvedenej požiadavky.

V Košiciach, dňa 20.03.2023