

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiacoch 02-05/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk a www.josephine.proebiz.sk. V rámci PTK boli oslovení 3 potencionálni dodávateľia, prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali ďalší 1 dodávateľ. Svoju ponuku predložil 1 dodávateľ.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu

1.2 CPV:

33111720-4 Angiografické prístroje
 51400000-9 Inštalácia lekársych zariadení
 50421000-2 Opravy a údržba lekársych zariadení
 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Upgrade podlahového angiografického prístroja INNOVA 2100 s ponechaním röntgenovej lampy umožňujúci kompletnú arytmologickú diagnostiku a liečbu. Upgrade na zariadenie, ktoré využíva technológie umelej inteligencie na úpravu pomeru kontrastu k šumu, aby sa dosiahla minimálna dávka podľa princípu ALARA („tak nízka, ako je rozumne dosiahnuteľná“), bez nepriaznivého ovplyvnenia kvality obrazu).

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☐ Áno
☒ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

VARIANT A)

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ na zmluvné
Položka č. 1	Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom so 60 mesačnou záručnou dobou	ks	1

VARIANT B)

Položka č. 1	Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom	ks	1
Položka č. 2	Pozáručný servis pre položku č. 1	mesiacov	36

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☒ Bežná dostupnosť
☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 851 01 Bratislava	DEFINITIVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požaduje sa:
Položka č. 1 - Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom		Položka č. 1	Položka č. 1
1. Všeobecný opis zariadenia		xxx	1. Všeobecný opis zariadenia
1.1	Upgrade podlahového angiografického prístroja INNOVA 2100 s ponechaním röntgenovej lampy umožňujúci kompletnú arytmologickú diagnostiku a liečbu.	spĺňa	1.1 Upgrade podlahového angiografického prístroja INNOVA 2100 s ponechaním röntgenovej lampy umožňujúci kompletnú arytmologickú diagnostiku a liečbu.
1.2	Upgrade na zariadenie, ktoré využíva technológie umelej inteligencie na úpravu pomeru kontrastu k šumu, aby sa dosiahla minimálna dávka podľa princípu ALARA („tak nízka, ako je rozumne dosiahnuteľná“), bez nepriaznivého ovplyvnenia kvality obrazu).	spĺňa	1.2 Upgrade na zariadenie, ktoré využíva technológie umelej inteligencie na úpravu pomeru kontrastu k šumu, aby sa dosiahla minimálna dávka podľa princípu ALARA („tak nízka, ako je rozumne dosiahnuteľná“), bez nepriaznivého ovplyvnenia kvality obrazu).
1.3	Upgrade na prístroj vybavený plochým detektorom.	spĺňa	1.3 Upgrade na prístroj vybavený plochým detektorom.
1.4	Prístroj (pracovisko) musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti s možnosťou prepojenia všetkých potrebných zobrazení a modalít potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky. Prístroj musí byť cielene určený pre elektrofyziologické výkony s dedikovaným hardverovým tienením a/alebo SW funkciami špecificky určenými na minimalizáciu interferencie s elektrofyziologickými a 3D mapovacími systémami (EnSite, CARTO).	spĺňa	1.4 Prístroj (pracovisko) musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti s možnosťou prepojenia všetkých potrebných zobrazení a modalít potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky. Prístroj musí byť cielene určený pre elektrofyziologické výkony s dedikovaným hardverovým tienením a/alebo SW funkciami špecificky určenými na minimalizáciu interferencie s elektrofyziologickými a 3D mapovacími systémami (EnSite, CARTO).
1.5	Systém musí byť možné napojiť na nemocničný informačný systém NIS, ako aj na úložisko dát a internet.	spĺňa	1.5 Systém musí byť možné napojiť na nemocničný informačný systém NIS, ako aj na úložisko dát a internet.
1.6	Postprocesorová stanica musí byť schopná vyhodnotiť všetky digitálne obrazové dáta s možnosťou ďalšieho spracovania a archivácie aj z iných zdrojov obrazu (napr. CT, MR, EKG, ECHO).	spĺňa	1.6 Postprocesorová stanica musí byť schopná vyhodnotiť všetky digitálne obrazové dáta s možnosťou ďalšieho spracovania a archivácie aj z iných zdrojov obrazu (napr. CT, MR, EKG, ECHO).
1.7	Zariadenie musí byť synchronizované s vysokotlakovou striekačkou kontrastných látok.	spĺňa	1.7 Zariadenie musí byť synchronizované s vysokotlakovou striekačkou kontrastných látok.
2. Geometria (C-ramena)		xxx	2. Geometria (C-ramena)
2.1	Flexibilné motoricky posuvné C-rameno upevnené o podlahu.	spĺňa	2.1 Flexibilné motoricky posuvné C-rameno upevnené o podlahu.
2.2	Možnosť motorického polohovania ramena +/- 90 stupňov voči pacientovi bez nutnosti otáčania stola.	spĺňa	2.2 Možnosť motorického polohovania ramena +/- 90 stupňov voči pacientovi bez nutnosti otáčania stola.
2.3	Kontúrovanie pacienta zabezpečujúce konštantnú vzdialenosť medzi detektorom a telom pacienta počas zmeny projekcie.	spĺňa	2.3 Kontúrovanie pacienta zabezpečujúce konštantnú vzdialenosť medzi detektorom a telom pacienta počas zmeny projekcie.
2.4	Možnosť automatických programovateľných pozícií.	spĺňa	2.4 Možnosť automatických programovateľných pozícií.
3. Diagnostický stôl pacienta		xxx	3. Diagnostický stôl pacienta
3.1	Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot minimálne ± 180°, nosnosť min. 250 kg.	spĺňa/ áno, ± 180°, nosnosť 250 kg	3.1 <u>Platí pôvodná hodnota:</u> Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot minimálne ± 180°, nosnosť min. 250 kg.
3.2	Podložka hlavy.	spĺňa	3.2 Podložka hlavy.
3.3	Pacientska podložka (matrac) pre kardiologické vyšetrenia minimálne 15 cm hrúbky.	spĺňa	3.3 Pacientska podložka (matrac) pre kardiologické vyšetrenia minimálne 15 cm hrúbky.
3.4	Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta.	spĺňa	3.4 Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta.
3.5	Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny.	spĺňa	3.5 Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny.
3.6	Stojan infúzných roztokov a držiak káblov k stolu.	spĺňa	3.6 Stojan infúzných roztokov a držiak káblov k stolu.
3.7	Sledovanie skutočnej polohy röntgenového lúča vo vzťahu k modelu pokrývajúceho celé telo pacienta, berúc do úvahy polohu pacienta na stole, bez potreby fluoroskopie.	spĺňa	3.7 Sledovanie skutočnej polohy röntgenového lúča vo vzťahu k modelu pokrývajúceho celé telo pacienta, berúc do úvahy polohu pacienta na stole, bez potreby fluoroskopie.
4. Kolimátor		xxx	4. Kolimátor
4.1	Nastavenie clony kolimátora na monitore bez žiarenia.	spĺňa	4.1 Nastavenie clony kolimátora na monitore bez žiarenia.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

4.2	Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do patientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte.	spĺňa	4.2	Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Produkovaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do patientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte.
5. Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu		xxx	5. Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu	
5.1	V záujme znižovania dávky pre pacientov a personál systém musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu.	spĺňa	5.1	V záujme znižovania dávky pre pacientov a personál systém musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu.
5.2	Automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt.	spĺňa	5.2	Automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt.
5.3	Polohovanie primárnych kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze.	spĺňa	5.3	Polohovanie primárnych kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze.
5.4	Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase.	spĺňa	5.4	Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase.
5.5	Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky.	spĺňa	5.5	Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky.
5.6	Report o dávke v štruktúrnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR).	spĺňa	5.6	Report o dávke v štruktúrnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR).
5.7	Musí mať automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu užívateľa v reálnom čase.	spĺňa	5.7	Musí mať automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu užívateľa v reálnom čase.
5.8	Musí zabezpečiť v reálnom čase potlačenie pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu.	spĺňa	5.8	Musí zabezpečiť v reálnom čase potlačenie pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu.
5.9	Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia.	spĺňa	5.9	Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia.
6. Obrazové spracovanie		xxx	6. Obrazové spracovanie	
6.1	Spracovanie obrazu a archivácia v matici minimálne 1024 x 1024.	spĺňa	6.1	Spracovanie obrazu a archivácia v matici minimálne 1024 x 1024.
6.2	Rotačná angiografia.	spĺňa	6.2	Rotačná angiografia.
6.3	Rozšírenie výstupu videosignálu z veľkého monitora z vyšetrovne pre prenos obrazu do prednáškovej miestnosti pomocou počítačovej siete.	spĺňa	6.3	Rozšírenie výstupu videosignálu z veľkého monitora z vyšetrovne pre prenos obrazu do prednáškovej miestnosti pomocou počítačovej siete.
6.4	DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve).	spĺňa	6.4	DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve).
6.5	DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS, DICOM structured dose report).	spĺňa	6.5	DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS, DICOM structured dose report).
6.6	Rozhranie pre pripojenie UZ prístroja.	spĺňa	6.6	Rozhranie pre pripojenie UZ prístroja.
6.7	Možnosť uloženia vyšetrenia na DVD.	spĺňa	6.7	Možnosť uloženia vyšetrenia na DVD.
7. Monitor vo vyšetrovni		xxx	7. Monitor vo vyšetrovni	
7.1	Medicínsky LCD HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 57" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast minimálne 1:1400 s možnosťou:	spĺňa	7.1	Medicínsky LCD HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 57" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast minimálne 1:1400 s možnosťou:
7.1.1	zobrazovania min. 18 kanálov (video vstupov) na monitor.	nesplňa/ NIE - 16 kanálov	7.1.1	<u>Nová hodnota:</u> zobrazovania min. 16 kanálov (video vstupov) na monitor.
8. Monitor v ovládacej miestnosti		xxx	8. Monitor v ovládacej miestnosti	
8.1	Minimálne 1 x 27" monitor s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap ako aj vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie ev 2 x LCD monitory s rozmerom minimálne 19".	spĺňa/ áno, 2 x LCD monitor s rozmerom 19"	8.1	<u>Platí pôvodná hodnota:</u> Minimálne 1 x 27" monitor s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap ako aj vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie ev 2 x LCD monitory s rozmerom minimálne 19".
9. Ovládanie systému		spĺňa	9. Ovládanie systému	
9.1	Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramena a stola z testovacieho stola. Ovládací panel sa musí dať ľahko umiestniť na obe strany vyšetrovacieho stola (buď na pravú alebo ľavú stranu pacienta, v závislosti od operátora).	spĺňa	9.1	Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramena a stola z testovacieho stola. Ovládací panel sa musí dať ľahko umiestniť na obe strany vyšetrovacieho stola (buď na pravú alebo ľavú stranu pacienta, v závislosti od operátora).
9.2	Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramene z panelov na troch stranách detektora.	spĺňa	9.2	Ovládanie všetkých funkcií pohybu C-ramene z panelov na troch stranách detektora.
9.3	Dotyková obrazovka umiestnená na diagnostickom stole (môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo v závislosti od polohy operátora) na ovládanie funkcií systému, zobrazenie funkcií systému a funkcií vybraných prídavných zariadení.	spĺňa	9.3	Dotyková obrazovka umiestnená na diagnostickom stole (môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo v závislosti od polohy operátora) na ovládanie funkcií systému, zobrazenie funkcií systému a funkcií vybraných prídavných zariadení.
9.4	Bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie.	spĺňa	9.4	Bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie.
9.5	Integrácia angiografických aplikácií a aplikácií z externých zdrojov do angiografu (hemodynamický systém, externý prenosný počítač, postprocesorová stanica ...) s monitorom min. 55 palcov vo vyšetrovni umožňujúce:	spĺňa	9.5	Integrácia angiografických aplikácií a aplikácií z externých zdrojov do angiografu (hemodynamický systém, externý prenosný počítač, postprocesorová stanica ...) s monitorom min. 55 palcov vo vyšetrovni umožňujúce:
9.5.1	možnosť robiť analýzu a meranie, kalibráciu, výber scény a kopírovanie obrazu na referenčný monitor počas skiaskopie a fluoroskopie,	spĺňa	9.5.1	možnosť robiť analýzu a meranie, kalibráciu, výber scény a kopírovanie obrazu na referenčný monitor počas skiaskopie a fluoroskopie,
9.5.2	možnosť nastavenia parametrov obrazu minimálne však kontrast, jas, ostrenie okrajov (zvýraznenie hrán) na ovládači v ovládacej miestnosti o živým náhľadom týchto zmien na veľkom displeji.	spĺňa	9.5.2	možnosť nastavenia parametrov obrazu minimálne však kontrast, jas, ostrenie okrajov (zvýraznenie hrán) na ovládači v ovládacej miestnosti o živým náhľadom týchto zmien na veľkom displeji.
10. Pracovné módy obrazového systému		xxx	10. Pracovné módy obrazového systému	
10.1	Rozsah digitálnej obrazovej akvizície pre maticu 1024 x 1024 min. 4 – 30 obr./sec	spĺňa	10.1	Rozsah digitálnej obrazovej akvizície pre maticu 1024 x 1024 min. 4 – 30 obr./sec
10.2	Rozsah pulzov pri pulznej fluorokopii min. 4 – 30 obr./sec.	spĺňa	10.2	Rozsah pulzov pri pulznej fluorokopii min. 4 – 30 obr./sec.
10.3	Uloženie minimálne posledných 10 sec.	spĺňa/ áno, 15 sec.	10.3	<u>Platí pôvodná hodnota:</u> Uloženie minimálne posledných 10 sec.
11. Intervenčné nástroje		xxx	11. Intervenčné nástroje	
11.1	Zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na medicínskom monitore v ovládacej miestnosti ako napr. minimálne: zobrazenie obrazov s 3D postprocessingovej pracovnej stanice, meranie a grafické vyhodnotenie stenóz, meranie a vyhodnotenie EF LK, znázornenie obrazu z externých video zdrojov ako napr. PACS, hemodynamický systém, ultrazvukový prístroj, OCT	spĺňa	11.1	Zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na medicínskom monitore v ovládacej miestnosti ako napr. minimálne: zobrazenie obrazov s 3D postprocessingovej pracovnej stanice, meranie a grafické vyhodnotenie stenóz, meranie a vyhodnotenie EF

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÝVNÝCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

11.11	Integrovaná pracovná stanica do angiografického systému alebo samostatná pracovná stanica s:	spĺňa/ samostatná pracovná stanica	11.11	Platí pôvodná hodnota: Integrovaná pracovná stanica do angiografického systému alebo samostatná pracovná stanica s:
11.11.1	minimálne dva 19" LCD farebné monitory alebo jeden minimálne 27" LCD farebný monitor,	spĺňa/ áno, dva 19" LCD farebné monitory	11.11.1	Platí pôvodná hodnota: minimálne dva 19" LCD farebné monitory alebo jeden minimálne 27" LCD farebný monitor,
11.11.2	interná RAM v prípade samostatnej pracovnej stanici min. 32 GB,	spĺňa	11.11.2	interná RAM v prípade samostatnej pracovnej stanici min. 32 GB,
11.11.3	HDD v prípade samostatnej pracovnej stanici min. 512 GB,	spĺňa	11.11.3	HDD v prípade samostatnej pracovnej stanici min. 512 GB,
11.11.4	myš + klávesnica + laserová tlačiareň,	spĺňa	11.11.4	myš + klávesnica + laserová tlačiareň,
11.11.5	UPS v prípade samostatnej pracovnej stanici.	spĺňa	11.11.5	UPS v prípade samostatnej pracovnej stanici.
11.12	SW vybavenie umožňujúce „živú“ navigáciu vykonávať napr. katéetrovú abláciu, SW musí umožňovať online prepojenie 3D anatomickej mapy srdca (časť srdca) z predtým získaných a importovaných CT dát srdca a živého RTG snímku, ako aj z 3D snímok generovaných na angiografickom prístroji a živého röntgenu obrazu možnosť označenia ablačných bodov počas procedúry.	spĺňa	11.12	SW vybavenie umožňujúce „živú“ navigáciu vykonávať napr. katéetrovú abláciu, SW musí umožňovať online prepojenie 3D anatomickej mapy srdca (časť srdca) z predtým získaných a importovaných CT dát srdca a živého RTG snímku, ako aj z 3D snímok generovaných na angiografickom prístroji a živého röntgenu obrazu možnosť označenia ablačných bodov počas procedúry.
11.3	Export obrazových dát v štandardných PC formátoch (JPEG, AVI...) ako aj DICOM.	spĺňa	11.3	Export obrazových dát v štandardných PC formátoch (JPEG, AVI...) ako aj DICOM.
12. Hemodynamický systém		xxx	12. Hemodynamický systém	
12.1	Hemodynamický informačný a záznamový systém - kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov. Systém musí obsahovať minimálne nasledovné softvérové vybavenia:	spĺňa	12.1	Hemodynamický informačný a záznamový systém - kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov. Systém musí obsahovať minimálne nasledovné softvérové vybavenia:
12.1.1	snímanie EKG s analýzou ST segmentu s možnosťou projekcie na monitore aktuálnych snímok a akvizíciou do pamäte vyhľadávanie patientskych štúdií, správ (report),	spĺňa	12.1.1	snímanie EKG s analýzou ST segmentu s možnosťou projekcie na monitore aktuálnych snímok a akvizíciou do pamäte vyhľadávanie patientskych štúdií, správ (report),
12.1.2	súčasťou je aj kompletné vybavenie pre kardiológiu dospelých jedincov pre hemodynamické merania pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu patientskych vyšetrení vrátane všetkých meraní a výpočtov. Systém zahŕňa nasledovné moduly EKG, meranie srdcového výdaja, 4x invazívny tlak, SpO2.	spĺňa	12.1.2	súčasťou je aj kompletné vybavenie pre kardiológiu dospelých jedincov pre hemodynamické merania pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu patientskych vyšetrení vrátane všetkých meraní a výpočtov. Systém zahŕňa nasledovné moduly EKG, meranie srdcového výdaja, 4x invazívny tlak, SpO2.
12.12	Príslušenstvo pre hemodynamický systém:	xxx	12.12	Príslušenstvo pre hemodynamický systém:
12.12.1	sada káblov a elektród,	spĺňa	12.12.1	sada káblov a elektród,
12.12.2	príslušenstvo na meranie EKG,	spĺňa	12.12.2	príslušenstvo na meranie EKG,
12.12.3	rtg transparentné EKG káble,	spĺňa	12.12.3	rtg transparentné EKG káble,
12.12.4	záložný UPS zdroj,	spĺňa	12.12.4	záložný UPS zdroj,
12.12.5	softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu srdcových štruktúr,	spĺňa	12.12.5	softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu srdcových štruktúr,
12.12.6	softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu koronárnych ciev,	spĺňa	12.12.6	softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu koronárnych ciev,
12.12.7	DICOM rozhranie – DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS,	spĺňa	12.12.7	DICOM rozhranie – DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS,
12.12.8	2 TFT monitory na znázornenie EKG signálov a textu s integráciou obrazových informácií z týchto monitorov do veľkoplošného monitora vo vyšetrovni,	spĺňa	12.12.8	2 TFT monitory na znázornenie EKG signálov a textu s integráciou obrazových informácií z týchto monitorov do veľkoplošného monitora vo vyšetrovni,
12.12.9	vytváranie rôznych správ a meniteľných formulárov z vykonaných vyšetrení.	spĺňa	12.12.9	vytváranie rôznych správ a meniteľných formulárov z vykonaných vyšetrení.
13. Príslušenstvo:		spĺňa	13. Príslušenstvo:	
13.1	štít z olovnatého skla zo stropným závesom,	spĺňa	13.1	štít z olovnatého skla zo stropným závesom,
13.2	clony z olovnatej gumy s uchytением k stolu,	spĺňa	13.2	clony z olovnatej gumy s uchytением k stolu,
13.3	operačné svetidlo na stropnom závесе s intenzitou svetla minimálne 30.000 lux,	spĺňa	13.3	operačné svetidlo na stropnom závесе s intenzitou svetla minimálne 30.000 lux,
13.4	podložky pod hlavu a ruky pacienta,	spĺňa	13.4	podložky pod hlavu a ruky pacienta,
13.5	dorozumievacie zariadenie pre komunikáciu medzi ovládacou miestnosťou a vyšetrovňou,	spĺňa	13.5	dorozumievacie zariadenie pre komunikáciu medzi ovládacou miestnosťou a vyšetrovňou,
13.6	záložný zdroj energie: na zabezpečenie podpory pohybu rúk a stola a prenosu obrazových údajov.	spĺňa	13.6	záložný zdroj energie: na zabezpečenie podpory pohybu rúk a stola a prenosu obrazových údajov.
14. Automatická striekačka kontrastnej látky		xxx	14. Automatická striekačka kontrastnej látky	
14.1	Angiografická vysokotlaková striekačka zavesená na patientský stôl s variabilným prietokom, umožňuje aplikáciu kontrolovaného variabilného objemu a rýchlosti podania kontrastnej látky a preplach fyziologickým roztokom, čo je riadené sterilným diaľkovým ovládačom v priebehu intervenčného výkonu.	nespĺňa/ Preplach je možný po výmene valca, jedná sa o jednohlavový injektor	14.1	Nová hodnota: Angiografická vysokotlaková striekačka zavesená na patientský stôl s variabilným prietokom, umožňuje aplikáciu kontrolovaného variabilného objemu a rýchlosti podania kontrastnej látky, preplach fyziologickým roztokom je možný po výmene valca, jedná sa o jednohlavový injektor.
14.2	Kontrolný panel, farebná dotyková obrazovka, prietokové rýchlosti kontrastnej látky podľa užívateľa, prednastavené konštantné alebo variabilné v rozsahu minimálne 0,8 – 40 ml/s.	spĺňa	14.2	Kontrolný panel, farebná dotyková obrazovka, prietokové rýchlosti kontrastnej látky podľa užívateľa, prednastavené konštantné alebo variabilné v rozsahu minimálne 0,8 – 40 ml/s.
14.3	Tlakové limity minimálne: 1400 – 8000 kPa.	spĺňa	14.3	Tlakové limity minimálne: 1400 – 8000 kPa.
14.4	Veľkosť valca - zásobníka kontrastnej látky minimálne 100 ml.	spĺňa	14.4	Veľkosť valca - zásobníka kontrastnej látky minimálne 100 ml.
14.5	Rýchlosť plnenia manuálne alebo automatické minimálne 3 ml/sec.	spĺňa	14.5	Rýchlosť plnenia manuálne alebo automatické minimálne 3 ml/sec.
14.6	Prístroj na aplikáciu kontrastnej látky pre kardiológiu a intervenčnú rádiológiu.	spĺňa	14.6	Prístroj na aplikáciu kontrastnej látky pre kardiológiu a intervenčnú rádiológiu.
14.7	Napájanie z patientského stola 240 V/50 Hz.	spĺňa	14.7	Napájanie z patientského stola 240 V/50 Hz.
14.8	Flexibilné upevnenie na stolnej lište.	spĺňa	14.8	Flexibilné upevnenie na stolnej lište.
14.9	Preplach fyziologickým roztokom.	nespĺňa/ Jednohlavový injektor - pri natiiahnutí fyziológu do valca áno	14.9	Vypúšťa sa.
14.10	Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním alebo dotykovým displejom.	spĺňa	14.10	Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním alebo dotykovým displejom.
14.11	Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky.	spĺňa	14.11	Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky.
14.12	Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu.	spĺňa	14.12	Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu.
14.13	Senzory na detekciu vzduchu.	nespĺňa/ NIE	14.13	Vypúšťa sa.
14.14	Vyprázdnenie zásobníka kontrastnej látky.	spĺňa	14.14	Vyprázdnenie zásobníka kontrastnej látky.
14.15	Synchronizácia s angiografickým zariadením.	spĺňa	14.15	Synchronizácia s angiografickým zariadením.
15. Služby súvisiace s dodaním upgrade angiografického systému s príslušenstvom pre intervenčnú arytmiológiu		xxx	15. Služby súvisiace s dodaním upgrade angiografického systému s príslušenstvom pre intervenčnú arytmiológiu	
15.1	Dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov.	spĺňa	15.1	Dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov.
15.2	Kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky.	spĺňa	15.2	Kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky.
15.3	Odkúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej stability.	spĺňa	15.3	Odkúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej stability.
15.4	Odovzdanie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: 1. technologický projekt, návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly.	spĺňa	15.4	Odovzdanie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: 1. technologický projekt, návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

15.5	Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu súčinnosť v rozsahu potrebnom pre riadne a včasné splnenie dodávky predávajúceho v súlade s technologickým projektom predávajúceho, pričom uvedené zahŕňa najmä: 1. statický posudok transportnej trasy, 2. statický posudok miesta inštalácie zariadenia, 3. statický posudok ukotvenia stropných statívov, 4. projekt radiačnej ochrany, 5. príprava transportnej trasy, 6. statické podopretie transportnej plošiny, 7. ukotvenie platne stropného statívu v zmysle statického posudku o strop, 8. realizácia/dodávka technologického rozvádzača angiografu 9. iné podmienky zo strany predávajúceho týkajúce sa technických požiadaviek v prípade osobitnej požiadavky.	spĺňa		15.5	Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu súčinnosť v rozsahu potrebnom pre riadne a včasné splnenie dodávky predávajúceho v súlade s technologickým projektom predávajúceho, pričom uvedené zahŕňa najmä: 1. statický posudok transportnej trasy, 2. statický posudok miesta inštalácie zariadenia, 3. statický posudok ukotvenia stropných statívov, 4. projekt radiačnej ochrany, 5. príprava transportnej trasy, 6. statické podopretie transportnej plošiny, 7. ukotvenie platne stropného statívu v zmysle statického posudku o strop, 8. realizácia/dodávka technologického rozvádzača angiografu 9. iné podmienky zo strany predávajúceho týkajúce sa technických požiadaviek v prípade osobitnej požiadavky.
15.6	Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa do 21 dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatné užívateľské ovládanie prístroja, minimálne 5 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 3 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky v rozsahu 3 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 12 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky. Všetky školenia musia byť prevedené v slovenskom jazyku, resp. v prípade zahraničného školiteľa musí byť prítomný tmočník.	spĺňa		15.6	Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa do 21 dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatné užívateľské ovládanie prístroja, minimálne 5 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 3 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky v rozsahu 3 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 12 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky. Všetky školenia musia byť prevedené v slovenskom jazyku, resp. v prípade zahraničného školiteľa musí byť prítomný tmočník.
15.7	Upgrade zariadenia sa môže vykonať bez zásahu do jestvujúceho dispozičného riešenia pôvodného angiografického systému t.j. bez žiadneho zásahu do statiky pracoviska, do stavebných konštrukcií a súčasnej dispozície ovládovne, prípravných priestorov a vyšetrovne pracoviska.	spĺňa		15.7	Upgrade zariadenia sa môže vykonať bez zásahu do jestvujúceho dispozičného riešenia pôvodného angiografického systému t.j. bez žiadneho zásahu do statiky pracoviska, do stavebných konštrukcií a súčasnej dispozície ovládovne, prípravných priestorov a vyšetrovne pracoviska.
15.8	Termín realizácie update je max. 6 týždňov.	uchádzač v PTK I. uviedol nesplňa/ dĺžka dodania je 12 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, dĺžka inštalácie samotného upgradu menej ako 4 týždňe		15.8	Termín kompletnej inštalácie upgrade je max. 6 týždňov.
15.9	Upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým:	spĺňa		15.9	Upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým:
15.8.1	hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornú likvidáciu a nahradenie týchto častí novými jednotkami,	spĺňa		15.8.1	hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornú likvidáciu a nahradenie týchto častí novými jednotkami,
15.8.2	softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu.	spĺňa		15.8.2	softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu.
Položka č. 2 - Variant B) - s Pozáručným servisom - 36 mesiacov pre položku č. 1		Položka č. 2		Položka č. 2	
1.	Požaduje sa poskytovať službu - pozáručný servis v trvaní 36 mesiacov.	spĺňa		1.	Požaduje sa poskytovať službu - pozáručný servis v trvaní 36 mesiacov.
2	Servisná starostlivosť o zariadenia vo vlastníctve objednávateľa.	spĺňa		2	Servisná starostlivosť o zariadenia vo vlastníctve objednávateľa.
3	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom.	spĺňa		3	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom.
4	Plán údržby a revízií	spĺňa		4	Plán údržby a revízií
5	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa.	spĺňa		5	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa.
6	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.	spĺňa		6	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.
7	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.	spĺňa		7	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.
8	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu.	spĺňa		8	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu.
9	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy	spĺňa		9	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy
10	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00 hod.	nesplňa/ štandardne od 8:00 do 16:00		10	Platí pôvodná hodnota; Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00 hod.
11	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby.	nesplňa		11	Patí pôvodná hodnota; Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby.
12	Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.	spĺňa		12	Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.
13.	Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.	spĺňa		13.	Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa:		MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 851 01 Bratislava Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné podmienky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ PODMIENKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
VARIANT A) - so 60 mesačnou záručnou dobou pre položku č. 1		VARIANT A)	VARIANT A) - so 60 mesačnou záručnou dobou pre položku č. 1	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:	akceptujem	2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
2.1	do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	2.1	do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	2.2	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	neakceptujem/ Od 8:00 do 16:00	2.3	Platí pôvodná hodnota: v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	2.4	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. 2.6 V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol Dodávateľ autorizovaný (certifikovaný) na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.	akceptujem	Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol Dodávateľ autorizovaný (certifikovaný) na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.
4.	Prevzatie predmetu zákazky je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.	akceptujem	Prevzatie predmetu zákazky je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.
5.	Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať doručený tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.	akceptujem	Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať doručený tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.
6.	Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktáčnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.	akceptujem	Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktáčnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.
7.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštallačný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.	akceptujem	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštallačný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.
8.	Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
9.	Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštallačného protokolu.	akceptujem	Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštallačného protokolu.
10.	Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhu predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.	akceptujem	Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhu predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.
11.	Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.	akceptujem	Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.
12.	Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní minimálne 60 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky.	akceptujem	Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní minimálne 60 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky.
13.	Požaduje sa poskytnutie nevýhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu diela s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.	akceptujem	Požaduje sa poskytnutie nevýhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu diela s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.
14.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetkými autormi diela, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k dielu v zmysle ustanovení Autorského zákona.	akceptujem	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetkými autormi diela, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k dielu v zmysle ustanovení Autorského zákona.
15.	Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky.	neakceptujem/ Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo ponúkaného predmetu zákazky.	<u>Nová hodnota:</u> Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.
16.	Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením.	akceptujem	Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením.
17.	Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštallačného protokolu ako jej povinnú prílohu.	akceptujem	Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštallačného protokolu ako jej povinnú prílohu.
18.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
19.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa: podatelna@vus.ch.sk	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa: podatelna@vus.ch.sk
20.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
21.	Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania tovaru, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhu, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania tovaru, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhu, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
22.	Požaduje sa poskytnutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to minimálne po dobu 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.	akceptujem	Požaduje sa poskytnutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to minimálne po dobu 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.
23.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 48 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 14:30 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	neakceptujem/ Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 48 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 8:00 a 14:30 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	<u>Platí pôvodná hodnota:</u> Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 48 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 14:30 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
24.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

24.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	neakceptujem/ nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 1% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	24.1	<u>Nová hodnota:</u> Nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 1% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
24.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	neakceptujem/ nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 1% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	24.2	<u>Nová hodnota:</u> Nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 1% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
25.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	25.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
26.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu, tiež zaslaním e-mailovej správy na oznámenú e-mailovú adresu Dodávateľa.	akceptujem	26.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu, tiež zaslaním e-mailovej správy na oznámenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
27.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	27.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
28.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	28.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
29.	Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného vzťahu, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.	akceptujem	29.	Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného vzťahu, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.
30.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	30.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
31.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	31.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
32.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	32.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
33.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.	akceptujem	33.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.
34.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	34.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
35.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	akceptujem	35.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
VARIANT B) s pozáručným servisom - 36 mesiacov pre položku č. 1		VARIANT B) s pozáručným servisom - 36 mesiacov pre položku č. 1	VARIANT B) s pozáručným servisom - 36 mesiacov pre položku č. 1	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.
2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:	akceptujem	2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
2.1	do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	2.1	do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	2.2	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	neakceptujem/ Od 8:00 do 16:00	2.3	<u>Platí pôvodná hodnota:</u> v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	2.4	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

3.	Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol Dodávateľ autorizovaný (certifikovaný) na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.	akceptujem	3.	Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol Dodávateľ autorizovaný (certifikovaný) na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.
4.	Prevzatie predmetu zákazky je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.	akceptujem	4.	Prevzatie predmetu zákazky je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.
5.	Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať doručený tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.	akceptujem	5.	Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať doručený tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.
6.	Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktlačnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.	akceptujem	6.	Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktlačnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.
7.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalачný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.	akceptujem	7.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalачný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.
8.	Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	8.	Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
9.	Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštalачného protokolu.	akceptujem	9.	Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštalачného protokolu.
10.	Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhu predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.	akceptujem	10.	Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhu predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.
11.	Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.	akceptujem	11.	Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.
12.	Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní minimálne 24 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky.	akceptujem	12.	Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní minimálne 24 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky.
13.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu po dobu 36 kalendárnych mesiacov, pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby na predmet zákazky.	akceptujem	13.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu po dobu 36 kalendárnych mesiacov, pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby na predmet zákazky.
14.	Požaduje sa poskytovať servisnú službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné servisnú službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré musí byť vopred oznámené Objednávateľovi.	akceptujem	14.	Požaduje sa poskytovať servisnú službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné servisnú službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré musí byť vopred oznámené Objednávateľovi.
15.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.	neakceptujem Od 8:00 do 14:30	15.	<u>Platí pôvodná hodnota:</u> Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.
16.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:	akceptujem	16.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
16.1	nástup na výkon opravy do 48 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	neakceptujem Od 8:00 do 14:30	16.1	<u>Platí pôvodná hodnota:</u> nástup na výkon opravy do 48 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
16.2	výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 72 hodín.	neakceptujem Od 8:00 do 14:30	16.2	<u>Platí pôvodná hodnota:</u> výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 72 hodín.
17.	Požaduje sa, aby si po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej servisnej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.	akceptujem	17.	Požaduje sa, aby si po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej servisnej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.
18.	Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poisťným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.	neakceptujem/ Alebo jeho subdodávateľ, kt ktorý bude poskytovať pozáručný servis	18.	<u>Nová hodnota:</u> Požaduje sa, aby mal Dodávateľ, prípadne jeho subdodávateľ, ktorý bude poskytovať pozáručný servis, počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poisťným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
19.	Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámí alebo ak oznámí, že o opravu už nemá záujem, Dodávateľ je povinný prístroj Objednávateľovi bezodkladne vrátiť.	akceptujem	19.	Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámí alebo ak oznámí, že o opravu už nemá záujem, Dodávateľ je povinný prístroj Objednávateľovi bezodkladne vrátiť.
20.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.	akceptujem	20.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
21.	Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas Objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.	akceptujem	21.	Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas Objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

22.	Požaduje sa poskytnutie nevýhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu diela s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.	akceptujem	22.	Požaduje sa poskytnutie nevýhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu diela s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.
23.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetkými autormi diela, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k dielu v zmysle ustanovení Autorského zákona.	akceptujem	23.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetkými autormi diela, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k dielu v zmysle ustanovení Autorského zákona.
24.	Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky.	neakceptujem/ Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo ponúkaného predmetu zákazky.	24.	<u>Nová hodnota:</u> Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.
25.	Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením.	akceptujem	25.	Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením.
26.	Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštaláčného protokolu ako jej povinnú prílohu.	akceptujem	26.	Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštaláčného protokolu ako jej povinnú prílohu.
27.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.	akceptujem	27.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
28.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa: podatelna@vus.ch.sk	akceptujem	28.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa: podatelna@vus.ch.sk
29.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	akceptujem	29.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
30.	Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania tovaru, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného a pozáručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	30.	Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania tovaru, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného a pozáručného servisu v mieste inštalácie.
31.	Požaduje sa poskytnutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to minimálne po dobu 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.	akceptujem	31.	Požaduje sa poskytnutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to minimálne po dobu 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.
32.	Pozáručný servis bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.	akceptujem	32.	Pozáručný servis bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
33.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 48 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	neakceptujem/ od 8:00 do 16:00	33.	<u>Platí pôvodná hodnota:</u> Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 48 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
34.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania nariadení z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	34.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
34.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	neakceptujem/ nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 1% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	34.1	<u>Platí nová hodnota:</u> Nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 1% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
34.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	neakceptujem/ nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 1% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	34.2	<u>Platí nová hodnota:</u> Nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 1% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
35.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	35.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
36.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu, tiež zaslaním e-mailovej správy na oznámenú e-mailovú adresu Dodávateľa.	akceptujem	36.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu, tiež zaslaním e-mailovej správy na oznámenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
37.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	37.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
38.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného, ako aj pozáručného servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	38.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného, ako aj pozáručného servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
39.	Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného vzťahu, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.	akceptujem	39.	Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného vzťahu, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.
40.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	40.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

41.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	41.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
42.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	42.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
43.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.	akceptujem	43.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.
44.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	44.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
45.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	akceptujem	45.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY				
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať pre vyhlásenie verejného obstarávania):		MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 851 01 Bratislava	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY	
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Požaduje sa:	
1.	Ponúkaný produkt musí spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahuje v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musí byť označený značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie o zhode“.	akceptujem	1.	Ponúkaný produkt musí spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahuje v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musí byť označený značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem/ P 4786A	2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.
3.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem/ ???	3.	Vypúšťa sa.
4.	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie o autorizovanom servise“.	akceptujem	4.	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie o autorizovanom servise“.
5.	Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.	akceptujem	5.	Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.
6.	Technologický projekt návrh priestorového usporiadania	akceptujem	6.	Technologický projekt návrh priestorového usporiadania
7.	Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška	akceptujem	7.	Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška
8.	Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie	akceptujem	8.	Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie
9.	Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov	akceptujem	9.	Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10.	Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Zoznam servisných stredísk“.	akceptujem	10.	Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Zoznam servisných stredísk“.
11.	Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Kontaktné údaje na klientske pracovisko“.	akceptujem	11.	Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Kontaktné údaje na klientske pracovisko“.
12.	Prospektový materiál	akceptujem	12.	Prospektový materiál