

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiacoch 02-05/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk a www.josephine.proebiz.sk.

V rámci PTK boli oslovení 4 potencionálni dodávatelia, prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali ďalší 2 dodávatelia. Svoju ponuku predložil 1 dodávateľ.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu

1.2 CPV:

33111720-4 Angiografické prístroje
51400000-9 Inštalácia lekársnych zariadení
50421000-2 Opravy a údržba lekársnych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Upgrade jestvujúceho angiografického systému Artis zeego, na angiografické zariadenie s plochým detektorom, určené predovšetkým pre vykonávanie angiografií v intervenčnej kardiológii, vrátane DSA. s vysoko flexibilným robotickým C ramenom s maximálnym rozsahom pohybu s priamou digitalizáciou RTG obrazu a jeho plným digitálnym spracovaním, vrátane rotačnej angiografie s 3D znázornením obrazu cone beam technológiou. Upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým: hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornej likvidácie a nahradenie týchto častí novými jednotkami, softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☐ Áno
☒ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

VARIANT A)

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ na zmluvné obdobie
Položka č. 1	Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom so 60 mesačnou záručnou dobou	ks	1

VARIANT B)

Položka č. 1	Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom	ks	1
Položka č. 2	Pozárúčny servis pre položku č. 1	mesiacov	36

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☒ Bežná dostupnosť
☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava	DEFINITIVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požaduje sa:
Položka č. 1 - Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom		Položka č. 1	Položka č. 1
1.	upgrade jestvujúceho angiografického systému Artis zeego, na angiografické zariadenie s plochým detektorom, určené predovšetkým pre vykonávanie angiografií v intervenčnej kardiológii, vrátane DSA. s vysoko flexibilným robotickým C ramenom s maximálnym rozsahom pohybu s priamou digitalizáciou RTG obrazu a jeho plným digitálnym spracovaním, vrátane rotačnej angiografie s 3D znázornením obrazu cone beam technológiou	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	1. upgrade jestvujúceho angiografického systému Artis zeego, na angiografické zariadenie s plochým detektorom, určené predovšetkým pre vykonávanie angiografií v intervenčnej kardiológii, vrátane DSA. s vysoko flexibilným robotickým C ramenom s maximálnym rozsahom pohybu s priamou digitalizáciou RTG obrazu a jeho plným digitálnym spracovaním, vrátane rotačnej angiografie s 3D znázornením obrazu cone beam technológiou
2.	upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým: hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornej likvidácie a nahradenie týchto častí novými jednotkami, softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	2. upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým: hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornej likvidácie a nahradenie týchto častí novými jednotkami, softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu
3.	možnosť motorického posúvania C ramena s možnosťou snímkovania a skioskopie v pozdĺžnom aj v priečnom smere voči patientskemu stolu pri konštantnej polohe stola aj pri polohách C ramena na ľavej aj pravej strane pacienta	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	3. možnosť motorického posúvania C ramena s možnosťou snímkovania a skioskopie v pozdĺžnom aj v priečnom smere voči patientskemu stolu pri konštantnej polohe stola aj pri polohách C ramena na ľavej aj pravej strane pacienta
3.	flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola a počet parkovacích pozícií počas prípravy pacienta	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	3. flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola a počet parkovacích pozícií počas prípravy pacienta
4	musí zabezpečiť ľubovoľnú pracovnú polohu C ramena aj pri ľubovoľnej pozícii vyšetrovacieho stola	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	4 musí zabezpečiť ľubovoľnú pracovnú polohu C ramena aj pri ľubovoľnej pozícii vyšetrovacieho stola
5	možnosť programovania pracovných polôh prístroja min. 10	spĺňa/ Najnovšia verzia umožňuje až 20 užívateľov definovateľných polôh	5 možnosť programovania pracovných polôh prístroja min. 10
6	počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anesteziológa	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	6 počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anesteziológa
7	možnosť motorického a manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	7 možnosť motorického a manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán
8	možnosť zmeny výšky izocentra C-ramena min. 40 cm	spĺňa/ Najnovšia verzia umožňuje 46 cm zmenu výšky izocentra Cramena	8 možnosť zmeny výšky izocentra C-ramena min. 40 cm
9	motoricky meniteľná vzdialenosť ohniska žiariča a detektora v rozsahu min. 30 cm	spĺňa/ Najnovšia verzia umožňuje 30 cm rozsah	9 motoricky meniteľná vzdialenosť ohniska žiariča a detektora v rozsahu min. 30 cm
10.	antikolízny systém pre pohyby C ramena	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	10. antikolízny systém pre pohyby C ramena
11.	rozsah rotácie C ramena v RAO/LAO min. -/+160°	spĺňa/ Najnovšia verzia umožňuje RAO/LAO v rozsahu 200°/160° alebo 160°/200°	11. rozsah rotácie C ramena v RAO/LAO min. -/+160°
12.	pokrytie pacienta počas vyšetrenie bez polohovania do 200 cm	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje pokrytie 200 cm	12. pokrytie pacienta počas vyšetrenie bez polohovania do 200 cm
13	rotačná angiografia s rotáciou min. 360°	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje s novým softvérom 360° rotáciu	13 rotačná angiografia s rotáciou min. 360°
14	najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami LAO/RAO min. 25°/sec.	spĺňa/ Najnovšia verzia umožňuje max. rýchlosť počas manuálnej angulácie 25°/sec	14 najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami LAO/RAO min. 25°/sec.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

15	najvyššia rýchlosť počas automatického pohonu medzi pozíciami CRAN/CAUD min. 20°/sec.	splňa/ Najnovšia verzia umožňuje max. rýchlosť počas automatického pohonu 20°/sec	15	najvyššia rýchlosť počas automatického pohonu medzi pozíciami CRAN/CAUD min. 20°/sec.
16	rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii min. 60°/sec.	Najnovšia verzia umožňuje max. rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii 60°/sec	16	rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii min. 60°/sec.
17	možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	17	možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti
18.	Pacientsky stół:		18.	Pacientsky stół:
18.1	podlahovo montovaný vyšetrovací stół výškovo nastaviteľný s plávajúcou úložnou doskou s možnosťou otáčania	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	18.1	podlahovo montovaný vyšetrovací stół výškovo nastaviteľný s plávajúcou úložnou doskou s možnosťou otáčania
18.2	motorické plynulé výškové nastavenie patientskeho stola	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	18.2	motorické plynulé výškové nastavenie patientskeho stola
18.3	všetky ovládacie prvky stola musia byť na konzole upevnené na boku vyšetrovacieho stola pre jednoduchý spôsob a prístup k ovládaniu,	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	18.3	všetky ovládacie prvky stola musia byť na konzole upevnené na boku vyšetrovacieho stola pre jednoduchý spôsob a prístup k ovládaniu,
18.4	priečny pohyb dosky vyšetrovacieho stola minimálne 28 cm, +/- 14 cm	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje ± 17.5 cm	18.4	priečny pohyb dosky vyšetrovacieho stola minimálne 28 cm, +/- 14 cm
18.5	pozdlžny pohyb úložnej dosky patientskeho stola min. 120 cm	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 125 cm	18.5	pozdlžny pohyb úložnej dosky patientskeho stola min. 120 cm
18.6	nosnosť vyšetrovacieho stola s príslušenstvom min. 400 kg	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 440 kg	18.6	nosnosť vyšetrovacieho stola s príslušenstvom min. 400 kg
19.	RTG generátor:		19.	RTG generátor:
19.1	výkon generátora min. 100 kW pri 100 kV	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje výkon generátora 100 kW pri 100 kV	19.1	výkon generátora min. 100 kW pri 100 kV
19.2	frekvencia striedača VN generátora min. 100 kHz	splňa/ najnovšia verzia disponuje frekvenciou striedača VN generátora 100 kHz	19.2	frekvencia striedača VN generátora min. 100 kHz
19.3	automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	19.3	automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie
19.4	rozsah frekvencie pulznej skiagrafie min. od 0,5 pulzov/sec do 30 pulzov/sec.	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje od 0,5 do 30 p/sec	19.4	rozsah frekvencie pulznej skiagrafie min. od 0,5 pulzov/sec do 30 pulzov/sec.
19.5	časovo neobmedzený maximálny kontinuálny výkon pri skiaskopickom režime minimálne 3200 W	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 3500 W	19.5	časovo neobmedzený maximálny kontinuálny výkon pri skiaskopickom režime minimálne 3200 W
20.	RTG žiarič:		20.	RTG žiarič:
20.1	vysokootáčková mriežkou spinaná röntgenka s anódou uloženou v ložiskách s tekutým kovom	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	20.1	vysokootáčková mriežkou spinaná röntgenka s anódou uloženou v ložiskách s tekutým kovom
20.2	plnoautomatická pulzná skiaskopická prevádzka a expozičný režim s voľbou orgánových programov pre každý obrazový mód min. 20	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje až 128 akvizičných programov	20.2	plnoautomatická pulzná skiaskopická prevádzka a expozičný režim s voľbou orgánových programov pre každý obrazový mód min. 20
20.3	maximálny skiaskopický prúd pre malé ohnisko rtg žiariča min. 250 mA	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 250 mA	20.3	maximálny skiaskopický prúd pre malé ohnisko rtg žiariča min. 250 mA
20.4	tepelná kapacita anódy min. 5 MHU	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 5,2 MHU	20.4	tepelná kapacita anódy min. 5 MHU
20.5	tepelná kapacita rtg žiariča min. 7 MHU	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 7,3 MHU	20.5	tepelná kapacita rtg žiariča min. 7 MHU
20.6	počet ohnísk min. 3	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 3	20.6	počet ohnísk min. 3
20.7	fyzická veľkosť malého ohniska max. 0,4 mm	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 0,3 mm	20.7	fyzická veľkosť malého ohniska max. 0,4 mm
20.8	veľkosť veľkého ohniska max. 1,0 mm	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 0,9 mm	20.8	veľkosť veľkého ohniska max. 1,0 mm
20.9	maximálny výkon malého ohniska min. 30 kW	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 40 kW	20.9	maximálny výkon malého ohniska min. 30 kW
20.10	maximálny výkon veľkého ohniska min. 90 kW	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 90 kW	20.10	maximálny výkon veľkého ohniska min. 90 kW
20.11	kapacita ochladzovania anódy min. 1,5 MHU/min.	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 1,52 MHU/min.	20.11	kapacita ochladzovania anódy min. 1,5 MHU/min.
21	Clona:		21	Clona:
21.1	kolimátor s primárnymi vykrývacími obdĺžnikovými clonami a automatickými polopriepustnými clonami s automatickým natáčaním clón synchronizované s rotáciou C ramena	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	21.1	kolimátor s primárnymi vykrývacími obdĺžnikovými clonami a automatickými polopriepustnými clonami s automatickým natáčaním clón synchronizované s rotáciou C ramena
21.2	automatické synchrónne otáčanie clón a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena kvôli kompenzácií rotácie obrazu a zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Táto funkcia umožňuje znázorniť aj taký objekt kolmo , vzpriamene na monitore, ktorý nie je paralelne uložený s osou stola ako napr. horné končatiny pri radiálnom prístupe. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	21.2	automatické synchrónne otáčanie clón a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena kvôli kompenzácií rotácie obrazu a zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Táto funkcia umožňuje znázorniť aj taký objekt kolmo , vzpriamene na monitore, ktorý nie je paralelne uložený s osou stola ako napr. horné končatiny pri radiálnom prístupe. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu
21.3	polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	21.3	polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia
21.4	musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu automatickým zasúvaním medených filtrov počas skiaskopie	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	21.4	musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu automatickým zasúvaním medených filtrov počas skiaskopie
21.5	automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie RTG žiarenia v závislosti na absorpcii objektu pri každom zvolenom druhu prevádzky (programu) pre zníženie celkovej dávky žiarenia rozsahu ekvivalentu od min. 0,2 až 0,9 mm Cu	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje od 0,1 do 0,9 mm Cu	21.5	automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie RTG žiarenia v závislosti na absorpcii objektu pri každom zvolenom druhu prevádzky (programu) pre zníženie celkovej dávky žiarenia rozsahu ekvivalentu od min. 0,2 až 0,9 mm Cu
21.6	počet prídavných filtrov na zníženie radiačnej dávky min. 3	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 5 prídavných filtrov	21.6	počet prídavných filtrov na zníženie radiačnej dávky min. 3
21.7	Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky (DAP meter). Produkováaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do patientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	21.7	Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky (DAP meter). Produkováaná dávka a plošná dávka musia byť kumulatívne spracované a zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do patientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte
22.	Zobrazovací systém s plochým detektorom:		22.	Zobrazovací systém s plochým detektorom:
22.1	detektor z kryštalickeho resp. amorfného silikónu s vysokou citlivosťou	splňa/ detektor z amorfného silikónu s vysokou citlivosťou Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	22.1	detektor z kryštalickeho resp. amorfného silikónu s vysokou citlivosťou
22.2	aktívne rozmery detektora min. 29x39 cm	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje rozmer detektora 39,8 cm x 29,3 cm	22.2	aktívne rozmery detektora min. 29x39 cm
22.3	rozišiovacia schopnosť detektora min. 3 Lp/mm,	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 3,25 lp/mm	22.3	rozišiovacia schopnosť detektora min. 3 Lp/mm,
22.4	veľkosť pixela max. 160 μm	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 154 μm	22.4	veľkosť pixela max. 160 μm
22.5	hlbka digitalizácie min.16 bit	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 16 bit hĺbku digitalizácie	22.5	hlbka digitalizácie min.16 bit
22.6	obrazové spracovanie a archivácia obrazu na internú pamäť 1k x 1k alebo 2k min. 12 bit	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	22.6	obrazové spracovanie a archivácia obrazu na internú pamäť 1k x 1k alebo 2k min. 12 bit
22.7	DQE (kvantová účinnosť detektora) min. 70%	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 77%	22.7	DQE (kvantová účinnosť detektora) min. 70%
22.8	integrovaná komôrka na meranie dávky	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	22.8	integrovaná komôrka na meranie dávky
22.9	vyberateľný raster na redukovanie dávky	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	22.9	vyberateľný raster na redukovanie dávky
22.10	počet prepínateľných formátov min. 6	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje až 8 prepínateľných formátov	22.10	počet prepínateľných formátov min. 6
23.	Display vo vyšetrovacej miestnosti:		23.	Display vo vyšetrovacej miestnosti:
23.1	upgrade jestvujúceho stropného statívu s tromi 19" monitormi na stropný statív s farebným diagnostickým LCD monitorom pre znázornenie obrazov aj z iných modalít a 3D obrazu, s uhlopriečkou min. 55"	splňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	23.1	upgrade jestvujúceho stropného statívu s tromi 19" monitormi na stropný statív s farebným diagnostickým LCD monitorom pre znázornenie obrazov aj z iných modalít a 3D obrazu, s uhlopriečkou min. 55"
23.2	rozlíšenie monitora min. 8 Mpix	splňa/ Najnovšia verzia poskytuje 8 Mpix	23.2	rozlíšenie monitora min. 8 Mpix

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

23.3	nastavenie rôznych konfigurácií zobrazení pomocou volby na dotykovej obrazovke obrazového počítača min. 12	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	23.3	nastavenie rôznych konfigurácií zobrazení pomocou volby na dotykovej obrazovke obrazového počítača min. 12
23.4	ochranný kryt na display z odolného pevného priehľadného materiálu („tvrdného skla“)	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	23.4	ochranný kryt na display z odolného pevného priehľadného materiálu („tvrdného skla“)
23.5	počet videovstupov min. 24	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje 24 videovstupov	23.5	počet videovstupov min. 24
23.6	pre potreby prenosu živého obrazu mimo vyšetrovňu štandardný obrazový výstup pre možnosť realizácie videoprenosov (napr. HDMI) a tiež vybavenie pre skenovanie a streamovanie obsahu veľkoplošného monitora vo vyšetrovni	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	23.6	pre potreby prenosu živého obrazu mimo vyšetrovňu štandardný obrazový výstup pre možnosť realizácie videoprenosov (napr. HDMI) a tiež vybavenie pre skenovanie a streamovanie obsahu veľkoplošného monitora vo vyšetrovni
24.	Display v ovládacej miestnosti:		24.	Display v ovládacej miestnosti:
24.1	diagnostický monitor v obsluhovni s uhlopriečkou min. 30“, s možnosťou pripojenia viacerých video kanálov a nastavením viacerých rôznych konfigurácií obrazovky pre zobrazenie „LIVE“ a „REF“ RTG obrazov, 3D obrazu, postprocesingových aplikácií, patientskych dát a obrazov z externých zdrojov	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	24.1	diagnostický monitor v obsluhovni s uhlopriečkou min. 30“, s možnosťou pripojenia viacerých video kanálov a nastavením viacerých rôznych konfigurácií obrazovky pre zobrazenie „LIVE“ a „REF“ RTG obrazov, 3D obrazu, postprocesingových aplikácií, patientskych dát a obrazov z externých zdrojov
25.	Pracovné akvizičné módy:		25.	Pracovné akvizičné módy:
25.1	skiaskopia vrátane pulznej skiaskopie s frekvenciami min. od 0,5 do 30 pulzov/sec.	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje od 0,5 do 30 p/sec	25.1	skiaskopia vrátane pulznej skiaskopie s frekvenciami min. od 0,5 do 30 pulzov/sec.
25.2	roadmap/digitálna subtrakčná angiografia	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.2	roadmap/digitálna subtrakčná angiografia
25.3	archivácia snímok na interný pevný disk v DICOM formáte	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.3	archivácia snímok na interný pevný disk v DICOM formáte
25.4	archivácia referenčných snímok na interný pevný disk v DICOM formáte	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.4	archivácia referenčných snímok na interný pevný disk v DICOM formáte
25.5	LIH - posledný archivovaný obraz	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.5	LIH - posledný archivovaný obraz
25.6	archivácia skiaskopickej slučky v trvaní min. 20 sec. pri matici 1k	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.6	archivácia skiaskopickej slučky v trvaní min. 20 sec. pri matici 1k
25.7	akvizícia a archivácia kardiologických scén s frekvenciou min. 15 alebo 30 obrazov/sec.	Najnovšia verzia poskytuje 30 obr/s pre akvizíciu aj archiváciu	25.7	akvizícia a archivácia kardiologických scén s frekvenciou min. 15 alebo 30 obrazov/sec.
25.8	digitálna radiografia s frekvenciou min. 0,5 až 7 obrazov/sec.	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje od 0,5 do 30 obr/s	25.8	digitálna radiografia s frekvenciou min. 0,5 až 7 obrazov/sec.
25.9	digitálna subtrakčná angiografia vrátane volby masky, posúvania pixelov v maske automaticky alebo manuálne min. 0,5 až 7 obrazov/sec.	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje od 0,5 do 30 obr/s	25.9	digitálna subtrakčná angiografia vrátane volby masky, posúvania pixelov v maske automaticky alebo manuálne min. 0,5 až 7 obrazov/sec.
25.10	znázornenie obrazu v matici min. 1k x 1k	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.10	znázornenie obrazu v matici min. 1k x 1k
25.11	digitálna rádiografia a digitálna subtrakčná angiografia min. frekvenciou pri DSA 0,5 - 7 obrazov/sec, resp. pri 3D min. 60 obrazov/sec.	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.11	digitálna rádiografia a digitálna subtrakčná angiografia min. frekvenciou pri DSA 0,5 - 7 obrazov/sec, resp. pri 3D min. 60 obrazov/sec.
25.12	znázornenie anatomického pozadia v DSA obraze	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.12	znázornenie anatomického pozadia v DSA obraze
25.13	softvér pre zvýraznené znázornenie stentov	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	25.13	softvér pre zvýraznené znázornenie stentov
25.14	softvér pre zvýraznené znázornenie stentov v reálnom čase	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego spĺňa dodaním upgradu softvéra pre vizualizáciu stentov s názvom CLEARStent live	25.14	softvér pre zvýraznené znázornenie stentov v reálnom čase
25.15	natívna rotačná angiografia s rotáciou min. 60°/sec.	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje 60°/sec	25.15	natívna rotačná angiografia s rotáciou min. 60°/sec.
25.16	rotačná DSA angiografia s rotáciou min. 60°/sec.	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje 60°/sec	25.16	rotačná DSA angiografia s rotáciou min. 60°/sec.
25.17	3D rotačná angiografia s nízko a vysoko kontrastným rozlíšením s rotáciou min. 60°/sec a rýchlosťou snímkovania min 60 obrazov/sec.	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje 60°/sec	25.17	3D rotačná angiografia s nízko a vysoko kontrastným rozlíšením s rotáciou min. 60°/sec a rýchlosťou snímkovania min 60 obrazov/sec.
26.	Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu:		26.	Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu:
26.1	automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.1	automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt
26.2	automatická filtrácia primárneho žiarenia podľa absorpcie žiarenia objektu dodatočnými medenými filtrami	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.2	automatická filtrácia primárneho žiarenia podľa absorpcie žiarenia objektu dodatočnými medenými filtrami
26.3	pulzná skiaskopia	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.3	pulzná skiaskopia
26.4	monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.4	monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase
26.5	automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia minimálne piatich parametrov ako napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.5	automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia minimálne piatich parametrov ako napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu
26.6	signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.6	signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky
26.7	report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR)	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.7	report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR)
26.8	protokoly na snímkovanie a skiaskopiu vrátane 3D snímkovania s nízkou dávkou na zredukovanie dávky žiarenia, redukcia dávky min. 60% vo vybraných situáciách	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.8	protokoly na snímkovanie a skiaskopiu vrátane 3D snímkovania s nízkou dávkou na zredukovanie dávky žiarenia, redukcia dávky min. 60% vo vybraných situáciách
26.9	rozhranie na pripojenie dozimetrického systému na meranie a grafické znázornenie kumulovanej dávky obsluhujúceho personálu na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	26.9	rozhranie na pripojenie dozimetrického systému na meranie a grafické znázornenie kumulovanej dávky obsluhujúceho personálu na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni
27.	Obrazový systém - základné funkcie:		27.	Obrazový systém - základné funkcie:
27.1	spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024/12 bit	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje archiváciu v matici 1024 x 1024/12 bit	27.1	spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024/12 bit
27.2	vyhodnotenie a korekcia homogenity obrazu v reálnom čase	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	27.2	vyhodnotenie a korekcia homogenity obrazu v reálnom čase
27.3	automatická úprava šumu obrazu v reálnom čase	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	27.3	automatická úprava šumu obrazu v reálnom čase
27.4	zvýraznenie hrán žíl v reálnom čase	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	27.4	zvýraznenie hrán žíl v reálnom čase
27.5	zredukovanie pohybových artefaktov v reálnom čase	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	27.5	zredukovanie pohybových artefaktov v reálnom čase
27.6	záznamová kapacita pre maticu min. 50 000 obrazov v 1024 x 1024/12 bit	spĺňa/ Najnovšia verzia poskytuje archiváciu v matici 1024 x 1024/12 bit pre 100000 obrazov	27.6	záznamová kapacita pre maticu min. 50 000 obrazov v 1024 x 1024/12 bit
27.7	okamžitý prístup k nasnímaným dátam a možnosť ich prehrávania	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	27.7	okamžitý prístup k nasnímaným dátam a možnosť ich prehrávania
27.8	voľba Anotácia, Zoom, Meranie uhlov a vzdialeností, vkladanie textov a symbolov do obrazu	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	27.8	voľba Anotácia, Zoom, Meranie uhlov a vzdialeností, vkladanie textov a symbolov do obrazu
27.9	výstup vo formáte DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, SR – štruktúrovaný report (rozšírená štruktúrovaná lekárska správa, záznam výsledkov kvantifikácií), CD/DVD rekordér, MPPS	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	27.9	výstup vo formáte DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, SR – štruktúrovaný report (rozšírená štruktúrovaná lekárska správa, záznam výsledkov kvantifikácií), CD/DVD rekordér, MPPS
28.	Obrazový systém - rozšírené funkcie:		28.	Obrazový systém - rozšírené funkcie:
28.1	softvérový na prehrávanie a spracovanie angiografických a kardiologických záberov vrátane DSA obrazov	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.1	softvérový na prehrávanie a spracovanie angiografických a kardiologických záberov vrátane DSA obrazov
28.2	SW pro TAVI, SW vybavenie umožňujúce „live“ živú navigáciu pre vykonávanie napr. TAVI procedúr; SW musí umožňovať on-line fúziu 3D anatomickej mapy srdca (časti srdca) z predom získaných a importovaných CT dát srdca a živého RTG obrazu aj z 3D generovaných obrazov na angiografickom prístroji a živého RTG obrazu	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.2	SW pro TAVI, SW vybavenie umožňujúce „live“ živú navigáciu pre vykonávanie napr. TAVI procedúr; SW musí umožňovať on-line fúziu 3D anatomickej mapy srdca (časti srdca) z predom získaných a importovaných CT dát srdca a živého RTG obrazu aj z 3D generovaných obrazov na angiografickom prístroji a živého RTG obrazu
28.3	3D ROADMAPPING - vizualizácia a prelínanie obrazu medzi 2D LIVE fluoro obrazom a 3D rekonštrukciou pre akúkoľvek projekciu, zoom, SID a pozíciu stola, s možnosťou vytvoriť pilotný obraz, ktorý prekrýva LIVE fluoro obraz	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.3	3D ROADMAPPING - vizualizácia a prelínanie obrazu medzi 2D LIVE fluoro obrazom a 3D rekonštrukciou pre akúkoľvek projekciu, zoom, SID a pozíciu stola, s možnosťou vytvoriť pilotný obraz, ktorý prekrýva LIVE fluoro obraz

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

28.4	duálna vizualizácia subtrahovaného a 3D obrazu	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.4	duálna vizualizácia subtrahovaného a 3D obrazu
28.5	rotačná angiografia s rozsahom rotácie min. 360°	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.5	rotačná angiografia s rozsahom rotácie min. 360°
28.6	vysoko kontrastné znázornenie jemných štruktúr vo vysokom rozlíšení	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.6	vysoko kontrastné znázornenie jemných štruktúr vo vysokom rozlíšení
28.7	Cone beam CT pre vizualizáciu srdcových tkanív, SW a HW vybavenie rozširujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezov	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.7	Cone beam CT pre vizualizáciu srdcových tkanív, SW a HW vybavenie rozširujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezov
28.8	kvantifikácia koronárnych ciev	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.8	kvantifikácia koronárnych ciev
28.9	kvantifikácia veľkých ciev	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.9	kvantifikácia veľkých ciev
28.10	fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 3D angio obrazom	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.10	fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 3D angio obrazom
28.11	fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 2D angio obrazom	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.11	fúzia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 2D angio obrazom
28.12	segmentácia anatomických štruktúr z nezávislých obrazových zdrojov ako MR, CT, alebo angio obrazu	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.12	segmentácia anatomických štruktúr z nezávislých obrazových zdrojov ako MR, CT, alebo angio obrazu
28.13	SW na vizualizáciu mäkkých tkanív srdca a na vizualizáciu a automatickú segmentáciu ľavej predsieni srdca z generovaných obrazov na angiografickom prístroji pomocou Cone Beam CT technológiou, aj z generovaných CT alebo MR obrazov. SW umožňuje virtuálne endoskopické znázornenie ľavej predsieni a pulmonálnej tepny. Segmentácie a vyznačené objekty alebo ablačné body môžu byť fúzované do 3D obrazu mapovacieho systému a následne použité pri vykonávaní intervenčných postupov	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.13	SW na vizualizáciu mäkkých tkanív srdca a na vizualizáciu a automatickú segmentáciu ľavej predsieni srdca z generovaných obrazov na angiografickom prístroji pomocou Cone Beam CT technológiou, aj z generovaných CT alebo MR obrazov. SW umožňuje virtuálne endoskopické znázornenie ľavej predsieni a pulmonálnej tepny. Segmentácie a vyznačené objekty alebo ablačné body môžu byť fúzované do 3D obrazu mapovacieho systému a následne použité pri vykonávaní intervenčných postupov
28.14	program na podporu pri zavádzaní a výmeny aortálnej chlopne	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.14	program na podporu pri zavádzaní a výmeny aortálnej chlopne
28.15	SW pre automatické nastavenie pozície ramena do polohy vybranej používateľom v 3D mape, resp. automatické nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene polohy ramena	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	28.15	SW pre automatické nastavenie pozície ramena do polohy vybranej používateľom v 3D mape, resp. automatické nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene polohy ramena
29.	Obsluha zariadenia vo vyšetrovni:		29.	Obsluha zariadenia vo vyšetrovni:
29.1	ovládanie všetkých funkcií C ramena, detektora, kolimátora a stola priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládovne, možnosť vizualizácie uhlovej pozície C ramena na monitore vo vyšetrovni aj v ovládovni	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	29.1	ovládanie všetkých funkcií C ramena, detektora, kolimátora a stola priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládovne, možnosť vizualizácie uhlovej pozície C ramena na monitore vo vyšetrovni aj v ovládovni
29.2	bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie a drôtový nožný spínač v obsluhovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	29.2	bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie a drôtový nožný spínač v obsluhovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie
29.3	dva moduly pre akvizíciu a ovládanie obrazových parametrov s ovládaním všetkých funkcií obrazového systému, skiaskopie a akvizície priamo od vyšetrovacieho stola a aj z ovládovne	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	29.3	dva moduly pre akvizíciu a ovládanie obrazových parametrov s ovládaním všetkých funkcií obrazového systému, skiaskopie a akvizície priamo od vyšetrovacieho stola a aj z ovládovne
29.4	modul pre druhé ovládanie intervenčného SW a multimodalitného zobrazenia priamo od vyšetrovacieho stola so zobrazením výstupu na veľkoplošnom monitore zavesenom na stropnom závесе vo vyšetrovni	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	29.4	modul pre druhé ovládanie intervenčného SW a multimodalitného zobrazenia priamo od vyšetrovacieho stola so zobrazením výstupu na veľkoplošnom monitore zavesenom na stropnom závесе vo vyšetrovni
30.	Príslušenstvo:		30.	Príslušenstvo:
30.1	radiačná ochrana spodnej časti tela	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	30.1	radiačná ochrana spodnej časti tela
30.2	radiačná ochrana vrchnej časti tela	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	30.2	radiačná ochrana vrchnej časti tela
30.3	bodové svetlo na otočnom ramene	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	30.3	bodové svetlo na otočnom ramene
30.4	dorozumievacie zariadenie medzi obsluhovňou a vyšetrovňou	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	30.4	dorozumievacie zariadenie medzi obsluhovňou a vyšetrovňou
30.5	záložný zdroj na zabezpečenie nepretržitej prevádzky po výpadku elektrickej energie do min. 10 minút vrátane núdzovej skiaskopie	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	30.5	záložný zdroj na zabezpečenie nepretržitej prevádzky po výpadku elektrickej energie do min. 10 minút vrátane núdzovej skiaskopie
30.6	projekt rozvádzača k pripojeniu k elektrického rozvodu	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	30.6	projekt rozvádzača k pripojeniu k elektrického rozvodu
30.7	súčasťou upgrade je aj vypracovanie nového technologického projektu, inštalácia a uvedenie prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy do prevádzky aplikačným špecialistom	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	30.7	súčasťou upgrade je aj vypracovanie nového technologického projektu, inštalácia a uvedenie prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy do prevádzky aplikačným špecialistom
31.	HW a SW pre integráciu prístrojov tretích strán		31.	HW a SW pre integráciu prístrojov tretích strán
31.1	integrácia USG prístrojov s TEEa ICE sondami	spĺňa/ áno je možné pripojiť Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	31.1	integrácia USG prístrojov s TEEa ICE sondami
31.2	integrácia IVUS/FFR/IFR	spĺňa/ áno je možné pripojiť Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	31.2	integrácia IVUS/FFR/IFR
31.3	integrácia mobilného OCT/FFR	spĺňa/ áno je možné pripojiť Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	31.3	integrácia mobilného OCT/FFR
32.	HW s SW upgrade jestvujúceho hemodynamického systému		32.	HW s SW upgrade jestvujúceho hemodynamického systému
32.1	hemodynamický informačný a záznamový systém - kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov s interfejsom pre obojstrannú komunikáciu s angiografickým zariadením pre transfer demografických dát z angiografického zariadenia ako sú napr. RAO/LAO uhol, GRAN/CAUD uhol, obrazová frekvencia snímkovania, čas trvania skiaskopie, fokus, dávka žiarenia	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.1	hemodynamický informačný a záznamový systém - kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov s interfejsom pre obojstrannú komunikáciu s angiografickým zariadením pre transfer demografických dát z angiografického zariadenia ako sú napr. RAO/LAO uhol, GRAN/CAUD uhol, obrazová frekvencia snímkovania, čas trvania skiaskopie, fokus, dávka žiarenia
32.2	systém musí umožňovať pripojenie a migráciu databázy z existujúcej hemodynamickej stanice pri zachovaní všetkých pôvodných doteraz zaznamenaných patientskych dát do nového systému. Systém obsahuje softvérové vybavenie na podporu min. nasledovných režimov:	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.2	systém musí umožňovať pripojenie a migráciu databázy z existujúcej hemodynamickej stanice pri zachovaní všetkých pôvodných doteraz zaznamenaných patientskych dát do nového systému. Systém obsahuje softvérové vybavenie na podporu min. nasledovných režimov:
32.2.1	vyhľadávanie patientskych štúdií, správ (report)	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.2.1	vyhľadávanie patientskych štúdií, správ (report)
32.2.2	spracovanie administratívnych dát (predpísané lieky, katétre, prenos dát pacientov z nemocničného informačného systému plánovaných na invazívny výkon - worklist)	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.2.2	spracovanie administratívnych dát (predpísané lieky, katétre, prenos dát pacientov z nemocničného informačného systému plánovaných na invazívny výkon - worklist)
32.2.3	vytváranie rôznych správ a meniteľných formulárov z vykonaných vyšetrení	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.2.3	vytváranie rôznych správ a meniteľných formulárov z vykonaných vyšetrení
32.2.4	súčasťou je aj kompletne vybavenie pre kardiológiu dospelých jedincov pre hemodynamické vyšetrenia pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu patientskych vyšetrení vrátane všetkých meraní a výpočtov	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.2.4	súčasťou je aj kompletne vybavenie pre kardiológiu dospelých jedincov pre hemodynamické vyšetrenia pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu patientskych vyšetrení vrátane všetkých meraní a výpočtov
32.3	Systém zahŕňa nasledovné moduly:		32.3	Systém zahŕňa nasledovné moduly:
32.3.1	2 samostatné monitory v kontrolnej miestnosti pre hemodynamické krivky a textových informácií	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.3.1	2 samostatné monitory v kontrolnej miestnosti pre hemodynamické krivky a textových informácií
32.3.2	12 zvodové EKG	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.3.2	12 zvodové EKG
32.3.3	meranie srdcového výdaja	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.3.3	meranie srdcového výdaja
32.3.4	4x invazívny tlak	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.3.4	4x invazívny tlak
32.3.5	SpO2 v prípade možnosti aj s pletyzmografickou krivkou	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.3.5	SpO2 v prípade možnosti aj s pletyzmografickou krivkou
32.4	Príslušenstvo pre hemodynamický systém:	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.4	Príslušenstvo pre hemodynamický systém:
32.4.1	sada káblov a elektród, príslušenstvo na meranie EKG	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.4.1	sada káblov a elektród, príslušenstvo na meranie EKG
32.4.2	rtg transparentné EKG káble	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.4.2	rtg transparentné EKG káble
32.4.3	záložný UPS zdroj	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.4.3	záložný UPS zdroj

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

32.4.4	DICOM rozhranie – DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.4.4	DICOM rozhranie – DICOM HIS/RIS Worklist/MPPS
32.4.5	vytváranie reportov	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.4.5	vytváranie reportov
32.4.6	bezdrôtová čítačka čiarových kódov	spĺňa/ Najnovšia verzia Sensis Vibe	32.4.6	bezdrôtová čítačka čiarových kódov
33.	Dozimetrický systém		33.	Dozimetrický systém
33.1	Dozimetrický systém umožňujúci hodnotiť dávku v reálnom čase. Umožňuje zobrazenie ožiarenia pracovníka v každom momente vykonávaného rádiologického vyšetrenia (online) a nielen po jeho skončení, ale aj po mesačnom vyhodnotení, ako je to pri pasívnych dozimetoch (napr. TLD, OSL, Film). Systém musí zahŕňať min. sadu 4 nových osobných dozimetrov merajúcich dávky v reálnom čase s bezdrôtovým prenosom dát na zobrazovaciu jednotku. Dávky musia byť znázornené aj na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni. Musí vizualizovať ožiarenie pracovníkov s použitím vhodných grafických aj číselných výstupov. Namerané údaje sa automaticky uchovávajú pre rôzne analýzy po rtg. výkonoch. Dozimetre musia merať osobný dávkový ekvivalent Hp(10), vhodný pre odhad efektívnej dávky (mSv), v rozsahu 40-150 kV.	spĺňa/ Doplnenie doplnku iRay Safe	33.1	Dozimetrický systém umožňujúci hodnotiť dávku v reálnom čase. Umožňuje zobrazenie ožiarenia pracovníka v každom momente vykonávaného rádiologického vyšetrenia (online) a nielen po jeho skončení, ale aj po mesačnom vyhodnotení, ako je to pri pasívnych dozimetoch (napr. TLD, OSL, Film). Systém musí zahŕňať min. sadu 4 nových osobných dozimetrov merajúcich dávky v reálnom čase s bezdrôtovým prenosom dát na zobrazovaciu jednotku. Dávky musia byť znázornené aj na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni. Musí vizualizovať ožiarenie pracovníkov s použitím vhodných grafických aj číselných výstupov. Namerané údaje sa automaticky uchovávajú pre rôzne analýzy po rtg. výkonoch. Dozimetre musia merať osobný dávkový ekvivalent Hp(10), vhodný pre odhad efektívnej dávky (mSv), v rozsahu 40-150 kV.
34.	USG prístroj		34.	USG prístroj
34.1	Ultrazvukový prístroj so sondou, bez káblového spojenia s ultrazvukovým prístrojom. Spojenie ultrazvukovej sondy s prístrojom je na báze bezdrôtovej komunikácie, umožňujúce bezpečnú, ultrazvukom vedenú punkciu cievného systému v katetrizačnom laboratóriu. Dosah spojenia sondy s prístrojom minimálne 2,5 m. Ultrazvukový prístroj musí podporovať sondy v rozsahu 2-17 MHz. Ultrazvukový prístroj musí umožniť automatickú registráciu pacienta z informačného systému, zobrazenie obrazu na hlavnom monitore angiokardiografického rtg prístroja a odoslanie záznamu do PACS systému. Ultrazvuková sonda musí byť dezinfikovateľná a použiteľná v sterilnom prostredí	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle s dosahom pripojenia do 3 m	34.1	Ultrazvukový prístroj so sondou, bez káblového spojenia s ultrazvukovým prístrojom. Spojenie ultrazvukovej sondy s prístrojom je na báze bezdrôtovej komunikácie, umožňujúce bezpečnú, ultrazvukom vedenú punkciu cievného systému v katetrizačnom laboratóriu. Dosah spojenia sondy s prístrojom minimálne 2,5 m. Ultrazvukový prístroj musí podporovať sondy v rozsahu 2-17 MHz. Ultrazvukový prístroj musí umožniť automatickú registráciu pacienta z informačného systému, zobrazenie obrazu na hlavnom monitore angiokardiografického rtg prístroja a odoslanie záznamu do PACS systému. Ultrazvuková sonda musí byť dezinfikovateľná a použiteľná v sterilnom prostredí
34.2	bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrowanie malých častí, ciev a nervov	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle	34.2	bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrowanie malých častí, ciev a nervov
34.3	frekvenčný rozsah min. 5-17 MHz	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle so sondou s rozsahom 4,7 až 16,6 MHz (tolerancia do 10%)	34.3	frekvenčný rozsah min. 5-17 MHz
34.4	prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle	34.4	prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
34.5	počet elementov min. 128	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle so sondou L5-17	34.5	počet elementov min. 128
34.6	bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrowanie malých častí, ciev a nervov	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle so sondou L8-3	34.6	bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrowanie malých častí, ciev a nervov
34.7	frekvenčný rozsah min 3-8 MHz	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle so sondou s rozsahom 3 až 8,4 MHz	34.7	frekvenčný rozsah min 3-8 MHz
34.8	prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle	34.8	prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
34.9	počet elementov min. 128	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle so sondou L8-3	34.9	počet elementov min. 128
34.10	bezdrôtová konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrowanie oblasti abdoménu	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle so sondou C5-2	34.10	bezdrôtová konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrowanie oblasti abdoménu
34.11	frekvenčný rozsah min. 2-5 MHz	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle so sondou s rozsahom od 1,6 do 5 MHz	34.11	frekvenčný rozsah min. 2-5 MHz
34.12	prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle	34.12	prenos ultrazvuokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi
34.13	počet elementov min. 128	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle so sondou C5-3	34.13	počet elementov min. 128
34.14	bioptické násadce pre lineárnu a konvexnú sondu	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle	34.14	bioptické násadce pre lineárnu a konvexnú sondu
34.15	2D	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle	34.15	2D
34.16	Color Doppler – farebné mapovanie.	spĺňa/ Doplnenie Acuson Freestyle	34.16	Color Doppler – farebné mapovanie.
35.	Špeciálne požiadavky		35.	Špeciálne požiadavky
35.1	upgrade zariadenia sa môže vykonať bez zásahu do jestvujúceho disdispozičného riešenia pôvodného angiografického systému t.j. bez žiadneho zásahu do statiky pracoviska, do stavebných konštrukcií a súčasnej dispozície ovladovne, prípravných priestorov a vyšetrovne pracoviska. Termín realizácie update je max. 6 týždňov	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	35.1	upgrade zariadenia sa môže vykonať bez zásahu do jestvujúceho disdispozičného riešenia pôvodného angiografického systému t.j. bez žiadneho zásahu do statiky pracoviska, do stavebných konštrukcií a súčasnej dispozície ovladovne, prípravných priestorov a vyšetrovne pracoviska. Termín realizácie update je max. 6 týždňov
35.2	Upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým:		35.2	Upgrade zariadenia zahŕňa predovšetkým:
35.2.1	hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornej likvidácie a nahradenie týchto častí novými jednotkami	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	35.2.1	hardvérovú výmenu opotrebovaných častí angiografického zariadenia vrátane ich odbornej likvidácie a nahradenie týchto častí novými jednotkami
35.2.2	softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu.	spĺňa/ Artis pheno - najnovšia verzia Artis zeego	35.2.2	softvérový upgrade na vylepšenie funkcionality zariadenia a zníženie radiačnej záťaže pre personál a pacientov pri zlepšenej kvalite obrazu.
Položka č. 2 - Variant B) - s Pozáručným servisom - 36 mesiacov pre položku č. 1		Položka č. 2	Položka č. 2 - Variant B) - s Pozáručným servisom - 36 mesiacov pre položku č. 1	
1.	Servisná starostlivosť o zariadenia vo vlastníctve objednávateľa.	spĺňa	1.	Servisná starostlivosť o zariadenia vo vlastníctve objednávateľa.
2.	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom.	spĺňa	2.	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom.
3.	Plán údržby a revízií.	spĺňa	3.	Plán údržby a revízií.
4.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa.	spĺňa	4.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa.
5.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.	spĺňa	5.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.
6.	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.	spĺňa	6.	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.
7.	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu.	spĺňa	7.	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu.
8.	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy.	spĺňa	8.	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
9.	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00 hod.	spĺňa	9.	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00 hod.
10.	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby.	spĺňa	10.	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby.
11.	Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.	spĺňa	11.	Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.
12.	Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.	spĺňa	12.	Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa:	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava	DEFINITIVNE ZMLUVNÉ PODMIENKY NA PREDMET ZÁKAZKY
--------------	--	--

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné podmienky na predmet zákazky	Požaduje sa:
		V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	
VARIANT A) - so 60 mesačnou záručnou dobou pre položku č. 1		xxx	VARIANT A) - so 60 mesačnou záručnou dobou pre položku č. 1
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem	1. Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:	akceptujem	2. Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
2.1	do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	2.1 do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	2.2 v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	2.3 v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	2.4 v sídle Objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	2.5 po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol Dodávateľ autorizovaný (certifikovaný) na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.	akceptujem	Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol Dodávateľ autorizovaný (certifikovaný) na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.
4.	Prevzatie predmetu zákazky je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.	akceptujem	Prevzatie predmetu zákazky je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.
5.	Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať doručený tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.	akceptujem	Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať doručený tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.
6.	Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.	akceptujem	Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.
7.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inšalačný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.	akceptujem	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inšalačný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.
8.	Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
9.	Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštalačného protokolu.	akceptujem	Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštalačného protokolu.
10.	Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhu predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.	akceptujem	Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhu predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.
11.	Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.	akceptujem	Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.
12.	Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní minimálne 60 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky.	akceptujem	Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní minimálne 60 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky.
13.	Požaduje sa poskytnutie nevýhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu diela s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.	akceptujem	Požaduje sa poskytnutie nevýhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu diela s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.
14.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetkými autormi diela, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k dielu v zmysle ustanovení Autorského zákona.	akceptujem	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetkými autormi diela, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k dielu v zmysle ustanovení Autorského zákona.
15.	Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky.	akceptujem	Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky.
16.	V prípade ak dôjde k poruche, ktorú nie je možné odstrániť štandardným spôsobom, objednávatel' si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením.	akceptujem	V prípade ak dôjde k poruche, ktorú nie je možné odstrániť štandardným spôsobom, objednávatel' si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZY

17.	Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštaláčného protokolu ako jej povinnú prílohu.	akceptujem	17.	Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštaláčného protokolu ako jej povinnú prílohu.
18.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.	akceptujem	18.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
19.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa: podatelna@vus.ch.sk	akceptujem	19.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa: podatelna@vus.ch.sk
20.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	akceptujem	20.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
21.	Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania tovaru, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	21.	Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania tovaru, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
22.	Požaduje sa poskytnutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to minimálne po dobu 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.	akceptujem	22.	Požaduje sa poskytnutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to minimálne po dobu 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.
23.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	23.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
24.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	24.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
24.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	akceptujem	24.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
24.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	akceptujem	24.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
25.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	25.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
26.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu, tiež zaslaním e-mailovej správy na oznámenú e-mailovú adresu Dodávateľa.	akceptujem	26.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu, tiež zaslaním e-mailovej správy na oznámenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
27.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	27.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
28.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností. Servisný technik Dodávateľa je povinný mať osvedčenie na servis zariadení výrobcu.	akceptujem	28.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností. Servisný technik Dodávateľa je povinný mať osvedčenie na servis zariadení výrobcu.
29.	Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného vzťahu, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.	akceptujem	29.	Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného vzťahu, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.
30.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	30.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
31.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	31.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
32.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	32.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

33.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.	akceptujem	33.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.
34.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	34.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
35.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhov á konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	akceptujem	35.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhov á konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
VARIANT B) s pozáručným servisom - 36 mesiacov pre položku č. 1		xxx	VARIANT B) s pozáručným servisom - 36 mesiacov pre položku č. 1	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.
2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:	akceptujem	2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
2.1	do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	2.1	do 90 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	2.2	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	2.3	v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	2.4	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol Dodávateľ autorizovaný (certifikovaný) na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.	akceptujem	3.	Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol Dodávateľ autorizovaný (certifikovaný) na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky. V prípade, ak bude Dodávateľ vykonávať inštaláciu a/alebo servis prostredníctvom subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o tom, že ním uvedený subdodávateľ je autorizovaný (certifikovaný) na inštaláciu a/alebo servis ponúkaného predmetu zákazky.
4.	Prevzatie predmetu zákazky je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.	akceptujem	4.	Prevzatie predmetu zákazky je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi predmet zákazky riadne prevziať.
5.	Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať doručený tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.	akceptujem	5.	Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol, neprevziať doručený tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.
6.	Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktáčnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.	akceptujem	6.	Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne. Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktáčnej ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú Objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.
7.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.	akceptujem	7.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o odbornom zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.
8.	Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	8.	Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
9.	Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštalačného protokolu.	akceptujem	9.	Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštalačného protokolu.
10.	Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhu predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.	akceptujem	10.	Požaduje sa zaškolenie zamestnancov Objednávateľa o obsluhu predmetu zákazky najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.
11.	Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.	akceptujem	11.	Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.
12.	Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní minimálne 24 kalendárných mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky.	akceptujem	12.	Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní minimálne 24 kalendárných mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky.
13.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu po dobu 36 kalendárných mesiacov, pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby na predmet zákazky.	akceptujem	13.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu po dobu 36 kalendárných mesiacov, pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby na predmet zákazky.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

14.	Požaduje sa poskytovať servisnú službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné servisnú službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré musí byť vopred oznámené Objednávateľovi.	akceptujem	14.	Požaduje sa poskytovať servisnú službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné servisnú službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré musí byť vopred oznámené Objednávateľovi.
15.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.	akceptujem	15.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.
16.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:	akceptujem	16.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
16.1	nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	akceptujem	16.1	nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
16.2	výkon samotnej opravy do 48 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 48 hodín.	akceptujem	16.2	výkon samotnej opravy do 48 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 48 hodín.
17.	Požaduje sa, aby si po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej servisnej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.	akceptujem	17.	Požaduje sa, aby si po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej servisnej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.
18.	Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.	akceptujem	18.	Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
19.	Požaduje sa vypracovať plán povinných revízií a údržby vrátane preventívnej údržby v termínoch určených výrobcom.	akceptujem	19.	Požaduje sa vypracovať plán povinných revízií a údržby vrátane preventívnej údržby v termínoch určených výrobcom.
20.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.	akceptujem	20.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
21.	Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas Objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.	akceptujem	21.	Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas Objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.
22.	Požaduje sa poskytnutie nevýhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu diela s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.	akceptujem	22.	Požaduje sa poskytnutie nevýhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora. Požaduje sa udelenie súhlasu, aby Objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom sa požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i súhlas Dodávateľa na integráciu diela s prípadnými ďalšími systémami prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k jednotlivým softvérovým modulom.
23.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetkými autormi diela, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k dielu v zmysle ustanovení Autorského zákona.	akceptujem	23.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať vysporiadané autorské práva so všetkými autormi diela, resp. aby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k dielu v zmysle ustanovení Autorského zákona.
24.	Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky.	akceptujem	24.	Dodávateľ predmetu zákazky je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný/certifikovaný na dodávku, inštaláciu a servis predmetu zákazky.
25.	V prípade ak dôjde k poruche, ktorú nie je možné odstrániť štandardným spôsobom, objednávatel' si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením.	akceptujem	25.	V prípade ak dôjde k poruche, ktorú nie je možné odstrániť štandardným spôsobom, objednávatel' si vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne kompatibilné s existujúcim riešením.
26.	Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštaláčného protokolu ako jej povinnú prílohu.	akceptujem	26.	Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštaláčného protokolu ako jej povinnú prílohu.
27.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.	akceptujem	27.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
28.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa: podatelna@vus.ch.sk	akceptujem	28.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa: podatelna@vus.ch.sk
29.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	akceptujem	29.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
30.	Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania tovaru, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného a pozáručného servisu v mieste inštalácie, vrátane cestovného a všetkých ostatných nákladov zahrnutých v rámci paušálnych odmien.	akceptujem	30.	Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania tovaru, dopravu Dodávateľa do miesta dodania a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním tovaru/poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením do prevádzky (inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného a pozáručného servisu v mieste inštalácie, vrátane cestovného a všetkých ostatných nákladov zahrnutých v rámci paušálnych odmien.
31.	Požaduje sa poskytnutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to minimálne po dobu 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.	akceptujem	31.	Požaduje sa poskytnutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to minimálne po dobu 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.
32.	Pozáručný servis bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.	akceptujem	32.	Pozáručný servis bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
33.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	33.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
34.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	34.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
34.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	akceptujem	34.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
34.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	akceptujem	34.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

35.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby a poskytovania pozáručného servisu nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	35.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby a poskytovania pozáručného servisu nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
36.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu, tiež zaslaním e-mailovej správy na oznámenú e-mailovú adresu Dodávateľa.	akceptujem	36.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu, tiež zaslaním e-mailovej správy na oznámenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
37.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	37.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
38.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného, ako aj pozáručného servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností. Servisný technik Dodávateľa je povinný mať osvedčenie na servis zariadení výrobcu.	akceptujem	38.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby záručného, ako aj pozáručného servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností. Servisný technik Dodávateľa je povinný mať osvedčenie na servis zariadení výrobcu.
39.	Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného vzťahu, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.	akceptujem	39.	Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného vzťahu, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.
40.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	40.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
41.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	41.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
42.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	42.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
43.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.	akceptujem	43.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.
44.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	44.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
45.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	akceptujem	45.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY			
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (tieto doklady budú požadované vo vyhlásenom verejnom obstarávaní):		Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava	DEFINITIVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Požaduje sa:
1.	Ponúkaný produkt musí spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahuje v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musí byť označený značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie o zhode“.	akceptujem	1. Ponúkaný produkt musí spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahuje v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musí byť označený značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie o zhode“.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
 STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem	2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.
3.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	Zariadenie nepatrí medzi ŠZM	3	Táto hodnota sa vypúšťa
4.	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie o autorizovanom servise“.	akceptujem	4	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie o autorizovanom servise“.
5.	Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia . Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.	akceptujem	5	Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia . Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.
6.	Technologický projekt - návrh priestorového usporiadania	akceptujem	6	Technologický projekt - návrh priestorového usporiadania
7.	Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška	akceptujem	7	Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška
8.	Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie	akceptujem	8	Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie
9.	Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Zoznam servisných stredísk“.	akceptujem	9	Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Zoznam servisných stredísk“.
10.	Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov	akceptujem	10.	Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11.	Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Kontaktné údaje na klientske pracovisko“.	akceptujem	11.	Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Kontaktné údaje na klientske pracovisko“.
12.	Prospektový materiál	akceptujem	12.	Prospektový materiál