

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULÁCIE

Verejný obstarávateľ vykonal v 02-03/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "Diagnostické prístroje" časť I. Ultrazvukový prístroj pre Oddelenie urgentného príjmu, za účelom prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných tovaroch (prístrojov)

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na časť I. predmetu zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na časť I. predmetu zákazky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky: Diagnostické prístroje

časť I. Ultrazvukový prístroj pre Oddelenie urgentného príjmu

1.2 CPV:

33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje

50421000-2 Opravy a údržba lekársnych zariadení

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Ultrazvukové prístroje v počte 2 kusov sú určené pre Oddelenie urgentného príjmu obstarávané v rámci NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky je rozdelený do piatich (5) samostatných častí.

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
časť I.	Ultrazvukový prístroj pre Oddelenie urgentného príjmu vrátane príslušenstva	celok	2

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY-časť I.

Pôvodne požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty pre časť I. predmetu zákazky	Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, 908 73 Veľké Leváre IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevádzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	InMed Slovakia s.r.o., Klempova 2, 917 01 Trnava IČO:36256871	Definitívne:
	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	

Položka č. 1 Ultrazvukový prístroj		parametre				Ponúkaný tovar:	Ponúkaný tovar:	Ponúkaný tovar	Ponúkaný tovar:	Ponúkaný tovar:	
		MJ	min.	max.	presne	Arietta 850SE FUJIFILM	MyLab 9, Esaote S.p.A.	Acuson Sequoia	USG PHILIPS EPIQ ELITE	Aplio i700 Canon Medical Systems Corporation	
1.	Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED	palec (")	23"			spĺňa/23" LED	spĺňa/24"	spĺňa	spĺňa/24"	spĺňa	Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED min. 23 " (palcov)
2.	Dymanický rozsah	dB	350			spĺňa/350dB	spĺňa/350dB	spĺňa	nespĺňa/320dB	spĺňa	Dymanický rozsah min. 320 dB
3.	Frekvenčný rozsah	MHz	1 - 24			spĺňa/1-24 MHz	spĺňa/1-24 MHz	spĺňa	nespĺňa/1-22MHz	spĺňa	Frekvenčný rozsah min. 1-22 MHz
4.	Zobrazovací rozsah prístroja	mm	400			spĺňa/400mm	spĺňa/440mm	spĺňa	spĺňa/400mm	spĺňa	Zobrazovací rozsah prístroja min. 400 mm
5.	Nastaviteľný pult obsluhy výškovo	cm	30			spĺňa/47cm	spĺňa/32cm	spĺňa	spĺňa/30cm	spĺňa	Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 30cm
6.	Nastaviteľný pult obsluhy stranovo				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný pult obsluhy stranovo
7.	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku	mm	0,5 - 20			spĺňa/0,5-20	spĺňa/0,5-24	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku min. 0,5 - 20 mm
8.	Interný HDD s kapacitou	TB	1			spĺňa/ 1TB	spĺňa/ 1TB	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Interný HDD s kapacitou min. 1TB
9.	Ovládanie pomocou trackballu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie pomocou trackballu
10.	USB porty (min. 1 na ovládacom paneli alebo monitore)	ks	4			spĺňa 6ks, 3ks na paneli	spĺňa/ 8ks, z toho 2 na ovládacom paneli	spĺňa	spĺňa	spĺňa	USB porty (min. 1 na ovládacom paneli alebo monitore) min. 4 ks
11.	Wifi modul				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Wifi modul

12.	Ethernetový konektor				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ethernetový konektor
13.	HDMI/VGA/DGR výstup				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	HDMI/VGA/DGR výstup
14.	Súčasťou prístroja integrovaný ohrievač gélu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Súčasťou prístroja integrovaný ohrievač gélu
15.	Počet počet pre zapojenie sond	ks	4			spĺňa/6ks	spĺňa/4ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Počet počet pre zapojenie sond min. 4 ks
16.	Prístroj vybavený výsuvnou mechanickou alfanumerickou klávesnicou				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Prístroj vybavený výsuvnou mechanickou alfanumerickou klávesnicou
17.	Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň
	Pracovné režimy										Pracovné režimy
18.	Technológia na potlačenie šumu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Technológia na potlačenie šumu
19.	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu
20.	M-mód				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	M-mód
21.	Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku
22.	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla
23.	Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa/každý výrobca má vlastný algoritmus pomocou ktorého zobrazuje obraz v harmonickom zobrazení, navrhujeme doplniť o "alebo automatická optimalizácia frekvencie"	spĺňa	Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu resp.automatická optimalizácia frekvencie
24.	Zoom na živom i na zmrazenom obraze				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zoom na živom i na zmrazenom obraze
25.	Kontinuálny CW doppler				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Kontinuálny CW doppler
26.	Pulzný tkanivový doppler (TDI)				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pulzný tkanivový doppler (TDI)
27.	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov
28.	Dual Live zobrazovací mód				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dual Live zobrazovací mód
29.	Simultánne módy zobrazenia				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Simultánne módy zobrazenia
30.	Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča
31.	Zosilňovanie slabného signálu v čase (TGC)				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zosilňovanie slabného signálu v čase (TGC)
32.	Aktívna elastografia typu strain a shearwave v reálnm čase s určením steatického indexu pomocou attenuation indexu, určenie stupňa fibrózy				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Aktívna elastografia typu strain a shearwave v reálnm čase s určením steatického indexu pomocou attenuation indexu, určenie stupňa fibrózy
33.	Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde
34.	Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde
35.	Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde
36.	Softvér pre výber najvhodnejších miest pre shear wave meraní zo zvolenej oblasti záujmu eliminujúci v reálnom čase artefakty a zle odrazený signál, pre čo možno najpresnejšiu diagnostiku				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Softvér pre výber najvhodnejších miest pre shear wave meraní zo zvolenej oblasti záujmu eliminujúci v reálnom čase artefakty a zle odrazený signál, pre čo možno najpresnejšiu diagnostiku
37.	Softvér pre zobrazenie rýchlosti šírenia postrannej vlny, elasticity, útlmu šírenia signálu a grafického zobrazenia šírenia postrannej vlny súčasne v reálnom čase				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Softvér pre zobrazenie rýchlosti šírenia postrannej vlny, elasticity, útlmu šírenia signálu a grafického zobrazenia šírenia postrannej vlny súčasne v reálnom čase
38.	Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách
39.	Elastografia aktívna pri fúzii obrazov s CT/MRI				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa/diskriminačný parameter, prosíme upresniť ako sa na urgentnom prijme bude uplatňovať časovo náročné vyšetrenie fúzie USG obrazov s CT/MRI	spĺňa	Vypúšťa sa.
40.	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách
41.	Kapacita slučky v 2D zobrazení				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Kapacita slučky v 2D zobrazení
42.	Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke
43.	Tkaninový doppler a PW dopper súčasne v reánom čase s výpočtom E/e´				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Tkaninový doppler a PW dopper súčasne v reánom čase s výpočtom E/e´

44.	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod
45.	Absolútna elastografia typu "shear wave"				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Absolútna elastografia typu "shear wave"
46.	Resterilizovateľný punkčný adaptér pre abdominálnu sondu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Resterilizovateľný punkčný adaptér pre abdominálnu sondu
47.	Resterilizovateľný punkčný adaptér pre lineárnu sondu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Resterilizovateľný punkčný adaptér pre lineárnu sondu
Meranie, softvér a vyhodnocovanie										spĺňa	Meranie, softvér a vyhodnocovanie
48.	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA
49.	Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média (IMT), real time trasovanie cievnej steny				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa/trasovanie cievnej steny na pracovnej stanici	spĺňa	Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média (IMT), trasovanie cievnej steny na pracovnej stanici
50.	Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát
51.	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov
52.	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu
53.	Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain
54.	Programovateľné kalkulácie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Programovateľné kalkulácie
55.	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)
56.	Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazová frekvenciu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazová frekvenciu
57.	Možnosť technológia pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť technológia pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu
58.	Možnosť pripojenia vysielača magnetického signálu pri fúzii CT/MR priamo z USG prístroja pre lepšiu ergonómiu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť pripojenia vysielača magnetického signálu pri fúzii CT/MR priamo z USG prístroja pre lepšiu ergonómiu
59.	Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cieľenú biopsiu podľa fúзованých USG a CT/MR obrazov na lineárnych, konvexných sondách				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cieľenú biopsiu podľa fúзованých USG a CT/MR obrazov na lineárnych, konvexných sondách
60.	Technológia vizualizácie presnej polohy ihly v CT/MR zobrazení v reálnom čase za pomoci prídavného senzora				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Technológia vizualizácie presnej polohy ihly v CT/MR zobrazení v reálnom čase za pomoci prídavného senzora
61.	Softvér umožňujúci 3D rekonštrukciu kontrastného echa a následnú fúziu synchronizáciu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Softvér umožňujúci 3D rekonštrukciu kontrastného echa a následnú fúziu synchronizáciu
62.	Vysoká snímkovacia frekvencia pri použití kontrastného echa pre elimináciu pohybových artefaktov min. 80 obrázkov za sekundu				áno	spĺňa	spĺňa/98 obr/sek.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vysoká snímkovacia frekvencia pri použití kontrastného echa pre elimináciu pohybových artefaktov min. 80 obrázkov za sekundu
63.	Synchronizácia pri fúzii obrazu s CT/MR minimálne v troch referenčných bodoch				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Synchronizácia pri fúzii obrazu s CT/MR minimálne v troch referenčných bodoch
64.	Nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom a lineárnom sektore min. v 3 krokoch				áno	spĺňa	spĺňa/v 3 krokoch	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom a lineárnom sektore min. v 3 krokoch
65.	Elastografia aktívna pri fúzii obrazov s CT/MRI				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nespĺňa/duplicitný parameter, rovnaký bod ako bod 39	spĺňa	Vypúšťa sa
66.	Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky
67.	Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky
68.	Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa/ meranie elasticity cievnej steny na pracovnej stanici	spĺňa	Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny resp. meranie elasticity cievnej steny na pracovnej stanici
69.	Kombinácia nedopplerovského zobrazenia krvného toku s klasickým dopplerovským zobrazením				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Kombinácia nedopplerovského zobrazenia krvného toku s klasickým dopplerovským zobrazením
70.	Prednastavené aplikácie pre pediatrické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej, malých častí, muskuloskeletárneho systému a mozgu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Prednastavené aplikácie pre pediatrické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej, malých častí, muskuloskeletárneho systému a mozgu
71.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/
Technické špecifikácie sondy											Technické špecifikácie sondy
72.	Konvexná abdominálna sonda na vyšetřovanie novorodencov, detí a adolescentov (vyšetřenie muskuloskeletálneho sytému, vyšetřenie brušnej dutiny) s frekvenčným rozsahom min. 1-6 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400 mm, FOV min. 100 st., single crystal (vyššie rozsahy prípustné)	ks			1	spĺňa/ 1-6MHz, 400mm, FOV 120, áno	spĺňa/ 1-8 MHz, hĺbka zobrazenia 440mm, FOV 120 st., single crystal	spĺňa/5C1	nespĺňa/prosime upraviť frekvenčný rozsah na 1-5.5 MHz	spĺňa	Konvexná abdominálna sonda na vyšetřovanie novorodencov, detí a adolescentov (vyšetřenie muskuloskeletálneho sytému, vyšetřenie brušnej dutiny) s frekvenčným rozsahom min. 1-5,5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400 mm, FOV min. 100 st., single crystal (vyššie rozsahy prípustné)
73.	2D TTE sektorová kardiologická sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 350 mm, FOV min. 90 st., single crystal (vyššie rozsahy prípustné)	ks			1	spĺňa/ 1-5MHz, 370mm, FOV 120°, áno	spĺňa/ 1-5MHz., hĺbka zobraz. 355mm, FOV 91 st., single crystal	spĺňa/5V1	1-5 MHz	spĺňa	2D TTE sektorová kardiologická sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 350 mm, FOV min. 90 st., single crystal (vyššie rozsahy prípustné)

74.	Lineárna sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza), vyšetrenie čreva, kožných a podkožných lézií, umožňujúca vyšetrenie elastografiou;s punkčným adaptérom , s frekvenčným rozsahom min. 9-22 MHz, hĺbka zobrazenia min. 100 mm, FOV min. 38 mm, počtom elementov min. 192 (vyššie rozsahy prípustné)	ks			1	spĺňa/2-22 MHz, 220mm, FOV 38mm, 512 elementov	spĺňa/ 8-24 MHz, hĺbka 102mm, FOV 38mm, počet elem.192	spĺňa/18L6	2 - 22MHz	spĺňa	Lineárna sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza), vyšetrenie čreva, kožných a podkožných lézií, umožňujúca vyšetrenie elastografiou;s punkčným adaptérom , s frekvenčným rozsahom min. 9-22 MHz, hĺbka zobrazenia min. 100 mm, FOV min. 38 mm, počtom elementov min. 192 (vyššie rozsahy prípustné)
75.	Lineárna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov s možnosťou shearwave elastografie (vyšetrenie mozgu, obličiek, cievy, nervy, štítna žľaza, povrchové štruktúry) s punkčným adaptérom, min. v rozsahu 5-16 MHz, FOV min. 36 mm (vyššie rozsahy prípustné)	ks			1	spĺňa/ 5-18 MHz, FOV 38mm	spĺňa/ 5-18MHz, FOV 38mm	spĺňa/15L4	spĺňa	spĺňa	Lineárna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov s možnosťou shearwave elastografie (vyšetrenie mozgu, obličiek, cievy, nervy, štítna žľaza, povrchové štruktúry) s punkčným adaptérom, min. v rozsahu 5-16 MHz, FOV min. 36 mm (vyššie rozsahy prípustné)
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY- časť I.											
Pôvodne požadované:						Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, 908 73 Veľké Leváre IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	InMed Slovakia s.r.o., Klempova 2, 917 01 Trnava IČO:36256871	Definitívne:
						Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov (ďalej len "zariadenia"):										Požaduje sa dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov (ďalej len "zariadenia"):
2.1	do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.					akceptujem	neakceptujem/60 kalendárnych dní	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy
2.2	v pracovných dňoch,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2	záručný list,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	záručný list,
5.3	preberací (akceptačný) protokol,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	preberací (akceptačný) protokol,
5.4	inštalačný protokol,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	inštalačný protokol,
5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.

6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichtýroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichtýroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
8.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, naplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, naplní a náhradných dielov,
8.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
8.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichtýroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichtýroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatic ôsmich (48) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatic ôsmich (48) hodín,
10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12.	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.

13.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
17.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
18.	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.
19.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
20.	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.
21.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
22.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
23.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
23.1.	Dodávateľ poskytne garanciu min. 10 rokov na dodanie náhradných dielov na zariadenie odo dňa uvedenia zariadenia do užívania.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytne garanciu min. 10 rokov na dodanie náhradných dielov na zariadenie odo dňa uvedenia zariadenia do užívania.
24.	Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný z NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný z NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873
25.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY - časť I.							
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, 908 73 Veľké Leváre IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	InMed Slovakia s.r.o., Klempova 2, 917 01 Trnava IČO:36256871	Definitívne:

		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠÚKL k predkladanému zariadeniu	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠÚKL k predkladanému zariadeniu
3.	Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia