

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULÁCIE

Verejný obstarávateľ vykonal v 02-03/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "Diagnostické prístroje" časť II. Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy, za účelom prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných tovaroch (prístrojov)

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na časť II. predmetu zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na časť II. predmetu zákazky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky: Diagnostické prístroje

časť II. Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy

1.2 CPV:

33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje

50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadenia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Ultrazvukové prístroje najvyššej triedy v počte 3 kusov obstarávané v rámci NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky je rozdelený do piatich (5) samostatných častí.

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
časť II.	Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy vrátane príslušenstva	celok	3

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY - časť II.

Pôvodne požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty časť II. predmetu zákazky						Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, 908 73 Veľké Leváre IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	InMed Slovakia s.r.o., Klempova 2, 917 01 Trnava IČO:36256871	Definitívne požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty časť II. predmetu zákazky
						Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslňa a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	
Položka č. 1 Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy 3 ks		parametre				Ponúkaný tovar:	Ponúkaný tovar:	Ponúkaný tovar:	Ponúkaný tovar:	Ponúkaný tovar:	
Technické parametre		MJ	min.	max.	presne	Arietta 850 DI	MyLab 9	Acuson Sequoia	USG PHILIPS EPIQ ELITE	Aplio i700, Canon Medical Systems Corporation	Technické parametre
1.	Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED	palce	22"			spĺňa/22" LED	spĺňa/24"	spĺňa	nespĺňa/ 21.5"	spĺňa	Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED min. 21,50 " (palcov)
2.	Dymanický rozsah	dB	320			spĺňa/350 dB	spĺňa/350 dB	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dymanický rozsah min. 320 dB
3.	Frekvenčný rozsah (vyšší rozsah prípustný)	MHz	1-22			spĺňa/1-24 MHz	spĺňa/1-24 MHz	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Frekvenčný rozsah min. 1-22 MJz (vyšší rozsah prípustný)
4.	Zobrazovací rozsah prístroja	mm	400			spĺňa/450 mm	spĺňa/440 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zobrazovací rozsah prístroja min. 400 mm
5.	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku (vyšší rozsah prípustný)	mm	0,5-20			spĺňa/0,5-20 mm	spĺňa/0,5-24 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku 0,5-20 mm
6.	Nastaviteľný pult obsluhy výškovo	cm	25			spĺňa/47 cm	spĺňa/32 cm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 25cm
7.	Nastaviteľný pult obsluhy stranovo				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný pult obsluhy stranovo
8.	Interný HDD s kapacitou	GB	500			spĺňa/1 TB	spĺňa/1 TB	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Interný HDD s kapacitou min. 500 GB
9.	Ovládanie pomocou trackballu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie pomocou trackballu

10.	USB porty	ks	4			spĺňa/6 ks	spĺňa/8 ks, z toho 2 ks na ovládacom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	USB porty min. 4 ks
11.	Wifi modul				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Wifi modul
12.	Ethernetový konektor				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ethernetový konektor
13.	HDMI/VGA/DGR výstup				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	HDMI/VGA/DGR výstup
14.	Súčasťou prístroja je integrovaný ohrievač gélu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Súčasťou prístroja je integrovaný ohrievač gélu
15.	Počet portov pre zapojenie sond	ks	4			spĺňa/6 ks	spĺňa/ 4 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Počet portov pre zapojenie sond min. 4 ks
16.	Prístroj obsahuje integrovanú výsuvnú mechanickú alfanumerickú klávesnicu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Prístroj obsahuje integrovanú výsuvnú mechanickú alfanumerickú klávesnicu
17.	Prístroj obsahuje integrovanú čiernobielu termotlačiareň				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Prístroj obsahuje integrovanú čiernobielu termotlačiareň
	Pracovné režimy										Pracovné režimy
18.	Technológia na potlačenie šumu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Technológia na potlačenie šumu
19.	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu
20.	M-mód				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	M-mód
21.	Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku
22.	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla
23.	Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa/každý výrobca má vlastný algoritmus pomocou ktorého zobrazuje obraz v harmonickom zobrazení, navrhujeme doplniť o "alebo automatická optimalizácia frekvencie"	spĺňa	Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu resp. automatická optimalizácia frekvencie
24.	Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách v min. 3 stupňoch				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách v min. 3 stupňoch
25.	Zoom na živom i na zmrazenom obraze min. 16x				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zoom na živom i na zmrazenom obraze min. 16x
26.	Kontinuálny CW doppler				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Kontinuálny CW doppler
27.	Tkanivový Doppler, spektrálny i farebný – TDI so samostatnou voľbou frekvencií				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Tkanivový Doppler, spektrálny i farebný – TDI so samostatnou voľbou frekvencií
28.	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov
29.	Pulzný Doppler – PWD a HPRF PWD s pulznou opakovacou frekvenciou v rozsahu		1kHz-30kHz, min. 40m/s			spĺňa	spĺňa/ 0,5KHz-50kHz, 40,8m/s	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pulzný Doppler – PWD a HPRF PWD s pulznou opakovacou frekvenciou v rozsahu min. 1kHz-30kHz, min. 40m/s
30.	Simultánne módy zobrazenia				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Simultánne módy zobrazenia
31.	Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča
32.	Zosilňovanie slabného signálu v čase (TGC)				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zosilňovanie slabného signálu v čase (TGC)
33.	Softvér pre zobrazenie rýchlosti šírenia postrannej vlny, elasticity, útlmu šírenia signálu a grafického zobrazenia šírenia postrannej vlny súčasne v reálnom čase				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Softvér pre zobrazenie rýchlosti šírenia postrannej vlny, elasticity, útlmu šírenia signálu a grafického zobrazenia šírenia postrannej vlny súčasne v reálnom čase
34.	Možnosť minimálne dvoch dopplerovských kriviek pri použití PW dopplera				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	spĺňa	Možnosť minimálne dvoch dopplerovských kriviek pri použití PW dopplera
35.	Sheare Wave elastografia (SWE) v reálnom čase v min. troch módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách				áno	spĺňa	spĺňa/v 3 módoch	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Sheare Wave elastografia (SWE) v reálnom čase v min. troch módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách
36.	Farebné zobrazenie shear wave rýchlosti šírenia vlny v reálnom čase. Kvantifikácia stupňa fibrózy bez nutnosti prepočítavacích tabuliek. Stupeň fibrózy zobrazený priamo v reporte				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Farebné zobrazenie shear wave rýchlosti šírenia vlny v reálnom čase. Kvantifikácia stupňa fibrózy bez nutnosti prepočítavacích tabuliek. Stupeň fibrózy zobrazený priamo v reporte
37.	Elastografia sa požaduje na lineárnych a konvexných sondách				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elastografia sa požaduje na lineárnych a konvexných sondách
38.	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod

39.	Compoud zobrazenie- kombinácia štandardného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej i konvexnej sonde aj v CDI zobrazení v rozsahu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Compoud zobrazenie- kombinácia štandardného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej i konvexnej sonde aj v CDI zobrazení v rozsahu
40.	Funkcia na odfiltrovanie šumu s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive v rozsahu min. 5 stupňov				áno	spĺňa	spĺňa/ v 8 stupňoch	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Funkcia na odfiltrovanie šumu s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive v rozsahu min. 5 stupňov
41.	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách
42.	Resterilizovateľný punkčný adaptér pre abdominálnu sondu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Resterilizovateľný punkčný adaptér pre abdominálnu sondu
43.	Resterilizovateľný punkčný adaptér pre lineárnu sondu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Resterilizovateľný punkčný adaptér pre lineárnu sondu
	Meranie, software a vyhodnocovanie										Meranie, software a vyhodnocovanie
44.	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA
45.	Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média (IMT), real time trasovanie cievnej steny				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa/trasovanie cievnej steny na pracovnej stanici	spĺňa	Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média (IMT), trasovanie cievnej steny (prípustné aj na pracovnej stanici)
46.	Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát
47.	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov
48.	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu
49.	Duplexné aj Triplexné módy				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Duplexné aj Triplexné módy
50.	Programovateľné kalkulácie				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Programovateľné kalkulácie
51.	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)
52.	Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazová frekvenciu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazová frekvenciu
53.	Technológia pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Technológia pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu
54.	Možnosť pripojenia vysielača magnetického signálu pri fúzii CT/MR priamo z USG prístroja pre lepšiu ergonómiu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť pripojenia vysielača magnetického signálu pri fúzii CT/MR priamo z USG prístroja pre lepšiu ergonómiu
55.	Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cielenú biopsiu podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov na lineárnych, konvexných a mikrokonvexných sondách				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cielenú biopsiu podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov na lineárnych, konvexných a mikrokonvexných sondách
56.	Technológia vizualizácie presnej polohy ihly v CT/MR zobrazení v reálnom čase za pomoci prídavného senzora				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Technológia vizualizácie presnej polohy ihly v CT/MR zobrazení v reálnom čase za pomoci prídavného senzora
57.	Synchronizácia pri fúzii obrazu s CT/MR minimálne v troch referenčných bodoch				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Synchronizácia pri fúzii obrazu s CT/MR minimálne v troch referenčných bodoch
58.	Nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom a lineárnom sektore				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom a lineárnom sektore
59.	Elastografia aktívna pri fúzii obrazov s CT/MRI				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nespĺňa	spĺňa	Elastografia aktívna pri fúzii obrazov s CT/MRI
60.	Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky
61.	Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu
62.	Softvér pre sledovanie oblasti záujmu nábehu kontrastnej látky, kde po umiestnení oblasti záujmu sa automaticky sleduje pohyb tkaniva pre presné zobrazenie krivky TIC				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Softvér pre sledovanie oblasti záujmu nábehu kontrastnej látky, kde po umiestnení oblasti záujmu sa automaticky sleduje pohyb tkaniva pre presné zobrazenie krivky TIC
63.	Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nespĺňa/meranie elasticity cievnej steny na pracovnej stanici	spĺňa	Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny (prípustné aj na pracovnej stanici)
64.	Kombinácia nedopplerovského zobrazenia krvného toku s klasickým dopplerovským zobrazením				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Kombinácia nedopplerovského zobrazenia krvného toku s klasickým dopplerovským zobrazením
65.	Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)
	Technické parametre sondy										Technické parametre sondy

66.	Konvexná abdominálna sonda na vyšetovanie novorodencov, detí a adolescentov (vyšetrenie muskuloskeletálneho sytému, vyšetrenie brušnej dutiny), min. v rozsahu 1-6 MHz, FOV min 120°, hĺbka zobrazenia min. 400 mm (vyšší rozsah prípustný)				áno	spĺňa/ 1-6MHz, FOV 120°, 400mm	spĺňa / 1-8MHz, zobrazenie 440mm, FOV 120st., single crystal	spĺňa	nespĺňa/1-5.5 MHz, čo bolo v minulom roku všeobecne akceptované i MZSR	spĺňa	Konvexná abdominálna sonda na vyšetovanie novorodencov, detí a adolescentov (vyšetrenie muskuloskeletálneho sytému, vyšetrenie brušnej dutiny), min. v rozsahu 1-5.5 MHz, FOV min 120°, hĺbka zobrazenia min. 400 mm (vyšší rozsah prípustný)
67.	Lineárna sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza), vyšetrenie čreva, kožných a podkožných lézií, umožňujúca vyšetrenie elastografiou;s punkčným adaptérom, s frekvenčným rozsahom min. 9-22 MHz, hĺbka zobrazenia min. 100 mm, FOV min. 38 mm, počtom elementov min. 192 (vyšší rozsah prípustný)				áno	spĺňa/ 2-22 MHz, 220mm, FOV 38mm, 512 elementov	spĺňa/ 8-24 MHz, zobrazenie 102mm, FOV 38mm, 192 elementov	spĺňa	spĺňa/ 2 - 22MHz	spĺňa	Lineárna sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza), vyšetrenie čreva, kožných a podkožných lézií, umožňujúca vyšetrenie elastografiou;s punkčným adaptérom, s frekvenčným rozsahom min. 9-22 MHz, hĺbka zobrazenia min. 100 mm, FOV min. 38 mm, počtom elementov min. 192 (vyšší rozsah prípustný)
68.	Lineárna sonda na vyšetrenie periférnych ciev vrátane CEUS, s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 200 mm, FOV min. 36 mm, počtom elementov min. 192 (vyšší rozsah prípustný)				áno	spĺňa/ 2-12 MHz, 220mm, FOV 36mm, 256 elementov	spĺňa/ 3-11 MHz, zobrazenia 200mm, FOV 39mm, 192 elementov	spĺňa	spĺňa/ 2 - 22MHz	spĺňa	Lineárna sonda na vyšetrenie periférnych ciev vrátane CEUS, s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 200 mm, FOV min. 36 mm, počtom elementov min. 192 (vyšší rozsah prípustný)

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY-časť II.
--

Pôvodne požadované:			Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, 908 73 Veľké Leváre IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevádzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	InMed Slovakia s.r.o., Klempova 2, 917 01 Trnava IČO:36256871	Definitívne požiadavky:
			Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov (ďalej len "zariadenia"):							Požaduje sa dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov (ďalej len "zariadenia"):
2.1	do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.		akceptujem	neakceptujem/60 dní	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2	v pracovných dňoch,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),

5.2	záručný list,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	záručný list,
5.3	preberací (akceptačný) protokol,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	preberací (akceptačný) protokol,
5.4	inštalačný protokol,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	inštalačný protokol,
5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichtýroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichtýroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vad a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
8.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
8.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichtýroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichtýroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiaticôsmich (48) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiaticôsmich (48) hodín,
10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.

11.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávatelom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávatelom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávatelom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávatelom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12.	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávatelä. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávatelä. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávatelä, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávatelovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávatelä, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávatelovi.
17.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
18.	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.
19.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným výškolením výrobcem zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným výškolením výrobcem zariadenia.
20.	Dodávateľ garantuje objednávatelovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ garantuje objednávatelovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.
21.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
22.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávatelä v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávatelä v prospech účtu dodávateľa.
23.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávatelovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávatelä, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávatelovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávatelä, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
23.1.	Dodávateľ poskytne garanciu min. 10 rokov na dodanie náhradných dielov na zariadenie odo dňa uvedenia zariadenia do užívania.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytne garanciu min. 10 rokov na dodanie náhradných dielov na zariadenie odo dňa uvedenia zariadenia do užívania.
24.	Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný z NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný z NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873
25.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávatelä. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávatelä je neplatné.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávatelä. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávatelä je neplatné.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY - časť II.

Pôvodne požadované minimálne osobitné požiadavky na časť II. predmetu zákazky a doklady:		Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, 908 73 Veľké Leváre IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevádzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	InMed Slovakia s.r.o., Klempova 2, 917 01 Trnava IČO:36256871	Definitívne požiadavky:
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k predkladanému zariadeniu	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k predkladanému zariadeniu
3.	Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia

nehodiace preškrtnúť