

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULÁCIE											
Verejný obstarávateľ vykonal v 02-03/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "Diagnostické prístroje" časť IV. Ultrazvukový prístroj pre anesteziologické pracoviská a odd. onkohematológie vrátane príslušenstva, za účelom prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných tovaroch (prístrojov)											
Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na časť IV. predmetu zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na časť IV. predmetu zákazky.											
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY											
1.1 Názov predmetu zákazky: Diagnostické prístroje											
časť IV. Ultrazvukový prístroj pre anesteziologické pracoviská a odd. onkohematológie											
1.2 CPV:											
33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje											
50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadenia											
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)											
1.3 Druh:											
tovar, služba											
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY											
Ultrazvukové prístroje určené pre anesteziologické pracoviská a odd. onkohematológieobstarávané v počte 4 kusov obstarávané v rámci NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873											
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY											
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky											
Predmet zákazky je rozdelený do piatich (5) samostatných častí.											
Zoznam položiek:											
Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky									MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
časť IV.	Ultrazvukový prístroj pre anesteziologické pracoviská a odd. onkohematológie vrátane príslušenstva									celok	4
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY- časť IV.											
Pôvodne požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty pre časť IV. predmetu zákazky						Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.Egidia 95, Poprad IČO:36449814	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, Veľké Leváre 908 73 IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	Definitívne:
						Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	
Položka č. 1 Ultrazvukový prístroj pre anesteziologické pracoviská a odd. onkohematológie		parametre				Ponúkaný tovar: HITACHI NOBLUS	Ponúkaný tovar: MyLab Omega, Esaote S.p.A.	Ponúkaný tovar: Versana Active GE Healthcare	Ponúkaný tovar: Acuson P500 Siemens Healthineers	Ponúkaný tovar: USG PHILIPS CX50	
Technické parametre		MJ	min.	max.	presne						Technické parametre
1.	Typ prístroja - prenosný				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Typ prístroja - prenosný
2.	Farebný monitor s uhlopriečkou obrazovky monitora	palce	15"			spĺňa/15"	spĺňa/15,6"	spĺňa/15,6"	spĺňa	spĺňa	Farebný monitor s uhlopriečkou obrazovky monitora min. 15" (palcov)
3.	Dynamický rozsah	dB	250			spĺňa/272dB	spĺňa/300dB	spĺňa/269dB	spĺňa	nesplňa/diskriminačný parameter, pre prenosný oprístroj je 170 dB dostatočný dynamický rozsah	Dynamický rozsah min. 250 dB
4.	Snímková frekvencia na 2D	Hz	600			spĺňa/1600Hz	spĺňa/2180Hz	spĺňa 1790fps	spĺňa	755	Snímková frekvencia na 2D min. 600Hz

5.	Frekvenčný rozsah (vyšší rozsah přípustný)	MHz	1-18			splnía/1-22MHz	splnía/1-22MHz	nesplnía/ 1,7-18MHz	splnía	nesplnía/ 1-15MHz (diskriminačný parameter, požadovaná sonda je max. 11 MHz)	Frekvenčný rozsah min. 1-15MHz (vyšší rozsah přípustný)
6.	Maximálna zobrazovacia hĺbka	mm	330			splnía/400mm	splnía/410mm	splnía/330mm	nesplnía/300mm v závislosti od sondy	nesplnía/300mm	Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 300mm
7.	Ethernetový konektor				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Ethernetový konektor
8.	HDMI alebo VGA alebo DVI výstup				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	HDMI alebo VGA alebo DVI výstup
9.	Dĺžka štartu prístroja z vypnutého stavu	sekundy		60		splnía/60	splnía/60	splnía	splnía	splnía	Dĺžka štartu prístroja z vypnutého stavu max. 60 sekúnd
10.	Váha prístroja	kg		8		splnía/6,5kg	splnía/7,6 kg	splnía/5kg	splnía	splnía/7,3kg	Váha prístroja max. 8 kg
11.	HDD	GB	500			splnía/500GB	splnía/500GB	splnía	splnía	splnía	HDD min. 500 GB
	Pracovné režimy										Pracovné režimy
12.	Technológia na potlačenie šumu				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Technológia na potlačenie šumu
13.	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu
14.	Simultánne módy zobrazenia				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Simultánne módy zobrazenia
15.	Technológia skladania obrazu tzv.compounding				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Technológia skladania obrazu tzv.compounding
16.	Funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze nastaviteľná min. v 3 úrovniach				áno	splnía	splnía/v 9 úrovniach	splnía	splnía	splnía	Funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze nastaviteľná min. v 3 úrovniach
17.	Farebné mapovanie prietokov min. 3 druhy				áno	splnía	splnía/ 4 druhy	splnía	splnía	splnía/prosíme bližšie špecifikovať, veľmi široko a nepresne definované	Farebné mapovanie prietokov min. 3 druhy
18.	Spektrálny doppler pulzný PW s vysokou opakovacou frekvenciou HPRF				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Spektrálny doppler pulzný PW s vysokou opakovacou frekvenciou HPRF
19.	Steering lúčov na lineárnej sonde	°	± 30°			splnía	splnía /± 30°	nesplnía/ ± 20°	splnía	splnía	Steering lúčov na lineárnej sonde min. ± 20°
20.	Súčasnú zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Súčasnú zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase
21.	Triplexný režim /súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler/				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Triplexný režim /súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler/
22.	Harmonické zobrazenie				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Harmonické zobrazenie
23.	Anatomický M-Mód s rekonštrukciou rezov po zmrazení obrazu				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Anatomický M-Mód s rekonštrukciou rezov po zmrazení obrazu
24.	Farebné dopplerovské zobrazenie /CFM, CFI/ vrátane zobrazenia energie krvného toku				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Farebné dopplerovské zobrazenie /CFM, CFI/ vrátane zobrazenia energie krvného toku
25.	Spektrálny PW Doppler				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Spektrálny PW Doppler
	Meranie, software a vyhodnocovanie										Meranie, software a vyhodnocovanie
26.	Databáza v vyhľadávaním podľa referenčných dát				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Databáza v vyhľadávaním podľa referenčných dát
27.	Dual Live zobrazovací mód				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Dual Live zobrazovací mód
28.	Simultánne módy zobrazenia				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Simultánne módy zobrazenia
29.	Možnosť rozšíriť o vysokofrekvenčnú lineárnu sondu min. 22 MHz				áno	splnía	splnía	nesplnía/18MHz	nesplnía	nesplnía/nezodpovedá bodu 5.	Vypúšťa sa
30.	Kapacita slučky v 2D zobrazení min. 3 000 obrázkov				áno	splnía	splnía/4000 obr.	splnía	splnía	splnía	Kapacita slučky v 2D zobrazení min. 3 000 obrázkov
31.	Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu
32.	Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát
33.	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obrazových parametrov				áno	splnía	splnía	splnía	nesplnía	splnía	Ukladanie obrázkov a slučiek s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obrazových parametrov
34.	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0
35.	Lekárske SW aplikácie v prístroji (anestézia, intenzívna starostlivosť, OB/GYN, management kardiovaskulárnych porúch, urgentná medicína, kostrovo svalová,vaskulárna)				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Lekárske SW aplikácie v prístroji (anestézia, intenzívna starostlivosť, OB/GYN, management kardiovaskulárnych porúch, urgentná medicína, kostrovo svalová,vaskulárna)
36.	Programovateľné kalkúlie				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Programovateľné kalkúlie
37.	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)
38.	Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky				áno	splnía	splnía	splnía	nesplnía	nesplnía	Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky
39.	Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy alebo cievneho katétra				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy alebo cievneho katétra
40.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICON Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/				áno	splnía	splnía	splnía	splnía	splnía	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/
	Doplňková výbava a príslušenstvo										Doplňková výbava a príslušenstvo

41.	Vozík				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vozík
	Technické špecifikácie sondy										Technické špecifikácie sondy
42.	Konvexná sonda na abdominálne vyšetovanie s frekvenčným rozsahom min. 1-7 MHz, hĺbka zobrazenia min. 330 mm, FOV min. 70 st., počet elementov min. 192, s punkčným adaptérom (vyšší rozsah prípustný)	ks			1	spĺňa/1-6MHz, hĺbka zobr.400mm, FOV 70°, 256 elementov	spĺňa/1-8MHz, hĺbka zob.410mm, FOV 70°, počet elementov 192	nespĺňa/2-5 MHz, hĺbka zobr.330mm, FOV 58°, 128 elementov	nespĺňa/ 1,4-5MHz, hĺbka 300mm, FOV 57°, 128 elementov, pončký adaptér	nespĺňa/ prosíme upraviť 1-5,5MHz	Konvexná sonda na abdominálne vyšetovanie s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 300 mm, FOV min. 57 st., počet elementov min. 128, s punkčným adaptérom (vyšší rozsah prípustný)
43.	Lineárna sonda na vyšetrenie periférnych ciev s frekvenčným rozsahom min. 3-11 MHz, hĺbka zobrazenia min. 170 mm, FOV min. 36 mm, počtom elementov min. 192, s punkčným adaptérom (vyšší rozsah prípustný)	ks			1	spĺňa/2-12MHz, hĺbka 220mm, FOV 36mm, 256 elementov	spĺňa/ 3-11, hĺbka 175mm, FOV39mm, 192 elementov	nespĺňa/4-13 MHz, hĺbka zobr.120mm, FOV 38,4mm, 192 elementov	nespĺňa/ 3,5-13MHz, hĺbka 100mm, 128 elementov, punkčný adaptér	spĺňa/ 3-12MHz	Lineárna sonda na vyšetrenie periférnych ciev s frekvenčným rozsahom min. 4-13 MHz, hĺbka zobrazenia min. 120 mm, FOV min. 36 mm, počtom elementov min. 192, s punkčným adaptérom (vyšší rozsah prípustný)

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY- časť IV.

Pôvodne požadované:						Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.Egidia 95, Poprad IČO:36449814	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, Veľké Leváre 908 73 IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevádzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	Definitívne:
						Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov (ďalej len "zariadenia"):										Požaduje sa dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov (ďalej len "zariadenia"):
2.1	do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.					akceptujem	neakcetujem/60 dní	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do 60 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2	v pracovných dňoch,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.

5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2	záručný list,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	záručný list,
5.3	preberací (akceptačný) protokol,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	preberací (akceptačný) protokol,
5.4	inštalačný protokol,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	inštalačný protokol,
5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
8.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, naplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, naplní a náhradných dielov,
8.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplyvajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplyvajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
8.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.

9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiaticichôsmich (48) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiaticichôsmich (48) hodín,
10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12.	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
17.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
18.	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.
19.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
20.	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.
21.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
22.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

23.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
23.1.	Dodávateľ poskytne garanciu min. 10 rokov na dodanie náhradných dielov na zariadenie odo dňa uvedenia zariadenia do užívania.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytne garanciu min. 10 rokov na dodanie náhradných dielov na zariadenie odo dňa uvedenia zariadenia do užívania.
24.	Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný z NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný z NFP, názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, Kód projektu v ITMS2014+: 302021AYQ2, kód VO: 20718873
25.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY - časť IV.
--

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom IČO:30998328	INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.Egidia 95, Poprad IČO:36449814	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, Veľké Leváre 908 73 IČO:31320911	BLUEMED s.r.o., Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava	Definitívne:
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhované úpravu	
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Potvrdenie ŠUKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k predkladanému zariadeniu	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Potvrdenie ŠUKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k predkladanému zariadeniu
3.	Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia