



ASKIN&CO
MEDICAL TECHNOLOGY

Zoznam predložených dokumentov ponuky k zákazke:

„Prístrojové vybavenie endoskopického centra I. “

Verejný obstarávateľ:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh

Uchádzač:

Askin & Co., spol. s r.o., Martinská 31, 821 05 Bratislava predkladá nasledovné dokumenty:

- Príloha č. 1 – "Identifikačné údaje uchádzača"
- Príloha č. 2 – "Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní"
- Príloha č. 3 – "Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov"
- Príloha č. 4 – "Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní"
- Príloha č. 5 – "Čestné vyhlásenie k obmedzeniam vo verejnom obstarávaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine – sankcie voči Rusku"
- Príloha č. 6 – „Špecifikácia predmetu zákazky“
- Príloha č. 7 "Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny "
- Príloha č. 8 Kúpna zmluva
- Doklady a dokumenty bez osobných údajov
- Jednotný európsky dokument
- Certifikáty
- Prospektový materiál
- Potvrdenie ŠUKL
- Kontaktné údaje na klientské pracovisko

V Bratislave, 21.04.2023

Mgr. Ľubomír Drahovský
Konateľ spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača:

Askin & Co., spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Martinská 31, 821 05 Bratislava

Názov skupiny dodávateľov:

-

IČO:

17323100

DIČ:

2 020 316 232

IČ DPH:

SK2020 316 232

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1335/B

Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:

(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)

2023/3-PO-2434

Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:

(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)

10589

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko:

Andrea Paulinyová

Telefónne číslo:

917 236 735

E-mail:

obchod@askin.sk

Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO

Meno a priezvisko:

Telefónne číslo:

E-mail:

V:

Bratislava

Dňa:

21.4.2023

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Mgr. Ľubomír Drahovský

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača:

Askin & Co., spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Martinská 31, 821 05 Bratislava

IČO:

17 323 100

DIČ:

2 020 316 232

IČ DPH:

SK2020 316 232

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch vrátane ich príloh,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia, údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, uvedených v predložennom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok v Prílohe č. 8 "Kúpna zmluva" bez výhrad SÚHLASÍM,
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V:

Bratislave

Dňa:

21.4.2023

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Mgr. Ľubomír Drahovský

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFIKTOM ZÁUJMOV

Obchodný názov uchádzača:

Askin & Co., spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Martinská 31, 821 05 Bratislava

IČO:

17 323 100

DIČ:

2 020 316 232

IČ DPH:

SK2020 316 232

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- som nevyríjal a nebudem vyríjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
- som neposkytol a neposkytnem akejkolvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

V:

Bratislave

Dňa:

21.4.2023

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Mgr. Ľubomír Drahovský

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Čestné vyhlásenie uchádzača o neuloženom zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača:

Askin & Co., spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Martinská 31, 821 05 Bratislava

IČO:

17 323 100

DIČ:

2 020 316 232

IČ DPH:

SK2020 316 232

Týmto vyhlasujem, že:

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V:

Bratislave

Dňa:

21.4.2023

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Mgr. Ľubomír Drahovský

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Čestné vyhlásenie uchádzača k obmedzeniam vo verejnom obstarávaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU

Obchodný názov uchádzača:

Askin & Co., spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Martinská 31, 821 05 Bratislava

IČO:

17323100

DIČ:

2020316232

IČ DPH:

SK2020316232

Týmto čestne vyhlasujem, že:

- v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

(a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;

(b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;

(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;

(d) subdodávateľa, dodávateľa alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V: Bratislava

Dňa: 21.4.2023

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Mgr. Ľubomír Drahovský

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Definitívne požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty					Uchádzač uviesť informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)		
					spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru	
Položka č. 1 Endoskopická zostava najvyššej kvality		parametre					
		MJ	min.	max.	presne		
1. Videokolonoskop - 1 ks							
1.1.	spôsob snímania - farebný HDTV čip				áno	spĺňa	
1.2.	veľkosť zorného poľa	*	100,00	140,00		spĺňa	
1.3.	vonkajší priemer distálneho konca	mm	12,80	14,00		spĺňa	
1.4.	priemer pracovného kanála	mm	3,60	3,80		spĺňa	
1.5.	maximálna ohybnosť hore	*	90,00	210,00		spĺňa	
1.6.	maximálna ohybnosť dolu	*	90,00	210,00		spĺňa	
1.7.	maximálna ohybnosť vpravo	*	90,00	210,00		spĺňa	
1.8.	maximálna ohybnosť vľavo	*	90,00	210,00		spĺňa	
1.9.	pracovná dĺžka	mm	1650,00	1700,00		spĺňa	
1.10.	celková dĺžka	mm	1950,00	2050,00		spĺňa	
1.11.	technológia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	
1.12.	technológia vysokého rozlíšenia obrazu				áno	spĺňa	
2. Videogastroskop - 1 ks							
2.1.	spôsob snímania - farebný HDTV čip				áno	spĺňa	
2.2.	veľkosť zorného poľa	*	100,00	140,00		spĺňa	
2.3.	vonkajší priemer distálneho konca	mm	9,00	10,50		spĺňa	
2.4.	priemer pracovného kanála	mm	2,80	3,20		spĺňa	
2.5.	ohybnosť hore	*	90,00	210,00		spĺňa	
2.6.	ohybnosť dolu	*	90,00	210,00		spĺňa	
2.7.	ohybnosť vpravo		90,00	210,00		spĺňa	
2.8.	ohybnosť vľavo		90,00	210,00		spĺňa	
2.9.	pracovná dĺžka	mm	1000,00	1050,00		spĺňa	
2.10.	celková dĺžka	mm	1300,00	1370,00		spĺňa	
2.11.	technológia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	
2.12.	technológia vysokého rozlíšenia obrazu				áno	spĺňa	
3. LCD medicínsky monitor -1ks							
3.1.	rozlíšenie monitora:	mm	3840x2160 obrazových prvkov			spĺňa	
3.2.	uhlopriečka s dĺžkou:	*	31,5"			spĺňa	
3.3.	pomer kontrastu min.1000:1				áno	spĺňa	
4. Videoprocessor/ svetelný zdroj - 1ks							
4.1.	videoprocessor s integrovaným svetelným zdrojom s LED alebo xenón. výbojkou				áno	spĺňa	
4.2.	funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb				áno	spĺňa	
4.3.	automatické nastavenie jasu so zachovaním kontrastu				áno	spĺňa	
4.4.	funkcia subjektívneho nastavenia kontrastu				áno	spĺňa	
4.5.	rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla				áno	spĺňa	
4.6.	funkcia vysokého rozlíšenia obrazu				áno	spĺňa	
4.7.	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium				áno	spĺňa	
4.8.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	
4.9.	možnosť používateľských prednastavení				áno	spĺňa	
4.10.	filtrácia detailov				áno	spĺňa	
4.11.	vzduchová insuflácia				áno	spĺňa	
5. APC Polypektomická jednotka - 1ks							
5.1.	monopolárny rez				áno	spĺňa	
5.2.	monopoloárna koagulácia				áno	spĺňa	
5.3.	bipolárny rez				áno	spĺňa	
5.4.	bipolárna koagulácia				áno	spĺňa	
5.5.	sprejová koagulácia				áno	spĺňa	
5.6.	argón-plazma koagulácia				áno	spĺňa	
5.7.	neutrálna jednorazová elektróda	ks	100			spĺňa	
5.8.	nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie. dvojitý				áno	spĺňa	

5.9.	vozik				áno	spĺňa	
6. Odsávacie zariadenie - 1ks							
6.1.	objem sekretnej nádoby	liter	2			spĺňa	
6.2.	nominálne vákuum s ukazovateľom vákua	kPa	90			spĺňa	
6.3.	použitie pre opakovateľne použiteľný systém				áno	spĺňa	
6.4.	použitie pre jednorazový systém				áno	spĺňa	
6.5.	počet jednorazových zberných vreciek	ks	30			spĺňa	
7. Oplachovacie zariadenie - 1 ks							
7.1.	objem zásobovacej nádoby	liter	1			spĺňa	
7.2.	nominálny prietok	ml/min.	0-230			spĺňa	
7.3.	riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom				áno	spĺňa	
7.4.	nožný ovládač				áno	spĺňa	
8. Pracovná endoskopická stanica -1ks							
8.1.	oddeľovací transformátor				áno	spĺňa	
8.2.	centrálny vypínač				áno	spĺňa	
8.3.	rameno pre dva endoskopy	ks	1			spĺňa	
8.4.	rameno pre monitor	ks	1			spĺňa	
8.5.	držák pre klávesnicu	ks	1			spĺňa	
8.6.	nastaviteľné police na uloženie prístrojov				áno	spĺňa	
8.7.	police na uloženie prístrojov	ks	4			spĺňa	
9. Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks							
9.1.	nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV				áno	spĺňa	
9.2.	ovládanie z kamerovej hlavy s možnosťou streamovania				áno	spĺňa	
9.3.	integrované AV vstupy		1xHDF			spĺňa	
9.4.	integrovateľný HDD: min. 2TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8TB				áno	spĺňa	
9.5.	možnosť dátového pripojenia a komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/				áno	spĺňa	
9.6.	Funkcia C-Store - sťahovanie existujúcich záznamov PACS-u				áno	spĺňa	
9.7.	editovanie videí a snímok - orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do videa				áno	spĺňa	
9.8.	funkcia Multizáznam, vrátanie IP kamier /súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky				áno	spĺňa	
9.9.	funkcia Markovanie: označenie dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname				áno	spĺňa	
9.10.	funkcia Porovnanie: súčasné porovnanie min. 9 snímok, ev. videí na displeji užívateľského rozhrania				áno	spĺňa	
9.11.	možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok, popisov a a exportu do PDF súboru				áno	spĺňa	
9.12.	možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlas. Komunikácie, konferenčný hovor s min. dvoma účastníkmi				áno	spĺňa	
9.13.	možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy				áno	spĺňa	
9.14.	možnosť dodatočného rozšírenia o nahrávanie záznamu v 4K kvalite				áno	spĺňa	
9.15.	možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu na spracovanie videí, plne integrovanú do domény nemocnice /LDAP/AD/				áno	spĺňa	
9.16.	ovládaci FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou				áno	spĺňa	
9.17.	rameno na uchytienie monitora na pracovnej stanici				áno	spĺňa	
Položka č. 2 Lineárny EUS gastroskop		parametre					
		MJ	min.	max.	presne		
1. Ultrazvukový gastroskop s lineárnym snímaním -1ks							
1.1.	veľkosť zorného poľa:	*	100			spĺňa	
1.2.	vonkajší priemer distálneho zakončenia	mm		15,00		spĺňa	
1.3.	vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti	mm		13,00		spĺňa	
1.4.	maximálna ohybnosť nahor:	*	130			spĺňa	
1.5.	maximálna ohybnosť nadol	*	90			spĺňa	
1.6.	maximálna ohybnosť vpravo	*	90			spĺňa	
1.7.	maximálna ohybnosť vľavo:	*	90			spĺňa	
1.8.	priemer inštrumentačného kanála	mm	3,70			spĺňa	
1.9.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	
1.10.	prevádzkové režimy: B -mode, M-mode, D-mode, Flow- mode, Powerflow mode				áno	spĺňa	
1.11.	funkcia farebný Doppler /Color Doppler				áno	spĺňa	
1.12.	kompatibilné s ponúkanou ERCP zostavou				áno	spĺňa	
1.13.	kompatibilné s ponúkaným ultrazvukovým prístrojom				áno	spĺňa	
1.14.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)				áno	spĺňa	
Položka č. 3 USG prístroj ku EUS gastroskopu - 1ks		parametre					
		MJ	min.	max.	presne		
1.	OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením	áno				spĺňa	
2.	Uhlopriečka obrazovky monitora	palce	21"			spĺňa	
3.	Rozlíšenie obrazovky monitora	px	1920x1080			spĺňa	
4.	Jas obrazovky monitora	cd/m2	300			spĺňa	
5.	Dynamický rozsah	dB	320			spĺňa	
6.	Nastaviteľný pult stranovo	*	min. +/-30			spĺňa	
7.	Frekvenčný rozsah	MHz	1-18			spĺňa	

8.	Maximálna zobrazovacia hĺbka	mm	400			splňa	
9.	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku	mm	0,5-20			splňa	
10.	Interný HDD s kapacitou	GB	500			splňa	
11.	Ovládanie pomocou trackballu			áno		splňa	
12.	Ovládanie pomocou dotykového pomocného displeja			áno		splňa	
13.	USB 3.0 porty	ks	4			splňa	
14.	Ethernetový konektor			áno		splňa	
15.	HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup			áno		splňa	
16.	Počet aktívnych portov pre zapojenie sond	ks	3			splňa	
17.	Súčasťou prístroja je čiernobiela lemotlačiareň			áno		splňa	
18.	Podpora "Single crystal " a matrixovej technológie na požadovaných sondách			áno		splňa	
19.	Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát			áno		splňa	
20.	Technológia na potlačenie šumu			áno		splňa	
Pracovné režimy:							
21.	Elastografia typu shear wave /pSWE/ umožňujúca kvantitatívnu analýzu m/s v B-móde pomocou lineárnej /prsná žľaza, štítna žľaza/ a abdominálnej sondy /stupeň fibrózy pečeneového parenchýmu/			áno		splňa	
22.	Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení /2D SWE/ umožňujúca kvantitatívnu v kPa s farebným elastogramom v B-móde			áno		splňa	
23.	Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde			áno		splňa	
24.	Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách			áno		splňa	
25.	Elastografia v 3D zobrazení			áno		splňa	
26.	Výšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde			áno		splňa	
27.	kombinovaná elastografia typu strain a shear wave v real time móde			áno		splňa	
28.	analýza v kPa s farebným elastogramom v B-móde			áno		splňa	
29.	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu			áno		splňa	
30.	M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov			áno		splňa	
31.	farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou			áno		splňa	
32.	Farebné dopplerovské zobrazenie /CFM, CFI/so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku			áno		splňa	
33.	Energetický doppler s rozlíšením smeru toku			áno		splňa	
34.	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line			áno		splňa	
35.	Tissue Doppler Imaging			áno		splňa	
36.	CW doppler			áno		splňa	
37.	Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny v min. 3 frekvenčných krokoch			áno		splňa	
38.	zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom		16x			splňa	
39.	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom Pi a Ri indexov			áno		splňa	
40.	Dual live zobrazovací mód			áno		splňa	
41.	záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase			áno		splňa	
42.	Simultánne duálne zobrazenia B mód + CFM v reálnom čase			áno		splňa	
43.	Zosilňovanie slabného signálu v čase /TGC/			áno		splňa	
44.	možnosť pripojiť intra-operačné sondy a laparoskopické sondy			áno		splňa	
45.	Duplexné zobrazenie v reálnom čase			áno		splňa	
46.	Triplexné zobrazenia v reálnom čase			áno		splňa	
47.	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách			áno		splňa	
48.	kapacita slučky v 2D zobrazení	obrázky	10 000			splňa	
49.	pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke	s	30			splňa	
50.	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod			áno		splňa	
51.	Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva			áno		splňa	
Meranie, software a vyhodnocovanie							
52.	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy			áno		splňa	
53.	Automatické merania parametrov dopplerovského spektra /Pi, Ri, Vmax, Vmin, Vmean/			áno		splňa	
54.	Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra /S,D,Pi, Ri, Index S/D/			áno		splňa	
55.	Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média /IMT/ a trasovanie cievej stený v reálnom čase			áno		splňa	
56.	Možnosť shear wave elastografie			áno		splňa	
57.	Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát			áno		splňa	
58.	ukladanie obrázkov a slučiek vo forme surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz, parametrov			áno		splňa	
59.	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie			áno		splňa	
60.	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0			áno		splňa	
61.	Programovateľné kalkulácie			áno		splňa	
62.	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia /presety/			áno		splňa	
63.	Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)			áno		splňa	
64.	Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva			áno		splňa	

65.	Program pre kontrastné vyšetrenie /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky				áno	spĺňa	
66.	možnosť pripojiť ultrazvukový videogastroskop s lineárnym snímaním				áno	spĺňa	
67.	softvér pre redukciu ultrazvukových spektrov				áno	spĺňa	
68.	modul pre pripojenie gastroskopickej zostavy				áno	spĺňa	
69.	presety pre EUS a EBUS vyšetrenie				áno	spĺňa	
70.	softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou				áno	spĺňa	
71.	zobrazovanie cirkulačne atypických tokov nedoplerovskou metódou				áno	spĺňa	
SONDY - technické parametre							
72.	Konvexná sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s frekvenčným rozsahom 1 - 6 MHz, s počtom elementov min. 192 (vyšší rozsah prípustný)				áno	spĺňa	
Položka č. 4 Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopií pre ERCP		parametre					
		MJ	min.	max.	preane		
1. Videoduodenoskop -2 ks							
1.1.	technológia farebného snímania CCD, čip				áno	spĺňa	
1.2.	veľkosť zorného poľa	*	100°	120°		spĺňa	
1.3.	vonkajší priemer distálneho zakončenia	mm	13	14,5		spĺňa	
1.4.	vonkajší priemer flexibilnej závädzacej časti	mm	11	13		spĺňa	
1.5.	maximálna ohybnosť nahor:	*	90°	120°		spĺňa	
1.6.	maximálna ohybnosť nadol:	*	90°	120°		spĺňa	
1.7.	maximálna ohybnosť vpravo:	*	90°	120°		spĺňa	
1.8.	maximálna ohybnosť vľavo:	*	90°	120°		spĺňa	
1.9.	priemer inštrumentačného kanála:	mm	4	5		spĺňa	
1.10.	Albaranov mostík				áno	spĺňa	
1.11.	smer snímania :				bočný	spĺňa	
1.12.	pracovná dĺžka	mm	1200	1300		spĺňa	
1.13.	celková dĺžka	mm	1500	1600		spĺňa	
1.14.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	
1.15.	systém jednorázových distálnych násadčov				áno	spĺňa	
1.16.	vrátane distálnych násadčov a krytiel biopstického kanála				áno	spĺňa	
2. Monitor - 1 ks							
2.1.	rozlíšenie monitora		1920 x 1080			spĺňa	
2.2.	uhlopriečka s dĺžkou	*	26"			spĺňa	
2.3.	prepínanie úrovne gama				áno	spĺňa	
2.4.	prepínanie teploty farieb				áno	spĺňa	
2.5.	prepínanie pomeru zobrazenia				áno	spĺňa	
2.6.	funkcia prepínania užívateľských nastavení				áno	spĺňa	
3. Videoprocessor /svetelný zdroj - 1ks							
3.1.	vysoké rozlíšenie obrazu				áno	spĺňa	
3.2.	funkcia nastavenia kontrastu				áno	spĺňa	
3.3.	automatické nastavenie jasu				áno	spĺňa	
3.4.	funkcia vyváženia bielej farby				áno	spĺňa	
3.5.	funkcia nastavenia farieb				áno	spĺňa	
3.6.	funkcia nastavenia chromatickosti obrazu				áno	spĺňa	
3.7.	funkcia zmrazenia obrazu				áno	spĺňa	
3.8.	rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla				áno	spĺňa	
3.9.	zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov				áno	spĺňa	
3.10.	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium				áno	spĺňa	
3.11.	funkcia digitálnej chromoendoskopie				áno	spĺňa	
3.12.	funkcia elektronického zväčšenia obrazu				áno	spĺňa	
3.13.	možnosť používateľských prednastavení				áno	spĺňa	
3.14.	funkcia irisovej clony				áno	spĺňa	
3.15.	vrátane klávesnice na ovládanie videoprocessora				áno	spĺňa	
3.16.	životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín				áno	spĺňa	
3.17.	xenónová lampa s výkonom min. 300 W				áno	spĺňa	
3.18.	záložná žiarovka				áno	spĺňa	
3.19.	možnosť manuálneho nastavenia jasu				áno	spĺňa	
3.20.	insuflácia				áno	spĺňa	
3.21.	s potrebnou kabeľážou				áno	spĺňa	
3.22.	vrátane kompatibilnej kamerovej hlavy pre rigidné optiky, fibroskopy, rektoskopy				áno	spĺňa	
4. Polypektomická jednotka -1 ks							
4.1.	monopolárny rez				áno	spĺňa	
4.2.	monopolárna koagulácia				áno	spĺňa	
4.3.	bipolárna koagulácia				áno	spĺňa	
4.4.	sprejová koagulácia				áno	spĺňa	
4.5.	možnosť rozšírenia o argón - plazma koaguláciu				áno	spĺňa	
4.6.	monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva				áno	spĺňa	
4.7.	neutrálna jednorázová elektróda min. 100 ks				áno	spĺňa	
4.8.	nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojité				áno	spĺňa	
4.9.	vrátane potrebnej kabeľáže				áno	spĺňa	
5. Odsávacie zariadenie - 1ks							
5.1.	objem sekretnej nádoby	l	1,5			spĺňa	
5.2.	počet sekretných nádob	ks	1			spĺňa	
5.3.	nominálne vákuum	kPa	85			spĺňa	
5.4.	s ukazovateľom vákua				áno	spĺňa	
6. Oplachovacie zariadenie - 1ks							

6.1.	objem zásobovacej nádoby	l	1			spĺňa
6.2.	prietok s možnosťou nastavenia	ml / min.	200			spĺňa
6.3.	vrátane nožného ovládača			áno		spĺňa
6.4.	vrátane potrebných hadíc			áno		spĺňa
7. Pracovná endoskopická stanica - 1 ks						
7.1.	centrálny vypínač			áno		spĺňa
7.2.	rameno pre dva endoskopy			áno		spĺňa
7.3.	rameno pre monitor			áno		spĺňa
7.4.	držák pre klávesnicu			áno		spĺňa
7.5.	s oddeľovacím transformátorom - počet pólov	ks	3			spĺňa
8. Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks						
8.1.	nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHD TV			áno		spĺňa
8.2.	ovládanie z kamerovej hlavy endoskopu			áno		spĺňa
8.3.	s možnosťou streamovania			áno		spĺňa
8.4.	integrované AV vstupy		min. 1x FHD			spĺňa
8.5.	integrovaný HDD: min. 2 TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8 TB			áno		spĺňa
8.6.	Možnosť dátového prepojenia /HL7/a komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/			áno		spĺňa
8.7.	PACSOVÁ funkcia C-store, možnosť' naliahnuť a zobraziť dáta a záznamy, ktoré už v centr. PACSe sú			áno		spĺňa
8.8.	editácia videí a snímok, min. orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do jedného videa			áno		spĺňa
8.9.	funkcia "Markovanie": možnosť' označenia dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname			áno		spĺňa
8.10.	funkcia Multizáznam: súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier			áno		spĺňa
8.11.	funkcia Porovnávanie: súčasné porovnávanie snímok/videí na displeji užívateľského rozhrania, min. 9 videí/snímok			áno		spĺňa
8.12.	možnosť' tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok a popisov a možnosť' ich exportu do PDF súboru.			áno		spĺňa
8.13.	možnosť' dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlasovej komunikácie, konferenčný hovor s účasťou viac ako 2 účastníkov.			áno		spĺňa
8.14.	možnosť' dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy			áno		spĺňa
8.15.	možnosť' dodatočného rozšírenia o nahrávanie záznamu v 4K kvalite			áno		spĺňa
8.16.	možnosť' dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu, umožňujúcu spracovanie videí, plne integrovateľnú do domény nemocnice /LDAP/AD/			áno		spĺňa
8.17.	ovládaci FHD TV dotykový monitor s uhlopriečkou	*	15			spĺňa
8.18.	vrátane ramena pre uchytenie monitora na pracovnej stanici			áno		spĺňa
9. Endoskopický insufiátor - 1ks						
9.1.	prietok 1,5 l/min.			áno		spĺňa
9.2.	vrátane pripájacej tlakovej hadice			áno		spĺňa
9.3.	vrátane nádoby na vodu určenej pre insufiáciu CO			áno		spĺňa

Obchodný názov uchádzača: Askin & Co., spol. s r.o.
Sídlo uchádzača: Martinská 31, 821 05 Bratislava
IČO: 17323100
DIČ: 2020316232
IČ DPH: SK2020316232

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V: Bratislava
Dňa: 21.4.2023

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Mgr. Ľubomír Drahovský
Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - kalkulácia ceny

Por. č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ, záruka 24 mesiacov	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH	Celková cena za počet MJ v EUR s DPH
1.	Endoskopická zostava najvyššej kvality	celok	1	EPK-i7010	Pentax		P54555	150 170,000 EUR	20%	30 034,00 EUR	180 204,00 EUR	150 170,00 EUR	180 204,00 EUR
2.	Lineárny EUS gastroskop	celok	1	EG38-J10UT	Pentax		P54555	89 700,000 EUR	20	17 940,00 EUR	107 640,00 EUR	89 700,00 EUR	107 640,00 EUR
3.	USG prístroj ku EUS gastroskopu s príslušenstvom	celok	1	Arietta 850	Fujifilm/Hitachi		P54555	121 200,000 EUR	20	24 240,00 EUR	145 440,00 EUR	121 200,00 EUR	145 440,00 EUR
4.	Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopi pre ERCP	celok	1	EPK-i7010	Pentax		P54555	146 650,000 EUR	20	29 330,00 EUR	175 980,00 EUR	146 650,00 EUR	175 980,00 EUR
												507 720,00 EUR	609 264,00 EUR

kritérium na vyhodnotenie ponúk - celková cena v EUR s DPH

Informatívny rozpis cien

Por. č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ, záruka 24 mesiacov	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH	Celková cena za počet MJ v EUR s DPH
Informatívny rozpis cien súčasti položky č. 1													
1.	Videokolonoskop	ks	1	EC38-i10L	Pentax		P54555	30570	20	6114	36684	30570	36684
2.	Videogastroskop	ks	1	EG29-i10	Pentax		P54555	29900	20	54980	35880	29900	35880
3.	LCD medicínsky monitor	ks	1	FSN 4K	FSN		P54555	8500	20	1700	10200	8500	10200
4.	Videoprosesor/ svetelný zdroj	ks	1	EPK-i7010	Pentax		P54555	45100	20	9020	54120	45100	54120
5.	APC Polypektomická jednotka	ks	1	Endo ARC, Endo PLUS	Pentax		P54555	17200	20	3440	20640	17200	20640
6.	Odsávacie zariadenie	ks	1	Portable	Victoria		P54555	1600	20	320	1920	1600	1920
7.	Oplachovacie zariadenie	ks	1	EGA-500E	Medivators		P54555	2500	20	500	3000	2500	3000
8.	Pracovná endoskopická stanica	ks	1	ITD Cart	Pentax		P54555	4800	20	960	5760	4800	5760
9.	Záznamové a streamovacie zariadenie	ks	1	M2B	Medirecord		P54555	10000	20	2000	12000	10000	12000
Informatívny rozpis cien súčasti položky č. 3													
1.	USG prístroj ku EUS gastroskopu	ks	1	Arietta 850	Fujifilm/Hitachi		P54555	112700	20	22540	135240	112700	135240
2.	Konvexná sonda	ks	1		Fujifilm/Hitachi		P54555	8500	20	1700	10200	8500	10200
Informatívny rozpis cien súčasti položky č. 4													
1.	Videoduodenoskop	ks	2	ED34-i10T	Pentax		P54555	30500	20	6100	36600	61000	73200
2.	Monitor	ks	1	27"	FSN		P54555	5700	20	1140	6840	5700	6840
3.	Videoprosesor /svetelný zdroj	ks	1	EPK-i7010	Pentax		P54555	45100	20	9020	54120	45100	54120
4.	Polypektomická jednotka	ks	1	Endo ARC	Pentax		P54555	8050	20	1610	9660	8050	9660

5.	Odsávacie zariadenie	ks	1	Pottable	Victoria		P54555	1600	20	320	1920	1600	1920
6.	Oplachovacie zariadenie	ks	1	EGA-500E	Medivators		P54555	2500	20	500	3000	2500	3000
7.	Pracovná endoskopická stanica	ks	1	ITD Cart	Pentax		P54555	4800	20	960	5760	4800	5760
8.	Záznamové a streamovacie zariadenie	ks	1	M2B	Medirecord		P54555	10000	20	2000	12000	10000	12000
9.	Endoskopický insuflátor	ks	1	EGA-501E	Medivators		P54555	7900	20	1580	9480	7900	9480

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

V:

Dňa:

Askin & Co., spol. s r.o.
Martinská 31, Bratislava
17323100
2020316232

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Mgr. Ľubomír Drahovský

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

čl. I. Zmluvné strany

- 1. Kupujúci :** **Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice**
v zastúpení: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ
sídlo: Rastislavova 43, 041 90 Košice, SR
IČO: 00 606 707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN: SK 06 8180 0000 0070 0028 0550
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18. 12. 1990
(ďalej len „kupujúci“)

- 2. Predávajúci :** **Askin & Co., spol. s r.o.**
v zastúpení: Mgr. Ľubomír Drahovský
sídlo : Martinská 31, 821 05 Bratislava
IČO: 17 323 100
DIČ: 2020 316 232
IČDPH : SK2020 316 232
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN : SK52 1100 0000 0026 2604 1380
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 1335/B

(ďalej len „predávajúci“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaráva tovar postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 343/2015 Z. z.“).
2. Túto zmluvu uzatvára kupujúci, ktorý je verejným obstarávateľom s predávajúcim, ktorý je úspešným uchádzačom na základe výsledku zadávania zákazky postupom verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. , s názvom predmetu zákazky : „**Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.**“, zadávanej na základe verejnej súťaže uverejnenej vo vestníku VO zo dňa 20.03.2023 pod číslom 11813-MST (ďalej len „verejné obstarávanie“)
Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho : UNLP-2023-36-NZ
3. Kupujúci je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený disponovať s tovarom v zmysle tejto zmluvy.
5. Kupujúci prehlasuje, že predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov MZ SR, ktoré mu boli pridelené listom č. S13127-2021-OVV-26 dňa 23.11.2021

Čl. III. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu 2. tohto článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.
2. **Tovarom pre účely tejto zmluvy je prístrojové vybavenie endoskopického centra a to:** endoskopické zostavy najvyššej kvality s príslušenstvom, lineárny EUS gastroskopu, USG prístroja ku EUS gastroskopu s príslušenstvom a endoskopické zostavy s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP určených pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorých špecifikácia je uvedená **v Prílohe č. 1** tejto zmluvy (ďalej len „**tovar**“).
3. **Dodanie tovaru zahŕňa:** dodanie do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zmluvy, kompletizácia a uvedenie predmetu zmluvy do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zmluvy, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu, poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkané zariadenie počas záruky.
4. Tovar sa dodáva za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti kupujúcim.
5. Porušenie povinností uvedených v tomto článku je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

Čl. IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa článku III. bod 2 tejto zmluvy kupujúcemu do 100 (jedensto) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred, a to písomne na e-mailovú adresu : ozt@unlp.sk a telefonicky na tel. č. +421 55 615 30 79.
2. Miesto dodania tovaru je pracovisko kupujúceho: **II. Interná klinika** nachádzajúce sa v areáli pracovísk kupujúceho na Tr. SNP 1, 040 11 Košice.
3. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy nový, nepoužívaný, nerepasovaný, v bezchybnom stave, ktorý zodpovedá všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky, v originálnom balení a kompletný v rozsahu podľa čl. III. bod 2 tejto zmluvy (nie po častiach).
4. Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne, a to podpísaním preberacieho protokolu/dodacieho listu. V Preberacom protokole/dodacom liste sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade zistenia väd tovaru pri jeho prevzatí je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.
5. Osobou oprávnenou na prevzatie tovaru za kupujúceho (oprávnený na podpísanie Preberacieho protokolu/dodacieho listu) je: určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt@unlp.sk, tel. č. + 421 55 615 3079.
6. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vady mohli zistiť.
7. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a funkčné parametre dodaného tovaru nezodpovedajú špecifikácii tovaru uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dodaný tovar musí byť zhodný s jeho špecifikáciou v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je obsahom zhodná so špecifikáciou tovaru uvedenou v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.
8. O inštalácii, odskúšaní a uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalačný protokol. Inštalačný protokol sa samostatne nevyhotovuje, ak predávajúci tovar inštaluje ihneď pri jeho dodaní a Inštalačný protokol je súčasťou Preberacieho protokolu.
9. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhu a údržbe tovaru je predávajúci povinný realizovať najneskôr pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania. O zaškolení spíšu

- zmluvné strany Protokol o zaškolení, s uvedením menného zoznamu zaškolených osôb; zaškolenie potvrdzujú zaškolené osoby svojim podpisom na protokole o zaškolení .
10. Predávajúci je povinný tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky najneskôr do 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania podľa bodu 2. tohto článku. Predávajúci je povinný dodať a nainštalovať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť a umožniť uvedenie tovaru do prevádzky v termíne podľa tohto bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 11. Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať kupujúcemu aj príslušnú dokumentáciu k tovaru.
 12. Splnením dodávky predávajúcim sa rozumie dodanie tovaru predávajúcim v súlade s touto zmluvou a špecifikáciou tovaru podľa prílohy č. 1. tejto zmluvy, predloženie príslušnej dokumentácie, podpísanie Preberacieho protokolu/dodacieho listu, Inštalačného protokolu a Protokolu o zaškolení.
 13. Kupujúci je povinný, najneskôr ku dňu dodania tovaru do miesta dodania, pripraviť miesto dodania tak, aby predávajúci mohol riadne a včas nainštalovať, odskúšať a uviesť tovar do prevádzky. Predávajúci je povinný do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predložiť kupujúcemu technickú špecifikáciu tovaru a písomnú špecifikáciu ním požadovanej technickej pripravenosti miesta dodania, ak je potrebné pre riadne dodanie a inštaláciu tovaru pripraviť miesto dodania. V prípade realizácie technickej pripravenosti podľa požiadavky predávajúceho, je predávajúci povinný v Inštalačnom protokole písomne potvrdiť, že technická pripravenosť miesta inštalácie zodpovedá jeho požiadavkám a je vhodná pre inštaláciu tovaru.
 14. Porušenie povinností uvedených v tomto článku je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

Čl. V. Doba platnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. na jeden obchodný prípad, odo dňa účinnosti tejto zmluvy do doby splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy, okrem ustanovení tejto zmluvy, ktoré upravujú právne vzťahy zmluvných strán aj po splnení dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy.
2. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
b/ odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.
4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta.
5. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov:
a/ ak predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou (čl. IV. bod 12. tejto zmluvy),
b/ ak kupujúci po dodaní tovaru alebo po predložení príslušnej dokumentácie k tovaru nadobudne dôvodnú pochybnosť o tom, že tovar zodpovedá špecifikácií uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo dôvodnú pochybnosť o dôveryhodnosti, správnosti alebo pravdivosti predloženej príslušnej dokumentácií k tovaru.
c/ ak predávajúci poruší zmluvu podstatným spôsobom podľa v tejto zmluvy,
d/ ak predávajúci písomne oznámi, že nie je schopný dodať tovar za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo že z akéhokoľvek dôvodu tovar podľa tejto zmluvy nedodá.

Čl. VI. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, takto :

Kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy je 507 720,00 € bez DPH, slovom: päťstosedem tisíc sedemstodvadsať euro a nula centov.

K uvedenej kúpnej cene sa pripočítava DPH v zákonom stanovenej sadzbe 20 % vo výške 101 544,00 slovom : sto jeden tisíc päťstošesťdesiatštyri euro a nula centov.

Celková kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy je 609 264,00 € s DPH, slovom : šesťstodeväť tisíc dvestošesťdesiatštyri euro a nula centov.

Kalkulácia ceny (cena jednotlivých položiek) dodaného tovaru, vrátane príslušenstva k tovaru je uvedená v **Prílohe č. 2** tejto zmluvy.

2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný a funkčne bezchybný tovar. V uvedenej celkovej kúpnej cene podľa bodu 1. tohto článku je zahrnuté : cena tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov o obsluhu a údržbe tovaru, príslušná dokumentácia, opravy, servis a údržba tovaru, vrátane náhradných dielov a ďalších nákladov s tým spojených počas celej záručnej doby a všetky ostatné finančné náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu.
3. Právo na zaplatenie celkovej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v čl. IV. bod 12. tejto zmluvy.
4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa čl. I. bod 2. tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
5. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru kupujúcemu do 15 dní od dňa riadneho dodania tovaru podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci , v ktorom bol tovar dodaný. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov SR v čase fakturácie. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu.
6. Vlastnícke právo k tovaru nadobudne kupujúci až úplným zaplatením celkovej kúpnej ceny podľa tohto článku.
7. Za deň úhrady celkovej kúpnej ceny sa považuje deň jej pripísania na účet predávajúceho.

Čl. VII. Reklamácia tovaru, vady tovaru

1. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na najmenej 24 mesiacov; táto záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy.
2. V záručnej dobe je predávajúci povinný
 - a/ bezplatne odstrániť všetky vady dodaného tovaru, t. j. uviesť tovar do stavu plnej prevádzky vzhľadom k jeho technickým parametrom,
 - b/ vykonať bezplatne servisné prehliadky v počte a intervale podľa pokynov výrobcu. Poslednú servisnú preventívnu prehliadku je predávajúci povinný vykonať najviac dva týždne pred uplynutím záručnej doby a súčasne je povinný bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky nezavinené kupujúcim.
 - c/ zabezpečovať bezplatnú údržbu tovaru, vrátane bezplatnej dodávky náhradných dielov vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
 - d/ pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je predávajúci povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 3. tohto článku zmluvy,
 - e/ vykonať validáciu a kalibráciu tovaru s periodicitou podľa odporúčaní výrobcu tovaru, najmenej však 1-krát ročne, ak validáciu a kalibráciu tovar vyžaduje,
 - f/ poskytovať technickú telefonickú podporu v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho v čase min. od

- 7:00 do 18:00 hod., pričom predávajúci musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady tovaru, vrátane, nie však len, všetkých prác spojených s opravami tovaru, dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu tovaru, poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar, dodávky funkčného príslušenstva k tovaru, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená kupujúcim.
 4. Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií obsiahnutých v príslušnej dokumentácii k tovaru
 5. Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do dvadsiatich štyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovar, v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
 6. Predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
 - a) oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do štyridsiatich ôsmich (48) hodín,
 - b) oprava vady s dodávkou náhradného dielu do tristotridsať šesť (336) hodín.
 7. V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie tovaru, je predávajúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady / poruchy pomocou vzdialeného prístupu. Predávajúci je oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
 8. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou zamestnancami kupujúceho. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú tovar nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu vady.
 9. Kupujúci sa zaväzuje, že vady tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady tovaru za kupujúceho oznámi predávajúcemu oprávnená osoba kupujúceho. Osobou oprávnenou za kupujúceho reklamovať tovar a žiadať odstránenie vady počas záručnej doby je určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt.servis@unlp.sk, tel. č. +421 55 615 31 95.
 10. Kupujúci je povinný vady tovaru nahlásiť predávajúcemu písomne na e-mail adresu :

 11. Predávajúci je povinný zabezpečovať autorizovaný záručný servis t.j. opravy a servis tovaru len odborne kvalifikovanými osobami.
 12. Predávajúci garantuje dodanie všetkých náhradných dielov na ním dodaný tovar po dobu min. 10 (desiatich) rokov odo dňa inštalácie tovaru.

Čl. VIII. Majetkové sankcie

1. V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. IV. tejto zmluvy zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo výške 1 % € z kúpnej ceny bez DPH za tovar nedodaný podľa zmluvných podmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.
2. V prípade porušenie povinnosti kupujúceho podľa čl. VI. bod 4 tejto zmluvy t.j. neuhradenie faktúry v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov SR. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
3. V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. VII. tejto zmluvy zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo výške 500 €, slovom :

tristo euro, za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných povinností. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 2. a/alebo 3. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH, ktorá ako pohľadávka bola predmetom postúpenia alebo iného právneho úkonu, ktorým došlo k zmene v osobe veriteľa. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 11. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 €, slovom : tristo euro, za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných povinností. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.
6. Uplatnením majetkových sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje majetková sankcia; majetková sankcia sa nezapočíta na náhradu škody.

Čl. IX. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávok predávajúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Porušenie povinností uvedené v tomto bode je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena v osobe predávajúceho ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojim veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi a kupujúcemu ako dlžníkovi. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek právny úkon predávajúceho ako veriteľa vedúci k zmene v osobe veriteľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka absolútne neplatný. Súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Porušenie povinností uvedené v tomto bode je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že
 - a/ nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;
 - b/ všetky informácie a písomné dokumenty, ktoré budú na základe tejto Zmluvy vypracované, bude považovať za dôverné, a to bez časového obmedzenia aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy;
 - c/ informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy,
 - d/ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto zmluvou alebo získaných pri plnení tejto zmluvy, a tieto informácie nebude zverejňovať, ani žiadnym spôsobom rozširovať.
5. Predávajúci nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

6. Predávajúci je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré kupujúci pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť predávajúci, zamestnanci predávajúceho a tretie osoby vo vzťahu k predávajúcemu, do styku pri vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Predávajúci je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov predávajúceho a všetky tretie osoby, ktoré v mene predávajúceho budú vykonávať činnosti alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy predávajúcim.
7. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti s dodávaným tovarom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
8. Kontaktná osoba predávajúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je : Andrea Paulinyová tel. kontakt : 0917 236 735, e-mail adresa : obchod@askin.sk
9. Kontaktná osoba kupujúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt@unlp.sk, tel. č. + 421 55 615 3079.
10. Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci zverejní túto zmluvu (ako aj jej dodatky) ako povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade so zák. č. 546/2010 Z.z.
11. Predávajúci je oprávnený zabezpečiť časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom svojich **subdodávateľov**, pričom predávajúci:
 - a/ je povinný plnenie tejto zmluvy zadať len subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 3 tejto zmluvy s rozsahom jeho plnenia uvedeným vo verejnom obstarávaní;
 - b/ garantuje spôsobilosť každého zo subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, pre plnenie predmetu tejto zmluvy;
 - c/ zodpovedá za celé a riadne plnenie tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy a to bez ohľadu na to, či predávajúci použil na plnenie predmetu zmluvy subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy voči subdodávateľom predávajúceho.
 - d/ je povinný v prípade zmeny subdodávateľa alebo v prípade doplnenia nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka písomne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala;
 - e/ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom predložiť kupujúcemu aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet a presný rozsah subdodávky, predpokladaný podiel plnenia zadávaný subdodávateľovi vo vzťahu k celému rozsahu plnenia a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov je uvedený **Prílohe č. 3** tejto Zmluvy.Na zmenu v zozname subdodávateľov t.j. zmenu Prílohy č. 3 tejto zmluvy sa vyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
Predávajúci zodpovedá za plnenie tejto zmluvy alebo jej časti subdodávateľom tak, akoby plnenie zmluvy realizoval sám (osobne).
12. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy vznikla povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZorPVS“), je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. .

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiaci právnymi predpismi SR.
3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorého jedno vyhotovenie dostane predávajúci a dve vyhotovenia kupujúci.
4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj Príloha č. 1 – Technická špecifikácia tovaru, Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru, Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov, Príloha č.4- Kontaktné údaje Servisného strediska resp. kontaktné informácie o servisných linkách v prípade väd tovaru a Príloha č. 5 Protikorupčná doložka

V Košiciach, dňa
Kupujúci :

V Bratislave, dňa 21.04.2023
Predávajúci:

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Mgr. Ľubomír Drahovský
Askin & Co., spol. s .o.

Príloha č. 1 Technická špecifikácia tovaru**Predmet plnenia – tovar : Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.****Položka č. 1 Endoskopická zostava najvyššej kvality (názov, výrobca)**

1.	Videokolonoskop - 1 ks
1.1.	spôsob snímania - farebný HDTV čip
1.2.	veľkosť zorného poľa min.100°max.200°
1.3.	vonkajší priemer distálneho konca min. 12,8 mm max.14 mm
1.4.	priemer pracovného kanála min. 3,6 mm max. 3,8 mm
1.5.	maximálna ohybnosť hore min. 90° max. 210°
1.6.	maximálna ohybnosť dolu min. 90°max 210°
1.7.	maximálna ohybnosť vpravo min. 90°max.210°
1.8.	maximálna ohybnosť vľavo min. 90°max. 210°
1.9.	pracovná dĺžka min. 1650mm max. 1700mm
1.10.	celková dĺžka min. 1950mm max.2050mm
1.11.	technológia digitálnej chromoendoskopie
1.12.	technológia vysokého rozlíšenia obrazu
2.	Videogastroskop - 1 ks
2.1.	spôsob snímania - farebný HDTV čip
2.2.	veľkosť zorného poľa min. 100°max 140 °
2.3.	vonkajší priemer distálneho konca min. 9 mm max. 10,50 mm
2.4.	priemer pracovného kanála min. 2,8 mm max. 3,20 mm
2.5.	ohybnosť hore min. 90°max. 210°
2.6.	ohybnosť dolu min. 90° max. 210°
2.7.	ohybnosť vpravo min. 90° max. 210°
2.8.	ohybnosť vľavo min. 90° max. 210°
2.9.	pracovná dĺžka min. 1000 mm max. 1050 mm
2.10.	celková dĺžka min. 1300 mm max. 1370 mm
2.11.	technológia digitálnej chromoendoskopie
2.12.	technológia vysokého rozlíšenia obrazu
3.	LCD medicínsky monitor -1ks
3.1.	rozlíšenie monitora: min. 3840x2160 mm obrazových prvkov
3.2.	uhlopriečka s dĺžkou: min. 31,5"
3.3.	pomer kontrastu min.1000:1
4.	Videoprocessor/ svetelný zdroj - 1ks
4.1.	videoprocessor s integrovaným svetelným zdrojom s LED alebo xenón. výbojkou
4.2.	funkcia zlepšeného zobrazenia textúr a farieb
4.3.	automatické nastavenie jasu so zachovaním kontrastu
4.4.	funkcia subjektívneho nastavenia kontrastu
4.5.	rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla
4.6.	funkcia vysokého rozlíšenia obrazu
4.7.	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium
4.8.	funkcia digitálnej chromoendoskopie
4.9.	možnosť používateľských prednastavení
4.10.	filtrácia detailov
4.11.	vzduchová insuflácia

5. APC Polypektomická jednotka - 1ks	
5.1.	monopolárny rez
5.2.	monopoloárna koagulácia
5.3.	bipolárny rez
5.4.	bipolárna koagulácia
5.5.	sprejová koagulácia
5.6.	argón-plazma koagulácia
5.7.	neutrálna jednorazová elektróda min. 100 ks
5.8.	nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojité
5.9.	vozík
6. Odsávacie zariadenie - 1ks	
6.1.	objem sekretnéj nádoby min. 2 litre
6.2.	nominálne vákuum s ukazovateľom vákua min. 90 kPa
6.3.	použitie pre opakovateľne použiteľný systém
6.4.	použitie pre jednorazový systém
6.5.	počet jednorazových zberných vreciek min. 30 ks
7. Oplachovacie zariadenie -1 ks	
7.1.	objem zásobovacej nádoby min. 1 liter
7.2.	nominálny prietok min. 0-230 ml/min.
7.3.	riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom
7.4.	nožný ovládač
8. Pracovná endoskopická stanica -1ks	
8.1.	oddeľovací transformátor
8.2.	centrálny vypínač
8.3.	rameno pre dva endoskopy min. 1 ks
8.4.	rameno pre monitor min. 1 ks
8.5.	držiak pre klávesnicu min. 1 ks
8.6.	nastaviteľné police na uloženie prístrojov
8.7.	police na uloženie prístrojov min. 4 ks
9. Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks	
9.1.	nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV
9.2.	ovládanie z kamerovej hlavy s možnosťou streamovania
9.3.	integrované AV vstupy min. 1xHDF
9.4.	integrovaný HDD: min. 2TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8TB
9.5.	možnosť dátového pripojenia a komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/
9.6.	Funkcia C-Store - sťahovanie existujúcich záznamov PACSu
9.7.	editovanie videí a snímok - orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do videa
9.8.	funkcia Multizáznam, vrátenie IP kamier /súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky
9.9.	funkcia Markovanie: označenie dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname
9.10.	funkcia Porovnávanie: súčasné porovnanie min. 9 snímok, ev. videí na displeji užívateľského rozhrania
9.11.	možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok, popisov a exportu do PDF súboru
9.12.	možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlas. komunikácie, konferenčný hovor s min. dvoma účastníkmi
9.13.	možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy
9.14.	možnosť dodatočného rozšírenia o nahrávanie záznamu v 4K kvalite

9.15.	možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu na spracovanie videí, plne integrovanú do domény nemocnice /LDAP/AD/
9.16.	ovládací FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou
9.17.	rameno na uchytenie monitora na pracovnej stanici
Položka č. 2 Lineárny EUS gastroskop (názov, výrobca)	
1. Ultrazvukový gastroskop s lineárnym snímaním -1ks	
1.1.	veľkosť zorného poľa: min. 100°
1.2.	vonkajší priemer distálneho zakončenia max. 15 mm
1.3.	vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti max. 13 mm
1.4.	maximálna ohybnosť nahor: min. 130°
1.5.	maximálna ohybnosť nadol min. 90°
1.6.	maximálna ohybnosť vpravo min. 90°
1.7.	maximálna ohybnosť vľavo min. 90°
1.8.	priemer inštrumentačného kanála min. 3,70 mm
1.9.	funkcia digitálnej chromoendoskopie
1.10.	prevádzkové režimy: B -mode, M-mode, D-mode, Flow- mode, Powerflow mode
1.11.	funkcia farebný Doppler /Color Doppler
1.12.	kompatibilné s ponúkanou ERCP zostavou
1.13.	kompatibilné s ponúkaným ultrazvukovým prístrojom
1.14.	Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)
Položka č. 3 USG prístroj ku EUS gastroskopu - 1ks (názov, výrobca)	
1.	OLED alebo QLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením
2.	Uhlopriečka obrazovky monitora min. 21"
3.	Rozlíšenie obrazovky monitora min. 1920x1080 px.
4.	Jas obrazovky monitora min. 300 cd/m2
5.	Dynamický rozsah min. 320 dB
6.	Nastaviteľný pult stranovo min. +/-30 °
7.	Frekvenčný rozsah min. 1-18 MHz.
8.	Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 400 mm
9.	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku min. 0,5-20 mm
10.	Interný HDD s kapacitou min. 500 GB
11.	Ovládanie pomocou trackballu
12.	Ovládanie pomocou dotykového pomocného displeja
13.	USB 3.0 porty min. 4 ks
14.	Ethernetový konektor
15.	HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup
16.	Počet aktívnych portov pre zapojenie sond min. 3 ks
17.	Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň
18.	Podpora "Single crystal " a matrixovej technológie na požadovaných sondách
19.	Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát
20.	Technológia na potlačenie šumu
Pracovné režimy:	
21.	Elastografia typu shear wave /pSWE/ umožňujúca kvantitatívnu analýzu m/s v B-móde pomocou lineárnej /prsnej žľazy, štítnej žľazy/ a abdominálnej sondy /stupeň fibrózy pečeneového parenchýmu/
22.	Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení /2D SWE/ umožňujúca kvantitatívnu v kPa s farebným elastogramom v B-móde

23.	Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde
24.	Elastografia sa požaduje na konvexných a lineárnych sondách
25.	Elastografia v 3D zobrazení
26.	Výšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde
27.	kombinovaná elastografia typu strain a shear wave v real time móde
28.	analýza v kPa s farebným elastogramom v B-móde
29.	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu
30.	M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov
31.	farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou
32.	Farebné dopplerovské zobrazenie /CFM, CFI/so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku
33.	Energetický doppler s rozlíšením smeru toku
34.	Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line
35.	Tissue Doppler Imaging
36.	CW doppler
37.	Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny v min. 3 frekvenčných krokoch
38.	zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom min. 16x
39.	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom Pi a Ri indexov
40.	Dual live zobrazovací mód
41.	záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase
42.	Simultánne duálne zobrazenia B mód + CFM v reálnom čase
43.	Zosilňovanie slabného signálu v čase /TGC/
44.	možnosť pripojiť intra-operačné sondy a laparoskopické sondy
45.	Duplexné zobrazenie v reálnom čase
46.	Triplexné zobrazenia v reálnom čase
47.	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách
48.	kapacita slučky v 2D zobrazení min. 10 000 obrázkov
49.	pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke min. 30s
50.	Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod
51.	Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva
Meranie, software a vyhodnocovanie	
52.	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy
53.	Automatické merania parametrov dopplerovského spektra /Pi, Ri, Vmax, Vmin, Vmean/
54.	Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra /S,D,Pi, Ri, Index S/D/
55.	Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a média /IMT/ a trasovanie cievnej steny v reálnom čase
56.	Možnosť shear wave elastografie
57.	Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát
58.	ukladanie obrázkov a slučiek vo forme surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov
59.	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské meranie
60.	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0
61.	Programovateľné kalkulácie
62.	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia /presety/
63.	Komunikácia s nemocničným PASC prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)
64.	Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva

65.	Program pre kontrastné vyšetrenie /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky
66.	možnosť pripojiť ultrazvukový videogastroskop s lineárnym snímaním
67.	softvér pre redukciu ultrazvukových speklôv
68.	modul pre pripojenie gastroskopickej zostavy
69.	presety pre EUS a EBUS vyšetrenie
70.	softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou
71.	zobrazovanie cirkulačne atypických tokov nedopplerovskou metódou

SONDY - technické parametre

72.	Konvexná sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s frekvenčným rozsahom 1 - 6 MHz, s počtom elementov min. 192 (vyšší rozsah prípustný)
-----	---

Položka č. 4 Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP (názov, výrobca)

1. Videoduodenoskop - 2 ks	
1.1.	technológia farebného snímania CCD, čip
1.2.	veľkosť zorného poľa min. 100° max. 120 °
1.3.	vonkajší priemer distálneho zakončenia min. 13 mm max.14,50 mm
1.4.	vonkajší priemer flexibilnej zavádzacej časti min. 11 mm max. 13 mm
1.5.	maximálna ohybnosť nahor min. 90° max. 120°
1.6.	maximálna ohybnosť nadol min. 90° max. 120°
1.7.	maximálna ohybnosť vpravo min. 90° max. 120°
1.8.	maximálna ohybnosť vľavo min. 90° max. 120°
1.9.	priemer inštrumentačného kanála min. 4 mm max.5 mm
1.10.	Albaranov mostík
1.11.	smer snímania bočný
1.12.	pracovná dĺžka min. 1200 mm max.1300 mm
1.13.	celková dĺžka min. 1500 mm max.1600 mm
1.14.	funkcia digitálnej chromoendoskopie
1.15.	systém jednorazových distálnych násadcov
1.16.	vrátane distálnych násadcov a krytiel bioptického kanála
2. Monitor - 1 ks	
2.1.	rozlíšenie monitora min. 1920x1080 px
2.2.	uhlopriečka s dĺžkou min. 26"
2.3.	prepínanie úrovne gama
2.4.	prepínanie teploty farieb
2.5.	prepínanie pomeru zobrazenia
2.6.	funkcia prepínania užívateľských nastavení
3. Videoprosesor /svetelný zdroj - 1ks	
3.1.	vysoké rozlíšenie obrazu
3.2.	funkcia nastavenia kontrastu
3.3.	automatické nastavenie jasu
3.4.	funkcia vyváženia bielej farby
3.5.	funkcia nastavenia farieb
3.6.	funkcia nastavenia chromatickosti obrazu
3.7.	funkcia zmrazenia obrazu
3.8.	rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla
3.9.	zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov
3.10.	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium
3.11.	funkcia digitálnej chromoendoskopie
3.12.	funkcia elektronického zväčšenia obrazu

3.13.	možnosť používateľských prednastavení
3.14.	funkcia irisovej clony
3.15.	vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora
3.16.	životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín
3.17.	xenónová lampa s výkonom min. 300 W
3.18.	záložná žiarovka
3.19.	možnosť manuálneho nastavenia jasu
3.20.	insuflácia
3.21.	s potrebnou kabelážou
3.22.	vrátane kompatibilnej kamerovej hlavy pre rigidné optiky, fibroskopy, rektoskopy
4. Polypektomická jednotka -1 ks	
4.1.	monopolárny rez
4.2.	monipolárna koagulácia
4.3.	bipolárna koagulácia
4.4.	sprejová koagulácia
4.5.	možnosť rozšírenia o argón - plazma koaguláciu
4.6.	monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva
4.7.	neutrálna jednorazová elektróda min. 100 ks
4.8.	nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojité
4.9.	vrátane potrebnej kabeláže
5. Odsávacie zariadenie - 1ks	
5.1.	objem sekretnej nádoby min. 1,5 litra
5.2.	počet sekretných nádob min. 1ks
5.3.	nominálne vákuum min. 85 kPa
5.4.	s ukazovateľom vákua
6. Oplachovacie zariadenie - 1ks	
6.1.	objem zásobovacej nádoby min. 1 liter
6.2.	prietok s možnosťou nastavenia min. 200 ml/min.
6.3.	vrátane nožného ovládača
6.4.	vrátane potrebných hadíc
7. Pracovná endoskopická stanica - 1 ks	
7.1.	centrálny vypínač
7.2.	rameno pre dva endoskopy
7.3.	rameno pre monitor
7.4.	držiak pre klávesnicu
7.5.	s oddeľovacím transformátorom -počet políc min. 3ks
8. Záznamové a streamovacie zariadenie - 1ks	
8.1.	nahrávacie zariadenie, jednokanálové, FHDTV
8.2.	ovládanie z kamerovej hlavy endoskopu
8.3.	s možnosťou streamovania
8.4.	integrované AV vstupy min. 1xFHD
8.5.	integrovaný HDD: min. 2 TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8 TB
8.6.	Možnosť dátového prepojenia /HL7/a komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/
8.7.	PACSová funkcia C-store, možnosť natiahnuť a zobraziť dáta a záznamy, ktoré už v centr. PACS sú
8.8.	editácia videí a snímok, min. orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do jedného videa
8.9.	funkcia "Markovanie": možnosť označenia dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname

8.10.	funkcia Multizáznam: súbežné nahrávanie až 4 video vstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier
8.11.	funkcia Porovnávanie: súčasné porovnávanie snímok/videí na displeji užívateľského rozhrania, min. 9 videí/snímkov
8.12.	možnosť tvorby reportov zo záznamov priamo v aplikácii, vrátane poznámok a popisov a možnosť ich exportu do PDF súboru.
8.13.	možnosť dodatočného rozšírenia o funkciu obojsmernej hlasovej komunikácie, konferenčný hovor s účasťou viac ako 2 účastníkov.
8.14.	možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 3 vstupy
8.15.	možnosť dodatočného rozšírenia o nahrávanie záznamu v 4K kvalite
8.16.	možnosť dodatočného rozšírenia o webovú aplikáciu, umožňujúcu spracovanie videí, plne integrovateľnú do domény nemocnice /LDAP/AD/
8.17.	ovládací FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou min. 15"
8.18.	vrátane ramena pre uchytienie monitora na pracovnej stanici
9.	Endoskopický insuflátor - 1ks
9.1.	prietok 1,5 l/min.
9.2.	vrátane pripájacej tlakovej hadice
9.3.	vrátane nádoby na vodu určenej pre insufláciu CO

Príloha č. 2 Cenová kalkulácia

Predmet plnenia – tovar : Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

Por. č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ, záruka 24 mesiacov	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH	Celková cena za počet MJ v EUR s DPH
1.	Endoskopická zostava najvyššej kvality	celok	1	EPK-i7010	Pentax		P54555	150 170,000 EUR	20%	30 034,00 EUR	180 204,00 EUR	150 170,00 EUR	180 204,00 EUR
2.	Lineárny EUS gastroskop	celok	1	EG38-J10UT	Pentax		P54555	89 700,000 EUR	20	17 940,00 EUR	107 640,00 EUR	89 700,00 EUR	107 640,00 EUR
3.	USG prístroj ku EUS gastroskopu s príslušenstvom	celok	1	Arietta 850	Fujifilm/Hitachi		P54555	121 200,000 EUR	20	24 240,00 EUR	145 440,00 EUR	121 200,00 EUR	145 440,00 EUR
4.	Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP	celok	1	EPK-i7010	Pentax		P54555	146 650,000 EUR	20	29 330,00 EUR	175 980,00 EUR	146 650,00 EUR	175 980,00 EUR
												507 720,00 EUR	609 264,00 EUR

Por. č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ, záruka 24 mesiacov	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH	Celková cena za počet MJ v EUR s DPH
Informatívny rozpis cien súčasti položky č. 1													
1.	Videokolonoskop	ks	1	EC38-i10L	Pentax		P54555	30570	20	6114	36684	30570	36684
2.	Videogastroskop	ks	1	EG29-i10	Pentax		P54555	29900	20	54980	35880	29900	35880
3.	LCD medicínsky monitor	ks	1	FSN 4K	FSN		P54555	8500	20	1700	10200	8500	10200
4.	Videoprocetor/ svetelný zdroj	ks	1	EPK-i7010	Pentax		P54555	45100	20	9020	54120	45100	54120

5.	APC Polypektomická jednotka	ks	1	Endo ARC, Endo PLUS	Pentax		P54555	17200	20	3440	20640	17200	20640
6.	Odsávacie zariadenie	ks	1	Portable	Victoria		P54555	1600	20	320	1920	1600	1920
7.	Oplachovacie zariadenie	ks	1	EGA-500E	Medivators		P54555	2500	20	500	3000	2500	3000
8.	Pracovná endoskopická stanica	ks	1	ITD Cart	Pentax		P54555	4800	20	960	5760	4800	5760
9.	Záznamové a streamovacie zariadenie	ks	1	M2B	Medirecord		P54555	10000	20	2000	12000	10000	12000
Informatívny rozpis cien súčastí položky č. 3													
1.	USG prístroj ku EUS gastrokopu	ks	1	Arietta 850	Fujifilm/Hitachi		P54555	112700	20	22540	135240	112700	135240
2.	Konvexná sonda	ks	1		Fujifilm/Hitachi		P54555	8500	20	1700	10200	8500	10200
Informatívny rozpis cien súčastí položky č. 4													
1.	Videoduodenoskop	ks	2	ED34-i10T	Pentax		P54555	30500	20	6100	36600	61000	73200
2.	Monitor	ks	1	27"	FSN		P54555	5700	20	1140	6840	5700	6840
3.	Videoprocessor /svetelný zdroj	ks	1	EPK-i7010	Pentax		P54555	45100	20	9020	54120	45100	54120
4.	Polypektomická jednotka	ks	1	Endo ARC	Pentax		P54555	8050	20	1610	9660	8050	9660
5.	Odsávacie zariadenie	ks	1	Pottable	Victoria		P54555	1600	20	320	1920	1600	1920
6.	Oplachovacie zariadenie	ks	1	EGA-500E	Medivators		P54555	2500	20	500	3000	2500	3000
7.	Pracovná endoskopická stanica	ks	1	ITD Cart	Pentax		P54555	4800	20	960	5760	4800	5760
8.	Záznamové a streamovacie zariadenie	ks	1	M2B	Medirecord		P54555	10000	20	2000	12000	10000	12000
9.	Endoskopický insuflátör	ks	1	EGA-501E	Medivators		P54555	7900	20	1580	9480	7900	9480

Príloha č. 3. Zoznam subdodávateľov

Predmet plnenia – tovar : Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

Subdodávateľ č. 1. *:

a/	Obchodné meno	
b/	Sídlo	
c/	IČO	
d/	Predmet subdodávky	
e/	Presný rozsah subdodávky	
f/	Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy	
g/	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Meno a priezvisko : Adresa pobytu : Dátum narodenia : Tel. kontakt : E-mail adresa :
h/	Iné	

Subdodávateľ č. 2. * :

a/	Obchodné meno	
b/	Sídlo	
c/	IČO	
d/	Predmet subdodávky	
e/	Presný rozsah subdodávky	
f/	Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy	
g/	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Meno a priezvisko : Adresa pobytu : Dátum narodenia : Tel. kontakt : E-mail adresa :
h/	Iné	

* Pokiaľ predávajúci bude zabezpečovať plnenie tejto zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy) vpíše všetky požadované údaje to tabuliek vyššie.

**V prípade, že predávajúci plnenie tejto zmluvy nebude zabezpečovať prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy) preškrtnie vyššie uvedené tabuľky a túto skutočnosť potvrdí podpisom prehlásenia na tejto prílohe:

Prehlásenie predávajúceho :**

Predávajúci týmto prehlasuje, že plnenie tejto zmluvy nebude zabezpečovať prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy).

V Bratislave, dňa 21.04.2023

Predávajúci : _____
Mgr. Ľubomír Drahovský

**Príloha č. 4 Kontaktné údaje Servisného strediska resp. kontaktné informácie o servisných linkách
v prípade väd tovaru**

Predmet plnenia – tovar : Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

Askin & Co., spol. s r.o.

Martinská 31

821 05 Bratislava

servis@servis.sk

02/4820 5600

Príloha č. 5 Protikorupčná doložka

Predmet plnenia-tovar: Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

1. SYSTÉM RIADENIA

Strana zmluvného vzťahu sa zaväzuje, že v rámci svojej organizácie prijme účinný systém riadenia schopný zabrániť korupčným trestným činom úplatkárstva/podplácania s cieľom zneužitia úradnej moci, právomoci, vplyvu či postavenia, za účelom porušenia zákona, úplatkárstva pri právnych úkonoch, navádzania na takéto zneužitie, vydieranie a/alebo spreneveru.

2. PLATOBNÉ SYSTÉMY

Strana zmluvného vzťahu sa pri výkone činností v rámci zmluvného vzťahu so spoločnosťou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len „UNLP“) zaväzuje:

- a) vykonávať platby výhradne takým spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu príjemcu,
- b) vyhýbať sa hotovostným platbám alebo platbám v naturáliách.

3. DARY A ODMENY

Strana zmluvného vzťahu sa zaväzuje, že žiaden z jej predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pred uzatvorením alebo počas plynutia zmluvného vzťahu nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia za účelom ovplyvňovať konanie UNLP, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušných predstaviteľov UNLP za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone jej činnosti v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Je možné však poskytnúť prejav zdvorilosti s nízkou finančnou hodnotou napr. knihy, kvety, katalógy, drobné spomienkové predmety pri pracovných stretnutiach alebo oficiálnych rokovaníach.

4. VZŤAH K POLITICKÝM STRANÁM ALEBO K VEREJNÝM ORGANIZÁCIÁM

Strana zmluvného vzťahu nesmie vyvíjať či už priamy alebo nepriamy nátlak na politických predstaviteľov, zamestnancov štátnej a verejnej správy (napríklad poskytovaním vlastných priestorov, prijímaním navrhnutých uchádzačov o prácu, konzultovaním dohôd) s cieľom získať výhody pri uzatváraní zmluvných vzťahov s UNLP.

5. NULOVÝ KONFLIKT ZÁUJMOV

Strana zmluvného vzťahu vyhlasuje, že žiaden z jej štatutárnych zástupcov:

- a) nevykonáva, ani nevykonával činnosti, ktoré by predstavovali konflikt záujmov z hľadiska uzatvorenia zmluvného vzťahu s UNLP,
- b) nebol trestne stíhaný za:
 - o subvenčný podvod,
 - o skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (uviedenie nepravdivých alebo hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných

skutočnostiach vo výkazoch),

- korupciu (§ 328 – 336 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; napr.: Prijímanie úplatku, Podplácanie, Nepriamu korupciu).

6. KLAUZULA PROTI ÚPLATKÁRSTVU

Strana zmluvného vzťahu, že požiadavky UNLP uvedené v tejto doložke, vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky v rámci boja proti korupcii berie na vedomie a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu. V prípade potreby bližšie špecifikovať požiadavky tejto proti korupčnej doložky, bude UNLP akceptovať znenie schváleného Proti korupčného programu u konkrétnej strany zmluvného vzťahu .

Zároveň sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou určenému zástupcovi UNLP, akékoľvek podozrenie na porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, a byť plne súčinný pri dôkladnom šetrení podozrenia.

Ak UNLP, preukáže partnerovi zmluvného vzťahu, porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky:

- a) je oprávnený pozastaviť plnenie predmetu zmluvného vzťahu po predchádzajúcom písomnom upozornení, a to po dobu, ktorú považuje za nevyhnutnú vzhľadom na rozsah a charakter zistenia, maximálne však na dobu jedného mesiaca. Strana zmluvného vzťahu berie na vedomie a súhlasí, že počas doby nevyhnutnej na zisťovanie skutočností pre vyšetrovanie podozrenia na porušenie ustanovení tejto doložky nebudú vznikať akékoľvek povinnosti a/alebo sankcie voči UNLP, vyplývajúce z takéhoto pozastaveného plnenia zmluvného vzťahu,
- b) strana zmluvného vzťahu je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate, zneužitiu alebo zničeniu listinných a iných dôkazov vzťahujúcich sa k príslušnému konaniu.