

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor verejného obstarávania

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
Z016683-2018

Vybavuje/linka
Ing. Vetráková/kl. 322

Bratislava
29.03.2018

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď**

„Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku –
Lineárne urýchľovače vrátane poskytnutia záručného servisu“

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku č. 55/2018 zo dňa 19.03.2018, pod značkou 3830-MST.

Opis obstarávania: „**Lineárne urýchľovače vrátane poskytnutia záručného servisu**“
v súťažných podkladoch – ponuka je vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na
webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> alebo
<https://www.uvo.gov.sk/private/profilu/detail/636/zakazky/413725/dokumenty>

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie – doplnenie súťažných podkladov, prijatej
v systéme JOSEPHINE dňa 28.03.2018, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázku záujemcu.

Otázka č. 1

V súťažných podkladoch, v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, v
návrhu zmluvy v Prílohe č.2, bod 3. – lehoty na odstránenie poruchy, Vás žiadame doplniť
bod 3.3 v znení: „odstraňovanie porúch vákuovej sústavy (napr. bending magnet, energy
switch, electron gun, vacuum pump, beam centreline): 120 hodín

Odôvodnenie:

Tieto poruchy sú špecifické tým, že na ich odstránenie je potrebný čas navyše na
vyvákuovanie systému, ktoré môže trvať 24 - 48 hodín. Jedná sa o čas, ktorý nevie nikto
ovplyvniť vzhľadom na uvedený technologický proces. Preto odstránenie takejto poruchy

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor verejného obstarávania

Limbová 2, 837 52 Bratislava

skôr ako za 5 pracovných dní nie je možné (týka sa to všetkých výrobcov liňákov).

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ **bude akceptovať** záujemcom predloženú žiadosť o doplnenie bodu č. 3 v prílohe č. 2 Záruka a služby poskytované počas záručnej doby v návrhu zmluvy: v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, v znení: „odstraňovanie porúch vákuovej sústavy (napr. bending magnet, energy switch, electron gun, vacuum pump, beam centreline): 120 hodín formou zmeny súťažných podkladov.

Otázka č. 2

V súťažných podkladoch, v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, v návrhu zmluvy, v článku III, bod 3.1., I. a), iii,

Váš žiadame doplniť:

a vykonať zaškolenie zdravotníckeho personálu na dodaný tovar s použitím všetkých modalít LU v mieste plnenia ako aj v zahraničí s vystavením menného zoznamu o zaškolení najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na zaškolenie.

Odôvodnenie:

Systém školení užívateľov na liňáky je iný oproti bežným technológiám.

Časť školení je v zahraničí a v logických etapách podľa náročnosti liečebných modalít, je to zmena v prospech kupujúceho a nemá vplyv na cenu.

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ **bude akceptovať** záujemcom predložený návrh doplnenia znenia bodu 3.1., I. a), (iii) v článku III návrhu zmluvy formou zmeny súťažných podkladov.

S pozdravom

JUDr. Miroslav Boháč v.r.

riaditeľ odboru verejného obstarávania