

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor verejného obstarávania

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

**všetkým záujemcom**

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo  
Z020607-2018

Vybavuje/ linka  
Ing. Vetráková, kl. 322

Bratislava  
18.04.2018

Vec: **Vysvetlenie - doplnenie súťažných podkladov v časti B.1 Opis predmetu zákazky**

V zmysle metodického usmernenia č. 10197-5000/2016 zo dňa 01.07.2016, verejný obstarávateľ upravuje súťažné podklady v časti **B.1 Opis predmetu zákazky** v nasledovnom rozsahu:

- v časti **Opis predmetu zákazky časť 1 : LU prístroje 1. kategórie**

*Tabuľka č. 3 LU prístroj 1. kategórie NOU 1/3:*

- bod B. - Počet náhľadových monitorov pre plánovanie s uhlopriečkou 21“: **pôvodný počet 0 sa nahrádza počtom 8;**
- bod C 1.2.1 Počet PC staníc potrebných pre kontúrovanie s min. parametrami:
  - počítačová jednotka s minimálne štvorjadrovým procesorom s kmitočtom minimálne 2.6 GHz,
  - operačná pamäť minimálne 16 GB RAM,
  - kapacitná veľkosť pevného disku HDD minimálne 1 TB,
  - grafické rozhranie PC prispôbené požiadavkám CT prístroja
  - sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami,
  - Plná DICOM 3.0 kompatibilita
  - USB konektor pre pripojenie externých zariadení, DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávaní obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača: **pôvodný počet 4 sa nahrádza počtom 6;**
- bod C 1.2.1 Počet diagnostických monitorov pre plánovanie s uhlopriečkou 24“, **pôvodný počet 4 sa nahrádza počtom 6 ;**

*Tabuľka č. 4 LU prístroj 1. kategórie NOU 2/3:*

- bod B. - Počet náhľadových monitorov pre plánovanie s uhlopriečkou 21“: **pôvodný počet 0 sa nahrádza počtom 1;**

*Tabuľka č. 5 LU prístroj 1. kategórie NOU 3/3:*

- bod B. - Počet náhľadových monitorov pre plánovanie s uhlopriečkou 21“: **pôvodný počet 0 sa nahrádza počtom 1;**

Ďakujeme za porozumenie

S pozdravom

**JUDr. Miroslav BOHÁČ**  
riaditeľ odboru verejného obstarávania