

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## Odbor verejného obstarávania

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
Z023134-2018

Vybavuje/linka  
Ing. Vetráková/kl. 322

Bratislava  
04.05.2018

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď**

„Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku –  
**Lineárne urýchľovače vrátane poskytnutia záručného servisu**“

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku č. 55/2018 zo dňa 19.03.2018, pod značkou 3830-MST.

Opis obstarávania: „**Lineárne urýchľovače vrátane poskytnutia záručného servisu**“  
v súťažných podkladoch – ponuka je vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na  
webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> alebo  
<https://www.uvo.gov.sk/private/profilu/detail/636/zakazky/413725/dokumenty>

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie – doplnenie súťažných podkladov, prijatej  
v systéme JOSEPHINE dňa 03.05.2018, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcov.

### **Otázka**

Dle údajů ze světově publikovaných odborných publikací **je komora Exradin W1 jedním z ekvivalentů diamantového detektoru (microDiamond)**, příklad citace (vedle řady jiných, které jsme připraveni předložit):

**Indiana University- School of Medicine, Indianapolis, IN ve spolupráci s Osaka University Graduate School of Medicine, Suita, Japan:**

„Detektor Exradin W1 vykazoval vynikající linearitu dávky ( $r^2 = 1.0$ ) od 5-500 MU s variací buď dávkového příkonu nebo energie svazku. **Podobné výsledky byly pozorovány u detektoru microDiamond ( $r^2=1.0$ ).** Procentuální odchylky v dávce/MU pro Exradin W1 a microDiamond byly **0.2-1.1% a 0.4-1.2%**, respektive mezi dávkovým příkonem a energií svazku. Tato odchylka byla náhodná pro microDiamond, kde se snížila s energií svazku a dávkou pro Exradin W1. Hloubková dávka a profily byly pro oba detektory v **rozmezí  $\pm 1$  mm.**

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## Odbor verejného obstarávania

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

*Oba detektory nevykazovali žiadnu energetickú závislosť v elektronovom svazku. Detektory microDiamond i Exradin W1 poskytli vynikajúce charakteristiky parametrov v elektronovom svazku, vrátane dávky, linearitu dávkového príkonu a energetickej nezávislosti. “*

Dle výše uvedených provedených testů považujeme tedy i nadále detektor Exradin W1 za „ekvivalent Diamantového detektoru“ ve smyslu Zadávací dokumentace.

Dotaz:

Má zadavateľ iný odborné podložený názor na závery odbornej literatúry, ktorá uvádza Exradin W1 ako ekvivalent diamantového detektoru?

### Stanovisko verejného obstarávateľa:

*Postup verejného obstarávania je taxatívne určený postup pre verejného obstarávateľa, ktorého účelom je získať, v tomto prípade tovar, za čo najefektívnejších podmienok pre verejného obstarávateľa. Ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), týkajúce sa vysvetľovania, neumožňujú verejnému obstarávateľovi akademické debaty vedúce k hypotetickým odborným záverom. Akákoľvek odpoveď na Vašu otázku by podľa nášho názoru nemusela byť akceptovaná ako relevantne vedecké/odborné stanovisko a bola by len názorom neplniacim základný účel stanovený zákonom o verejnom obstarávaní.*

*Predpokladáme, že svojou otázkou smerujete k odpovedi verejného obstarávateľa zo dňa 02.05.2018. Verejný obstarávateľ trvá na svojej pôvodnej odpovedi, nakoľko je povinnosťou hodnotiacej komisie vyhodnotiť predložené ponuky aj z pohľadu splnenia technických požiadaviek verejného obstarávateľa. V zmysle § 51 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zriadiť komisiu, ktorej členovia musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.*

S pozdravom

**JUDr. Miroslav Boháč**

riaditeľ odboru verejného obstarávania