



MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia ekonomiky
odbor verejného obstarávania
Pribrinova 2, 812 72 Bratislava

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2023/003582-05

Vybavuje/linka
Ing. Miroslav Škvarka/44337

Bratislava
28.6.2023

Vec :

„Prenosný multidetektor plynov s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom“ - vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 2

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ako aj na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Prenosný multidetektor plynov s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku VO č. 109/2023 zo dňa 5.6.2023 pod zn. 19391-MST, Vám zasielame nasledujúce vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ v prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia požaduje v bode 3. odozvu senzorov, teda rýchlosť reakcie musí byť maximálne do 15 sekúnd t90. Kombinácia všetkých požadovaných parametrov odkazuje na konkrétny výrobok a teda verejného obstarávania sa môže zúčastniť iba jeden uchádzač. Bude verejný obstarávateľ z dôvodu čo najlepšieho využitia finančných zdrojov a dodržaní princípov verejného obstarávania akceptovať detektor s hodnotou t90 pre senzor CO: 20 sekúnd, pre senzor H₂S: 25 sekúnd, pre senzor LEL: 26 sekúnd, pre senzor O₂: 20 sekúnd, čo žiadnym spôsobom neovplyvní funkcionálnu kapacitu detektora, a teda nami ponúkaný detektor je plnohodnotným ekvivalentom a spĺňa všetky ostatné parametre požadované verejným obstarávateľom?

Odpoveď č. 1:


Verejný obstarávateľ trvá na minimálnej technickej požiadavke uvedenej v prílohe č. 1 - Opisu predmetu zákazky, bod č. 3.

Zdôvodnenie:

Uvedenú funkciu verejný obstarávateľ požaduje zachovať z dôvodu rýchlej odozvy detekcie nebezpečných látok (LEL, O₂, CO, H₂S) a ich koncentrácií, monitorovania a vyhodnocovania situácie v čo najkratšom čase. Rýchla odozva (reakcia) senzorov je dôležitá z dôvodu zachovania maximálnej bezpečnosti príslušníkov počas zásahu v neznámom prostredí.

Verejný obstarávateľ nepovažuje túto minimálnu technickú požiadavku opisu predmetu zákazky za diskriminačnú, nakoľko na trhu je viac výrobcov multidetektorov plynov, ktoré disponujú senzormi s rýchlou reakciou.

S pozdravom


Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru verejného obstarávania