

## **Vysvetlenie SP č. 2**

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk dňa 19.04.2023 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

### Žiadosť o vysvetlenie č.1

*Vážený obstarávateľ,*

*V predmete zákazky časť č. 7 EKG prístroj - 2 ks, v priloženom súbore "Priloha c. 4 -7 Cast c. 7 EKG prístroj - 2 ks.xlsx" v bode č.24 požadujete parameter: "EKG prístroj s automatickou synchronizáciou času a ukladaním dát na cloud"*

*Poprosím Vás o upresnenie požadovaného využitia funkcie EKG s automatickou synchronizáciou času a ukladaním dát na cloud. Bude obstarávateľ akceptovať, keď EKG prístroj umožňuje export EKG záznamov z vnútornej pamäte na SD kartu, USB kľúč alebo do zdieľaného adresára v nemocničnom informačnom systéme (HIS) prostr. protokolu TCP, FTP, HL7 vo formáte ECG, XML, JPEG, DICOM, PDF?*

*Súčasťou príslušenstva EKG prístroja je OS Windows softvér, ktorý slúži na spracovanie, archiváciu a analýzu a spätné zobrazenie EKG záznamov..*

## **Vysvetlenie**

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

Vami popísané riešenie - ukládanie na zdieľaný adresár v rámci HIS (NIS) je cloudový priestor.